



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 21 июня 2024 года № РЗН 2024/22983

На медицинское изделие

Система инфузионная стерильная однократного применения с инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм)

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

СП ООО "ХЕЛС ЛАЙН", Узбекистан,

**СП ООО "HEALTH LINE", Республика Узбекистан, 111802, г. Ташкент,
Янгихаётский р-н, Узгариш, ул. Навруз, д. 236а**

Производитель

СП ООО "ХЕЛС ЛАЙН", Узбекистан,

**СП ООО "HEALTH LINE", Республика Узбекистан, 111802, г. Ташкент,
Янгихаётский р-н, Узгариш, ул. Навруз, д. 236а**

Место производства медицинского изделия

**СП ООО "HEALTH LINE", Республика Узбекистан, 111802, г. Ташкент,
Янгихаётский р-н, Узгариш, ул. Навруз, д. 236а**

Номер регистрационного досье № РД-61127/107097 от 29.02.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 июня 2024 года № 36/3
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0077695

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 июня 2024 года

№ РЗН 2024/22983

Лист 1

На медицинское изделие

Система инфузионная стерильная однократного применения с инъекционной иглой 21G x 1½" (0,8x38 мм), в составе:

1. Защитный колпачок прокалывающего устройства (пластикового шипа) - 1 шт.
2. Капельно-фильтрующий узел с совмещенным прокалывающим устройством (пластиковым шипом) - 1 шт.
3. Трубка - 1 шт.
4. Регулятор скорости потока роликового типа - 1 шт.
5. Инъекционный узел - 1 шт.
6. Коническое соединение тип Луер-слип - 1 шт.
7. Инъекционная игла 21G x 1 1/2" (0,8x38 мм) с защитным колпачком - 1 шт.
8. Индивидуальная (стерилизационная) упаковка - 1 шт. на изделие.
9. Инструкция по применению - 1 шт. на единицу транспортной упаковки.

2

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0144210