«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Лонг Шенг Фарма Рус»

Головатюк И.В.

_____

(подпись, печать)

«15» _____ 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗЖОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система инфузионная однократного применения в вариантах исполнения PharmatechJV®

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Система инфузионная артикул IV21-V3, в составе:
1.Капельница, длина 45 мм – 1 шт.
2.Пластиковый шип, длина 53 мм с защитным колпачком – 1 шт.
3.Регулятор потока – 1 шт.
4.Трубка соединительная, длина 1470 мм – 1 шт.
5.Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 21G (0,8х40 мм) – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Потребительская упаковка

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

открывать здесь



СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ

однократного применения PharmatechJV®

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ АРТИКУЛ IV-21-V4, В СОСТАВЕ:

1	КАПЕЛЬНИЦА С ФИЛЬТРОМ, ДЛИНА 45 ММ	1 шт.
2	ПЛАСТИКОВЫЙ ШИП, ДЛИНА 50 ММ С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ	1 шт.
3	РЕГУЛЯТОР ПОТОКА	1 шт.
4	ТРУБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ДЛИНА 1500 ММ	1 шт.
5	ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ С КРЕПЛЕНИЕМ ЛУЕР СЛИП В КОМПЛЕКТЕ С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ 21G (0,8X40 ММ)	1 шт.

СТЕРИЛЬНО | ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ | АПИРОГЕННО | НЕТОКСИЧНО |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Закрыть зажим регулятора потока. Снять защитный колпачек с пластиковой иглой, ввести иглу в контейнер (емкость). Заполнить капельницу наполовину емкости. Открыть зажим регулятора потока и выпустить воздух из системы. Закрыть зажим регулятора потока. Ввести иглу в вену пациента. Открыть воздушный клапан, отрегулировать необходимую скорость инфузии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

- Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению.
- Для однократного применения. Не использовать повторно.
- Выбросить после использования.
- Не использовать если защитный колпачек иглы снят или отсутствует. Не использовать для крови и ее компонентов.
- 20 капель дистиллированной воды, подаваемой капельницей эквивалентны 1 мл ± 0,1 мл (1 г ± 0,1 г)
- Не использовать с инфузионными устройствами работающими под давлением.

Производитель:
ООО «PHARMATECH JV»
Узбекистан, Джизакская Область, Зааминский Район, Заамин, Халкобод МФЙ, Мустакиллик Кучаси, 28а-Уй

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Лонг Шанг Фарма Рус»
121367, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, оф. 315,
Тел.: +7 495 374-57-45,
e-mail: lshi.info@lshi.ru

Произведено в Узбекистане.

STERILE EO

СРОК ГОДНОСТИ:
3 ГОДА.

BAR-CODE

PhT
Pharmatech JV

LOT

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки потребительской упаковки

Система инфузионная артикул IV18-V2, в составе:
1.Капельница с фильтром, длина 80 мм– 1 шт.
2.Пластиковый шип, длина 55 мм с защитным колпачком – 1 шт.
3.Регулятор потока – 1 шт.
4.Трубка соединительная, длина 1470 мм – 1 шт.
5.Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 18G (1,2х40 мм) – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Система инфузионная артикул IV21-V4, в составе:
1.Капельница с фильтром, длина 45 мм – 1 шт.
2.Пластиковый шип, длина 50 мм с защитным колпачком – 1 шт.
3.Регулятор потока – 1 шт.
4.Трубка соединительная, длина 1500 мм – 1 шт.
5. Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 21G (0,8х40 мм) – 1 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет транспортной маркировки для РФ



СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ

однократного применения PharmatechJV®

СИСТЕМА ИНФУЗИОННАЯ АРТИКУЛ IV-21-V3, В СОСТАВЕ:

1	КАПЕЛЬНИЦА, ДЛИНА 45 ММ	1 шт.
2	ПЛАСТИКОВЫЙ ШИП, ДЛИНА 53 ММ С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАЧКОМ	1 шт.
3	РЕГУЛЯТОР ПОТОКА	1 шт.
4	ТРУБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, ДЛИНА 1470 ММ	1 шт.
5	ИНЪЕКЦИОННЫЙ УЗЕЛ С КРЕПЛЕНИЕМ ЛУЕР СЛИП В КОМПЛЕКТЕ С ИНЪЕКЦИОННОЙ ИГЛОЙ 21G (0,8X40 ММ)	1 шт.

Производитель:
ООО «PHARMATECH JV»
Узбекистан, Джизакская Область,
Зааминский Район, Заамин,
Халкобод Мфй, Мустакиллик Кучаси,
26а-Уй

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Лонг Шенг Фарма Рус»
121367, г. Москва, ул. Верейская,
д. 17, оф. 316,
Тел.: +7 495 374-57-45,
e-mail: lshl.info@lshl.ru

Произведено в Узбекистане.

PhT
Pharmatech JV

СРОК ГОДНОСТИ:
3 ГОДА.

LOT

BAR-CODE

Количество: 100 шт.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено
Печатью (_____) лист
Генеральный директор
ООО «Лонг Шенг Фарма Рус»
Подпись _____ / И.В. Головатюк /

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU