



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2024 года № РЗН 2024/23340

На медицинское изделие

Система инфузионная однократного применения в вариантах исполнения
Pharmatech JV®

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

ООО "ПХАРМАТЕЧ ЙВ", Республика Узбекистан,

ООО "PHARMATECH JV", Джизакская область, Зааминский р-н, Заамин,

Халкобод Мфй, Мустакиллик Кучаси, 28а-Уй

Производитель

ООО "ПХАРМАТЕЧ ЙВ", Республика Узбекистан,

ООО "PHARMATECH JV", Джизакская область, Зааминский р-н, Заамин,

Халкобод Мфй, Мустакиллик Кучаси, 28а-Уй

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-61317/108372 от 07.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 13 августа 2024 года № 4605
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0073640

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2024/23340

Лист 1

На медицинское изделие

**Система инфузионная однократного применения в вариантах исполнения
Pharmatech JV®:**

I. Варианты исполнения:

1. Система инфузионная артикул IV21-V3, в составе:

1.1. Капельница, длина 45 мм - 1 шт.

1.2. Пластиковый шип, длина 53 мм с защитным колпачком - 1 шт.

1.3. Регулятор потока - 1 шт.

1.4. Трубка соединительная, длина 1470 мм - 1 шт.

1.5. Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 21G (0,8x40 мм) - 1 шт.

2. Система инфузионная артикул IV18-V2, в составе:

2.1. Капельница с фильтром, длина 80 мм - 1 шт.

2.2. Пластиковый шип, длина 55 мм с защитным колпачком - 1 шт.

2.3. Регулятор потока - 1 шт.

2.4. Трубка соединительная, длина 1470 мм - 1 шт.

2.5. Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 18G (1,2x40 мм) - 1 шт.

3. Система инфузионная артикул IV21-V4, в составе:

3.1. Капельница с фильтром, длина 45 мм - 1 шт.

3.2. Пластиковый шип, длина 50 мм с защитным колпачком - 1 шт.

3.3. Регулятор потока - 1 шт.

3.4. Трубка соединительная, длина 1500 мм - 1 шт.

3.5. Инъекционный узел с креплением Луер слип в комплекте с инъекционной иглой 21G (0,8x40 мм) - 1 шт.

II. Эксплуатационная документация:

- Инструкция по применению - 1 шт.

Место производства:

1. ООО "PHARMATECH JV", Республика Узбекистан, Джизакская область, г. Джизак, Мирзо Улугбек МФЙ, ул. Заргарлик, д. 83.

2. СП ООО "GULISTON MED TEXNIKA", Республика Узбекистан, Сырдарьинская обл., г. Гулистан, ул. Навои, 54.

Л

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0145222