

PHILIPS

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела нормативного
регулирования ООО «ФИЛИПС»

 А.А.Град

«26» апреля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ


Система компьютерной томографии Philips CT 3500 с принадлежностями




«Система компьютерной томографии Philips CT 3500 с принадлежностями»




1. Устройство Гентри в составе:




- Рентгеновская трубка - 1 шт.;



- Рентгеновский высоковольтный генератор- 1 шт.;




- Рентгеновский высоковольтный генератор- 1 шт.;



- Рентгеновский высоковольтный генератор - 1 шт.;



- Коллиматор - 1 шт.;



- Детектор - 1 шт.



2. Стол пациента - 1 шт.



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Вычислительная система- 1 шт.; - Пульт управления сканированием- 1 шт.; - Монитор - не более 2 шт.; - Клавиатура - 1 шт.; - Мышь - 1 шт.; - Устройство переговоров с пациентом - 1 шт.; - Рабочее место оператора- 1 шт. (при необходимости).



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Вычислительная система- 1 шт.; - Пульт управления сканированием- 1 шт.; - Монитор - не более 2 шт.; - Клавиатура - 1 шт.; - Мышь - 1 шт.; - Устройство переговоров с пациентом- 1 шт.; - Рабочее место оператора- 1 шт. (при необходимости).



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Вычислительная система - 1 шт.;




3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Вычислительная система - 1 шт.;



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Пульт управления сканированием - 1 шт.;




3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Монитор - не более 2 шт.;



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Клавиатура - 1 шт.;



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Мышь - 1 шт.;



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Устройство переговоров с пациентом - 1 шт.;



3. Рабочая станция для управления и наблюдения за процессом сканирования, в составе: - Рабочее место оператора - 1 шт. (при необходимости).



4. Рабочая станция для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением (не более 10 шт.) (при необходимости), в составе: - Компьютер - 1 шт.; - Монитор - не более 2 шт.; - Клавиатура - 1 шт.; - Мышь - 1 шт., - Сервер- 1 шт. (при необходимости).



4. Рабочая станция для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением (не более 10 шт.) (при необходимости), в составе: - Компьютер - 1 шт.;



4. Рабочая станция для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением (не более 10 шт.) (при необходимости), в составе: - Компьютер- 1 шт.;



4. Рабочая станция для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением (не более 10 шт.) (при необходимости), в составе: - Монитор - не более 2 шт.;



4. Рабочая станция для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением (не более 10 шт.) (при необходимости), в составе: - Клавиатура - 1 шт.;



4

4. Рабочая станция для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением (не более 10 шт.) (при необходимости), в составе: - Мышь - 1 шт.;




4. Рабочая станция для обработки, просмотра и архивизации изображений с программным обеспечением (не более 10 шт.) (при необходимости), в составе: - Сервер - 1 шт. (при необходимости).



5. Программные приложения на оптических и/или электронных и/или виртуальных носителях - не более 22 шт. (при необходимости), в составе: 5.1 Автоматический запуск спирального сканирования - 1 шт. (при необходимости); 5.2 Отслеживание болюса - 1 шт. (при необходимости); 5.3 Непрерывная КТ - 1 шт. (при необходимости); 5.4 Аксиальное гейтирование - 1 шт. (при необходимости); 5.5 Двухэнергетическое сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.6 Анализ узелков в легких - 1 шт. (при необходимости); 5.7 КТ-колоноскопия - 1 шт. (при необходимости); 5.8 Перфузия головного мозга - 1 шт. (при необходимости); 5.9 Челночное сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.10 Углубленный анализ сосудов - 1 шт. (при необходимости); 5.11 Стоматологическое сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.12 Подсчет баллов по кальцификации сосудов сердца - 1 шт. (при необходимости); 5.13 Метод итеративной реконструкции - 1 шт. (при необходимости); 5.14 Функция уменьшения металлических артефактов при сканировании ортопедических имплантатов - 1 шт. (при необходимости); 5.15 Функция Precise Spine - 1 шт. (при необходимости); 5.16 Функция Precise Brain - 1 шт. (при необходимости); 5.17 Функция Precise Planning - 1 шт. (при необходимости); 5.18 Функция Precise Position - 1 шт. (при необходимости); 5.19 Средство просмотра Precise Intervention - 1 шт. (при необходимости); 5.20 Режим Precise Image - 1 шт. (при необходимости); 5.21 Фиксация статуса проведенного исследования - 1 шт. (при необходимости); 5.22 Рабочий список системы - 1 шт. (при необходимости).



5. Программные приложения на оптических и/или электронных и/или виртуальных носителях - не более 22 шт. (при необходимости), в составе: 5.1 Автоматический запуск спирального сканирования - 1 шт. (при необходимости); 5.2 Отслеживание болюса - 1 шт. (при необходимости); 5.3 Непрерывная КТ - 1 шт. (при необходимости); 5.4 Аксиальное гейтирование - 1 шт. (при необходимости); 5.5 Двухэнергетическое сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.6 Анализ узелков в легких - 1 шт. (при необходимости); 5.7 КТ-колоноскопия - 1 шт. (при необходимости); 5.8 Перфузия головного мозга - 1 шт. (при необходимости); 5.9 Челночное сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.10 Углубленный анализ сосудов - 1 шт. (при необходимости); 5.11 Стоматологическое сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.12 Подсчет баллов по кальцификации сосудов сердца - 1 шт. (при необходимости); 5.13 Метод итеративной реконструкции - 1 шт. (при необходимости); 5.14 Функция уменьшения металлических артефактов при сканировании ортопедических имплантатов - 1 шт. (при необходимости); 5.15 Функция Precise Spine - 1 шт. (при необходимости); 5.16 Функция Precise Brain - 1 шт. (при необходимости); 5.17 Функция Precise Planning - 1 шт. (при необходимости); 5.18 Функция Precise Position - 1 шт. (при необходимости); 5.19 Средство просмотра Precise Intervention - 1 шт. (при необходимости); 5.20 Режим Precise Image - 1 шт. (при необходимости); 5.21 Фиксация статуса проведенного исследования - 1 шт. (при необходимости); 5.22 Рабочий список системы - 1 шт. (при необходимости).



5. Программные приложения на оптических и/или электронных и/или виртуальных носителях - не более 22 шт. (при необходимости), в составе: 5.1 Автоматический запуск спирального сканирования - 1 шт. (при необходимости); 5.2 Отслеживание болюса - 1 шт. (при необходимости); 5.3 Непрерывная КТ - 1 шт. (при необходимости); 5.4 Аксиальное гейтирование - 1 шт. (при необходимости); 5.5 Двухэнергетическое сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.6 Анализ узелков в легких - 1 шт. (при необходимости); 5.7 КТ-колоноскопия - 1 шт. (при необходимости); 5.8 Перфузия головного мозга - 1 шт. (при необходимости); 5.9 Челночное сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.10 Углубленный анализ сосудов - 1 шт. (при необходимости); 5.11 Стоматологическое сканирование - 1 шт. (при необходимости); 5.12 Подсчет баллов по кальцификации сосудов сердца - 1 шт. (при необходимости); 5.13 Метод итеративной реконструкции - 1 шт. (при необходимости); 5.14 Функция уменьшения металлических артефактов при сканировании ортопедических имплантатов - 1 шт. (при необходимости); 5.15 Функция Precise Spine - 1 шт. (при необходимости); 5.16 Функция Precise Brain - 1 шт. (при необходимости); 5.17 Функция Precise Planning - 1 шт. (при необходимости); 5.18 Функция Precise Position - 1 шт. (при необходимости); 5.19 Средство просмотра Precise Intervention - 1 шт. (при необходимости); 5.20 Режим Precise Image - 1 шт. (при необходимости); 5.21 Фиксация статуса проведенного исследования - 1 шт. (при необходимости); 5.22 Рабочий список системы - 1 шт. (при необходимости).



English (United States) ▼

IntelliSpace Portal

Image and Information Management Software
Version 12.1

LOT 12.1.2 REF 459801635933

Rx only Quantity 1

@ 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is conferred to you. Use of the Software is subject to the end user license conditions as are available on request. To the maximum extent permitted by law, you shall not decompile and/or reverse engineer the software or any part thereof. Build: 12.1.2.11402

 Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands



eIFU



2021-06-16

CE 0197

MD

UDI

(01)00884838093621
(11)210616 (10)12.1.2

6. Обеспечение программное медицинское IntelliSpace Portal для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений на электронных и виртуальных носителях с принадлежностями, производства Philips Medical Systems Nederland B.V. («Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»), Нидерланды, РУ № РЗН 2018/6795.



Advanced Visualization Workspace

Image and Information Management Software
Version 15.0

LOT 15.0.4 REF 881120

Rx only

Quantity 1

© 2022-2023 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is conferred to you. Use of the Software is subject to the end user license conditions as are available on request.

To the maximum extent permitted by law, you shall not decompile and/or reverse engineer the software or any part thereof.
Build: 15.0.4.11180



Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6, 5684 PC Best, The Netherlands

Optional Clinical Applications




eIFU



2023-06-20



0344



(01)00884838121553
(11)230620 (10)15.0.4


6. Обеспечение программное медицинское IntelliSpace Portal для просмотра, анализа, обработки, приема и передачи медицинских изображений на электронных и виртуальных носителях с принадлежностями, производства Philips Medical Systems Nederland B.V. («Филипс Медикал Системс Нидерланд Б.В.»), Нидерланды, РУ № РЗН 2018/6795.



7. Ножная педаль для непрерывной КТ.




8. Кабели питания - не более 11 шт. (при необходимости), в составе: 8.1 Кабель питания системы КТ - 1 шт. (при необходимости); 8.2 Кабель питания консоли - 1 шт. (при необходимости); 8.3 Кабель питания ИБП - 1 шт. (при необходимости); 8.4 Кабель питания камеры - 1 шт. (при необходимости); 8.5 Кабель питания мобильного монитора - не более 2 шт. (при необходимости); 8.6 Кабель питания потолочного мобильного монитора - не более 2 шт. (при необходимости); 8.7 Линия вывода ИБП - не более 3 шт. шт. (при необходимости).



8. 8. Кабели питания - не более 11 шт. (при необходимости), в составе: 8.1 Кабель питания системы КТ - 1 шт. (при необходимости); 8.2 Кабель питания консоли - 1 шт. (при необходимости); 8.3 Кабель питания ИБП - 1 шт. (при необходимости); 8.4 Кабель питания камеры - 1 шт. (при необходимости); 8.5 Кабель питания мобильного монитора - не более 2 шт. (при необходимости); 8.6 Кабель питания потолочного мобильного монитора - не более 2 шт. (при необходимости); 8.7 Линия вывода ИБП - не более 3 шт. (при необходимости).




8. 8. Кабели питания - не более 11 шт. (при необходимости), в составе: 8.1 Кабель питания системы КТ - 1 шт. (при необходимости); 8.2 Кабель питания консоли - 1 шт. (при необходимости); 8.3 Кабель питания ИБП - 1 шт. (при необходимости); 8.4 Кабель питания камеры - 1 шт. (при необходимости); 8.5 Кабель питания мобильного монитора - не более 2 шт. (при необходимости); 8.6 Кабель питания потолочного мобильного монитора - не более 2 шт. (при необходимости); 8.7 Линия вывода ИБП - не более 3 шт. (при необходимости).



9. Кабели соединительные - не более 13 шт. (при необходимости), в составе: 9.1 Оптоволоконный кабель от гентри к консоли - 1 шт. (при необходимости); 9.2 Сетевой кабель от гентри к консоли - 1 шт. (при необходимости); 9.3 От интерфейсной платы гентри до платы контроллера динамического ОЗУ - 1 шт. (при необходимости); 9.4 От гентри к интерфейсной плате консоли - 1 шт. (при необходимости); 9.5 Кабель RS232 от гентри на консоль - 1 шт. (при необходимости); 9.6 Кабель мобильного монитора в полиэтиленовой оболочке - 1 шт. (при необходимости); 9.7. Силовой кабель мобильного монитора - 1 шт. (при необходимости); 9.8 Кабель потолочного мобильного монитора в полиэтиленовой оболочке - 1 шт. (при необходимости); 9.9 Кабель камеры USB 3.0 - 1 шт. (при необходимости); 9.10 Оптоволоконный кабель монитора системы обработки данных - 1 шт. (при необходимости); 9.11 Кабель для пульта управления - 1 шт. (при необходимости); 9.12 Цифровой кабель РИМ (интерфейсный модуль пациента) - 1 шт. (при необходимости); 9.13 Кабель ножного переключателя НКТ - 1 шт. (при необходимости).

Русский



Инструкции по эксплуатации

Philips CT 3500

459801891341_A

PHILIPS

10. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях - не более 10 шт.

English



Technical Reference Guide

Philips CT 3500


459801891083_A

PHILIPS

10. Эксплуатационная документация на бумажных и/или электронных носителях - не более 10 шт.



11. ЭКГ интерфейс (PIM) (при необходимости), в составе: - Провода ЭКГ, 4 шт.; - Кабель пациента – 1 шт.; - Модуль пациента PIM - 1 шт.




11. ЭКГ интерфейс (РІМ) (при необходимости), в составе: - Провода ЭКГ, 4 шт.; - Кабель пациента – 1шт.; -Модуль пациента РІМ - 1 шт.

Принадлежности:



1. Источники бесперебойного питания - не более 2 шт., в вариантах исполнения: 1.1 Источник бесперебойного питания всей системы (при необходимости);




1. Источники бесперебойного питания - не более 2 шт., в вариантах исполнения: 1.2 Источник бесперебойного питания рабочей станции для управления и наблюдения за процессом сканирования (при необходимости).




2. Изолирующий трансформатор - 1 шт.




2. Изолирующий трансформатор - 1 шт.




3. Позиционирующие устройства пациента, в составе: - Опора для рук на подголовнике - 1 шт. (при необходимости);



- Подголовники, не более 3 шт. (при необходимости)



- Подголовники, не более 3 шт. (при необходимости)




- Подголовники, не более 3 шт. (при необходимости)




- Валик для плоского подголовника - 1 шт. (при необходимости);




- Валик для плоского подголовника - 1 шт. (при необходимости);




- Боковые подушки для головы (большая, средняя, малая), не более 6 шт.




- Боковые подушки для головы (большая, средняя, малая), не более 6 шт.




- Валик-подставка для головы (при необходимости) - 1 шт. (при необходимости);




- Валик-подставка для головы - 1 шт. (при необходимости);




- Валик для поддержки головы во фронтальной плоскости - 1 шт. (при необходимости);




- Валик для поддержки головы во фронтальной плоскости - 1 шт. (при необходимости);




- Шейная подушка - 1 шт. (при необходимости);



- Шейная подушка - 1 шт. (при необходимости);




- Коленная подушка - 1 шт. (при необходимости);




- Коленная подушка - 1 шт. (при необходимости);




- Опора для руки - 1 шт. (при необходимости);




- Подушка стола - 1 шт.



- Непромокаемый чехол для подушки стола - 1 шт.



- Боковая рукоятка стола - 1 шт. (при необходимости);



- Опора для ног- 1 шт.




- Подушка опоры для ног - 1 шт.




- Ремни пациента - не более 4 шт.;




- Модуль направляющих - 1 шт.




- Модуль направляющих - 1 шт.




4. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений, не более 3 шт., варианты исполнения: - Фантом головы - 1 шт.; - Фантом тела - 1 шт.;




4. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений, не более 3 шт., варианты исполнения: - Фантом ступенчатый - 1 шт.




4. Фантомы калибровочные, для проверки качества изображений, не более 3 шт., варианты исполнения: - Фантом ступенчатый - 1 шт..




5. Держатель фантома - 1 шт.




5. Держатель фантома - 1 шт.



5. Держатель фантома - 1 шт.



6. Монитор специальный - не более 10 шт.



6. Монитор специальный - не более 10 шт.



7. Кронштейн для монитора - 1 шт.



8. Камера для позиционирования пациента - 1 шт.



9. Тележка для монитора - 1 шт.



9. Тележка для монитора - 1 шт.




9. Тележка для монитора - 1 шт.



9. Тележка для монитора - 1 шт.



10. Стекло рентгенозащитное просвинцованное - 1 шт.




10. Стекло рентгенозащитное просвинцованное - 1 шт.




12. Рубильник включения электропитания - 1 шт.



13. Крепёжные материалы - не более 100 шт.



14. Крепёжные материалы - не более 100 шт.



14. Крепёжные материалы - не более 100 шт.



Упаковка

Производитель:

«Филипс Хэлскеа (Сучжоу) Ко., Лтд.», Китайская Народная Республика,
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., No.258, ZhongYuan Road, Suzhou
Industrial Park, 215024 Suzhou, Jiangsu Province, People's Republic of China

Место производства:

Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd., No.258, ZhongYuan Road, Suzhou
Industrial Park, 215024 Suzhou, Jiangsu Province, People's Republic of China

Модель: Philips CT 3500

Артикул: см. REF на основном системном лейбле	Серийный номер: см. SN на основном системном лейбле
Описание : Система компьютерной томографии Philips CT 3500 с принадлежностями	
Номинальный режим работы: см. на основном системн лейбле	
Дата производства: см.  на основном системн лейбле	
Регистрационное удостоверение: <Registration number >	

Маркировка

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
93 листа (ов)

