

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «СОЛТ»

В.В. Заяц

«13» мая 2024 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Станция автоматическая для анализа кала человека FA280, в составе с принадлежностями

Производства

**Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd. (СИЧУАНЬ ОРИЕНТЕР БАЙОТЕКНОЛОДЖИ КО.,
ЛТД), Китай.**

Наименование и состав медицинского изделия:

Станция автоматическая для анализа кала человека FA280 в составе:

- LCD монитор Acer V226HQL Series 21,5" дюйма/55 см Viewable – 1 шт.,
- компьютер Acer Veriton T650 – 1 шт.,
- подставка под канистры - 1 шт.,
- кабель питания – 1 шт.,
- кабель соединительный USB – 2 шт.,
- кабель сетевой LAN – 2 шт.,
- крышка с трубками и с датчиком для канистры под отходы – 1 шт.,
- крышка с трубкой для ёмкости под разбавитель образцов – 1 шт.,
- крышка с трубкой для ёмкости под промывающий раствор – 1 шт.,
- программное обеспечение на CD-диске «Станция автоматическая для анализа кала человека FA280», версия v1.0.29 (Reco v.2.10.16) – 1 шт.
- объектив микроскопа (Plan ASC 10/0.25 160/0.17) – 1 шт.,
- объектив микроскопа (Plan ASC 40/0.65 160/0.17) – 1 шт.,
- штатив под 10 пробирок для образцов – 5 шт.,
- штатив для тест-кассет – 6 шт.,
- контейнер для сбора отработанных тест-кассет – 1 шт.,
- измерительная ячейка – 1 шт.,
- гарантийный талон – 1 шт.,
- сертификат анализа – 1 шт.,
- инструкция по эксплуатации – 1 шт.,
- Пробирка тестовая для образцов для использования совместно со Станцией автоматической для анализа кала человека FA280 в составе, Регистрационное Удостоверение от 26 марта 2024г. № РЗН 2024/22288 (при необходимости):
- пробирка тестовая для образцов для использования совместно со Станцией автоматической для анализа кала человека FA280, 400 шт./уп.;
- инструкция по применению – 1 шт.
- Набор контрольных материалов для проверки правильности работы Станции автоматической для анализа кала человека FA280 – 1 уп., в составе (при необходимости):
- Контроль качества лейкоцитов, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества эритроцитов, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества жировых шариков, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества дрожжей, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества кристаллов Шарко-Лейдена, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества спор *Ganoderma lucidum*, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества яиц печеночной двуустки, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества яиц анкилостомы, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества яиц аскарид, 2 мл - 1 флакон;
- Контроль качества пыльцы растений, 2 мл - 1 флакон.
- инструкция по применению – 1 шт.
- Диагностический набор для определения трансферрина (TF) в кале человека экспресс-методом – до 8 уп., в составе (при необходимости):
- диагностический набор для определения трансферрина (TF) в кале человека экспресс-методом – 2 упаковки по 25 тест-кассет;
- инструкция по применению – 1 шт.
- Диагностический набор для определения кальпротектина в кале человека экспресс-методом – до 8 уп., в составе (при необходимости):
- диагностический набор для определения кальпротектина в кале человека экспресс-методом – 2 упаковки по 25 тест-кассет;

- инструкция по применению – 1 шт.
- Диагностический набор для определения лактоферрина в кале человека экспресс-методом - до 8 уп., в составе (при необходимости):
- диагностический набор для определения лактоферрина в кале человека экспресс-методом – 2 упаковки по 25 тест-кассет;
- инструкция по применению – 1 шт.
- 2. Набор стартовый в составе (при необходимости):
- Разбавитель образцов 2,8 л. – 1 уп., в составе:
- разбавитель образцов 2,8 л – 2 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.
- Раствор промывающий концентрированный для обслуживания - 1 уп., в составе:
- раствор промывающий концентрированный для обслуживания, 100 мл/фл. – 1 фл.;
- пробирки, 10 мл x 10 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.
- Раствор промывающий для обслуживания, 5 л. – 1 уп., в составе:
- раствор промывающий для обслуживания, 5 л. – 1 шт.;
- инструкция по применению – 1 шт.
- Принадлежности:**
- кабель заземления – 1 шт.,
- карточки для маркировки вида тест-кассет – 1 уп.,
- канистра для отходов, 15 л – 2 шт.,
- предохранитель – 2 шт.,
- адаптер для сброса использованных тест-кассет – 1 шт.



Рисунок 1 - Общий вид.

Станция автоматическая для анализа кала человека FA280 в составе с принадлежностями

Примечание: в упаковку будет вложена инструкция по эксплуатации, содержание которой соответствует документу в регистрационном досье.






Рисунок 3 – Компьютер Acer Veriton T650




Рисунок 4 –Подставка под канистры



Рисунок 5 – Кабель питания



Рисунок 6 – Кабель соединительный USB




Рисунок 7 – Кабель сетевой LAN




Рисунок 8 – Крышка с трубками и с датчиком для канистры под отходы



Рисунок 9 – Крышка с трубкой для ёмкости под разбавитель образцов




Рисунок 10 – Крышка с трубкой для ёмкости под промывающий раствор



Рисунок 11– Программное обеспечение на CD-диске «Станция автоматическая для анализа кала человека FA280», версия v1.0.29 (Reco v.2.10.16)



Рисунок 12 – Объектив микроскопа (Plan ASC 10/0.25 160/0.17)



Рисунок 13 – Объектив микроскопа (Plan ASC 40/0.65 160/0.17)




Рисунок 14 – Штатив под 10 пробирок для образцов



Рисунок 15 – Штатив для тест-кассет



Рисунок 16 – Контейнер для сбора отработанных тест-кассет




Рисунок 17 – Измерительная ячейка



沃文特生物
ORIENTER BIOTECH

Warranty Card

Sichuan Orientor Biotechnology Co., Ltd.

Рисунок 18 – Гарантийный талон



Рисунок 19 – Сертификат анализа



Fully Automatic Digital Feces Analyzer

Operation Manual



Issued By Sichuan Orienter Biotechnology Co., Ltd.

Рисунок 20 – Инструкция по эксплуатации




Рисунок 21 – Пробирка тестовая для образцов для использования совместно со Станцией автоматической для анализа кала человека FA280, 400 шт./уп



Рисунок 22 – Набор контрольных материалов для проверки правильности работы Станции автоматической для анализа кала человека FA280 в составе




Рисунок 23 – Диагностический набор для определения трансферрина (TF) в кале человека экспресс-методом




Рисунок 24 – Диагностический набор для определения кальпротектина в кале человека экспресс-методом




Рисунок 25 – Диагностический набор для определения лактоферрина в кале человека экспресс-методом



Рисунок 26.1 – Общий вид набора стартового в составе



Рисунок 26.2 – Комплектующие из Стартового набора в составе
Разбавитель образцов, 2.8 л



Рисунок 26.3 – Комплектующие из Стартового набора в составе
Раствор промывающий концентрированный для обслуживания в составе



Рисунок 26.4 – Комплектующие из Стартового набора в составе
Раствор промывающий для обслуживания, 5 л



Рисунок 27 – Принадлежность: Кабель заземления



Рисунок 28 – Принадлежность: Карточки для маркировки вида тест-кассет




Рисунок 29 – Принадлежность: Канистра для отходов, 15 л




Рисунок 30 – Принадлежность: Предохранитель



Рисунок 31 – Принадлежность: Адаптер для сброса использованных тест-кассет

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на _____
_____ листах

