ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2024 года № РЗН 2024/23348

На медицинское изделие
Индефлятор для баллонного катетера

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**"Шанхай Кайндли Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай,
Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., No. 925, Jinyuan Yi Road, 201803,
Shanghai, China.**

Производитель
**"Шанхай Кайндли Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай,
Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., No. 925, Jinyuan Yi Road, 201803,
Shanghai, China.**

Место производства медицинского изделия
**Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., No. 925, Jinyuan Yi Road, 201803,
Shanghai, China.**

Номер регистрационного досье **№ РД-61585/107741 от 18.03.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 13 августа 2024 года № 4584
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения** **А.В. Самойлова**

0073643

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2024 года № РЗН 2024/23348

На медицинское изделие
Индефлятор для баллонного катетера:
I. Варианты исполнения:
1. Индефлятор для баллонного катетера AI25, 20 мл, 30 атм, с запорным краником 3447378,65 Па (500 psi), с эргономичной ручкой, длина удлинительной линии 300 мм.
2. Индефлятор для баллонного катетера AI25A, 20 мл, 40 атм, с запорным краником 3447378,65 Па (500 psi), с эргономичной ручкой, длина удлинительной линии 300 мм.
3. Индефлятор для баллонного катетера AI30, 20 мл, 30 атм, с запорным краником 3447378,65 Па (500 psi), с флуоресцентным дисплеем, длина удлинительной линии 300 мм.
4. Индефлятор для баллонного катетера AI40, 20 мл, 40 атм, с запорным краником 3447378,65 Па (500 psi), с флуоресцентным дисплеем, длина удлинительной линии 300 мм.
II. Инструкция по применению.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0145226

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU