ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2024 года № РЗН 2024/23356

На медицинское изделие
Катетер ангиографический

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
**"Шанхай Кайндли Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай,
Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., No. 925, Jinyuan Yi Road, 201803, Shanghai, China.**

Производитель
**"Шанхай Кайндли Медикал Инструментс Ко., Лтд.", Китай,
Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., No. 925, Jinyuan Yi Road, 201803, Shanghai, China.**

Место производства медицинского изделия
Shanghai Kindly Medical Instruments Co. Ltd., No. 925, Jinyuan Yi Road, 201803, Shanghai, China.

Номер регистрационного досье **№ РД-61593/107732 от 18.03.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **3**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 14 августа 2024 года № 4617
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения** **А.В. Самойлова**

0073646

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 14 августа 2024 года № РЗН 2024/23356

Лист 1

На медицинское изделие
Катетер ангиографический:
I. Варианты исполнения:
1. Катетер ангиографический, форма кончика Judkins Left: JL3.5, JL4.0, JL4.5, JL5.0, JL6.0, номинальный диаметр: 4F (1.35 мм), 5F (1.67 мм), 6F (2.00 мм), 7F (2.30 мм), эффективная длина 100 см.
2. Катетер ангиографический, форма кончика Judkins Right: JR3.5, JR4.0, JR5.0, JR6.0, номинальный диаметр: 4F (1.35 мм), 5F (1.67 мм), 6F (2.00 мм), 7F (2.30 мм), эффективная длина 100 см.
3. Катетер ангиографический, форма кончика Amplatz Left: AL1, AL2, AL3, номинальный диаметр: 4F (1.35 мм), 5F (1.67 мм), 6F (2.00 мм), 7F (2.30 мм), эффективная длина 100 см.
4. Катетер ангиографический, форма кончика Amplatz Right: ARl, AR2, AR3, номинальный диаметр: 4F (1.35 мм), 5F (1.67 мм), 6F (2.00 мм), 7F (2.30 мм), эффективная длина 100 см.
5. Катетер ангиографический, форма кончика Radial Tiger (TIG), номинальный диаметр: 4F (1.35 мм), 5F (1.67 мм), 6F (2.00 мм), 7F (2.30 мм), эффективная длина 100 см.
6. Катетер ангиографический, форма кончика Pigtail Straight (PIG), номинальный диаметр 4F (1.35 мм), эффективная длина: 60 см, 80 см, 110 см, 6 боковых отверстий.
7. Катетер ангиографический, форма кончика Pigtail Straight (PIG), номинальный диаметр 5F (1.67 мм), эффективная длина: 80 см, 110 см, 6 боковых отверстий.
8. Катетер ангиографический, форма кончика Pigtail Straight (PIG), номинальный диаметр 6F (2.00 мм), эффективная длина: 80 см, 110 см, 5 боковых отверстий.
9. Катетер ангиографический, форма кончика Pigtail Straight (PIG) с 20 рентгеноконтрастными маркерами, номинальный диаметр 5F (1.67 мм), эффективная длина 100 см.
10. Катетер ангиографический, форма кончика Pigtail Angled 145° диаметр: 5F(1.67 мм), 6F (2.00 мм), эффективная длина 110 см.
11. Катетер ангиографический, форма кончика Pigtail Angled 155° диаметр: 5F (1.67 мм), 6F (2.00 мм) эффективная длина 110 см.
II. Инструкция по применению.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **А.В. Самойлова**

0145231

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU