

## **Фотографические изображения**

**«Реагенты в кассете для количественного определения глюкозы в гемолизате на модулях биохимических cobas c (GLUC2/Glucose HK cobas c systems)»**

патенты в кассете для количественного определения глюкозы в гемолизате на модулях биохимических cobas c  
(GLUC2/Glucose HK cobas c systems)

B  
**GLUC2**

Glucose HK

**cobas c systems**

**REF** 08106037190

System-ID 20 6200 1


**CONTENT**  700

 2-8 °C

**IVD**

 [dialog.roche.com](http://dialog.roche.com)

COBAS C and COBAS  
are trademarks of Roche.



**CE** 0123



Roche Diagnostics GmbH  
Sandhofer Str. 116  
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:  
Roche Diagnostics, Indianapolis, IN  
Made in Germany

**cobas**<sup>02</sup>

04432002001(3)

Реагенты в кассете для количественного определения глюкозы в гемолизате на модулях биохимических cobas c (GLUC2/Glucose HK cobas c systems)

# GLUC2

**For USA** **CONTENT**

**B:** TRIS 100 mmol/L, pH 7.8;  
ATP  $\geq$  1.7 mmol/L;  
Mg<sup>2+</sup> 4 mmol/L;  
NADP  $\geq$  1 mmol/L;  
**C:** HEPES 30 mmol/L, pH 7.0;  
Mg<sup>2+</sup> 4 mmol/L;  
HK (yeast)  $\geq$  130  $\mu$ kat/L;  
G-6-PDH (E. coli)  
 $\geq$  250  $\mu$ kat/L

**LOT** 70700601

 2024-07-31

реагенты в кассете для количественного определения глюкозы в гемолизате на модулях биохимических cobas c  
(GLUC2/Glucose HK cobas c systems)

GLUC2

REF (240)08106037190

For USA: Rx only

LOT

(10)70700601



2024-07-31




2022-12-13



UDI

GTIN


(01)07613336140765



For USA: Store upright



EU: +800 5505 6606  
USA: +1 800 4282336



03



Реагенты в кассете для количественного определения глюкозы в гемолизате на модулях биохимических cobas c (GLUC2/Glucose HK cobas c systems)

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Diagnostикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2\_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 08106037190

Всего пронумеровано,  
прошнуровано и  
скреплено печатью  
листа (ов)



*Косенко Л.С.*

по доверенности  
от 30.01.2023 г.