



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 05 февраля 2024 года № РЗН 2023/21279

На медицинское изделие

Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов
по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Интерген" (ООО "Интерген"),
Россия, 117186, Москва, ул. Нагорная, д. 4А

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Интерген" (ООО "Интерген"),
Россия, 117186, Москва, ул. Нагорная, д. 4А

Место производства медицинского изделия

ООО "Интерген", Россия, 117186, Москва, ул. Нагорная, д. 4А

Номер регистрационного досье № РД-60114/625 от 16.01.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.13.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 05 февраля 2024 года № 450
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0075184



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 05 февраля 2024 года № РЗН 2023/21279

Лист 1

На медицинское изделие

**Помпа "GENINTER®" с регулируемым вакуумом для аспирации ооцитов
по ТУ 32.50.13-001-72923880-2022, в составе:**

1. Помпа для аспирации - 1 шт.
2. Трубки силиконовые, диаметр 8 мм, длина 15 см (РУ № ФСР 2008/02487, производства ООО "РТИ-Силиконы", Россия) - 2 шт.
3. Трубка силиконовая, диаметр 8 мм, длина 150 см (РУ № ФСР 2008/02487, производства ООО "РТИ-Силиконы", Россия) - 1 шт.
4. Блок питания 220/12В, модель ROBITON, артикул B12-1000 - 1 шт.
5. Педаль ножная с трубкой для подключения к помпе - 1 шт.
6. Плавкий предохранитель ВПТ6-0,5 А - 2 шт.
7. Бутылка стеклянная 100 мл, тип П-100-2-МТО (РУ № ФСР 2011/11410, производства ООО "Солстек", Россия) - 1 шт.
8. Пробка резиновая, диаметр - 31 мм с 2-мя штуцерами диаметром 6 мм - 1 шт.
9. Фильтр (РУ № ФСЗ 2009/04224, производства "КА-МИ С.Р.Л.", Италия) - 1 шт.
10. Паспорт - 1 шт.
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0135092