

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радюшкин И.В.
«17» 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

117105, г. Москва, Нагорный проезд, д.10, корпус 2, строение 2, подъезд 6, комната 30

БИОХОЛД

Реагент для бактериологических
исследований
«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТ.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант №1
РУ №

Серия В143/1-10822
Дата изготовления: 22.08.2022
Годен: 21.08.2024

Наименование по	Результаты контроля
1. Внешний вид	
Реагент	
2. Технические характеристики	
Прозрачность и сухих компонентов	
Растворимость	
Прозрачность и цвет раствора	
pH	
Потеря в массе при высушивании, %	
Аммоний азот, %	
Хлориды (в пересчете	


БИОГОЛД

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой» («SDS-бульон») предназначен для выделения и идентификации энтеробактерий при вспомогательной диагностике инфекционных заболеваний.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ
Исследуемые образцы - материалом для выделения и идентификации энтеробактерий служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) – один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов – бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Среди бактерий ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки видов. Возбудители ОКИ могут передаваться алиментарным, водным и



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант №2


Серия В143/2-10922

РУ № _____

Дата изготовления: 13.09.2022

Годен: 12.09.2024

Наименование по	Результаты
1. Внешний вид	
Реагент	
2. Технические ха	
Прозрачность и	
сухих компонентов	
Растворимость	
Прозрачность и цве	
раствора	
pH	
Потеря в массе при	
высушивании, %	
Аминный азот, %	
Хлориды (в пересче	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой» («SDS-бульон») предназначен для выделения и идентификации энтеробактерий при вспомогательной диагностике инфекционных заболеваний.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы - материал для выделения и идентификации энтеробактерий служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, рта, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщины, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) - один из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов - бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Среди бактерий ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки видов. Возбудители ОКИ могут передаваться алиментарным, водным и


БИОХОЛД

Реагент для бактериологических
исследований
**«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой
«SDS-бульон»**

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР. 1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № 11, 12



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант №1

Серия В143/1-10822

Дата изготовления: 22.08.2022

Годен: 21.08.2024

РУ №

Наименование по

1. Внешний вид
Реагент
2. Технические характеристики
Прозрачность и
сухих компонентов
Растворимость

Прозрачность и цвет
раствора
рН
Потеря в массе при
высушивании, %
Аминовый азот, %
Хлориды (в пересчете

Результаты контроля



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)

по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ



Назначение. Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой» («SDS-бульон») предназначен для
выделения и идентификации энтеробактерий при вспомогательной
диагностике инфекционных заболеваний.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы - материалом для выделения и
идентификации энтеробактерий служит посев биоматериала
человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат
плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные
массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча).
Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и
демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции
(ОКИ) - один из самых распространенных видов патологии
человека, которые могут вызывать различные представители мира
микробов - бактерии, грибы, вирусы, простейшие. Среди бактерий
ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям
семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки видов.
Возбудители ОКИ могут передаваться алиментарным, водным и



Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант №2


Серия В143/2-10922

Дата изготовления: 13.09.2022

Годен: 12.09.2024

РУ №

Наименование по
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические ха
Прозрачность и
сухих компонентов
Растворимость
Прозрачность и цве
раствора
pH
Потеря в массе при
высушивании, %
Аминный азот, %
Хлориды (в пересче



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований «Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой» («SDS-бульон») предназначен для выделения и идентификации энтеробактерий при вспомогательной диагностике инфекционных заболеваний.

1.2. ИССЛЕДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Исследуемые образцы - материалом для выделения и идентификации энтеробактерий служит посев биоматериала человека (кровь, гной, отделяемое ушей, носа, ран, глаз, экссудат плевральной полости, кал, промывные воды желудка, рвотные массы, выделения из цервикального канала у женщин, моча). Применение медицинского изделия не зависит от популяционных и демографических аспектов. Для диагностики in vitro.

1.3. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Теоретическое обоснование. Острые кишечные инфекции (ОКИ) - одни из самых распространенных видов патологии человека, которые могут вызывать различные представители мира микробов - бактерий, грибы, вирусы, простейшие. Среди бактерий ведущая роль в развитии ОКИ принадлежит представителям семейства Enterobacteriaceae, включающего десятки видов. Возбудители ОКИ могут передаваться алиментарным, водным и

Результаты контроля
та
ся частицы
икретной и в 1л
жен быть

Прошито, пронумеровано
(7 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


Радюшкин И.В.

«14» 04 2024 г.

**МАКЕТ ПРОЕКТА ЭТИКЕТКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства:ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий
сухой»

(«SDS-бульон»)

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 7,3 - 7,7

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

32,0 г среды размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин, и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.

Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий
сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д(+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 7,3 - 7,7

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г 250 г

Способ приготовления

32,0 г среды размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин, и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.

Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

2



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий
сухой»**

(«SDS-бульон»)

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 7,3 - 7,7

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

32,8 г среды размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин, и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.

Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

1



ООО «БиоХолд»

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд», Россия, 111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1,
пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий
сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению.
- Паспорт качества.

pH 7,3 - 7,7

РУ _____

серия № _____

дата изготовления _____

срок годности _____

Хранение и транспортирование: в сухом месте, в упаковке предприятия-производителя при температуре от +2° до +30°C

Для профессионального использования

Только для in vitro диагностики

Дополнительная информация в инструкции по применению

Масса нетто 250 г

Способ приготовления

32,0 г среды размешать в 1 л воды дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин, и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.

Не автоклавируют!

После вскрытия банку с Реагентом хранят до истечения срока годности плотно закрытой, в сухом месте при температуре от +2° до +30°C, избегая попадания влаги.

LOT

2

прошито, пронумеровано
(5 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

«24» 04 2024 г.

**МАКЕТ РАЗВЕРТКИ ЭТИКЕТКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»**

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

pH 7,3-7,7

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя при
температуре от +2° до +30°С.

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

32,0 г среды размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин,
и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.
Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой,
в сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия В143/1-10822

Дата изготовления 22.08.2022

Годен 21.08.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»**

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

pH 7,3-7,7

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя при
температуре от +2° до +30°С.

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

32,0 г среды размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин,
и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.
Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой,
в сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.
Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

2

Только для in vitro диагностики

Серия В143/1-10822

Дата изготовления 22.08.2022

Годен 21.08.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»**

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

pH 7,3-7,7

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя при
температуре от +2° до +30°С.

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

32,0 г среды размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин,
и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.
Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой,
в сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.
Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

1

Только для in vitro диагностики

Серия В143/2-10922

Дата изготовления 13.09.2022

Годен 12.09.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»**

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

pH 7,3-7,7

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя при
температуре от +2° до +30°С.

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

32,0 г среды размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин,
и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.
Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой,
в сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.
Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

2

Только для in vitro диагностики

Серия B143/2-10922

Дата изготовления 13.09.2022

Годен 12.09.2024

Масса нетто 250 гр.

Вариант 1 по 250 г в составе:

- Панкреатический гидролизат рыбной муки
- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»**

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

pH 7,3-7,7

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя
при температуре от +2° до +30°C

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды размешать в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин,
и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.
Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой,
в сухом месте при температуре от +2° до +30° С,
избегая попадания влаги.
Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годен

Масса нетто 250 гр.

Вариант 2 по 250 г в составе:

- Пептон сухой ферментативный
- Натрий додецилсульфат
- Д (+)-лактоза, 1-водная
- Натрий хлористый
- Бромтимоловый синий
- Натрий углекислый
- Инструкция по применению
- Паспорт качества



Реагент для бактериологических исследований
**«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»**

по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

pH 7,3-7,7

Хранение и транспортирование: в сухом месте,
в упаковке предприятия-производителя
при температуре от +2° до +30°C

РУ №

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Способ приготовления:

среды размешать в в 1 л воды
дистиллированной, кипятить в течение 1-2 мин,
и разлить по 5 мл в стерильные пробирки.
Не автоклавировать!

После вскрытия банку с Реагентом хранят
до истечения срока годности плотно закрытой,
в сухом месте при температуре от +2° до +30° C,
избегая попадания влаги.
Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению.

LOT

Только для in vitro диагностики

Серия

Дата изготовления

Годен

Масса нетто 250 гр.

прошито, пронумеровано
(7 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор ООО
«БиоХолд»

И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


Радюшкин И.В.
«24» 2024 г.

**ПРОЕКТ ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022**

серия № В143/1-10822

срок годности 21.08.2024 дата изготовления 22.08.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022**

серия № В143/2-10922

срок годности 12.09.2024 дата изготовления 13.09.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022**

серия № В143/1-10822

срок годности 21.08.2024 дата изготовления 22.08.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022**

серия № В143/2-10922

срок годности 12.09.2024 дата изготовления 13.09.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С

Прошито, пронумеровано
(3 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БиоХолд»



Радюшкин И.В.

«24» 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
(«SDS-бульон»)
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

ООО «БиоХолд»,

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

серия № В143/1-10822

срок годности 21.08.2024 дата изготовления 22.08.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C



БИОХОЛД

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения
и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
Телефон: 8 (495) 280-35-52; e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: 111672, ООО «БиоХолд»,
г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Серия В143/1-10822
Дата изготовления: 22.08.2022
18.2024



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для бактериологических исследований

Вариант №1

ТУ №

Наименование
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические
Прозрачность
сухих компонентов
Растворимость

Прозрачность и
раствора
рН
Потеря в массе при
высушивании, %
Аммоний азот, %
Хлориды (в пересчете)

Результаты контроля	
Цвет	
Взвешиваются частицы	
в конкретной анализе в 1л	
должен быть	

111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2


Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

серия № В143/2-10922

срок годности 12.09.2024 дата изготовления 13.09.2022

количество 8

масса нетто 2,48 кг масса брутто 2,68 кг



Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C



111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Серия В143/2-10922
Дата изготовления: 13.09.2022
2024

Вариант №2
РУ №

Наименование
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические ха
Прозрачность и
сухих компонентов
Растворимость
Прозрачность и ш
раствора
pH
Потеря в массе при
высушивании, %
Аммоний азот, %
Хлориды (в пересч



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
«SDS-бульон» предназначен для

Результаты контроля
цвета
блестящие частицы
конкретной или в 1л
должен быть

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bihold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2


Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

серия № В143/1-10822

срок годности 21.08.2024 дата изготовления 22.08.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +30 °С




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bihold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
«(«SDS-бульон»)»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Вариант №1

ТУ №

Наименование
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические х-к
Прозрачность и
сухих компонентов
Растворимость
Прозрачность и цвет
раствора
pH
Потеря в массе при
высушивании, %
Аммоний азот, %
Хлориды (в пересче



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«(«SDS-бульон»)»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
«(«SDS-бульон»)»

Результаты
контроли
мет
тся частицы
онкретной
ни в 1л
лжен быть

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВНТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2

Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

серия № В143/2-10922

срок годности 12.09.2024 дата изготовления 13.09.2022

количество 8

масса нетто 2,56 кг масса брутто 2,72 кг



Хранить при температуре от +2 °C до +30 °C
Транспортировать при температуре от +2 °C до +30 °C



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВНТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «БиоХолд»,
111672, г. Москва, ул. Салтыковская, д.26, стр. 1, пом. № II, ком. 2
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 20.59.52-027-96299156-2022

Серия В143/2-10922
Дата изготовления: 13.09.2022
1024

Вариант №2
РУ №

Наименование
1. Внешний вид
Реагент
2. Технические хв
Прозрачность и
сухих компонентов
Растворимость
Прозрачность и цве
раствора
pH
Потеря в массе при
высушивании, %
Аминный азот, %



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
энтеробактерий сухой»
«SDS-бульон»
по ТУ 21.59.52-027-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение. Реагент для бактериологических исследований
«Питательный бульон для выделения и идентификации
«SDS-бульон» предназначен для

Результаты
контроля
ста
ться частицы
нкретной
ни в 1л
нжен быть

Прошито, пронумеровано
(5 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин