Утверждаю
Директор ООО «АРТ-Медикал»

_____ А.М.Костин

01 июня 2023г.

Фотографическое изображение медицинского изделия

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Набор микрохирургических инструментов по ТУ 32.50.13-001- 47623553-2021 в упаковке. Общий вид.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 4
(Четыре) листа

Директор ООО «АРТ-Медикал»
Костин А.М.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Утверждаю
Директор ООО «АРТ-Медикал»

_____ А.М.Костин

01 июня 2023г.

Проект маркировки медицинского изделия

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Маркировка

На упаковке набора должен быть наклеен ярлык, выполненный печатным способом, на котором должны быть указаны:

- товарный знак предприятия изготовителя
- наименование набора;
- обозначение настоящих ТУ;
- дата выпуска;
- штамп ОТК;
- наименование набора;
- номер партии;
- номер технических условий
- номер Регистрационного удостоверения и дата его выдачи.

ООО «Титан серджикл», 420095, г. Казань, ул. Восстания, д.100, корпус 177, помещение 2
Набор микрохирургических инструментов по ТУ 32.50.13-001- 47623553-2021
- Наконечник ОРТ 021.01
- Наконечник ОРТ 021.02
- Наконечник ОРТ 021.03
- Наконечник ОРТ 021.04

РУ ___ РЗН_____
Номер партии_____
Дата изготовления: _____

На каждом инструменте, входящем в набор, должно быть указано условное обозначение размера рабочей части



Наконечник ОРТ 021.01



Наконечник ОРТ 021.02

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Наконечник ОРТ 021.03

Наконечник ОРТ 021.04

Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ Р 14192.
На ящике (коробке) должны быть нанесены манипуляционные знаки, соответствующие значениям: «Беречь от влаги», «Хрупкое, осторожно».

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и заверено печатью 3
(три) листа

Директор ООО «АРТ-Медикал»
Костин А.М.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU