

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Компания «БиВи»

Т.А. Носова

» 2021 г.



ПО ДОВЕРЕННОСТИ
77 АГ 5987783

КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия:

Набор реагентов для количественного определения хорионического гонадотропина человека (β -субъединицы) (HCG/ β -HCG (CLIA)) в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе серии Maglumi для диагностики in vitro

Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co.,Ltd. («Шэньчжэнь Нью Индастриз Биомедикал Инжиниринг Ко., Лтд.»), Китай

MAGLUMI® HCG/ β -HCG (CLIA)

CONTENTS

2.5 mL Magnetic Microbeads
2.5 mL Calibrator Low
2.5 mL Calibrator High
12.5 mL Buffer
22.5 mL ABEI Label
25.0 mL Diluent

LOT 01720101001

SN 5012

2021-10-10

IVD

CE

2°C

8°C

Σ 100



Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd.
Pinghean District, 518122 Shenzhen, P.R. China
Tel: +86-755-21538601 Fax: +86-755-28262740

EC REP


Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Tel: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Snibe



HCG/ β -HCG (CLIA) **MAGLUMI®**
Internal Quality Control

LOT 017201010012 Volume: 2.0 mL **IVD** **CE**

 2021-10-10 Target Value: 300 mIU/mL   20°C

Range: 210 - 390 mIU/mL

 Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co., Ltd. **Snibe**

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 4 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

