

17, Krylatskaya str., bld. 2, Moscow, 121614
Tel.: (495) 580-77-77 Fax: (495) 580-78-78

121614, г. Москва, ул. Крылатская, 17, корп. 2
Тел.: (495) 580-77-77, Факс: (495) 580-78-78

Супервайзер отдела регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»


Доверенность: б/н от 10.08.2023 г.
№ бланка 77 АД 2783964 от 10.08.2023 г.




Паламарь Е.В.
2023г.
М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ИМПЛАНТАТЫ ГРУДНЫЕ ГЕЛЕВЫЕ


1. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, супервысокий профиль - Siltex Round Ultra High Profile Gel Breast Implant Cohesive I




2. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, средний Plus профиль - Siltex Round Moderate Plus Profile Gel Breast Implant Cohesive I




3. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, средний Plus профиль - Siltex Round Moderate Plus Profile Gel Breast Implant Cohesive II.




4. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, высокий профиль - Siltex Round High Profile Gel Breast Implant Cohesive I.




5. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, высокий профиль - Siltex Round High Profile Gel Breast Implant Cohesive II.



6. Имплантат грудной гелевый Siltex, круглый, средний Plus профиль Xtra - Siltex Round Moderate Plus Profile Xtra Gel Breast Implants.



7. Имплантат грудной гелевый Siltex, круглый, высокий профиль Xtra - Siltex Round High Profile Xtra Gel Breast Implants.



Patient Name: _____


Surgeon Name: _____

Address: _____

Phone: () _____ Left ☐

Right ☐

Date of Implant: _____

 800 cc  MENTOR

 Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands
+31 71 7513600
www.mentorwwllc.com

REF 324-4800
LOT 9483221
SN 9483221-019

Patient Name: _____


Surgeon Name: _____

Address: _____

Phone: () _____ Left ☐

Right ☐

Date of Implant: _____

 800 cc  MENTOR

 Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands
+31 71 7513600
www.mentorwwllc.com

REF 324-4800
LOT 9483221
SN 9483221-019


Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™

800 CC Left ☐

Right ☐

REF 324-4800
LOT 9483221
SN 9483221-019

Date of Implant: _____

  MENTOR

 Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands
+31 71 7513600
www.mentorwwllc.com


Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™

800 CC Left ☐

Right ☐


REF 324-4800
LOT 9483221
SN 9483221-019

Date of Implant: _____

  MENTOR

 Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden
The Netherlands
+31 71 7513600
www.mentorwwllc.com


 

 MENTOR

800 cc

Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™


REF 324-4800 LOT 9483221 SN 9483221-019

 MENTOR

800 cc

Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™


REF 324-4800 LOT 9483221 SN 9483221-019

 MENTOR

800 cc

Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™


REF 324-4800 LOT 9483221 SN 9483221-019

 MENTOR

800 cc

Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™


REF 324-4800 LOT 9483221 SN 9483221-019

 MENTOR

800 cc

Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™

REF 324-4800 LOT 9483221 SN 9483221-019

 MENTOR


800 cc

Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™


REF 324-4800 LOT 9483221 SN 9483221-019

Принадлежности


1. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, средний Plus профиль - Siltex Round Moderate Plus Profile Gel Breast Implant Cohesive I Demo- нестерильный демонстрационный образец.




2. Имплантат грудной гелевый Siltex, круглый, высокий профиль Xtra - Siltex Round High Profile Xtra Gel Breast Implants Demo - нестерильный демонстрационный образец.




3. Имплантат грудной гелевый Siltex, круглый, средний Plus профиль Xtra - Siltex Round Moderate Plus Profile Xtra Gel Breast Implants Demo - нестерильный демонстрационный образец.





4. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, высокий профиль - Siltex Round High Profile Gel Breast Implant Cohesive I Demo - нестерильный демонстрационный образец.



5. Имплантат грудной гелевый Siltex круглый, супервысокий профиль - Siltex Round Ultra High Profile Gel Breast Implant Cohesive I Demo - нестерильный демонстрационный образец.









MENTOR



Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Leiden,
The Netherlands
tel: +31 71 7513600






Rintaimplantti

Rinna implantant

Грудный

Implan



FR: Prothèse Mammaire Siltex™, Pré-Remplie de Gel de Silicone Cohesive II™, Ronde, Profil Haut
 ES: Prótesis Mamaria de Gel Redonda, Siltex™ Perfil Alto, Cohesive II™
 PT: Prótese Mamária de Gel, Redonda, Siltex™, Perfil Alto, Cohesive II™
 IT: Protesi Mammaria Siltex™ Rotonda in Gel Cohesive II™, Profilo Alto



2025-07-25



Mentor Medical Systems B.V.
 Zernikedreef 2
 2333 CL Leiden
 The Netherlands
 www.mentorwllc.com
 +31 717513600



1419-07



Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™



800 cc

HP

LOT 9483221

QTY 1



REF 324-4800

FR: Prothèse Mammaire Siltex™, Pré-Remplie de Gel de Silicone Cohesive II™
Ronde, Profil Haut
ES: Prótesis Mamaria de Gel Redonda, Siltex™ Perfil Alto, Cohesive II™
PT: Prótese Mamária de Gel, Redonda, Siltex™, Perfil Alto, Cohesive II™
IT: Protesi Mammaria Siltex™ Rotonda in Gel Cohesive II™, Profilo Alto



16.4 cm



6.3 cm

STERILE



2020-07-25



2025-07-25



Mentor Medical Systems B.V.

Zernikedreef 2


2333 CL Leiden

The Netherlands


www.mentorwwllc.com



1419-07



Siltex™ Round High Profile
Gel Breast Implant Cohesive II™



800 cc

HP

LOT 9483221

QTY 1  

SN 9483221-019

REF 324-4800



(01)08717694014191(17)250725(10)9483221(21)9483221019



15.4 cm

6.3 cm

STERILE 

2020-07-25



2025-07-25

 Mentor Medical Systems B.V.
Zernikedreef 2
2333 CL Liden
The Netherlands
www.mentorwwllc.com



1419-07

Код продукта: THPX150

Имплантаты грудные гелевые: Имплантат грудной гелевый Siltex, круглый, высокий профиль Xtra - Siltex Round High Profile Xtra Gel Breast Implants

Область применения: Хирургия

Назначение: Применяется для увеличения или восстановления молочной железы после мастэктомии.

Регистрационное удостоверение: ФСЗ 2009/05296 от XX.XX.XXXX г.

Производитель: Ментор Медикал Системс Б.В. (Mentor Medical Systems B.V.), Zernikedreef 2, 2333 CL Leiden, The Netherlands, Нидерланды

Уполномоченный представитель производителя, адрес: ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, Россия, г.Москва, ул.Крылатская, д.17, корп.2, тел: +7(495)5807777

Модель: см. на упаковке

Диаметр: см. на упаковке.

Выступающая часть: см. на упаковке.

Форма: см. на упаковке.

Поверхность оболочки: полидиметилсилоксан MED1-6649.

Материал оболочки: полидифенилсилоксан MED1-6609, полидиметилсилоксан MED1-6649.

Наполнитель: Medical Implant Grade Cohesive I MED3-6300.

Транспортировка при температуре от -20°C до +50°C. Относительная влажность не более 75%. Атмосферное давление 700-1060 гПа.

Хранить при температуре от +10°C до +25°C. Относительная влажность не более 75%.

Атмосферное давление 700-1060 гПа.

Нетоксично внутри.

Масса: 155,8 г

THPX150@001





ПОДПИСАНО
ИЗДАНО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ