

ООО «Тринити Медикал Системс»
Генеральный директор
Серегин Р.В.



(Подпись)

" 11/11/2024 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

варианты исполнения:

- Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-400, в составе:
 - 1. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.
 - 2. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.
 - 3. Кронштейн для фороптера – 1 шт.
 - 4. Колонна для проектора знаков – 1 шт.
 - 5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - 6. Кабель электропитания – 1 шт.
 - 7. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).
- Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-518, в составе:
 - 1. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.
 - 2. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.
 - 3. Колонна со светильником – 1 шт.
 - 4. Кронштейн для фороптера – 1 шт.
 - 5. Кронштейн для проектора знаков – 1 шт.
 - 6. Основание V-образное (станина) – 1 шт.
 - 7. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - 8. Кабель электропитания – 1 шт.
- Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-600, в составе:
 - 1. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.
 - 2. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.
 - 3. Колонна со светильником – 1 шт.
 - 4. Колонна с кронштейном для фороптера – 1 шт.
 - 5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - 6. Кабель электропитания – 1 шт.
 - 7. Кабель электропитания кресла – 1 шт.
 - 8. Колонна для проектора знаков – 1 шт. (при необходимости).
 - 9. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).
- Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-700, в составе:
 - 1. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.
 - 2. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.
 - 3. Кронштейн для фороптера – 1 шт.
 - 4. Колонна для проектора знаков – 1 шт.
 - 5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - 6. Кабель электропитания – 1 шт.
 - 7. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).
- Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-800, в составе:
 - 1. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.
 - 2. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.
 - 3. Кронштейн для фороптера – 1 шт.
 - 4. Колонна для проектора знаков – 1 шт.
 - 5. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
 - 6. Кабель электропитания – 1 шт.
 - 7. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

варианты исполнения:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-400, в составе:

1. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.

Supore PRODUCT:
Ophthalmic combine
CS-400
Voltage: AC220V
Frequency: 50Hz
Power: 350W
Manufacturer: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
Address: No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China
IP21
SN:
Useful life: 10 years
MADE IN CHINA

⚡ F3A 220V

CE



2. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.




3. Кронштейн для фороптера – 1 шт.



1.4. Колонна для проектора знаков – 1 шт.



	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: IFU-2024/02/Supore/CS	
Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS		Версия: 2	Страница: 1
Производитель: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"	Дата выпуска: 2024-02	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

медицинского изделия


Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

(Настоящая выписка подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)


Производитель:
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

2024


6. Кабель электропитания – 1 шт.



- 1.7. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).



Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-518, в составе:



Supore

PRODUCT:
Ophthalmic combine
CS-518

Voltage: AC220V

Frequency: 50Hz

Power: 350W



Manufacturer: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
Address: No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China

IP21  F3A 220V

SN:

Useful life: 10 years



MADE IN CHINA


2. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.



23. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.




24. Колонна со светильником – 1 шт.




5. Кронштейн для фороптера – 1 шт.



6. Кронштейн для проектора знаков – 1 шт.



7. Основание V-образное (станина) – 1 шт.



Supore	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: IFU-2024/02/Supore/CS	
Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS		Версия: 2	Страница: 1
Производитель: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"	Дата выпуска: 2024-02	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

медицинского изделия


Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

(Настоящая выписка подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)


Производитель:
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

2024

Кабель электропитания – 1 шт.



Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-600, в составе:



Supore

PRODUCT:
Ophthalmic combine
CS-600

Voltage: AC220V

Frequency: 50Hz

Power: 350W



Manufacturer: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
Address: No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China

IP21

 F3A 220V

SN:

Useful life: 10 years



MADE IN CHINA

Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.



3. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.



4. Колонна со светильником – 1 шт.



Колонна с кронштейном для фороптера – 1 шт.



	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: IFU-2024/02/Supore/CS	
Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS		Версия: 2	Страница: 1
Производитель: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"	Дата выпуска: 2024-02	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

медицинского изделия

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

(Настоящая выписка подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Производитель:
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

2024

7. Кабель электропитания – 1 шт.




8. Кабель электропитания кресла – 1 шт.



9. Колонна для проектора знаков – 1 шт. (при необходимости).



10. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).



Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-700, в составе:



Supore

PRODUCT:
Ophthalmic combine
CS-700

Voltage: AC220V

Frequency: 50Hz

Power: 350W



Manufacturer: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
Address: No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China

IP21



F3A 220V

SN:

Useful life: 10 years



MADE IN CHINA


2. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.



3. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.



4. Кронштейн для фороптера – 1 шт.



5. Колонна для проектора знаков – 1 шт.



Supore	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: IFU-2024/02/Supore/CS	
Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS		Версия: 2	Страница: 1
Производитель: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"	Дата выпуска: 2024-02	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ медицинского изделия

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн
офтальмологический) CS

(Настоящая выписка подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации
медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме,
требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление
Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)

Производитель:
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

2024

7. Кабель электропитания – 1 шт.



8. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).



Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-800, в составе:



Supore

PRODUCT:
Ophthalmic combine
CS-800

Voltage: AC220V


Frequency: 50Hz

Power: 350W



Manufacturer: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
Address: No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China

IP21

 F3A 220V


SN:

Useful life: 10 years

MADE IN CHINA




2. Блок основной со столом поворотным на два прибора – 1 шт.




3. Кресло для пациента с электроприводом, подлокотниками и подножкой – 1 шт.




4. Кронштейн для фороптера – 1 шт.



- б. Колонна для проектора знаков – 1 шт.



	Руководство по эксплуатации на МИ	Номер документа: IFU-2024/02/Supore/CS	
Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS		Версия: 2	Страница: 1
Производитель: Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью "Тринити Медикал Системс"	Дата выпуска: 2024-02	

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

медицинского изделия

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

(Настоящая выписка подготовлена для предоставления сведений в целях регистрации медицинского изделия на территории Российской Федерации. Сведения представлены в объеме, требуемом в соответствии с Правилами регистрации медицинских изделий (постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №1416)


Производитель:
Shanghai Supore Instruments Co., Ltd.

2024

6.7. Кабель электропитания – 1 шт.



8. Подставка для ног врача – 1 шт. (при необходимости).



Маркировка будет представлена в форме русскоязычных стикеров, содержащих дополнительную информацию в соответствии с законодательством России.

а) Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

Вариант исполнения:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-400:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-400	
Производитель:  Shanghai Supore Instruments Co., Ltd (Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд) Место производства: No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China Телефон: +86-21-36162800-887 Факс: +86-21-36162990 http://en.supore.com/ sale05@supore.com 	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru
IP21	Срок службы: 10 лет
Предохранитель	F3A 220В
Режим работы	Непродолжительный
Рабочий цикл, вкл/выкл, мин	1/9
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +40 °C
Относительная влажность воздуха	от 20 до 80%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	
Дата производства:	

б) Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

Вариант исполнения:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-518:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-518	
Производитель:  Shanghai Supore Instruments Co., Ltd (Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд) Место производства: No. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China	Уполномоченный представитель в РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Тринити Медикал Системс» ООО «ТМС» ИНН: 7733856412 109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1, помещ. I, ком. 8 (этаж 5) Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru

Телефон: +86-21-36162800-887
Факс: +86-21-36162990
<http://en.supore.com/>
sale05@supore.com



IP21	Срок службы: 10 лет
Предохранитель	F3A 220В
Режим работы	Непродолжительный
Рабочий цикл, вкл/выкл, мин	1/9
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +40 °C
Относительная влажность воздуха	от 20 до 80%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	
Дата производства:	

- с) Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS
Вариант исполнения:
Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-600:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-600

Производитель:



Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)

Место производства:

No. 800, Yeji Road, Baoshan District,
Shanghai, China

Телефон: +86-21-36162800-887

Факс: +86-21-36162990

<http://en.supore.com/>

sale05@supore.com



Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью
«Тринити Медикал Системс»

ООО «ТМС»

ИНН: 7733856412

109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1,
помещ. I, ком. 8 (этаж 5)

Телефон: +7 (495) 182-20-98

info@trinityms.ru

IP21	Срок службы: 10 лет
Предохранитель	F3A 220В
Режим работы	Непродолжительный
Рабочий цикл, вкл/выкл, мин	1/9
Условия эксплуатации	
Температура окружающей среды	от +10°C до +40 °C
Относительная влажность воздуха	от 20 до 80%, без конденсации
Давление окружающей среды	700-1060 гПа
Регистрационное удостоверение № _____ от _____	

Дата производства:

d) Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

Вариант исполнения:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-700:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-700

Производитель:



Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)

Место производства:

No. 800, Yeji Road, Baoshan District,
Shanghai, China

Телефон: +86-21-36162800-887

Факс: +86-21-36162990

<http://en.supore.com/>

sale05@supore.com



Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Тринити Медикал Системс»

ООО «ТМС»

ИНН: 7733856412

109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1,
помещ. I, ком. 8 (этаж 5)

Телефон: +7 (495) 182-20-98

info@trinityms.ru

Р21

Срок службы: 10 лет

Предохранитель

F3A 220B

Режим работы

Непродолжительный

Рабочий цикл, вкл/выкл, мин

1/9

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды

от +10°C до +40 °C

Относительная влажность воздуха

от 20 до 80%, без конденсации

Давление окружающей среды

700-1060 гПа

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Дата производства:

e) Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS

Вариант исполнения:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-800:

Место рабочее врача офтальмолога (комбайн офтальмологический) CS-800

Производитель:



Shanghai Supore Instruments Co., Ltd
(Шанхай Супор Инструментс Ко., Лтд)

Место производства:

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью

«Тринити Медикал Системс»

ООО «ТМС»

ИНН: 7733856412

109004, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Таганский, ул. Никольямская, д. 40, стр. 1,
помещ. I, ком. 8 (этаж 5)

o. 800, Yeji Road, Baoshan District, Shanghai, China Телефон: +86-21-36162800-887 Факс: +86-21-36162990 http://en.supore.com/ ale05@supore.com		Телефон: +7 (495) 182-20-98 info@trinityms.ru	
			
21		Срок службы: 10 лет	
редохранитель		F3A 220B	
ежим работы		Непродолжительный	
абочий цикл, вкл/выкл, мин		1/9	
словия эксплуатации			
емпература окружающей среды		от +10°C до +40 °C	
относительная влажность воздуха		от 20 до 80%, без конденсации	
давление окружающей среды		700-1060 гПа	
егистрационное удостоверение № _____ от _____			
ата производства:			

48 листов

Генеральный директор
ООО «ТМС»

Серегин Р.В.

