

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор

ООО "М-МОСТ"

Паулкин Д.В.

«09» апреля 2024 г.

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Система для тромбэктомии CATCHView
(CATCHView thrombectomy system)

Производитель: Balt Extrusion SAS (Балт Экструзион САС),
10 rue de la Croix Vigneron, 95160 Montmorency, France (10 рю де ля Круа Виньерон
95160, Монморанси, Франция)

2024




Потребительская упаковка и маркировка (вид спереди)

CATCHView

Systèmes de thrombo-embolctomie
Thromboembolctomy systems
Thrombo-embolctomie-système
Sistemas de tromboembolctomia
Sistemi di trombo-embolctomia
Tromboembolctomiajárjlesztelmák
Система для тромбэктомии

Tromboembolctomické systémy
Tromboembolctomi sistemleri
Thromboembolctomické systémy
Thromboembolctomias rendszer
Sistemas de tromboembolctomia
Tromboembolctomysystem
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ



DO NOT TORQUE THE CATCHView
NE PAS TORQUER LE CATCHView

Minimum inner diameter of compatible catheter:
Diamètre interne minimum du cathéter compatible:

Recommended catheter:
Cathéter recommandé:

1x

1x

DIAMETER / DIAMETRE

Nominal
(Max. vessel size)
(Taille vaisseau max.)

5.5 mm

Unconstrained
Sans contrainte

6 mm

Working Length
/ Longueur utile

50 mm

0.021" (0.52 mm)

VASCO+18

ind.7

20230331

REF **CATCHVMAXI50**

LOT **00523628**

2025-02

2023-03

STERILE EO



EAN13:



3 700481 350812




Balt Extrusion SAS
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628



(01)03700481350812(11)230313(17)250228(10)00523628

REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628



(01)03700481350812(11)230313(17)250228(10)00523628

REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628



(01)03700481350812(11)230313(17)250228(10)00523628

CATCHVMAXI50


2025-02



(01)03700481350812(11)230313(17)250228(10)00523628

CONTENTS:

1




Маркировка потребительской упаковки

CATCHView

Systemas de trombo embolizacjie
Thromboembolizacjie systemas
Thrombo-embolizacjie-syste
Sistemas de tromboembolizacjie
Sistemi di trombo-embolizacjie
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Sistema de tromboembolizacjie

Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste
Tromboembolizacjie-syste



DO NOT TORQUE THE CATCHView
NE PAS TORQUER LE CATCHView

Minimum inner diameter of compatible catheter:
Diamètre interne minimum du cathéter compatible:

Recommended catheter:
Cathéter recommandé:

1x
1x

DIAMETER / DIAMETRE

Nominal
(Max. vessel size)
(Taille vaisseau max.)

5.5 mm

Unconstrained
Sans contrainte

6 mm

Working Length
/ Longueur utile

50 mm

0.021" (0.52 mm)

VASCO+18

Ind.7 20230331

REF **CATCHVMAXI50**

LOT **00523628** 2025-02 2023-03

STERILE EO

EAN13:



Balt Extrusion SAS
10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628

REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628

REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628



MADE IN FRANCE

Потребительская упаковка и маркировка (вид с обратной стороны)

Система для тромбэктомии CATCHView

Стерильно, нетоксично, апирогенно

Условия хранения: Изделие должно храниться при комнатной температуре от +20 до +25 °C и относительной влажности 35-45 %.

РУ № _____ от ЧЧ.ММ.ГГГГ.

Дополнительный стикер для маркировки потребительской упаковки при поставке в РФ

CATCHVMAXI50 2025-02



CONTENTS

1 balt


CATCHView

Systèmes de thrombo-embolisme
Thromboembolism system
Thrombo-embolism system
Sistemes de tromboembolism
Sistemi di trombo-embolism
Tromboembolismajärjestelmä
Система для тромбозов

Thromboembolismické systémy
Thromboembolismí systém
Thromboembolismické systémy
Thromboembolismické systémy
Sistemes de tromboembolism
Sistemes de tromboembolism
Tromboembolismajärjestelmä
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΥ

1x

1x



DIAMETER / DIAMETRE

Nominal
(Max. vessel size)
(Taille vaisseau max.)

5.5 mm

Unconstrained

Sans contrainte

6 mm

Working Length
/ Longueur utile
50 mm

DO NOT TORQUE THE CATCHView
NE PAS TORQUER LE CATCHView

Minimum inner diameter of compatible catheter;
Diamètre interne minimum du cathéter compatible:

0.021" (0.52 mm)

Recommended catheter;
Cathéter recommandé:

VASCO+18

Ind. S. 20230331

REF

CATCHVMAXI50

LOT

00523628

2025-02

2023-03

STERILE EO



EAN13:

3 700481 350812



Balt Extrusion SAS
10, rue de la Croix Vigneron
96180 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 09 46 41
www.balt.fr



CATCHVMAXI50 LOT 00523628



CATCHVMAXI50 LOT 00523628



CATCHVMAXI50 LOT 00523628

Индивидуальная упаковка

CATCHVMAXI50



2025-02



CONTENTS

1


CATCHView

Systèmes de thrombo embolctomie
Thromboembolctomie systems
Thrombo-embolctomie-systeme
Sistemas de tromboembolctomia
Sistemi di trombo-embolctomia
Tromboembolctomia/ajrjestemat
Система для тромбэктонии

Tromboembolctomické systémy
Tromboembolctomi sistemleri
Thromboembolctomické systémy
Thromboembolctomiás rendszer
Sistemas de tromboembolctomia
Tromboembolctomiesystem
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΕΚΤΟΜΗΣ

1x

1x



DO NOT TORQUE THE CATCHView
NE PAS TORQUER LE CATCHView

Minimum inner diameter of compatible catheter:
Diamètre interne minimum du cathéter compatible:

Recommended catheter:
Cathéter recommandé:

DIAMETER / DIAMETRE

Nominal
(Max. vessel size)
(Taille vaisseau max.)

5.5 mm

Unconstrained
Sans contrainte

6 mm

Working Length
/ Longueur utile

50 mm**0.021"** (0.52 mm)**VASCO+18**

Ind.6

20230331

REF **CATCHVMAXI50**LOT **00523628**

2025-02



2023-03

STERILE EO



EAN13:



3 700481 350812




Balt Extrusion SAS
10, rue de la Croix Vigneron
96160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr


balt REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628

balt REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628


balt REF CATCHVMAXI50 LOT 00523628



Маркировка индивидуальной упаковки




а. Общий вид изделия в диспенсере с установленным поворотным устройством TORQUER2P




б. Маркировка на диспенсере


Общий вид изделия «Система для тромбэктомии CATCHView»
в диспенсере



Общий вид изделия «Система для тромбэктомии CATCHView»
без диспенсера



Общий вид изделия «Система для тромбэктомии CATCHView»



Общий вид изделия «Поворотное устройство TORQUER2P»

Варианты исполнения и состав поставки медицинского изделия

Система для тромбэктомии CATCHView (CATCHView thrombectomy system)

Варианты исполнения:

I. Система для тромбэктомии CATCHVMINI10, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHVMINI10 – 1 шт.
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

II. Система для тромбэктомии CATCHVMINI15, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHVMINI15 – 1 шт.;
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

III. Система для тромбэктомии CATCHVMINI20, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHVMINI20 – 1 шт.
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

IV. Система для тромбэктомии CATCHV20, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHV20 – 1 шт.
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

V. Система для тромбэктомии CATCHV35, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHV35 – 1 шт.
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

VI. Система для тромбэктомии CATCHVMAXI30, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHVMAXI30 – 1 шт.
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

VII. Система для тромбэктомии CATCHVMAXI40, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHVMAXI40 – 1 шт.;
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

VIII. Система для тромбэктомии CATCHVMAXI50, в составе:

- Система для тромбэктомии CATCHVMAXI50 – 1 шт.
- Поворотное устройство TORQUER2P – 1 шт.
- Руководство по использованию – 1 шт.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 1/1
Подпись _____

