

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Польинцев Д.Г.
«18» 07 2024 г.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
интактный ПТГ», по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023»

Макет этикеток

ГРУППА КОМПАНИЙ
АЛКОР БИО

Вариант исполнения 1

Кат. № 1570101

На коробку:




Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

Комплект поставки:

Калибратор 1	1 шт.
Калибратор 2	1 шт.
Калибратор 3	1 шт.
Калибратор 4	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Для профессионального применения.



ТУ 21.20.23-668-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 1
0,7 мл H₂O
2°C 8°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 2
0,6 мл H₂O
2°C 8°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 3
0,6 мл H₂O
2°C 8°C
ООО «Компания Алкор Био»



Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 4
0,7 мл H₂O
2°C 8°C
ООО «Компания Алкор Био»



«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023»

Макет этикеток



Вариант исполнения 2

Кат. № 1570105

На коробку:



Комплект поставки:

Калибратор 1	5 шт.
Калибратор 2	5 шт.
Калибратор 3	5 шт.
Калибратор 4	5 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-668-98539446-2023
ПУ № XXXXXXXXXXXXXXXX

Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ

LOT E004
REF 1570105
IVD

2024-11-09

2°C - 8°C

000 «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс: +7(812)6787778-6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

LOT E004

2023-11-09

2°C - 8°C



REF 1570105

2024-11-09



IVD

10




Для профессионального применения.

На флаконы:

Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 1
0,7 мл H₂O



000 «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 2
0,6 мл H₂O




000 «Компания Алкор Био»




-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 3
0,6 мл H₂O



000 «Компания Алкор Био»




-5 шт.

Калибраторы
MagnoLIA
интактный ПТГ
Калибратор 4
0,7 мл H₂O



000 «Компания Алкор Био»



-5 шт.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

3 () лист 4

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Подпись Д.Г.
«11» 05 2024 г.



Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*


**«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA
интактный ПТГ», по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023»,
производства ООО «Компания Алкор Био»**

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

П А С П О Р Т № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

Кат. № 1570101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Полынина Д.Г.
«...» 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия для диагностики in vitro
«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023»

1. НАЗНАЧЕНИЕ


1.1. «Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ», по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023» (далее «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ») предназначены для калибровки системных референтных значений анализа при количественном определении интактного паратиреоидного гормона (интактный ПТГ) в сыворотке и плазме крови (система для выявления, подтверждения

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТТ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

Кат. № 1570101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79





П А С П О Р Т № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

Кат. № 1570101 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Номинальное

Содержание



ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

Кат. № 1570105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.



Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Калибратор 1	5 шт.
Калибратор 2	5 шт.
Калибратор 3	5 шт.
Калибратор 4	5 шт.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

ТУ 21.20.23-668-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXX

LOT E004

2023-11-09

25°C



REF 1570105

2024-11-09



IVD

10



Для профессионального применения

«Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
Подпись: Д.Г.
2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. «Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ», по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023» (далее «Калибраторы MagnoLIA интактный ПТГ») предназначены для калибровки (установки референсных значений) анализа при количественном определении интактного паратиреоидного гормона (далее ПТГ) в сыворотке и плазме крови (патология щитовидной железы, метастазы).

ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79

ПАСПОРТ № E004

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы Magnolia интактный ПТГ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023

Кат. № 1570105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.

Калибраторы Magnolia интактный ПТГ

LOT E004

2024-11-08

REF 1670108

25°C



ООО «Компания Алкор Био»,
192148, Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
тел./факс: +7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru




ООО «Компания Алкор Био»
г. Санкт-Петербург, Железнодорожный пр., д. 40, лит. А
Телефон/факс: (812) 677-87-79


ПАСПОРТ № E004


Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы Magnolia интактный ПТТ»,
по ТУ 21.20.23-668-98539446-2023


Кат. № 1570105 Серия № E004 Формирование № 1 Количество 100 шт.











Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

11 (тринадцать) лист 10

Генеральный директор

ООО «Компания Алкор Био»

Д.Г. Полинцев

