



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2010/07131

На медицинское изделие
Фиксаторы для проведения артроскопических операций

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"КонМед Корпорейшн", США,
ConMed Corporation, 525 French Road, Utica, New York, 13502, USA

Производитель
"КонМед Корпорейшн", США,
ConMed Corporation, 525 French Road, Utica, New York, 13502, USA

Место производства медицинского изделия
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-62612/110005 от 02.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 сентября 2024 года № 5221-2/24
допущено к обращению на территории Российской Федерации.
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0076182

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2010/07131

Лист 1

На медицинское изделие

Фиксаторы для проведения артроскопических операций:

1. Шайбы, Ø4,2; 6,0 мм, длиной 21 мм.
2. Винты, от Ø5,0 мм до Ø11,0 мм, с шагом 0,5 мм, длиной от 15 мм до 40 мм, с шагом 5,0 мм.
3. Винты, от Ø6,0 мм до Ø10,0 мм, с шагом 0,5 мм, длиной от 15 мм до 30 мм, с шагом 5,0 мм.
4. Приспособления для внутренней фиксации:
 - для непрерывного шва мениска Sequent изогнутый, 3 заряженных импланта;
 - для непрерывного шва мениска Sequent изогнутый, 4 заряженных импланта;
 - для непрерывного шва мениска Sequent изогнутый, 7 заряженных имплантов.
5. Фиксаторы анкерные не рассасывающиеся, Ø1,3; 1,7; 1,8; 2,1; 2,6; 2,8; 3,3; 3,5; 4,5; 4,75; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 мм, количество нитей 1; 2; 3 шт.
6. Фиксаторы анкерные рассасывающиеся, Ø2,1; 2,6; 4,5; 5,5; 6,5 мм, количество нитей 1; 2; 3 шт.
7. Фиксаторы связок: петля; пуговицы шовные с петлей и без, Ø3,0; 4,5; 5 мм, длиной 11; 14; 17; 25 мм.
8. Пины, Ø1,5; 2,4 мм, длиной 16; 20; 25; 35; 45 мм.

Место производства:

1. ConMed Corporation, 525 French Road, Utica, New York, 13502, USA.
2. Linvatec Corporation, 11311 Concept Boulevard, Largo, Florida 33773, USA.



Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0146678