

121596 Российская Федерация
Москва, ул. Горбунова, д.2, стр. 3
этаж 1, пом. II, ком.7
БЦ Гранд Сетунь Плаза

Тел.: +7 495 256 06 76
E-mail: info@melius-ltd.ru
www.melius-medical.ru

ООО «ММ Рус»
ИНН/КПП: 7729761550/773101001
ОГРН 1147746007111

Генеральный директор

ООО «ММ Рус»

Сулицкий П.Н.

2023 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

Инкубатор лабораторный NÜVE серии EN

1. Инкубатор лабораторный NÜVE, модель EN 055N/ EN 055N (WF), в составе:

1.1. Инкубатор EN 055N/ EN 055N (WF)



Фронтальный вид



Фронтальный вид с открытой дверью



Вид сзади



Вид сбоку

1.2. Полка для инкубатора EN 055

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:

- EN 055N/ EN 055N (WF), - EN 120N/ EN 120N (WF)




1.3. Держатель для полки для инкубатора EN 055

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:

- EN 055N/ EN 055N (WF), - EN 120N/ EN 120N (WF)






4. Кабель питания, длина 2 м

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:

- EN 055N/ EN 055N (WF), - EN 120N/ EN 120N (WF)



5. Wi-Fi антенна для модели EN 055N (WF)

Читаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:

EN 055N (WF), - EN 120N (WF)




1.6. GSM Модуль аварийной сигнализации AlerText в составе:


Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:

- EN 055N/ EN 055N (WF), - EN 120N/ EN 120N (WF) -




1.6.1. GSM модуль





1.6.3. Антенна с кабелем подключения 3 м





1.7. Программное обеспечение NuveCloser на оптическом или электронном носителях с кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3м

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:

- EN 055N/ EN 055N (WF), - EN 120N/ EN 120N (WF)



Программное обеспечение NuveCloser на оптическом или электронном носителе с кабелем для соединения с компьютером RS 232, 3м



Кабель RS 232, длина 3 м



1.8. - Предохранитель сменный 2 А; - Предохранитель сменный 3 А

Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:


1.8.- Предохранитель сменный 2 А для инкубатора моделей: - EN 055N/ EN 055N (WF),

- Предохранитель сменный 3 А для инкубатора моделей: - EN 120N/ EN 120N (WF)



Считаем возможным распространить фотографические изображения изделия на варианты исполнения:

- EN 055N/ EN 055N (WF), - EN 120N/ EN 120N (WF)



1.10. Руководство пользователя.

Считаем возможным распространить фотографические изображения на варианты исполнения:

- EN 055N/ EN 055N (WF); - EN 120N/ EN 120N (WF) -



NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İMALAT VE TİCARET A.Ş.

**Инкубатор лабораторный NÜVE серии EN,
варианты исполнения EN 055N/ EN 055N (WF), EN 120N/ EN 120N (WF)**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Z14.K25 096 Ред..No: 09; Дата ред.: 04/2023

2. · Инкубатор лабораторный NÜVE, модель EN 120N/ EN 120N (WF), в составе:

2.1. Инкубатор EN 120N (WF)



Фронтальный вид



Фронтальный вид с открытой дверью

Вид сверху





Вид сбоку



NUVE
SANAYİ
MALZEMELERİ
İMALAT VE
TİCARET A.Ş.

Saracalar Mah.
Saracalar Kume Evleri No: 4/2
Akyurt 06750 Ankara/TURKIYE
Tel: +90.312 399 28 30-31
Fax: +90.312.399 21 97
E-mail: sales@nuve.com.tr
satis@nuve.com.tr



2022

Ürün (Product) :

EN 120 İNKÜBATOR (Incubator)

REF : Z10.EN 120

Model : EN 120N (WF)

SN : 03.2514

Hacim : 120 Litre
Volume : 120 Liters

Mak. Sıcaklık : 100.0 °C
Max. Temperature

Çalışma Voltajı : 230 V, 50/60 Hz
Operating Voltage

Kurulu Güç : 400 W
Power Rating

Kullanma Kilavuzunu
okumadan
çalıştırmayınız !



Do not operate
before reading the
instruction manual !

CE



8698863114563

Made in Turkey

KAP06F01 Rev. No: 01



KABUL
PASSED
K.No

KAP06F12 Rev.03

Идентификационная маркировка

Макет русскоязычной маркировки модели EN 055N



Nüve Sanayi
Malzemeleri
İmalat ve Ticaret
A.Ş.
(Нюве Санайи
Малземелери
Ималат ве
Тиджарет А.Ш.)

Saracalar Mahallesi,
Saracalar Kümeevleri
No:4/2 Akyurt Ankara
TURKEY, Турция
Тел.+(90) 312 399 28 30
E-mail sales@nuve.com.tr



XXXX

№ Регистрационного
удостоверения

XXXXXXXX

Наименование МИ:

Инкубатор лабораторный NÜVE серии
EN



Обратитесь к инструкции по применению

REF XXXXXXXX

Модель: EN 055N

SN XXXXXXXX

Полезный объем: 55 л

Максимальная температура в камере:
80 °C

Параметры электропитания:
~ 230 В; 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 350 Вт



1984

Произведено в Турции



Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ММ Рус» 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр. 3, этаж 1, пом. II, ком.7;
тел.: + 7 (495) 256-06-76, эл. почта: info@melius-ltd.ru

Макет русскоязычной маркировки модели EN 055N (WF)



Nüve Sanayi
Malzemeleri
İmalat ve Ticaret
A.Ş.
(Нюве Санайи
Малземелери
Ималат ве
Тиджарет А.Ш.)

Saracalar Mahallesi,
Saracalar Kümeevleri
No:4/2 Akyurt Ankara
TURKEY, Турция
Тел.+(90) 312 399 28 30
E-mail sales@nuve.com.tr



XXXX

№ Регистрационного
удостоверения

XXXXXXXX

Наименование МИ:

Инкубатор лабораторный NÜVE серии EN



Обратитесь к инструкции по применению

REF XXXXXXXX

Модель: EN 055N (WF)

SN XXXXXXXX

Полезный объем: 55 л

Максимальная температура в камере:
30 °C

Параметры электропитания:

~ 230 В; 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 350 Вт



1984

Произведено в Турции



Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ММ Рус» 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр. 3, этаж 1, пом. II, ком.7; тел.:
+ 7 (495) 256-06-76, эл. почта: info@melius-ltd.ru



Nüve Sanayi
Malzemeleri
İmalat ve Ticaret
A.Ş.
(Нюве Санайи
Малземелери
Ималат ве
Тиджарет А.Ш.)

Saracalar Mahallesi,
Saracalar Kümevleri
No:4/2 Akyurt Ankara
TURKEY, Турция
Тел.+(90) 312 399 28 30
E-mail sales@nuve.com.tr



XXXX

№ Регистрационного
удостоверения

XXXXXXXX

Наименование МИ:

Инкубатор лабораторный NÜVE серии EN



Обратитесь к инструкции по применению

REF XXXXXXXX

Модель: EN 120N

SN XXXXXXXX

Полезный объем: 120 л

Максимальная температура в камере:
30 °C

Параметры электропитания:
~ 230 В; 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 400 Вт



1984

Произведено в Турции



Уполномоченный представитель производителя:

ООО «ММ Рус» 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр. 3, этаж 1, пом. II, ком.7; тел.:
+ 7 (495) 256-06-76, эл. почта: info@melius-ltd.ru

Макет русскоязычной маркировки модели EN 120N (WF)

	Nüve Sanayi Malzemeleri İmalat ve Ticaret A.Ş. (Нюве Санайи Малземелери Ималат ве ТиджаретА.Ш.)	Saracalar Mahallesi, Saracalar Kümeevleri No:4/2 Akyurt Ankara TURKEY, Турция Тел.+(90) 312 399 28 30 E-mail sales@nuve.com.tr		XXXX
№ Регистрационного удостоверения		XXXXXXXX		
наименование МИ: инкубатор лабораторный NÜVE серии EN				
REF XXXXXXXX	Обратитесь к инструкции по применению			
модель: EN 120N (WF)				
SN XXXXXXXX				
полезный объем: 120 л				
максимальная температура в камере: 0 °C				
параметры электропитания: 230 В; 50/60 Гц		1984 Произведено в Турции		
потребляемая мощность: 400 Вт				
				
полномоченный представитель производителя: ООО «ММ Рус» 121596, РФ, г. Москва, ул. Горбунова, д.2, стр. 3, этаж 1, пом. II, ком.7; тел.: 7 (495) 256-06-76, эл. почта: info@melius-ltd.ru				

