

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова/

2024 г.



Проект маркировки

**Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови
«СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021**

1. Образцы маркировки комплекта № 1

1.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 1

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 1,0 мл LOT 30°C 30°C IVD
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3. Ланцет – 1 шт. (ПУ № ФСЗ 2011/09783) Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 1 шт.
Пипетка	

1.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 1

СРБ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 1

ПУ № РЗН 2022/19180

- Тест-кассета 1 шт.
- Буферный раствор, 1,0 мл 1 шт.
- Инструменты медицинские колющие 1 шт.
- 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783) 1 шт.
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta варианты исполнения: 2 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822) 1 шт.
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 1 шт.
- Инструкция по применению 1 шт.

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область, г. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54; www.imbian.ru; info@imbian.ru

30°C

30°C

IVD

Σ₁

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

LOT

REF GR-002/1.1

Imbian



4 620102 809170

2. Образцы маркировки комплекта № 2

2.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 2

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT IVD +30°C -30°C
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT IVD +30°C -30°C
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3 Ланцет – 10 шт. (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
Пипетка	Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера) – 10 шт. 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)

2.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 2

СРБ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 2

ПУ № РЗН 2022/19180

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструменты медицинские колющие
- 3. Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta: варианты исполнения 2 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

10 шт. LOT

1 фл. 

10 шт. 

10 шт. 

10 шт. REF GR-002/10.2

1 шт.

Imbian



4 620102 809262

+30°C

-30°C

IVD





10



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**

3. Образцы маркировки комплекта № 3

3.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 3

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска – 1 шт. LOT -30°C +30°C IVD 1 тест СРБ ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ imbian СРБ-ИМБИАН-ИХА открыть
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT -30°C +30°C IVD

3.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 3

СРБ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 3

РУ № РЗН 2022/19180

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

-30°C +30°C

IVD

Σ 20

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке, плазме
и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

LOT

20 шт.
1 фл.
1 шт.

REF GR-002/20.3

Imbian

4 620102 809279

4. Образцы маркировки комплекта № 4

4.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 4

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT 30°C 30°C IVD
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3 Ланцет – 20 шт. (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
Пипетка	Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 20 шт. 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)

4.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 4

СРБ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 4

ПУ № РЗН 2022/19180

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструменты медицинские колющие
3 Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая
Inekla варианты исполнения 2 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по
ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 Пипетки для переноса
жидкостей (Пастера) 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке, плазме
и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

20 шт

1 фл

20 шт

20 шт

20 шт

1 шт

LOT

REF

GR-002/20.4

Imbian



4 620102 809149

30°C

30°C

IVD

i




Σ 20



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**

5. Образцы маркировки комплекта № 5

5.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 5

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	 
Буферный раствор	

5.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 5

СРБ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 5

РУ № РЗН 2022/19180

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

-30°C    25

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке, плазме
и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

LOT




REF

25 шт.
1 фл.
1 шт.

GR-002/25.5

Imbian



4 620102 809255

6. Образцы маркировки комплекта № 6

6.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 6

Наименование компонента	Маркировка
Тест-кассета	ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ-ИМБИАН-ИХА Тест-кассета – 1 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT 30°C 30°C IVD
Ланцет	Инструменты медицинские колющие: 3 Ланцет – 25 шт. (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
Пипетка	Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Гастера) 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) – 25 шт.

6.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 6

СРБ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 6

ПУ № РЗН 2022/19180

- Тест-кассета 25 шт
- Буферный раствор 3,0 мл 1 фл
- Инструменты медицинские колющие 25 шт
- 3 Ланцет (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая 25 шт
- Пекла варианты исполнения 2 65x56 (ПУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019 Пипетки для переноса жидкостей (Гастера) 0,25 мл (ПУ № РЗН 2019/8912) 25 шт
- Инструкция по применению 1 шт

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

LOT

REF GR-002/25.6

Imbian

4 620102 809286

30°C

30°C

IVD

Σ 25



**ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru**

7. Образцы маркировки комплекта № 7

7.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 7

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска - 50 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 3,0 мл LOT 30°C 30°C IVD

7.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 7

СРБ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 7

РУ № РЗН 2022/19180

- Тест-полоска
- Буферный раствор 3,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559 Россия
Новосибирская область, г. рабочий поселок
Колыцово, ул. Колыцово, ул. Садовая, д. 2-7
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

30°C

30°C

IVD

Σ 50

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке, плазме
и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

50 шт
2 фл
1 шт

LOT

REF GR-002/50.7

Imbian



4 620102 809323

8. Образцы маркировки комплекта № 8

8.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 8

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	ООО «ИМБИАН ЛАБ» СРБ-ИМБИАН-ИХА Тест-полоска - 100 шт. LOT 30°C 30°C IVD
Буферный раствор	ООО «ИМБИАН ЛАБ» Буферный раствор, 10,0 мл LOT 30°C 30°C IVD

8.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 8

СРБ-ИМБИАН-ИХА

Комплект № 8

ПУ № РЗН 2022/19180

- Тест-полоска
- Буферный раствор 10,0 мл
- Инструкция по применению

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559 Россия
Новосибирская область, г. рабочий поселок
Колыцово рп. Колыцово, ул. Садовая д. 27
эт.ж 2 помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru info@imbjan.ru

30°C

IVD

Σ 100

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке, плазме
и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

LOT

100 шт
1 флак.
1 шт

REF GR-002/100 8



Imbian



4 620102 809347

9. Образцы маркировки комплекта № 9

9.1. Образцы маркировки внутренней упаковки комплекта № 9

Наименование компонента	Маркировка
Тест-полоска	 
Буферный раствор	

9.2. Образцы маркировки потребительской упаковки комплекта № 9

СРБ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 9

РУ № РЗН 2022/19180

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 10,0 мл
- Инструкция по применению

 ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия,
Новосибирская область, г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru






Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021


100 шт.

1 фл.

1 шт.

 GR-002/100.9



 4 620102 809354

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью



13 лист 06
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
"6" мая 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

2024 г.



Фотографические изображения общего вида

**Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке,
плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021**

СРБ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 1

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

РУ № РЗН 2022/19180

- Тест-кассета	1 шт.	LOT 231113
- Буферный раствор, 1,0 мл	1 шт.	2023-11-13
- Инструменты медицинские колотие	1 шт.	2026-11-13
3. Пленка (ру № ФСЗ 2011/08763)	1 шт.	
- Салфетка инъекционная спиртовая односторонняя	1 шт.	REF GR-002/1.1
Injekt: варианты исполнения: 2, 65x66 (ру № РЗН 2013/022)		
- Палочки медицинские полимерные МиниМед по	1 шт.	
ТУ 32.50.50-026-20508133-2019. Палочки для паренхиматозной (Палочки) 0,25 мл (ру № РЗН 2013/012)	1 шт.	
- Инструкция по применению		

ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630508, Россия, Новосибирская область, г.б. рабочий поселок Колызово, р.п. Колызово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, пом. 2, +7 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, info@imbian.ru

4 620102 809170

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению распространяется на Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021 (далее тест, экспресс-тест, набор, изделие, «СРБ-ИМБИАН-ИХА»).

Сокращенное наименование СРБ-ИМБИАН-ИХА.

Назначение изделия

Экспресс-тест «СРБ-ИМБИАН-ИХА» предназначен для однократного быстрого полуколичественного определения С-реактивного белка (СРБ) с целью диагностики различных воспалительных заболеваний, хронических или системных ревматических заболеваний, осложнений в хирургии, генерализованных инфекций и различных активных воспалительных состояний, а также с целью выявления риска сердечно-сосудистых патологий в сыворотке, плазме (с КЭЭДТА, КЭЭДТА, литий гепарином, натрий гепарином, цитратом натрия 3,2 % и 3,8 %) и цельной венозной и капиллярной крови человека методом иммунохроматографического анализа.

СРБ-ИМБИАН-ИХА
Тест-кассета – 1 шт.

LOT 231113
2026-11-13

30°C
-20°C

IVD

Инструменты медицинские колотие 3. Палочка – 1 шт.
(ру № ФСЗ 2011/08763)

Палочки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-026-20508133-2019. Палочки для паренхиматозной (Палочки) 0,25 мл (ру № РЗН 2013/012) – 1 шт.

Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
65*66 мм

только для наружного применения

ОСТАВ: салфетка из безалкогольного, дезинфицирующего средства (75% этилового спирта, 1% хлоргексидина биглюкон, 20% дистиллированной воды).

Аккредитованная организация по сертификации медицинских изделий ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Регистрационный № 17.12.2019 г.

Буферный раствор, 1,0 мл
231206
2026-12-05

СРБ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 1

РУ № РЗН 2023/10180

Экспресс-тест для количественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

Тест-кисета	1 шт.
Буферный раствор, 1,0 мл	1 шт.
Инструкция к применению	1 шт.
1 флакон (ру № 603 301100001)	1 шт.
Салфетка дезинфицирующая спиртовая 65*96 мм	1 шт.
10 шт. (ру № РЗН 201100001)	1 шт.
10 шт. (ру № РЗН 201100001)	1 шт.
10 шт. (ру № РЗН 201100001)	1 шт.
10 шт. (ру № РЗН 201100001)	1 шт.
10 шт. (ру № РЗН 201100001)	1 шт.
10 шт. (ру № РЗН 201100001)	1 шт.

ООО «Имбиан Лаб» 630055 Томск Новосибирская область, 15 районная государственная больница, ул. Советская, д. 3/1, этаж 1, комната 2, +7 (901) 295-44-44, imbi-an@yandex.ru, info@imbi-an.ru

LOT 231113
2023-11-13
2026-11-13
REF GR-002/1.1

Imbian

4620102 608170

ИНСТРУКЦИЯ по применению

Экспресс-тест для количественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая инструкция по применению предназначена для быстрого количественного определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021 (далее - тест, экспресс-тест, набор, изделие, «СРБ-ИМБИАН-ИХА»).

Составление наименования СРБ-ИМБИАН-ИХА

Назначение изделия

Экспресс-тест «СРБ-ИМБИАН-ИХА» предназначен для однократного быстрого количественного определения С-реактивного белка (СРБ) с целью диагностики различных воспалительных заболеваний, хронических или острых ревматических заболеваний, осложнений в хирургии, генерализованных инфекций и различных активных воспалительных состояний, а также с целью выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний в сыворотке, плазме (с К2ЭДТА, К3ЭДТА, литий гепарином, натрий гепарином, цитратом натрия 3,2 % и 3,8 %) и цельной венозной и капиллярной крови человека методом иммунохроматографического анализа.

СРБ-ИМБИАН-ИХА
Тест-кисета - 1 шт.

LOT 231113
2026-11-13

Imbian

Imbian
СРБ

С
Т3
Т2
Т1

Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
65*96 мм

Состав: спирт изопропиловый, дезинфицирующий агент (ХБ), метиловый спирт 60, этиловый спирт 20%, вода деминерализованная

Антибактериальная активность: переносимость температуры хранения +10...+25°C, влажность воздуха не более 75%

Регистрационный номер: 17.02.2019 г.

LOT 231205
2026-12-05

Инструкция к применению «СРБ-ИМБИАН-ИХА» (ру № 603 301100001)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (ру № 603 301100001)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (ру № 603 301100001)


Лицензия на осуществление медицинской деятельности (ру № 603 301100001)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности (ру № 603 301100001)



Комплект № 2





СРБ- ИМБИАН-ИХА

Комплект № 2


РУ № РЗН 2022/19180

- Тест-кассета
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструменты медицинские колющие:
 - 3. Ланцет (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- Салфетка инъекционная спиртовая одноразовая Inekta: варианты исполнения: 2. 65x56 (РУ № РЗН 2013/822)
- Пипетки медицинские полимерные МиниМед по ТУ 32.50.50-028-29508133-2019: Пипетки для переноса жидкостей (Пастера): 0,25 мл, (РУ № РЗН 2019/8912)
- Инструкция по применению


Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

10 шт. **LOT** 231113
1 фл.  2023-11-13
10 шт.  2026-11-13
10 шт. **REF** GR-002/10.2
1 шт.

Imbian





ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630559, Россия, Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
+7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru
info@imbian.ru




Imbian

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке,
плазме и цельной крови
«СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021










Imbian

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке,
плазме и цельной крови
«СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021







СРБ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 5
РУ № РЗН 2022/19180

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

25 шт. LOT 231113
1 шт. 2023-11-13
1 шт. 2026-11-13
REF GR-002/25.5

Imbian

4 620102 809255


ООО «ИМБИАН ЛАБ», 630058, Россия, Новосибирская область, г.б. рабочий поселок Колывань, р.п. Колывань, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, пом. 2, +7 (383) 209-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

-30°C IVD i 25

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
СРБ-ИМБИАН-ИХА
Тест-полоска – 1 шт.

LOT 231113
2026-11-13


-30°C IVD i 25



Imbian

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021



Комплект № 6



Imbian



**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Экспресс-тест для полуквантитативного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке,
плазме и цельной крови
«СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021











СРБ-ИМБИАН-ИХА
Комплект № 7
РУ № РЗН 2022/19180

- Тест-полоска
- Буферный раствор, 3,0 мл
- Инструкция по применению

Экспресс-тест для полуколичественного иммунохроматографического определения С-реактивного белка в сыворотке, плазме и цельной крови «СРБ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021

LOT 231113
2023-11-13
2026-11-13
REF GR-002/50.7

Imbian

4620102 809323

ООО ИМБИАН ЛАБ, 630558, Россия, Новосибирская область, г. рабочий поселок Колыбель, р.п. Колыбель, ул. Садовая, д. 27, этаж 2, пом. 2, +7 (383) 200-34-54
www.imbian.ru, info@imbian.ru

-30°C

IVD


60


Imbian

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке,
плазме и цельной крови
«СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021**









Imbian

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Экспресс-тест для полуколичественного
иммунохроматографического определения
С-реактивного белка в сыворотке,
плазме и цельной крови
«СРБ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-038-41390295-2021



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

15 лист 06

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

16.06.24 2024 г.

