

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

/В.В. Осипова/

«16» января 2024 г.

М.П.



Проект маркировки

**Набор реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из клинического материала
«Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН» по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023**

Маркировка компонентов:

Комплект НК-ех-AUTO-ИМБИАН

1. 1-L-AUTO, 70,0 мл.

 ООО ИМБИАН ЛАБ

Комплект НК-ех-AUTO-ИМБИАН

1-L-AUTO - 70,0 мл

LOT

XXXXXX

 XXXXXX



+2°C

+30°C

IVD



2. 2-M, 3,0 мл.

 ООО ИМБИАН ЛАБ

Комплект НК-ех-AUTO-ИМБИАН

2-M - 3,0 мл

LOT

XXXXXX

 XXXXXX



+2°C

+30°C

IVD



3. Протеиназа К, 1,0 мл (после восстановления).

 ООО ИМБИАН ЛАБ

Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН

Протеинкиназа К

1,0 мл после восстановления

LOT

XXXXXX


+2°C **+30°C**

 **XXXXXX**

IVD



4. БП, 1,0 мл.

 ООО ИМБИАН ЛАБ

Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН

БП - 1,0 мл

LOT

XXXXXX


+2°C **+30°C**

 **XXXXXX**

IVD



5. 3-W1-AUTO, 30,0 мл.


 ООО ИМБИАН ЛАБ

Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН

3-W1-AUTO - 30,0 мл

LOT XXXXXX

 XXXXXX

 +2°C +30°C

IVD 

6. 4-W2, 100,0 мл


 ООО ИМБИАН ЛАБ

Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН

4-W2 - 100,0 мл

LOT XXXXXX

 XXXXXX

 +2°C +30°C

IVD 

7. 5-Е, 10,0 мл.


 ООО ИМБИАН ЛАБ

Комплект НК-ех-AUTO-ИМБИАН

5-Е - 10,0 мл

LOT XXXXXX

 **XXXXXX**



IVD 

Маркировка потребительской упаковки.

**Набор реагентов для экстракции нуклеиновых
кислот из клинического материала
«Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023**

- 1-L-AUTO, 70 мл
- 2-M, 3,0 мл
- Протеинкиназа К, 1,0 мл (после
восстановления)
- БП, 1,0 мл
- 3-W1-AUTO, 30 мл
- 4-W2, 100,0 мл
- 5-E, 10,0 мл

1 фл.

1 фл.

1 пр.

1 пр.

1 фл.

1 фл.

1 фл.

LOT XXXXXX

 XXXXXX

 XXXXXX

REF XXXXXX

Imbian

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Готово к использованию.
Для профессионального применения.



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия,
Новосибирская область,
г.о. рабочий посёлок
Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,
пом.ещ. 2
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Маркировка транспортной упаковки.

**Набор реагентов для экстракции нуклеиновых
кислот из клинического материала
«Комплект НК-ех-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023**

Масса нетто потребительской упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

Готово к использованию.



LOT XXXXXX
 XXXXXX
 XXXXXX
REF XXXXXX

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия,
Новосибирская область,
г.о. рабочий посёлок
Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,
помещ. 2
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

4 лист 9

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В. В. Осипова 16 сентября 2024 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»


/В. В. Осипова/

«16» января 2024 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из клинического материала «Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН» по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

В состав набора «Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН» входят следующие компоненты:

1. 1-L-AUTO, 70 мл – 1 фл.



2. 2-М, 3,0 мл – 1 фл.




3. Протеиназа К, 1,0 мл (после восстановления) – 1 пр.




4. БП, 1,0 мл. – 1 пр.




5. 3-W1-AUTO, 30 мл. – 1 фл.



6. 4-W2, 100 мл. – 1 фл.



7. 5-E, 10,0 мл – 1 фл.



Imbian

Общество с ограниченной ответственностью
«IMBIAN LAB»
(ООО «ИМБИАН ЛАБ»)

630359, Россия, Новосибирская область, г.о. Рабочий поселок Колдобино,
Р.п. Колдобино, д.3, С/здание, д.2, этаж 2, помещ. 2
Тел.: +7 (383) 209-14-54, www.imbian.ru, e-mail: info@imbian.ru
ИНН 5406080979 / КПП 540601001, ОГРН 119547666047

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 35-0124

Набор реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из клинического
материала «Комплект НК-эк-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

Номер серии 35-0124
Дата изготовления: 2024-01-15
Годен до: 2025-07-15
PS №

Кат. № OP-001
Количество в серии, шт.: 5 000
Количество в упаковке: 100
Тип поставочной единицы: Авит

№	Наименование	Характеристики и нормы	Кол-во в упаковке
1	Буферный раствор	100.0 ml	100
2	Экстрагент	100.0 ml	100
3	Смесь для экстракции	100.0 ml	100

Imbian

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
«16» января 2024 г.
В.В. Осипова
МП

Руководство по применению медицинского изделия
для диагностики in vitro
реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из
материала «Комплект НК-эк-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

Набор реагентов для экстракции нуклеиновых
кислот из клинического материала
«Комплект НК-эк-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

LOT 35-0124
EXP 15.01.2024
REF OP-001
Imbian

Комплект в упаковке (комплект поставки):

Imbian

Общество с ограниченной ответственностью
«ИМБИАН ЛАБ»
(ООО «ИМБИАН ЛАБ»)

630559, Россия, Новосибирская область, г.о. рабочий поселок Колдогово,
д.д. Колдогово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
Тел.: +7 (383) 209-24-54, www.imbian.ru, e-mail: info@imbian.ru
ИНН 5406800979 КПП 540601001 ОГРН 1195476065047

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 35-0124

Набор реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из клинических
материалов «Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

Номер серии 35-0124 Кат. № ОР-001
Дата изготовления: 2024-01-15 Количество в серии: 100
Годен до: 2025-07-15 Тип поставщика анализа: Автом.
РУ № _____

№	Наименование	Характеристики и примеч.	Количество
1	Набор реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из клинических материалов «Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН»		100



Набор реагентов для экстракции нуклеиновых
кислот из клинических материалов
«Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

1. Наименование: Набор реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из клинических материалов «Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН»
2. Код: 35-0124
3. Дата изготовления: 15.01.2024
4. Срок годности: 15.07.2025
5. Тип поставщика анализа: Автом.
6. РУ №: _____

Имбиан
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
г. Новосибирск, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
ИНН 5406800979 КПП 540601001 ОГРН 1195476065047

Клины по применению медицинского изделия
для диагностики in vitro
реагентов для экстракции нуклеиновых кислот из
материалов «Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В. Осипова
«16» января 2024 г.
МП

Транспортная упаковка:

Набор реагентов для экстракции нуклеиновых
кислот из клинического материала
«Комплект НК-ex-AUTO-ИМБИАН»
по ТУ 21.20.23-490-41390295-2023

Масса нетто потребительской упаковки	кг	Масса нетто	кг
Количество	шт.	Масса брутто	кг

РУ № XXX XXXX/XXXXX
Готово к использованию.



LOT 35-0124
15.01.2024
15.07.2025
REF OR-001

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Россия,
Новосибирская область,
г.о. рабочий поселок
Кольцово, р.п. Кольцово,
ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2,
понец 2
www.imbian.ru
info@imbian.ru

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
8 лист
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В. В. Осипова 2024

