

Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.


М.П .





Фотографические изображения общего вида


Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022

2023









лидкор

**Лидлаб Амур
общий ТЗ**

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT 20230701

IVD



01.07.2024

REF

C86025



лидлаб

лидкор



Лидлаб Амур общий ТЗ

Набор реагентов на 100 тестов

YNLO




ProCin 300

LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86025
-----	----------	------------	-----	--------

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп., Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/уп., Реагент для обработки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.,
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.,
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.,
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.,
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 1 шт.,
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.,
7. Инструкция по применению – 1 шт.,
8. Аналитический паспорт – 1 шт.



лидкор

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР»

Россия, 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Госадская, стр. 23, офис 204,
Телефон: 8 800 500 71 28, leadcore.ru

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий
ТЗ» для количественного определения
общего триглицерина (общий ТЗ, ТЗ)
в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614.693-
2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Красnodарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а

gelbst



Лидлаб Амур
общий ТЗ

Набор реагентов на 200 тестов



Phasor 300

χ^2 IVD $\Sigma_{1 \times 200}$

01.07.2023


06870701	01/07/2024	REF	C86025
----------	------------	-----	--------

REF

C865025

Состав издателя

1. Картидж (в составе: Реагент паралагнитных микрокапсул (R1), 3,5 мл/мл; Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/мл; Реагент биоминимизированных антител (R3), 4,0 мл/мл; Реагент для обработки образца (R4), 4,0 мл/мл) – 4 шт.
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 2 шт.
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.
7. Инструкция по применению – 1 шт.
8. Аналитический паспорт – 1 шт.



лидкор

Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР»



№ 620102 Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Госадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. lidcor@yandex.ru

Набор реагентов «Лидаб Амур общий ТЗ»
для количественного определения
общего триглицерина (общий ТЗ, ТЗ)
в сыворотке и плазме крови человека методом
иммунохемилюминесцентного анализа
(ИХЛА) на анализаторе автоматическом
диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614.693-
2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская
область, г. Екатеринбург, ул. Красnodарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область,
г. Дубна, ул. Приборостроительная, 3а




ООО «ЛИДКОР»


■ 620102, Свердловская область, г. о. город Екатеринбург,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204
Телефон: 8 800 500 71 28. leadcore.ru




лидкор




Для профессионального
применения







Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтирина (общий ТЗ, ТЗ) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022




Для профессионального применения

		ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204			01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86025



Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022




Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург; ул. Посадская, стр. 23, офис 204.			01.07.2023	
LOT	20230701	01.07.2024	REF	C86025



Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий ТЗ, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022



Для профессионального применения

ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023	
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86025



Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтирина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022



Proclin 300

Для профессионального применения

		ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.			01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86025

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Директор
ООО «ЛИДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/



Код ОКПД2 21.20.23.110

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «ЛИДКОР»

Е.Ю. Гохгут

«01» июля 2023 г.

М.П.



МАКЕТ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022

2023

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022. Набор реагентов на 100 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур общий Т3

Набор реагентов на 100 тестов

YNLO



LOT 20220701 01.07.2023 REF C86025

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп., Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/уп., Реагент для обработки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 2 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 1 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 8 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022. Набор реагентов на 200 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:



- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур общий Т3

Набор реагентов на 200 тестов

YNLO



LOT 20220701 01.07.2023 REF C86025

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп., Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/уп., Реагент для обработки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 4 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 2 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 16 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего триглицерина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022. Набор реагентов на 500 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:


- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур общий Т3

Набор реагентов на 500 тестов

YNLO



01.07.2022

LOT 20220701 01.07.2023 REF C86025

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп., Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/уп., Реагент для обработки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 10 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 5 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 40 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего триглицерина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022. Набор реагентов на 1000 тестов.

Номер и дата регистрационного удостоверения
РУ № XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

Место производства:

- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 620033, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Краснодарская, д. 15
- ☐ ООО «ЛИДКОР», Россия, 141981, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, 3а



Лидлаб Амур общий Т3

Набор реагентов на 1000 тестов

YNLO



01.07.2022

LOT 20220701 01.07.2023 REF C86025

Состав изделия

1. Картридж (в составе: Реагент парамагнитных микрочастиц (R1), 3,5 мл/уп., Реагент-конъюгат (R2), 4,0 мл/уп., Реагент биотинилированных антител (R3), 4,0 мл/уп., Реагент для обработки образцов (R4), 4,0 мл/уп.) – 20 шт.;
2. Калибратор 1 (CAL1), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
3. Калибратор 2 (CAL2), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
4. Калибратор 3 (CAL3), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
5. Калибратор 4 (CAL4), 1,0 мл/флакон – 10 шт.;
6. Пароизоляционные крышки – 80 шт.;
7. Инструкция по применению – 1 шт.;
8. Аналитический паспорт – 1 шт.

лидкор **YNLO**

**Лидлаб Амур
общий ТЗ**

IVD   ProClin 300  

3,5мл	4,0мл	4,0мл	4,0мл
R 1	R 2	R 3	R 4

2°C  8°C  1×50

LOT 20230701  01.07.2024

9031 1017

лидкор
Лидлаб Амур общий ТЗ

2°C  8°C **IVD**   ProClin 300  

1,0 мл	LOT	20230701
CAL 1		01.07.2024
	REF	C86025

лидкор
Лидлаб Амур общий ТЗ

2°C  8°C **IVD**   ProClin 300  

1,0 мл	LOT	20230701
CAL 2		01.07.2024
	REF	C86025

лидкор
Лидлаб Амур общий Т3

2°C 8°C IVD			ProClin 300		
					
					
1,0 мл	LOT	20230701			
		01.07.2024			
CAL 3	REF	C86025			

лидкор
Лидлаб Амур общий Т3

2°C 8°C IVD			ProClin 300		
					
					
1,0 мл	LOT	20230701			
		01.07.2024			
CAL 4	REF	C86025			

лидкор
Лидлаб Амур
общий Т3

Пароизоляционные
крышки – 4 шт.

LOT	20230701	 
	01.07.2024	
REF	C86025	







Лидлаб Амур обирей ТЗ



LOT 20230701 EXP 01.07.2024




Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтирона (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86025




Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтирина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86025




Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022




Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86025




Набор реагентов «Лидлаб Амур общий Т3» для количественного определения общего трийодтиронина (общий Т3, Т3) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) на анализаторе автоматическом иммунохемилюминесцентном «Лидлаб Амур» для диагностики in vitro по ТУ 21.20.23-232-65614693-2022



Для профессионального применения

	ООО «ЛИДКОР», Россия 620102, Свердловская область, г.о. город Екатеринбург, г. Екатеринбург, ул. Посадская, стр. 23, офис 204.				01.07.2023
LOT	20230701		01.07.2024	REF	C86025



	 Наименование изделияXXXXXX  XXXXXX		

Всего прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

(2) Листов) л.



Директор
ООО «СЛДКОР»

/Е. Ю. Гохгут/