



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 августа 2024 года № РЗН 2024/23360

На медицинское изделие

Микрокатетер сосудистый MicroRAD

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.", Китай,
Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd., Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech
Industrial Park, Zhuhai City, China**

Производитель

**"Чжухай Тон-Бридж Медикал Тех. Ко., Лтд.", Китай,
Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd., Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech
Industrial Park, Zhuhai City, China**

Место производства медицинского изделия

**Zhuhai Ton-Bridge Medical Tech. Co., Ltd., Unit 1-B, Building 4, CEC High Tech
Industrial Park, Zhuhai City, China**

Номер регистрационного досье № РД-62278/110562 от 11.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.110**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

приказом Росздравнадзора от 13 августа 2024 года № 4588
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0073649

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2024/23360

Лист 1

На медицинское изделие

Микрокатетер сосудистый MicroRAD, в вариантах исполнения:

1. НМС-17-150, в составе:

- микрокатетер сосудистый MicroRAD с прямым кончиком, дистальный наружный диаметр 1.7F (0.57 мм), внутренний диаметр 0.017" (0.43 мм), эффективная длина 150 см - 1 шт.;

- формирующий мандрен - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

2. НМС-17-150-45, в составе:

- микрокатетер сосудистый MicroRAD с кончиком под углом 45°, дистальный наружный диаметр 1.7F (0.57 мм), внутренний диаметр 0.017" (0.43 мм), эффективная длина 150 см - 1 шт.;

- формирующий мандрен - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

3. НМС-17-150-90, в составе:

- микрокатетер сосудистый MicroRAD с кончиком под углом 90°, дистальный наружный диаметр 1.7F (0.57 мм), внутренний диаметр 0.017" (0.43 мм), эффективная длина 150 см - 1 шт.;

- формирующий мандрен - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

4. НМС-20-150, в составе:

- микрокатетер сосудистый MicroRAD с прямым кончиком, дистальный наружный диаметр 2.0F (0.67 мм), внутренний диаметр 0.017" (0.43 мм), эффективная длина 150 см - 1 шт.;

- формирующий мандрен - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

5. НМС-20-150-45, в составе:

- микрокатетер сосудистый MicroRAD с кончиком под углом 45°, дистальный наружный диаметр 2.0F (0.67 мм), внутренний диаметр 0.017" (0.43 мм), эффективная длина 150 см - 1 шт.;

- формирующий мандрен - 1 шт.;

- инструкция по применению - 1 шт.

6. НМС-20-150-90, в составе:

- микрокатетер сосудистый MicroRAD с кончиком под углом 90°, дистальный наружный диаметр 2.0F (0.67 мм), внутренний диаметр 0.017" (0.43 мм), эффективная длина 150 см - 1 шт.;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147471

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 августа 2024 года № РЗН 2024/23360

Лист 2

- формирующий мандрен - 1 шт.;
- инструкция по применению - 1 шт.

З



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0145602