



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 27 апреля 2024 года № ФСР 2011/10708

На медицинское изделие

Комплект узлов и деталей стержневых компрессионно-дистракционных аппаратов с набором инструментов (9 наименований) МКЦ-01 (по О.А. Малахову, О.В. Кожевникову и В.Е. Цуканову) по ТУ 9438-639-01894927-2001

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Акционерное общество "ЦИТО" (АО "ЦИТО"), Россия, 127299, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, ул. Приорова, д. 10, стр. 7

Производитель
Акционерное общество "ЦИТО" (АО "ЦИТО"), Россия, 127299, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Коптево, ул. Приорова, д. 10, стр. 7

Место производства медицинского изделия
АО "ЦИТО", Россия, 127299, Москва, ул. Приорова, д. 10 стр. 7

Номер регистрационного досье № РД-62505/6777 от 24.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **26**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **32.50.22.129**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 27 апреля 2024 года № 2487
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0078637



**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 27 апреля 2024 года № ФСР 2011/10708

Лист 1

На медицинское изделие

Комплект узлов и деталей стержневых компрессионно-дистракционных аппаратов с набором инструментов (9 наименований) МКЦ-01

(по О.А. Малахову, О.В. Кожевникову и В.Е. Цуканову)

по ТУ 9438-639-01894927-2001, в составе:

- ползун в сборе;
- ползун в сборе малый;
- выноска;
- муфта фиксирующая;
- стержень для остеосинтеза $\varnothing 5 \times 120$ мм;
- стержень для остеосинтеза $\varnothing 5 \times 160$ мм;
- стержень для остеосинтеза $\varnothing 6 \times 120$ мм;
- стержень для остеосинтеза $\varnothing 6 \times 160$ мм;
- шайба;
- фиксатор;
- стержень несущий $\varnothing 12 \times 200$ мм;
- стержень несущий $\varnothing 12 \times 300$ мм;
- гайка М6;
- гайка М12;
- втулка;
- шпилька 50, 60, 70, 80 мм;
- ключ торцевой с шарниром;
- втулка для троакара;
- троакар;
- ручка для введения стержня;
- ключ 8=14x17 7811-0022 Н.С1Х9;
- ключ 8=8x10 7811-0022 Н.С1Х9;
- сверло $\varnothing 3,5 \times 150$ мм;
- сверло $\varnothing 4,5 \times 150$ мм;
- паспорт.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0138868