

Руководитель отдела нормативного регулирования ООО "ФИЛИПС"



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Обеспечение программное медицинское на электронных и/или оптических и/или виртуальных носителях для количественного анализа ультразвуковых исследований»

1. Программное обеспечение углубленного количественного анализа QLAB, в составе:



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Berthel, Everett, WA
Berthel, WA 98027-4437
USA

CE 0086

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights are reserved. Reproduction or
transmission in whole or in part, in any form
or by any means, electronic, mechanical or
otherwise, is prohibited without the prior
written consent of the copyright owner

QLAB

Advanced Ultrasound Quantification Software

PHILIPS

4535 619 65721 Rev A JUN 2019 www.philips.com/healthcare

PHILIPS

QLAB

QLAB 15.5 (453562121681)

22-Jun-2021

(01)00884838103603(10)15.5.0

Not for official interpretation.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2021

All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner. Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is conferred to you. Use of the Software is subject to the end user license conditions as are available on request. To the maximum extent permitted by law, you shall not decompile and/or reverse engineer the software or any part thereof.

1.2. Руководство пользователя QLAB на бумажном и/или электронном и/или оптическом носителе



Руководство
пользователя

Русский

Программное обеспечение углубленного количественного анализа QLAB

PHILIPS



Application Software
Release 15.0



Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bethell Everett Hwy
Bothell, WA 98021-6431
USA

CE 0086

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

All rights are reserved. Reproduction or
transmission in whole or in part, in any form
or by any means, electronic, mechanical, or
otherwise, is prohibited without the prior
written consent of the copyright owner.

QLAB

Advanced Ultrasound Quantification Software

PHILIPS

4535 619 65721 Rev A JUN 2019 www.philips.com/healthcare

2. Q-Station, в составе:

2.1. Обеспечение программное Q-Station на электронных и/или оптических и/или виртуальных носителях, включая приложения.

Q-Station 3.0

Philips Ultrasound
22100 Bothell-Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431

To the maximum extent permitted
by law, you shall not decompile
and/or reverse engineer the software
or any part thereof.

Application
Software

PHILIPS

4535 617 50731 Rev A FEB 2014 www.healthcare.philips.com/healthcare

Koninklijke Philips N.V. 2013
All rights are reserved. Reproduction or
transmission in whole or in part, in any form
or by any means, electronic, mechanical or
otherwise, is prohibited without the prior
written consent of the copyright owner.

CE 0086

Current portfolio

Legacy portfolio

3300	>	CX30	>
Affinito	>	EnConcert	>
ClearVue	>	EnVisor and EnVisor C	>
CX50	>	HD11	>
EPIQ	>	HD15	>
Lumify	>	HD3	>
PercuNav	>	HD5	>
QLAB	<	HD6	>
		HD7	>
		HD9	>
		HDI 1500	>
		HDI 3000	>
		HDI 3500	>
		HDI 4000	>
		HDI 5000	>
		iE33	>
		iU22	>
		SONOS 7500 and SONOS 5500	>

Documentation

-  [DICOM SR Template Support Table.pdf \(74 KB\)](#)
-  [Philips QLAB 11 Demo PC Requirements.docx \(42 KB\)](#)
-  [QLAB_10.8_EPIQAffinito_v1.8_DICOM_SR_Spec-WhatsNew.xlsx \(23 KB\)](#)
-  [QLAB_3D_Cartesian_Export_Information.zip \(61.04 MB\)](#)
-  [QLAB_v12_DICOM_SR_Spec-WhatsNew.xlsx \(16 KB\)](#)

DICOM conformance statements

- [QLAB v15.0](#) (July 2020)
- [QLAB v13.0](#) (June 2019)
- [QLAB v12.0](#) (October 2018)
- [QLAB v11.0](#) (July 2018)

DICOM SR Samples

-  [QLAB v15.0_3D Auto MV SR.zip \(72.24 MB\)](#)
-  [QLAB v13.0_MVA_SR.zip \(19.53 MB\)](#)
-  [QLAB v13.0_3DAutoRV_SR.zip \(35.21 MB\)](#)
-  [QLAB v13.0_2DAutoStrain_LV_LA_RV_SR.zip \(102.9 MB\)](#)
-  [QLAB v12.0_TT_AutoStrain SR Sample.zip \(3 KB\)](#)
-  [QLAB v11.0_DHM_SR Samples.zip \(6 KB\)](#)
-  [QLAB v10.5_SR Samples.zip \(34.04 MB\)](#)
-  [QLAB v10.8_SR Samples.zip \(31 KB\)](#)



Software

- QLAB v15.5_453562121681.zip (1.8 GB)
- QLAB v15.0_453562090801.zip (1.8 GB)
- QLAB v13.0_453562033151A.zip (1.54 GB)
- QLAB v12.0_453561995091A.zip (1.38 GB)
- QLAB v11.0_453561979251A.zip (1.18 GB)
- QLAB v10.8.5A_453561941821A.zip (1 GB)

Q-Station



Sparg



TOMTEC ABENIA



Xperius



VISO



Imrosight



Ultrasound Workspace



Resources

Multi-Modality DICOM Viewer R3.0 SP15



Q-Vue Ultrasound DICOM Viewer



*Documents were created for non-human test subjects using testbed anatomical information.




Connect with Philips



Country United States - English

2.2. Руководство пользователя Q-Station на бумажном и/или электронном и/или оптическом носителе



Q-Station User Information

Multilingual



© Koninklijke Philips N.V. 2014

All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

Philips Ultrasound
22100 Bothell Everett Highway
Bothell, WA 98021-8431
USA

CE 0086

User Information

PHILIPS

4535 617 75301

www.healthcare.phillips.com/ultrasound

Q - Station



User Information

Маркировка:

Производитель

[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]

Место производства

[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]

Медицинское изделие

[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]

Вариант исполнения

[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]

Предупреждения и знаки опасности



Серийный номер

Информация доступна на основном лейбле

Дата производства

Информация доступна на основном лейбле

Регистрационное удостоверение

Информация доступна на основном лейбле

[В соответствии с Регистрационным Удостоверением]

Label P/N: XXXXXXXXXXXXX



Макет русскоязычной маркировки обеспечения программного медицинского QLAB и Q-Station на электронных носителях для количественного анализа ультразвуковых исследований.

Минимальные требования QLAB к ПК

Процессор

- Intel i7 с частотой 27 ГГц или выше
- AMD Athlon, Ryzen или Epyc или выше

Операционная система

- Windows 10, 64-бит
- Windows 7, 64-бит

Объем памяти

- Минимум 8 ГБ ОЗУ

Графический процессор

- Должен поддерживать OpenGL и OpenCL

Жесткий диск

- Минимум 24 ГБ свободного места на диске с данными пациента
- Минимум 40 ГБ свободного места на диске с данными пациента при настройке в качестве сервера Q Store

Монитор:

- Требуемое минимальное разрешение 1280 x 800 и возможность отображения 24-битного или 32-битного цвета
- Рекомендуемое минимальное разрешение 1600 x 1024 и возможность отображения 32-битного цвета
- Размер текста Windows, выбранный в настройках дисплея, не должен превышать 150%.

© 2020 Koninklijke Philips NV

Все права сохранены. Воспроизведение или передача полностью или частично, в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими или иными, запрещены без предварительного письменного согласия владельца авторских прав.

Авторские права и все другие права собственности на любое программное обеспечение и связанную документацию («Программное обеспечение»), предоставленные вам, принадлежат исключительно компании Philips или ее лицензиарам. Никакие права собственности или права собственности на Программное обеспечение не регулируются условиями лицензии для конечного пользователя, которые предоставляются по запросу.

В максимальной степени, разрешенной законом, вы не должны декомпилировать и/или подвергать обратному проектированию программное обеспечение или любую его часть.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc
22100 Ботелл Эверетт Хайвей
Ботелл, Вашингтон 98021-8431 США

CE 2797



Программное обеспечение QLAB
Advanced Quantification



2020-07-13



Только для терапии



Philips Medical Systems Nederland BV
Вонплус 6
5634 PC Best, Нидерланды

Программное обеспечение QLAB расширенной квалификации. Выпуск 15.0

Многоязычное



специализированное программное обеспечение

Программное обеспечение QLAB расширенной квалификации
Выпуск 15.0

PHILIPS

	QLAB является товарным знаком Koninklijke Philips NV. Названия продуктов сторонних производителей могут быть товарными знаками соответствующих владельцев.	
Штаб-квартира службы поддержки клиентов Североамериканский регион + 1800-722-9377 Европейский регион (включая Африку и Ближний Восток) +49 40 5078 4532 Азиатско-Тихоокеанский регион +852 2821 5888 Латиноамериканский регион + 1954-628-1000	НОМЕР ДЕТАЛИ/КОД АКТИВАЦИИ/УНИКАЛЬНЫЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (UDI) МЕСТО ДЛЯ ЭТИКЕТКИ Напечатано в США 4535 620 7181 редакция С	

Упаковка компакт-диска ПО QLAB, вкладыш-этикетка

Минимальные требования QLAB к ПК Процессор

- Intel i7 с частотой 27 ГГц или выше
- AMD Athlon, Ryzen или Epyc или выше

Операционная система

- Windows 10,64-бит
- Windows 7,64-бит

Объем памяти

- Минимум 8 ГБ ОЗУ

Графический процессор

- Должен поддерживать OpenGL и OpenCL

Жесткий диск

- Минимум 24 ГБ свободного места на диске с данными пациента
- Минимум 40 ГБ свободного места на диске с данными пациента при настройке в качестве сервера Q Store

Монитор:

- Требуемое минимальное разрешение 1280 x 800 и возможность отображения 24-битного или 32-битного цвета
- Рекомендуемое минимальное разрешение 1600 x 1024

и возможность отображения 32-битного цвета

- Размер текста Windows, выбранный в настройках дисплея, не должен превышать 150%.

© 2020 Koninklijke Philips NV

Все права сохранены. Воспроизведение или передача полностью или частично, в любой форме или любыми средствами, электронными, механическими или иными, запрещены без предварительного письменного согласия владельца авторских прав.

Авторские права и все другие права собственности на любое программное обеспечение и связанную документацию («Программное обеспечение»), предоставленные вам, принадлежат исключительно компании Philips или ее лицензиарам. Никакие права собственности или права собственности на Программное обеспечение не регулируются условиями лицензии для конечного пользователя, которые предоставляются по запросу.

В максимальной степени, разрешенной законом, вы не должны декомпилировать и/или подвергать обратному проектированию программное обеспечение или любую его часть.

www.philips.com/healthcare



Philips Ultrasound, Inc
22100 Ботелл Эверетт Хайвей
Ботелл, Вашингтон 98021-8431 США

CE 2797



Программное обеспечение QLAB
Advanced Quantification



2020-07-13



Только для терапии



Philips Medical Systems Nederland BV

Беоингтус 6

5634 PC Best, Нидерланды

Многоязычное



специализированное программное обеспечение

Программное обеспечение QLAB расширенной квалификации. Выпуск 15.0

Программное обеспечение QLAB расширенной
квалификации
Выпуск 15.0

PHILIPS

DOCUMENT TITLE: Q-Station 3.9 SW, Package

Q-Station Minimum System Requirements

Processor

- Intel Core 2 Duo or AMD Athlon 64 X2 or greater
- Recommended for HeartModel: Quad core (Intel Core i7 or equivalent) 3GHz

Operating System

- Windows 7 SP1 64-bit
- Windows 10 64-bit

Memory

- 8 GB RAM required

Graphics Processing Unit

- 64 MB or greater GPU supporting HW accelerated OpenGL 2.0 or greater, and Pixel Shader 3.0
- GPU driver support for OpenGL is required for the Q10 Viewer and for the Q10Q and FIM Q-Apps
- GPU driver support for OpenGL is recommended for the a20Q, aCMQ, and CMQ-Stress Q-Apps

Monitor: Minimum 1600 x 1024 resolution and capable of 32-bit color display. Windows text size set to 100%.

Hard Drive

40 GB free space required for Q-Station installations.

Media: CD/DVD/USB drive for transferring files from ultrasound systems that support CD/DVD file transfer.

Other: MS Word 2007, 2010, 2013, or 2016

© 2018 Koninklijke Philips N.V.

All rights are reserved. Reproduction or transmission in whole or in part in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise, is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.

Copyrights and all other proprietary rights in any software and related documentation ("Software") made available to you rest exclusively with Philips or its licensors. No title or ownership in the Software is subject to the end user license conditions as are available on request.

To the maximum extent permitted by law, you shall not decompile and/or reverse engineer the software or any part thereof.

CE 0086

This Medical Device meets the provisions of the transposition of the Medical Device Directive 93/42/EEC within the country of origin of the notified Body concerned with the device.

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell-Everett Hwy
Bothell, WA 98021-8431 USA

Customer Service Headquarters

North American
800-722-9377

European

(Including Africa and the Middle east)
+49 40 5078 4532

Asia Pacific

+852 2821 5888

Latin America

+1 954-628-1000

PART NUMBER/ACTIVATION CODE/UDI NUMBER

LABEL PLACEMENT

Before installing Q-Station, please read the installation instructions in the Q-Station User Manual.
Avant d'installer Q-Station, veuillez consulter les instructions d'installation dans le Guide de l'utilisateur Q-Station.
Prima di installare Q-Station, leggere le relative istruzioni nel Manuale per l'utente di Q-Station.
Lesen Sie vor der Installation von Q-Station bitte die Installationsanweisungen im Q-Station Benutzerhandbuch.
Antes de instalar Q-Station, lea las instrucciones de instalación incluidas en el Manual del usuario de Q-Station.
Antes de instalar Q-Station, lea as instruções de instalação no Manual do Usuário de Q-Station.

*QLAB is a trademark of Koninklijke Philips N.V.

Non-Philips product names may be trademarks of their respective owners.

Printed in the USA

4535 679 68141 Rev C JUN 2018



Q-Station 3.9 SW, Package
453561968140001 Rev C

Q-Station Release 3.9

Application Software

Multilingual



Application Software

Q-Station

Release 3.9

PHILIPS

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
19 листов

