



Общий вид «Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной двухслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021



Общий вид Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной двухслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021

**Инструкция по применению маски медицинской
одноразовой из нетканого материала
нестерильной «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

1. Держа маску за резинки горизонтально перед лицом, завести резинки за уши, надеть маску.
2. Маска должна прикрывать нос и рот.
3. Обжать носовой фиксатор в области носа для более плотного и удобного прилегания маски к лицу.
4. Максимальное время ношения маски 2-3 часа.
5. После использования маску необходимо утилизировать.

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Изделия с истёкшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Маски при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействиям температуры от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150.



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 150025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-85, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 150019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ
ОДНОРАЗОВАЯ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
НЕСТЕРИЛЬНАЯ «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

**Вариант исполнения:
ДВУХСЛОЙНАЯ
РУ №**

Тип маски - I по ГОСТ Р 58396-2019

**Размер: 175 мм x 95 мм
Цвет: Белый**

Количество

Партия №/ ОКК

Изготовлено

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

**Маркировка Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной
двухслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021**

**Инструкция по применению маски медицинской
одноразовой из нетканого материала
нестерильной «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

1. Держа маску за резинки горизонтально перед лицом, завести резинки за уши, надеть маску.
2. Маска должна прикрывать нос и рот.
3. Обжать носовой фиксатор в области носа для более плотного и удобного прилегания маски к лицу.
4. Максимальное время ношения маски 2-3 часа.
5. После использования маску необходимо утилизировать.

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Маски при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействиям температуры от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150.



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ
ОДНОРАЗОВАЯ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
НЕСТЕРИЛЬНАЯ «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

Вариант исполнения:
**ДВУХСЛОЙНАЯ
РУ №**

Тип маски - I по ГОСТ Р 58396-2019

Размер: 175 мм х 95 мм
Цвет: белый

Количество

Партия №/ ОКК

Изготовлено

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Общий вид с маркировкой Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной двухслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021



Общий вид «Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной трехслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021



Общий вид Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной трехслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021

**Инструкция по применению маски медицинской
одноразовой из нетканого материала
нестерильной «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

1. Держа маску за резинки горизонтально перед лицом, завести резинки за уши, надеть маску.
2. Маска должна прикрывать нос и рот.
3. Обжать носовой фиксатор в области носа для более плотного и удобного прилегания маски к лицу.
4. Максимальное время ношения маски 2-3 часа.
5. После использования маску необходимо утилизировать.

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Изделия с истёкшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Маски при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействиям температуры от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150.



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ
ОДНОРАЗОВАЯ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
НЕСТЕРИЛЬНАЯ «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

Вариант исполнения:

ТРЕХСЛОЙНАЯ

РУ №

Тип маски - I по ГОСТ Р 58396-2019

Размер: 175 мм x 95 мм

Цвет: голубой

Количество

Партия №/ ОКК

Изготовлено

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Маркировка Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной
трехслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021

**Инструкция по применению маски медицинской
одноразовой из нетканого материала
нестерильной «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

1. Держа маску за резинки горизонтально перед лицом, завести резинки за уши, надеть маску.
2. Маска должна прикрывать нос и рот.
3. Обжать носовой фиксатор в области носа для более плотного и удобного прилегания маски к лицу.
4. Максимальное время ношения маски 2-3 часа.
5. После использования маску необходимо утилизировать.

Хранить в сухих, чистых и закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C.

Использованные изделия относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Изделия с истекшим сроком годности или утратившие товарный вид, подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами. Маски при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействиям температуры от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при 25°C, для вида климатического исполнения УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 15150.



Производитель: ООО «Предприятие «ФЭСТ»
Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий пр-т, 8
Тел.: (4942) 49-32-05, 49-32-49, 49-32-43
Место производства: Россия, 156019,
г. Кострома, ул. Щербины Петра, д. 23



**МАСКА МЕДИЦИНСКАЯ
ОДНОРАЗОВАЯ
ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА
НЕСТЕРИЛЬНАЯ «ФЭСТ»
по ТУ 32.50.50-224-10973749-2021**

**Вариант исполнения:
ТРЕХСЛОЙНАЯ
РУ №**

Тип маски - I по ГОСТ Р 58396-2019

Размер: 175 мм x 95 мм

Цвет: голубой



Количество

Партия №/ ОКК

Изготовлено

Срок годности - 5 лет с даты изготовления.

Общий вид с маркировкой Маски медицинской одноразовой из нетканого материала
нестерильной трехслойной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021



Общий вид Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021 с допустимым нанесением маркировки на изделие нанесением надписей



Маркировка Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021 на транспортной таре



Общий вид Маски медицинской одноразовой из нетканого материала нестерильной «ФЭСТ» по ТУ 32.50.50 – 224 – 10973749 – 2021 в транспортной таре с маркировкой

Прошито, пронумеровано,
опечатано

10 /десять/ листов

Директор Якунов В.В.

