



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

## РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

На медицинское изделие

**Шкафы сушильные медицинские ECOCELL, VENTICELL**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БМТ-МММ"  
(ООО "БМТ-МММ"), Россия,

119049, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Шаболовка,  
д. 23, помещ. 6/1

Производитель

"БМТ Медикал Технолоджи с.р.о.", Чешская Республика,  
BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábřovice, 602 00 Brno,  
Czech Republic

Место производства медицинского изделия

BMT Medical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zábřovice, 602 00 Brno,  
Czech Republic

Номер регистрационного досье № РД-62682/9949 от 07.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической  
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 15 листах

приказом Росздравнадзора от 13 мая 2024 года № 2735  
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0078676

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 1

На медицинское изделие

**Шкафы сушильные медицинские ECOCELL, VENTICELL, варианты исполнения:**

- ЕС 22 ЕСО в составе:

1. Шкаф сушильный медицинский.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм ~ не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
  - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
  - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
  - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
  - 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
  - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
  - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
  - 20.10 Защитный термостат - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0142456

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 2

- 20.11 Дезактивация - при необходимости.  
20.12 НЕРА-вентилятор - при необходимости.  
20.13 Printer Archiv - при необходимости.  
20.14 WarmComm4 - при необходимости.  
20.15 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.  
20.16 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- ЕС 55 ЕСО в составе:
1. Шкаф сушильный медицинский.
  2. Инструкция по эксплуатации.
  3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
  4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
  5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
  6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
  7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
  8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
  10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
  11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
  12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
  13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
  14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
  15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
  16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).
  17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
  18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
  19. Комплект запасных частей:
    - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
    - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
  20. Программы:
    - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
    - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
    - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
    - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
    - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
    - 20.6 Программа S6 - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**



**Д.Ю. Павлюков**

0142457

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 3

- 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).  
20.8 Обеззараживание - при необходимости.  
20.9 ECO PLUS - при необходимости.  
20.10 Защитный термостат - при необходимости.  
20.11 Дезактивация - при необходимости.  
20.12 НЕРА-вентилятор - при необходимости.  
20.13 Printer Archiv - при необходимости.  
20.14 WarmComm4 - при необходимости.  
20.15 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.  
20.16 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- ЕС 111 ECO в составе:  
1. Шкаф сушильный медицинский.  
2. Инструкция по эксплуатации.  
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).  
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).  
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).  
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт.  
(при необходимости).  
8. Полка для пробирок ø 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
9. Полка для пробирок ø 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).  
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).  
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.  
(при необходимости).  
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).  
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).  
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).  
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).  
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт.  
(при необходимости).  
18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).  
19. Комплект запасных частей:  
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).  
20. Программы:  
20.1 Программа S1 - при необходимости.  
20.2 Программа S2 - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142458

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 4

- 20.3 Программа S3 - при необходимости.  
20.4 Программа S4 - при необходимости.  
20.5 Программа S5 - при необходимости.  
20.6 Программа S6 - при необходимости.  
20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).  
20.8 Обеззараживание - при необходимости.  
20.9 ECO PLUS - при необходимости.  
20.10 Защитный термостат - при необходимости.  
20.11 Дезактивация - при необходимости.  
20.12 HEPA-вентилятор - при необходимости.  
20.13 Printer Archiv - при необходимости.  
20.14 WarmComm4 - при необходимости.  
20.15 Программа Wanncomm 4 (P) - при необходимости.  
20.16 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- ЕС 222 ЕСО в составе:  
1. Шкаф сушильный медицинский.  
2. Инструкция по эксплуатации.  
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).  
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).  
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).  
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).  
11. Карта чиповая — не более 30 шт. (при необходимости).  
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).  
13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).  
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).  
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).  
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).  
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).  
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).  
19. Комплект запасных частей:  
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142459

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 5

- 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).  
20. Программы:  
20.1 Программа S1 - при необходимости.  
20.2 Программа S2 - при необходимости.  
20.3 Программа S3 - при необходимости.  
20.4 Программа S4 - при необходимости.  
20.5 Программа S5 - при необходимости.  
20.6 Программа S6 - при необходимости.  
20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).  
20.8 Обеззараживание - при необходимости.  
20.9 ECO PLUS - при необходимости.  
20.10 Защитный термостат - при необходимости.  
20.11 Дезактивация - при необходимости.  
20.12 HEPA-вентилятор - при необходимости.  
20.13 Printer Archiv - при необходимости.  
20.14 WarmComm4 - при необходимости.  
20.15 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.  
20.16 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- ЕС 404 ECO в составе:  
1. Шкаф сушильный медицинский.  
2. Инструкция по эксплуатации.  
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).  
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).  
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).  
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).  
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).  
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).  
13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).  
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).  
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).  
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).  
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).  
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).  
19. Комплект запасных частей:

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142460

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 6

- 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).  
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).  
20. Программы:  
20.1 Программа S1 - при необходимости.  
20.2 Программа S2 - при необходимости.  
20.3 Программа S3 - при необходимости.  
20.4 Программа S4 - при необходимости.  
20.5 Программа S5 - при необходимости.  
20.6 Программа S6 - при необходимости.  
20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).  
20.8 Обеззараживание - при необходимости.  
20.9 ECO PLUS - при необходимости.  
20.10 Защитный термостат - при необходимости.  
20.11 Дезактивация - при необходимости.  
20.12 HEPA-вентилятор - при необходимости.  
20.13 Printer Archiv - при необходимости.  
20.14 WarmComm4 - при необходимости.  
20.15 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.  
20.16 WarmComm4 (F) - при необходимости.  
- ЕС 707 ECO в составе:  
1. Шкаф сушильный медицинский.  
2. Инструкция по эксплуатации.  
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).  
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).  
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).  
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).  
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).  
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).  
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).  
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).  
13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).  
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).  
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).  
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142461

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 7

17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
- 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
- 20.1 Программа S1 - при необходимости.
- 20.2 Программа S2 - при необходимости.
- 20.3 Программа S3 - при необходимости.
- 20.4 Программа S4 - при необходимости.
- 20.5 Программа S5 - при необходимости.
- 20.6 Программа S6 - при необходимости.
- 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
- 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
- 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
- 20.10 Защитный термостат - при необходимости.
- 20.11 Дезактивация - при необходимости.
- 20.12 HEPA-вентилятор - при необходимости.
- 20.13 Printer Archiv - при необходимости.
- 20.14 WarmComm4 - при необходимости.
- 20.15 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
- 20.16 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- VC 22 ECO, VC 22 EVO,
- в составе:
1. Шкаф сушильный медицинский.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок ø 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок ø 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142462

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 8

(при необходимости).

13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).

14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).

15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).

16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).

17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).

18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).

19. Комплект запасных частей:

19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).

19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).

19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).

19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

20. Программы:

20.1 Программа S1 - при необходимости.

20.2 Программа S2 - при необходимости.

20.3 Программа S3 - при необходимости.

20.4 Программа S4 - при необходимости.

20.5 Программа S5 - при необходимости.

20.6 Программа S6 - при необходимости.

20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).

20.8 Обеззараживание - при необходимости.

20.9 ECO PLUS - при необходимости.

20.10 EVO PLUS - при необходимости.

20.11 Защитный термостат - при необходимости.

20.12 Дезактивация - при необходимости.

20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.

20.14 Printer Archiv - при необходимости.

20.15 WarmComm4 - при необходимости.

20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.

20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

- VC 55 ECO;

- VC 55-2 ECO;

- VC 55 EVO;

- VC 55-2 EVO,

в составе:

1. Шкаф сушильный медицинский.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

4. Тележка грузочная - не более 20 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142463

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 9

5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C / 300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм — не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
  - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
  - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
  - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
  - 20.7 Программы Р (1 -100) - не более 100 шт. (при необходимости).
  - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
  - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
  - 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
  - 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
  - 20.12 Дезактивация - при необходимости.
  - 20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
  - 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
  - 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
  - 20.16 Программа Warmcomm 4 (Р) - при необходимости.
  - 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142464

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 10

- VC 111 ECO;
- VC 111-2 ECO;
- VC 111 EVO;
- VC 111-2 EVO,

в составе:

1. Шкаф сушильный медицинский.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
  - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
  - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
  - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
  - 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
  - 20.8 Обеззараживание - при необходимости.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142465



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 11

- 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
- 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
- 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
- 20.12 Дезактивация - при необходимости.
- 20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
- 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
- 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
- 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
- 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

- VC 222 ECO;
- VC 222-2 ECO;
- VC 222 EVO;
- VC 222-2 EVO,

в составе:

1. Шкаф сушильный медицинский.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142466

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 12

**20. Программы:**

- 20.1 Программа S1 - при необходимости.
- 20.2 Программа S2 - при необходимости.
- 20.3 Программа S3 - при необходимости.
- 20.4 Программа S4 - при необходимости.
- 20.5 Программа S5 - при необходимости.
- 20.6 Программа S6 - при необходимости.
- 20.7 Программы P (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
- 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
- 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
- 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
- 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
- 20.12 Дезактивация - при необходимости.
- 20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
- 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
- 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
- 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
- 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- VC 404 ECO;
- VC 404-2 ECO;
- VC 404 EVO;
- VC 404-2 EVO,

**В составе:**

- 1. Шкаф сушильный медицинский.
- 2. Инструкция по эксплуатации.
- 3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
- 4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
- 5. Полка сетчатая хромированная — не более 60 шт. (при необходимости).
- 6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
- 7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
- 8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм — не более 60 шт. (при необходимости).
- 9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
- 10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
- 11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
- 12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
- 13. HEPA-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
- 14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
- 15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
- 16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142467

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 13

17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей.
- 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
- 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
- 20.1 Программа S1 - при необходимости.
- 20.2 Программа S2 - при необходимости.
- 20.3 Программа S3 - при необходимости.
- 20.4 Программа S4 - при необходимости.
- 20.5 Программа S5 - при необходимости.
- 20.6 Программа S6 - при необходимости.
- 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
- 20.8 Обеззараживание - при необходимости.
- 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
- 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
- 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
- 20.12 Дезактивация - при необходимости.
- 20.13 HEPA-вентилятор - при необходимости.
- 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
- 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
- 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
- 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- VC 707 ECO, VC 707-2 ECO, VC 707 EVO, VC 707-2 EVO в составе:
1. Шкаф сушильный медицинский.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
8. Полка для пробирок ø 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок ø 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142468

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 14

(при необходимости).

13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).

14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).

15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).

16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).

17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт.

(при необходимости).

18. Проходной изолятор ø 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).

19. Комплект запасных частей:

19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).

19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).

19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).

19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

20. Программы:

20.1 Программа S1 - при необходимости.

20.2 Программа S2 - при необходимости.

20.3 Программа S3 - при необходимости.

20.4 Программа S4 - при необходимости.

20.5 Программа S5 - при необходимости.

20.6 Программа S6 - при необходимости.

20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).

20.8 Обеззараживание - при необходимости.

20.9 ECO PLUS - при необходимости.

20.10 EVO PLUS - при необходимости.

20.11 Защитный термостат - при необходимости.

20.12 Деактивация - при необходимости.

20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.

20.14 Printer Archiv - при необходимости.

20.15 WarmComm4 - при необходимости.

20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.

20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

- VC 1212 ECO, VC 1212-2 ECO, VC 1212 EVO, VC 1212-2 EVO в составе:

1. Шкаф сушильный медицинский.

2. Инструкция по эксплуатации.

3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).

5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).

6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).

7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт.

(при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения**

**Д.Ю. Павлюков**

0142469

**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ**  
**НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 13 мая 2024 года

№ ФСЗ 2009/05061

Лист 15

8. Полка для пробирок  $\varnothing$  16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок  $\varnothing$  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 — не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°C/300°C - не более 30 шт. (при необходимости).
18. Проходной изолятор  $\varnothing$  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
  - 19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.4 Штепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
  - 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
  - 20.1 Программа S1 - при необходимости.
  - 20.2 Программа S2 - при необходимости.
  - 20.3 Программа S3 - при необходимости.
  - 20.4 Программа S4 - при необходимости.
  - 20.5 Программа S5 - при необходимости.
  - 20.6 Программа S6 - при необходимости.
  - 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
  - 20.8. Обеззараживание - при необходимости.
  - 20.9 ECO PLUS - при необходимости.
  - 20.10 EVO PLUS - при необходимости.
  - 20.11 Защитный термостат - при необходимости.
  - 20.12 Дезактивация - при необходимости.
  - 20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
  - 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
  - 20.15 WarmComm4 - при необходимости.
  - 20.16 Программа Warmcomm 4 (P) - при необходимости.
  - 20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.

З

Заместитель руководителя Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0142470