



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

На медицинское изделие

Машина моюще-дезинфицирующая Uniclean PL II

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "БМТ-МММ"

(ООО "БМТ-МММ"), Россия,

**119049, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Шаболовка,
д. 23, помещ. 6/1**

Производитель

"МММ Мюнхенер Медицин Механик ГмбХ", Германия,

**МММ Münchener Medizin Mechanik GmbH, Semmelweisstraße 6, 82152 Planegg,
Germany**

Место производства медицинского изделия

**МММ Münchener Medizin Mechanik GmbH, Semmelweisstraße 6, 82152 Planegg,
Germany**

Номер регистрационного досье № РД-62623/9906 от 03.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 16 листах

приказом Росздравнадзора от 08 мая 2024 года № 2653
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0078670

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 1

На медицинское изделие

Машина моюще-дезинфицирующая Uniclean PL II:

I. Варианты исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL, 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R, в составе:

1. Машина моюще-дезинфицирующая.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Комплект облицовочных панелей из нержавеющей стали.
4. Поддон с цокольной панелью UPL II - не более 15 шт. (при необходимости).
5. Поддон для 1 UPL II - не более 15 шт. (при необходимости).
6. Поддон для 2 UPL II - не более 15 шт. (при необходимости).
7. Поддон для 3 UPL II - не более 15 шт. (при необходимости).
8. НЕРА-фильтр - не более 15 шт. (при необходимости).
9. Программы очистки:
 - 9.1. Р 1: Хирургические инструменты - при необходимости.
 - 9.2. Р 2: Инструменты для малоинвазивной хирургии (МИХ) - при необходимости.
 - 9.3. Р 3: Контейнеры (A0 600) - при необходимости.
 - 9.4. Р 4: Материалы для анестезии - при необходимости.
 - 9.5. Р 5: Принадлежности - при необходимости.
 - 9.6. Р 6: Контейнеры (A0 3000) - при необходимости.
 - 9.7. Р 7: Сушка - при необходимости.
 - 9.8. Р 8: Детские бутылочки - при необходимости.
 - 9.9. Р 9: Операционная обувь - при необходимости.
 - 9.10. Р 10: Инструменты, используемые в роботизированной хирургии - при необходимости.
 - 9.11. Р 11: Офтальмологические инструменты - при необходимости.
 - 9.12. Р 12: Стоматологические инструменты - при необходимости.
 - 9.13. Р 14: Анестезия/инструменты - при необходимости.
 - 9.14. Р 15: Инструменты > pH10 - при необходимости.
 - 9.15. Р 16: Инструменты, интенсивно - при необходимости.
 - 9.16. Р 17: Инструменты 6-го уровня.
 - 9.17. Р 18: Robotic-Unisonic - при необходимости.
 - 9.18. Р 21: Стекланные изделия - при необходимости.
10. Транспортные тележки для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL:
 - 10.1. Транспортная тележка UPL 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
 - 10.2. Приемная емкость TW UCL PL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
11. Системы возврата для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142417

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 2

- 11.1. Устройство для возврата корзин UPL II 10-2 ручное - не более 15 шт. (при необходимости).
- 11.2. Устройство для возврата корзин UPL II 10-2 EL - не более 15 шт. (при необходимости).
12. Уровневые корзины для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL:
- 12.1. Корзина 1-уровневая UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 12.2. Корзина 2-уровневая UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 12.3. Корзина 3-уровневая UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 12.4. Корзина 4-уровневая UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 12.5. Корзина 5-уровневая UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 12.6. Корзина 6-уровневая UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 12.7. Табличка со штрих-кодом UPL II 10 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 12.8. Корзина Flex 4-уровневая UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 12.9. Соединение 1Е, корзина Flex UPL II 10 - не более 50 шт. (при необходимости).
- 12.10. Соединение 2Е, корзина Flex UPL II 10 - не более 50 шт. (при необходимости).
13. Корзины для МИХ инструментов / для офтальмологических инструментов и модули для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL:
- 13.1. Корзина MIC UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 13.2. Корзина flex, MIC-уровень UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 13.3. Корзина 4-уровневая для модулей UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 13.4. Модуль для офтальмологических инструментов UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 13.5. Прямая промывочная планка - не более 50 шт. (при необходимости).
- 13.6. Изогнутая промывочная планка - не более 50 шт. (при необходимости).
- 13.7. Промывочная планка для троакаров - не более 50 шт. (при необходимости).
- 13.8. Вставная решетка, 480 x 550 мм для UPL II 10 - не более 50 шт. (при необходимости).
- 13.9. Силиконовый коврик, 250 мм x 530 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
- 13.10. Корзина с крышкой - не более 100 шт. (при необходимости).
14. Корзины для анестезиологического оборудования для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL:
- 14.1. Корзина для анестезиологического оборудования для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 14.2. Съёмная корзина - не более 30 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142418

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 3

- 14.3. Корзина для контейнеров ½ СТЕ с крышкой для UPL II 10 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 14.4. Корзина для контейнеров 1 СТЕ с крышкой для UPL II 10 - не более 30 шт. (при необходимости).
- 14.5. Вставка для 25 втулок - не более 30 шт. (при необходимости).
- 14.6. Корзины для детских бутылочек для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL.
- 14.7. Корзина для детских бутылочек для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 14.8. Вставка для изделий из стекла 2 UPL II - не более 30 шт. (при необходимости).
- 14.9. Вставка для изделий из стекла 3 UPL II - не более 30 шт. (при необходимости).
- 14.10. Вставка для изделий из стекла 4 UPL II - не более 30 шт. (при необходимости).
- 14.11. Вставка для изделий из стекла 5 UPL II - не более 30 шт. (при необходимости).
15. Вставки для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL:
- 15.1. Вставной модуль для ручек операционных ламп для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 15.2. Вставной модуль для почкообразных лотков /операционной обуви для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 15.3. Вставной модуль для операционной обуви до 42 размера для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 15.4. Вставной модуль для операционной обуви до 48 размера для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 15.5. Вставной модуль для тазов 125 для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 15.6. Вставной модуль для тазов 200 для UPL II 10 - не более 15 шт. (при необходимости).
16. Транспортные тележки для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
- 16.1. Транспортная тележка UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 16.2. Приемная емкость TW UCL PL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 16.3. Транспортная тележка UPL 15 без слива - не более 15 шт. (при необходимости).
- 16.4. Транспортная тележка UPL 15, регулируемая по высоте, со сливом - не более 15 шт. (при необходимости).
- 16.5. Транспортная тележка UPL 15, регулируемая по высоте, без слива - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Уровневые корзины для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142419

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 4

- 17.1. Корзина 1-уровневая UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
17.2. Корзина 2-уровневая UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
17.3. Корзина 2-уровневая S UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
17.4. Корзина 3-уровневая UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
17.5. Корзина 4-уровневая UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
17.6. Корзина 5-уровневая UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
17.7. Корзина 6-уровневая UPL 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
17.8. Корзина flex 4-уровневая UPL - не более 15 шт. (при необходимости).
17.9. Корзина flex 5-уровневая UPL - не более 15 шт. (при необходимости).
17.10. Стеллаж для хранения уровней корзины в сборе - не более 15 шт.
(при необходимости).
17.11. Уровневая решетка с системой водоснабжения в сборе - не более 15 шт.
(при необходимости).
18. Корзины для МИХ инструментов/для офтальмологических инструментов и модули
для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD
R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
18.1. Корзина 3-уровневая с МИХ-планкой 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
18.2. Корзина 4-уровневая с МИХ-планкой 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
18.3. Падающая МИХ-планка 15 А в сборе - не более 15 шт. (при необходимости).
18.4. Корзина МИХ - не более 15 шт. (при необходимости).
18.5. Вставная решетка 772x578 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
18.6. Прижим для МИХ-инструментов - не более 60 шт. (при необходимости).
18.7. Корзина МИХ/офтальмологическая, 2 модульных уровня - не более 15 шт.
(при необходимости).
18.8. Длинный МИХ-модуль - не более 60 шт. (при необходимости).
18.9. Короткий МИХ -модуль - не более 60 шт. (при необходимости).
18.10. Модуль для офтальмологических инструментов - не более 60 шт.
(при необходимости).
18.11. Вставной лоток для офтальмологических инструментов - не более 60 шт.
(при необходимости).
18.12. Прямая промывочная планка - не более 60 шт. (при необходимости).
18.13. Изогнутая промывочная планка - не более 60 шт. (при необходимости).
18.14. Промывочная планка для троакаров - не более 60 шт. (при необходимости).
18.15. Фиксация фильтра - не более 60 шт. (при необходимости).
18.16. Двойной фильтр для модулей в сборе - не более 60 шт. (при необходимости).
18.17. Запасной фильтр для модулей (комплект из 2 шт.) - не более 60 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142420

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 5

- (при необходимости).
- 18.18. Предохранительная втулка для двойного фильтра (комплект из 2 шт.) - не более 60 шт. (при необходимости).
- 18.19. Глухое резьбовое соединение M15x1 (комплект из 4 шт.) - не более 100 шт. (при необходимости).
- 18.20. Силиконовый коврик 250 x 530 мм - не более 100 шт. (при необходимости).
- 18.21. Корзина с крышкой - не более 100 шт. (при необходимости).
- 18.22. Шланговый барабан маленький - не более 30 шт. (при необходимости).
19. Стоматологические корзины, модули и адаптеры для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
- 19.1. Стоматологическая корзина 2-уровневая UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 19.2. Стоматологическая корзина 3-уровневая UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 19.3. Вставной модуль для небольших сетчатых вставок с крышкой - не более 15 шт. (при необходимости).
- 19.4. Стоматологический модуль ISO UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 19.5. Адаптер ISO для наконечников для бормашин (комплект из 2 шт.) - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.6. Универсальное крепление для стоматологических наконечников - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.7. Крепление для водо-воздушных прямых наконечников для бормашин - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.8. Промывочный адаптер U-1/Люэра (охватывающая часть) (комплект из 2 шт.) - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.9. Промывочный адаптер U-2/Люэра (охватывающая часть) (комплект из 2 шт.) - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.10. Замок Люэра, охватывающая часть, для шланга с внутр. ø 1 мм (комплект из 5 шт.) - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.11. Силиконовый шланг 1 x 0,5 x 1000 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.12. Адаптер для водо-воздушных прямых наконечников для бормашин - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.13. Адаптер для ультразвукового прямого наконечника для бормашин Sirosonic TL - не более 60 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142421

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 6

- 19.14. Адаптер для ультразвукового наконечника для бормашин Sirosonic L - не более 60 шт. (при необходимости).
- 19.15. Промывочный адаптер U-5/Luer (охватывающая часть) (комплект из 2 шт.) - не более 60 шт. (при необходимости).
20. Тележки для инструментов, используемых в роботизированной хирургии и модули для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
- 20.1. Корзина da Vinci Si UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.2. Корзина da Vinci Xi UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.3. Модуль da Vinci Si UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.4. Модуль da Vinci Si Stapler UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.5. Модуль da Vinci Xi UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.6. Модуль da Vinci Xi Stapler UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.7. Адаптер 2/0 da Vinci Si (комплект из 4 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.8. Адаптер 1/1 da Vinci Si (комплект из 4 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.9. Адаптер 2/1 da Vinci Si (комплект из 4 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.10. Адаптер da Vinci Si Stapler (комплект из 2 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.11. Адаптер da Vinci Xi (комплект из 2 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.12. Адаптер da Vinci Xi Stapler (комплект из 2 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.13. Сетчатый фильтр 0,1 мм MW (комплект из 4 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
- 20.14. Сетчатый фильтр 0,5 мм MW (комплект из 4 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).
21. Тележки для анестезиологического оборудования для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
- 21.1. Тележка для анестезиологического оборудования с барабаном - не более 15 шт. (при необходимости).
- 21.2. Корзина для анестезиологического оборудования 2-уровневая UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 21.3. Подающая планка AN 10A - не более 30 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142422

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 7

- 21.4. Съемная корзина - не более 60 шт. (при необходимости).
21.5. Вставка для 25 втулок - не более 60 шт. (при необходимости).
22. Контейнерные корзины и корзины для пластмассовых емкостей для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
22.1. Корзина для контейнеров ½ СТЕ с крышкой - не более 15 шт. (при необходимости).
22.2. Корзина для контейнеров 1 СТЕ с крышкой - не более 15 шт. (при необходимости).
22.3. Корзина для пластмассовых емкостей 1 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
22.4. Корзина для пластмассовых емкостей 2 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
22.5. Корзина для пластмассовых емкостей 3 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
23. Вставки для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
23.1. Вставной модуль для ручек операционных ламп - не более 30 шт. (при необходимости).
23.2. Вставной модуль для почкообразных лотков / подошв операционной обуви - не более 30 шт. (при необходимости).
23.3. Вставной модуль для операционной обуви до 42 размера - не более 15 шт. (при необходимости).
23.4. Вставной модуль для операционной обуви до 48 размера - не более 15 шт. (при необходимости).
23.5. Вставной модуль для тазов 125 - не более 15 шт. (при необходимости).
23.6. Вставной модуль для тазов 200 - не более 15 шт. (при необходимости).
23.7. Вставной модуль для мерных стаканов объемом 1 л - не более 30 шт. (при необходимости).
24. Корзины и модули для изделий из стекла для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
24.1. Корзина для изделий из стекла для модулей UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
24.2. Решетчатый уровень, для корзины для изделий из стекла для модулей UPL II 15 - не более 30 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142423

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 8

- 24.3. Рама для корзины для изделий из стекла UPL II 15 - не более 15 шт.
(при необходимости).
- 24.4. Опорная шина для корзины для изделий из стекла UPL II 15 - не более 30 шт.
(при необходимости).
- 24.5. Опорная шина 2 для корзины для изделий из стекла UPL II 15 - не более 30 шт.
(при необходимости).
- 24.6. Короткий разделитель для корзины для изделий из стекла UPL II 15 - не более 60 шт. (при необходимости).
- 24.7. Длинный разделитель для корзины для изделий из стекла UPL II 15 - не более 60 шт. (при необходимости).
- 24.8. Модуль для изделий из стекла 1 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 24.9. Модуль для изделий из стекла 1.1 UPL II 15 - не более 15 шт.
(при необходимости).
- 24.10. Форсуночная планка для изделий из стекла 1 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.11. Форсуночная планка для изделий из стекла 1.1 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.12. Форсуночная планка для изделий из стекла 2 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.13. Форсуночная планка для изделий из стекла 2.1 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.14. Форсуночная планка для изделий из стекла 3 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.15. Форсуночная планка для пипеток 1 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.16. Форсуночная планка для пипеток 2 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.17. Форсуночная планка для мерных цилиндров 1 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.18. Форсуночная планка для мерных цилиндров 2 UPL II 15 - не более 60 шт.
(при необходимости).
- 24.19. Корзина для изделий из стекла 1-уровневая UPL II 15 - не более 15 шт.
(при необходимости).
- 24.20. Корзина для изделий из стекла 2-уровневая UPL II 15 - не более 15 шт.
(при необходимости).
- 24.21. Вставное крепление для 2-уровневой корзины для изделий из стекла - не более

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142424

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 9

15 шт. (при необходимости).

24.22. Корзина для изделий из стекла 3-уровневая UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.23. Вставной модуль для изделий из стекла 1 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.24. Вставной модуль для изделий из стекла 2 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.25. Вставной модуль для изделий из стекла 3 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.26. Вставной модуль для изделий из стекла 4 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.27. Вставной модуль для изделий из стекла 5 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.28. Вставной модуль для изделий из стекла 6 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.29. Вставной модуль для изделий из стекла 7 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.30. Вставной модуль для изделий из стекла 8 UPL II 15 - не более 15 шт. (при необходимости).

24.31. Короткий разделитель для вставного модуля для изделий из стекла 6 UPL II 15 - не более 60 шт. (при необходимости).

24.32. Длинный разделитель для вставного модуля для изделий из стекла 6 UPL II 15 - не более 60 шт. (при необходимости).

24.33. Короткий разделитель для вставного модуля для изделий из стекла 7 UPL II 15 - не более 60 шт. (при необходимости).

24.34. Длинный разделитель для вставного модуля для изделий из стекла 7 UPL II 15 - не более 60 шт. (при необходимости).

25. Форсунки для изделий из стекла для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:

25.1. Форсунки для изделий из стекла нар. ø 8 x 70, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).

25.2. Форсунки для изделий из стекла нар. ø 8 x 120, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).

25.3. Форсунки для изделий из стекла нар. ø 8 x 150, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142425

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 10

- 25.4. Форсунки для изделий из стекла нар. $\varnothing$ 8 x 220, M8x1 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.5. Форсунки для изделий из стекла нар. $\varnothing$ 8 x 290, M8x1 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.6. Форсунки для изделий из стекла нар. $\varnothing$ 8 x 340, M8x1 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.7. Форсунка для изделий из стекла с держателем нар. $\varnothing$ 6 x 250 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.8. Форсунка для изделий из стекла с держателем нар. $\varnothing$ 8 x 290 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.9. Форсунка для изделий из стекла с держателем нар. $\varnothing$ 8 x 150 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.10. Форсунки для изделий из стекла нар. $\varnothing$ 6 x 150, M8x1 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.11. Форсунки для изделий из стекла нар. $\varnothing$ 6 x 70, M8x1 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.12. Форсунки для изделий из стекла нар. $\varnothing$ 6 x 250, M8x1 - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.13. Колпачки для форсунок $\varnothing$ 10 мм (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.14. Колпачки для форсунок $\varnothing$ 8 мм (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.15. Распорка для форсунок 9 мм (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.16. Плоские форсунки, пластмасса (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.17. Центрирующий конус для изделий из стекла 1 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.18. Центрирующий конус для изделий из стекла 2 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.19. Центрирующий конус для изделий из стекла 3 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.20. Ограничитель крестообразный 60 (комплект из 10 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 25.21. Ограничитель звездообразный 100 (комплект из 10 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142426

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 11

- 25.22. Ограничитель крестообразный 140 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 25.23. Пружинный зажим для форсунок 6 мм (комплект из 10 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 25.24. Зажимная пружина для форсунок 8 мм (комплект из 10 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
26. Рольганги для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
- 26.1. Автом. загрузочный рольганг 1К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 26.2. Автом. разгрузочный рольганг 1К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 26.3. Автом. загрузочный рольганг 2К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 26.4. Автом. разгрузочный рольганг 2К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 26.5. Ручной рольганг 1 К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 26.6. Ручной рольганг 2 К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 26.7. Ручной рольганг 3 К - не более 15 шт. (при необходимости).
27. Станции для возврата корзин (автоматический возврат корзин) для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
- 27.1. Станция для возврата корзин UPL II TW-1К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 27.2. Станция для возврата корзин UPL II TW-2К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 27.3. Станция для возврата корзин UPL II 1К-1К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 27.4. Станция для возврата корзин UPL II 1К-2К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 27.5. Станция для возврата корзин UPL II 2К-1К - не более 15 шт. (при необходимости).
- 27.6. Станция для возврата корзин UPL II 2К-2К - не более 15 шт. (при необходимости).
28. Устройства для возврата корзин (шлюз, перегородка с раздвижным окном со шкафом для реагентов и без него) для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
- 28.1. Шлюз Uniclean PL II 15-2 - не более 15 шт. (при необходимости).
- 28.2. Устройство для возврата корзин UPL II ручное - не более 15 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142427

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 12

(при необходимости).

28.3. Устройство для возврата корзин UPL II EL управл. с разгр.стороны - не более 15 шт. (при необходимости).

28.4. Устройство для возврата корзин UPL II EL управл. с загр. стороны - не более 15 шт.

(при необходимости).

28.5. Устройство для возврата корзин UPL II EL управл. с загр./разгр. сторон - не более 15 шт. (при необходимости).

28.6. Устройство для возврата корзин UPL II ручн. 1К с контейнером для реагентов - не более 15 шт. (при необходимости).

28.7. Устройство для возврата корзин UPL II EL 1К с контейнером для реагентов - не более 15 шт. (при необходимости).

29. Накопительные столы для корзин (высота вставки 810 мм) для вариантов исполнения: 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:

29.1. Накопительный стол для корзин UPL II 1К высота 810 - не более 15 шт. (при необходимости).

29.2. Накопительный стол для корзин UPL II 2К высота 810 - не более 15 шт. (при необходимости).

29.3. Накопительный стол для корзин UPL II 3К высота 810 - не более 15 шт. (при необходимости).

29.4. Накопительный стол для корзин UPL II 4К высота 810 - не более 15 шт. (при необходимости).

30. Форсунки для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL, 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:

30.1. Табличка со штрихкодом - не более 150 шт. (при необходимости).

30.2. Отражатель для поворотного рычага корзины UPL II 15 (комплект из 2 шт.) - не более 15 шт. (при необходимости).

30.3. Замок Люэра, охватываемая часть, M8x1 самозакрывающийся - не более 150 шт. (при необходимости).

30.4. Замок Люэра, охватывающая часть, M8x1 самозакрывающийся - не более 150 шт. (при необходимости).

30.5. Ручки CoolTouch - не более 150 шт. (при необходимости).

30.6. Монтажное приспособление для самозакрывающихся замков Люэра - не более 150 шт. (при необходимости).

30.7. Комплект штекерных соединителей (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142428

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 13

- (при необходимости).
- 30.8. Комплект угловых штекерных соединителей
(комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.9. Глухое резьбовое соединение М8х1 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.10. Резьбовая муфта М8х1 / М8х1 (комплект из 4 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.11. Замок Люэра, охватываемая часть, М8х1 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.12. Замок Люэра, охватывающая часть, М8х1 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.13. Замок Люэра, охватывающая часть, М6 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.14. Колпачок, замок Люэра, охватываемая часть, охватывающая часть (комплект из 10 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.15. Замок Люэра, охватывающая часть, для шланга с внутр. ø 1 мм
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.16. Замок Люэра, охватывающая часть, для шланга с внутр. ø 3 мм
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.17. Замок Люэра, охватывающая часть, для шланга внутр. ø 5 мм
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.18. Замок Люэра, охватывающая часть, для шланга внутр. ø 6
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.19. Замок Люэра, охватываемая часть, для шланга внутр. ø 3 мм
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.20. Замок Люэра, охватываемая часть, для шланга внутр. ø 5 мм
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.21. Замок Люэра, охватываемая часть, для шланга внутр. ø 6 мм
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.22. Замок Люэра нар. ø 10, охватываемая часть, для шланга внутр. ø 5 мм
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.23. Шланговый наконечник конической формы
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.24. Шланговый наконечник с резьбой М8х1 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142429

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 14

- (при необходимости).
- 30.25. Адаптер для форсунок М8х1 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.26. Промывочный футляр 20 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.27. Промывочный футляр 12 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.28. Колпачок футляра внутр. ø 23 х Д 51 мм (комплект из 4 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.29. Колпачок футляра внутр. ø 16 х Д 48 мм (комплект из 4 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.30. Промывочный футляр внутр. ø 26 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.31. Промывочный футляр 8 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.32. Промывочный футляр 16 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.33. Промывочный футляр 24 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.34. Короткий промывочный футляр 8 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.35. Короткий промывочный футляр 16 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.36. Колпачок для промывочного футляра ø 8 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.37. Колпачок для промывочного футляра ø 16 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.38. Уплотнение для промывочного футляра ø 25 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.39. Шайба для промывочного футляра ø 25 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.40. Уплотнение для промывочного футляра ø 35
(комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.41. Шайба для промывочного футляра ø 35 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт.
(при необходимости).
- 30.42. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) нар. ø 3 х 40,
М8х1 - не более 150 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142430

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 15

- 30.43. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) нар. $\varnothing$ 3 x 70, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.44. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) нар. $\varnothing$ 3 x 120, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.45. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) нар. $\varnothing$ 4 x 40, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.46. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) нар. $\varnothing$ 4 x 70, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.47. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 4 шт.) нар. $\varnothing$ 4 x 120, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.48. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) $\varnothing$ нар. 6 x 50, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.49. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) $\varnothing$ нар. 6 x 150, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.50. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) $\varnothing$ нар. 6 x 250, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.51. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) $\varnothing$ нар. 8 x 150, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.52. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) $\varnothing$ нар. 8 x 220, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.53. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) $\varnothing$ нар. 8 x 290, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.54. Форсунка с боковыми отверстиями (комплект из 2 шт.) $\varnothing$ нар. 8 x 340, M8x1 - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.55. Двойной соединитель для форсунок M8x1 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.56. Насадка для форсунки AN 18 мм M12 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.57. Адаптер M12/M8x1 (комплект из 4 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.58. Насадка для форсунки AN 18 мм M8x1 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.59. Насадка для форсунки AN 9 мм M8x1 (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.60. Распорка для форсунок 9 мм (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
- 30.61. Распорка для форсунок 21 мм - не более 150 шт. (при необходимости).

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0142431

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 08 мая 2024 года

№ РЗН 2022/16407

Лист 16

- 30.62. Распорка для форсунок 55 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
30.63. Распорка для форсунок 68 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
30.64. Крючок для дыхательного мешка (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
30.65. Ограничитель для форсунки с внутр. ø 8 мм (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
30.66. Ограничитель для форсунки с внутр. ø 6 мм (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
30.67. Ограничитель для форсунки с внутр. ø 4 мм (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
30.68. Ограничитель для форсунки с внутр. ø 3 мм (комплект из 2 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
30.69. Маленький пружинный зажим - не более 150 шт. (при необходимости).
30.70. Большой пружинный зажим - не более 150 шт. (при необходимости).
30.71. Пружинный зажим большой ø 12 (комплект из 5 шт.) - не более 150 шт. (при необходимости).
30.72. Силиконовый шланг 6x1,5x500 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
30.73. Силиконовый шланг 3x1,5x1000 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
30.74. Силиконовый шланг 1 x 0,5 x 1000 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
31. Сетчатые вставки для инструментов для вариантов исполнений: 10-1 EL, 10-2 EL, 15-1 EL, 15-2 EL / FD, 15-2 EL R, 15-1 FD, 15-2 FD R, 15-2 FD, 30-2 EL, 30-2 EL R, 30-2 FD, 30-2 FD R:
31.1. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 485 x 50 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
31.2. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 245 x 50 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
31.3. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 485 x 70 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
31.4. Сетчатая вставка стандарта DIN 250 x 245 x 70 мм - не более 150 шт. (при необходимости).
32. Термобумага для принтера - не более 100 шт. (при необходимости).

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0142432