


УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «СибАкадемТехнологии»


П.А. Самойлов
«10» апреля 2024 г.
"СибАкадемТехнологии" М.П.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


**ШПАТЕЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ОДНОКРАТНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ ПО ТУ 32.50.50-011-72241324-2023
В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Версия 1 от «10» апреля 2024 г.


2024 г.



Внешний вид сокр. Шпатель микробиологический Т-форма




Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки




Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки




Внешний вид сокр. Шпатель микробиологический L-форма, вид 1



Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки




Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки



Внешний вид сокр. Шпатель микробиологический L-форма, вид 2




Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки




Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки



Внешний вид сокр. Шпатель микробиологический треугольной формы, вид 1




Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки




Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки



Внешний вид сокр. Шпатель микробиологический треугольной формы, вид 2




Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки



Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки


ОБРАЗЦЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УПАКОВОК В СРАВНЕНИИ




Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки на примере Шпатель микробиологический L-форма, вид 1, белый, артикул: SM-1L-1/S-W



Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки на примере Шпатель микробиологический L-форма, вид 1, белый, артикул: SM-1L-100/S



Образец потребительской упаковки вид 2 и ее маркировки на примере Шпатель микробиологический L-форма, вид 1, белый, артикул: SM-1L-1/S-W



Образец потребительской упаковки вид 1 и ее маркировки на примере Шпатель микробиологический L-форма, вид 1, белый, артикул: SM-1L-100/S

ОБРАЗЕЦ ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ



Образец транспортной (групповой) упаковки и ее маркировки на примере Шпатель микробиологический L-форма, вид 1, белый, артикул: SM-1L-100/S-W



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 9 (*девяти*) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»
ПА П.А. Самойлов



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**ШПАТЕЛЬ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
СТЕРИЛЬНЫЙ ПО ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 В ВАРИАНТАХ ИСПОЛНЕНИЯ**

Версия 1 от «10» апреля 2024 г.

1. МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Шпатель микробиологический полимерный одноразового применения стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в варианте исполнения Шпатель микробиологический Т-форма, белый, артикул: SH-T-1/S-W РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Исканерия, д.16, офис 354-1 Количество: 1 шт. MMJJTT Срок годности: MMJJTT LOT XXXMMT REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %. STERILE R 2 3 i IV D	Шпатель микробиологический полимерный одноразового применения стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в варианте исполнения Шпатель микробиологический Т-форма, белый, артикул: SH-T-100/S-W РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Исканерия, д.16, офис 354-1 Количество: 100 шт. MMJJTT Срок годности: MMJJTT LOT XXXMMT REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %. STERILE R 2 3 i IV D
Шпатель микробиологический полимерный одноразового применения стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в варианте исполнения Шпатель микробиологический Т-форма, серый, артикул: SH-T-1/S-B РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Исканерия, д.16, офис 354-1 Количество: 1 шт. MMJJTT Срок годности: MMJJTT LOT XXXMMT REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %. STERILE R 2 3 i IV D	Шпатель микробиологический полимерный одноразового применения стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в варианте исполнения Шпатель микробиологический Т-форма, серый, артикул: SH-T-100/S-B РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX ООО «СибАкадемТехнологии» 630090 г. Новосибирск, ул. Исканерия, д.16, офис 354-1 Количество: 100 шт. MMJJTT Срок годности: MMJJTT LOT XXXMMT REF XXXXXXXXXXXX Условия хранения: при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности до 80 %. STERILE R 2 3 i IV D

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), MM – месяц, JJTT и JJ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический одноразовый одноразового применения
сертификат по ТУ 32.05.00-011-72341324-3023 в формате ISO 15924

Шпатель микробиологический Т-форма,
желтый, артикул SM-T-1/S-Y

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемияТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Именная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



МНЛТТТ
Срок годности: МНЛТТТ



LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IV

Шпатель микробиологический одноразовый одноразового применения
сертификат по ТУ 32.05.00-011-72341324-3023 в формате ISO 15924

Шпатель микробиологический Т-форма,
желтый, артикул SM-T-100/S-Y

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемияТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Именная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



МНЛТТТ
Срок годности: МНЛТТТ



LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IV

Шпатель микробиологический одноразовый одноразового применения
сертификат по ТУ 32.05.00-011-72341324-3023 в формате ISO 15924

Шпатель микробиологический Т-форма,
красный, артикул SM-T-1/S-R

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемияТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Именная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



МНЛТТТ
Срок годности: МНЛТТТ



LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IV

Шпатель микробиологический одноразовый одноразового применения
сертификат по ТУ 32.05.00-011-72341324-3023 в формате ISO 15924

Шпатель микробиологический Т-форма,
красный, артикул SM-T-100/S-R

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемияТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Именная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



МНЛТТТ
Срок годности: МНЛТТТ



LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IV

Шпатель микробиологический одноразовый одноразового применения
сертификат по ТУ 32.05.00-011-72341324-3023 в формате ISO 15924

Шпатель микробиологический Т-форма,
зеленый, артикул SM-T-1/S-G

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемияТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Именная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



МНЛТТТ
Срок годности: МНЛТТТ



LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IV

Шпатель микробиологический одноразовый одноразового применения
сертификат по ТУ 32.05.00-011-72341324-3023 в формате ISO 15924

Шпатель микробиологический Т-форма,
зеленый, артикул SM-T-100/S-G

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемияТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Именная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



МНЛТТТ
Срок годности: МНЛТТТ



LOT XXXMMT
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °C до плюс 50 °C
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IV

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, белый, артикул: SM-1L-1/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, белый, артикул: SM-1L-100/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, синий, артикул: SM-1L-1/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, синий, артикул: SM-1L-100/S-B**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, желтый, артикул: SM-1L-1/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, желтый, артикул: SM-1L-100/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1

Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ




LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:

при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, красный, артикул: SM-1L-1/S-R

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMGT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, красный, артикул: SM-1L-100/S-R

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMGT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, зеленый, артикул: SM-1L-1/S-G

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMGT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, зеленый, артикул: SM-1L-100/S-G

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMGT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, белый, артикул: SM-2L-1/S-W

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMGT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, белый, артикул: SM-2L-100/S-W

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMGT



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), MM – месяц, GTTT и GT – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, синий, артикул: SM-2L-1/S-B

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, синий, артикул: SM-2L-100/S-B

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, желтый, артикул: SM-2L-1/S-Y

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, желтый, артикул: SM-2L-100/S-Y

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, красный, артикул: SM-2L-1/S-R

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, красный, артикул: SM-2L-100/S-R

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.



Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещение последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, зеленый, артикул: SM-2L-1/S-G

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический L-форма,
вид 2, зеленый, артикул: SM-2L-100/S-G

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, белый, артикул: SM-1Tr-1/S-W

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, белый, артикул: SM-1Tr-100/S-W

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, синий, артикул: SM-1Tr-1/S-B

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, синий, артикул: SM-1Tr-100/S-B

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



Срок годности: MM.GTTT



XXMMГГ



XXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 1 IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), MM – месяц, GTTГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, желтый, артикул: SM-1Tr-1/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, желтый, артикул: SM-1Tr-100/S-Y**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, красный, артикул: SM-1Tr-1/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, красный, артикул: SM-1Tr-100/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, зеленый, артикул: SM-1Tr-1/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 1, зеленый, артикул: SM-1Tr-100/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX



ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.



ММ.ГГГГ
Срок годности: ММ.ГГГГ



LOT XXMMГГ



REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГГГГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, белый, артикул: SM-2Tr-1/S-W**

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, белый, артикул: SM-2Tr-100/S-W**

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, синий, артикул: SM-2Tr-1/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, синий, артикул: SM-2Tr-100/S-B**

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, желтый, артикул: SM-2Tr-1/S-Y**

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, желтый, артикул: SM-2Tr-100/S-Y**

ПУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R 2 3 i IVD

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, красный, артикул: SM-2Tr-1/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R **IVD**

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, красный, артикул: SM-2Tr-100/S-R**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R **IVD**

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, зеленый, артикул: SM-2Tr-1/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 1 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R **IVD**

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический треугольной формы,
вид 2, зеленый, артикул: SM-2Tr-100/S-G**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 100 шт.

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Условия хранения:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

STERILE R **IVD**

2. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Пример маркировки транспортной (групповой) упаковки:

Шпатель микробиологический полимерный однократного применения
стерильный по ТУ 32.50.50-011-72241324-2023 в вариантах исполнения

**Шпатель микробиологический L-форма,
вид 1, белый, артикул: SM-1L-100/S-W**

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XX

ООО «СибАкадемТехнологии»
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д.16, офис 354-1
Количество: 10 упаковок по 100 шпателей

ММ.ГТТГ
Срок годности: ММ.ГТТГ
Условия хранения и транспортирования:
при температуре воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С
и относительной влажности до 80 %.

LOT XXMMГГ
REF XXXXXXXXXXXX

Масса брутто: XXXX кг

IVD

Примечание: при необходимости вместо «Шпатель микробиологический L-форма, вид 1, белый, артикул: SM-1L-100/S-W» и «10 упаковок по 100 шпателей» указывается требуемое наименование варианта исполнения и количество соответственно, согласно приведенным на маркировке потребительской упаковки, а также ТУ 32.50.50-011-72241324-2023.

Значения в **Масса брутто** допускается указывать от руки или с помощью клише.

Расположение информации и символов не нормировано.

Примечание: на маркировке указывается вместо X – символ (может быть удален или добавлен со смещением последующего на строке текста), ММ – месяц, ГТТГ и ГГ – год. Горизонтальное и вертикальное смещение маркировки относительно границ этикетки не нормировано.

3. ЭТИКЕТКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Маркировка потребительской и транспортной (групповой) упаковки медицинского изделия наносится на этикетку с фоном.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 10 (десяти) листах
Директор ООО «СибАкадемТехнологии»

П.А. Самойлов