



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 марта 2024 года № РЗН 2021/15011

На медицинское изделие

**Система для паровой стерилизации медицинских изделий Romax
с принадлежностями**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Анхел Трейдинг"

(ООО "Анхел Трейдинг"), Россия,

410031, г.о. город Саратов, г. Саратов, ул. Октябрьская, д. 40/40

Производитель

"Нинбо Хайшу ЕСОН Медикал Девайс Ко., Лтд.", Китай,

**Ningbo Haishu YESON Medical Device Co., Ltd., No. 1 Huanzhen Dadao, Hengjie
Town, Haishu, Ningbo, 315181, Zhejiang, China**

Место производства медицинского изделия

**Ningbo Haishu YESON Medical Device Co., Ltd., No. 1 Huanzhen Dadao, Hengjie
Town, Haishu, Ningbo, 315181, Zhejiang, China**

Номер регистрационного досье № РД-61715/20609 от 21.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.12.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 4 листах

приказом Росздравнадзора от 28 марта 2024 года № 1753
допущено к обращению на территории Российской Федерации
**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0075437

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 марта 2024 года

№ РЗН 2021/15011

Лист 1

На медицинское изделие

**Система для паровой стерилизации медицинских изделий Romax
с принадлежностями, в составе:**

1. Стерилизатор паровой медицинский Romax, в вариантах исполнения: YS-8L, YS-12L, YS-18L, YS-22L, YS-8L-E, YS-12L-E, YS-18L-E, YS-22L-E, в составе:

- 1.1. Стерилизатор паровой.
- 1.2. Подставка для лотков - не более 2 шт.
- 1.3. Лоток - не более 10 шт.
- 1.4. Держатель для лотков - не более 2 шт.
- 1.5. Шланг для слива - не более 3 шт.
- 1.6. Кабель питания - не более 5 шт.
- 1.7. Бактериальный фильтр - не более 10 шт.
- 1.8. Предохранительный клапан - не более 5 шт.
- 1.9. Уплотнительное кольцо - не более 3 шт.
- 1.10. Принтер - не более 3 шт.
- 1.11. Бумага для принтера - не более 50 шт.
- 1.12. Прижимной ролик для бумаги в принтере - не более 10 шт.
- 1.13. Нагревательный элемент - не более 3 шт.
- 1.14. Трансформатор - не более 3 шт.
- 1.15. Радиатор - не более 3 шт.
- 1.16. Вентилятор - не более 4 шт.
- 1.17. Насос - не более 3 шт.
- 1.18. Электромагнитный (соленоидный) клапан - не более 8 шт.
- 1.19. Плата управления - не более 3 шт.
- 1.20. Трубка силиконовая водопроводная, Ø 8x4, длина 10 м - не более 10 шт.
- 1.21. Трубка силиконовая водопроводная, Ø 12x6, длина 10 м - не более 10 шт.
- 1.22. Руководство по эксплуатации.

2. Устройство очистки воды Romax, модель RW1, в составе:

- 2.1. Устройство очистки воды.
- 2.2. Кабель питания.
- 2.3. Руководство по эксплуатации.

3. Дистиллятор Romax, модель Z500, в составе:

- 3.1. Дистиллятор.
- 3.2. Кабель питания.
- 3.3. Руководство по эксплуатации.

4. Устройство для смазки наконечников Romax, модель LUB-900B, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0137250

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 марта 2024 года № РЗН 2021/15011

Лист 2

- 4.1. Устройство для смазки наконечников.
 - 4.2. Кабель питания.
 - 4.3. Руководство по эксплуатации.
 - 5. Устройство термозапаивающее Romax, в вариантах исполнения:
 - 5.1 Устройство термозапаивающее SEAL F300, в составе:
 - 5.1.1. Устройство термозапаивающее.
 - 5.1.2. Кабель питания.
 - 5.1.3. Руководство по эксплуатации.
 - 5.2 Устройство термозапаивающее SEAL F300A, в составе:
 - 5.2.1. Устройство термозапаивающее.
 - 5.2.2. Кабель питания.
 - 5.2.3. Руководство по эксплуатации.
- Принадлежности:
- 1. Для устройства очистки воды RW1:
 - 1.1. Фильтр I (фильтр механической очистки) - не более 10 шт.
 - 1.2. Фильтр II (фильтр обратного осмоса) - не более 10 шт.
 - 1.3. Фильтр III (фильтр деионизации) - не более 10 шт.
 - 1.4. Нагнетательный бак с накопителем воды - не более 10 шт.
 - 1.5. Трубка силиконовая водопроводная, Ø 6,5x3,5, длина 10 м - не более 10 шт.
 - 1.6. Кран для очищенной воды - не более 10 шт.
 - 1.7. Водяной насос - не более 10 шт.
 - 1.8. Электромагнитный (соленоидный) клапан - не более 10 шт.
 - 1.9. Сенсорный дисплей - не более 10 шт.
 - 1.10. Плата сенсорного дисплея - не более 10 шт.
 - 1.11. Плата управления - не более 10 шт.
 - 1.12. Клапан отработанной воды - не более 10 шт.
 - 1.13. Клапан прямого действия - не более 10 шт.
 - 1.14. Клапан обратного действия - не более 10 шт.
 - 2. Для дистиллятора Z500:
 - 2.1. Ёмкость для воды - не более 10 шт.
 - 2.2. Крышка от ёмкости - не более 10 шт.
 - 2.3. Насадка для слива - не более 10 шт.
 - 2.4. Фильтр - не более 10 шт.
 - 2.5. Порошок для очистки - не более 10 шт.
 - 2.6. Нагревательный элемент - не более 10 шт.
 - 2.7. Электродвигатель вентилятора - не более 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0137251

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 марта 2024 года № РЗН 2021/15011

Лист 3

3. Для устройства для смазки наконечников LUB-900B:
- 3.1. Канистра с маслом для обслуживания - не более 10 шт.
 - 3.2. Воронка для заливки масла - не более 10 шт.
 - 3.3. Масляный фильтр - не более 5 упаковок по 12 шт.
 - 3.4. Сорбент для масла - не более 5 упаковок по 20 шт.
 - 3.5. Разъем - не более 10 шт.
 - 3.6. Разъем Е-типа - не более 10 шт.
 - 3.7. Уплотнительное кольцо на разъем - не более 12 шт.
 - 3.8. Воздушная трубка - не более 10 шт.
 - 3.9. Тройник - не более 10 шт.
 - 3.10. Предохранитель - не более 5 шт.
 - 3.11. Воздушный фильтр - не более 15 шт.
 - 3.12. Электромагнитный (соленоидный) клапан - не более 10 шт.
 - 3.13. Зубчатый ремень - не более 10 шт.
 - 3.14. Плата управления - не более 10 шт.
 - 3.15. Блок питания - не более 10 шт.
 - 3.16. Пластиковый корпус - не более 3 шт.
 - 3.17. Клапан регулирования давления с манометром - не более 5 шт.
 - 3.18. Масляный бак - не более 5 шт.
4. Для устройства термозапаивающего SEAL F300:
- 4.1. Опора - не более 10 шт.
 - 4.2. Перегородка - не более 12 шт.
 - 4.3. Рулонодержатель - не более 12 шт.
 - 4.4. Пластиковые насадки на держатели рулонов - не более 36 шт.
 - 4.5. Рукоятка резака - не более 10 шт.
 - 4.6. Лезвие резака - не более 20 шт.
 - 4.7. Винты шестигранные (M5*10) - не более 24 шт.
 - 4.8. Винты крестовые (M4*25) - не более 24 шт.
 - 4.9. Винты крестовые (M4*7) - не более 24 шт.
 - 4.10. Рычажная рукоятка - не более 10 шт.
 - 4.11. Прижимной ролик рычажной рукоятки - не более 10 шт.
 - 4.12. Ключ шестигранный - не более 10 шт.
 - 4.13. Нагревательный элемент - не более 10 шт.
 - 4.14. Термопара - не более 10 шт.
 - 4.15. Термозащитное устройство - не более 10 шт.
 - 4.16. Прижимная панель - не более 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0137252

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 марта 2024 года

№ РЗН 2021/15011

Лист 4

- 4.17. Термостойкая лента на прижимную панель - не более 20 шт.
4.18. Уплотнительная лента на прижимную панель - не более 20 шт.
4.19. Сварочная панель - не более 5 шт.
4.20. Платформа - не более 3 шт.
4.21. Лампочка индикатора нагрева - не более 5 шт.
4.22. Ручка регулирования температуры - не более 3 шт.
5. Для устройства термозапаивающего SEAL F300A:
5.1. Пластиковая панель - не более 5 шт.
5.2. Рукоятка резака - не более 10 шт.
5.3. Лезвие резака - не более 20 шт.
5.4. Рычажная рукоятка - не более 10 шт.
5.5. Прижимной ролик рычажной рукоятки - не более 10 шт.
5.6. Ключ шестигранный - не более 10 шт.
5.7. Рулонодержатель - не более 10 шт.
5.8. Нагревательный элемент - не более 10 шт.
5.9. Термопара - не более 10 шт.
5.10. Термозащитное устройство - не более 10 шт.
5.11. Прижимная панель - не более 5 шт.
5.12. Термостойкая лента на прижимную панель - не более 20 шт.
5.13. Уплотнительная лента на прижимную панель - не более 20 шт.
5.14. Сварочная панель - не более 5 шт.
5.15. Лампочка индикатора нагрева - не более 5 шт.
5.16. Пластиковая опора для рулонодержателя - не более 20 шт.
5.17. Пластиковый ограничитель для рулонов - не более 20 шт.
5.18. Ручка регулирования температуры - не более 3 шт.

2

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0137253