

Фотографические изображения общего вида набора реагентов

«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Комплект №1/1 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка, набор О-1; О-3,10; О-6/2; О-6/2,7; О-12; О-13,22; О-14,24 (сухая) с.01/16





Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации

Комплект №1/1 Кат. № **** ТУ 21.20.23.110-263-70423726-2017
РУ №

Состав набора

Сальмонеллезная моновалентная
сыворотка, набор О-1; О-3,10; О-6/2;
О-6/2,7; О-12; О-13,22; О-14,24 (жидкая)

по 2,0 мл сыворотки
каждой группы во флаконе,
1 флакон одного наименования

Серия: 03/16
Дата изг.: 2016.12
Годен до : 2017.12



ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 1; 3,10; 6/2, 6/2,7; 12; 13,22; 14,24.

Для однократного применения набора по назначению.



ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды) на предметном стекле.

ВНИМАНИЕ!
Содержимое
(сыворотка)



И Н С Т Р У К Ц И Я
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ
 Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 1; 3,10; 6/2; 6/2,7; 12; 13,22; 14,24.


Для однократного применения набора по назначению.

Для клинической лабораторной диагностики in vitro.

Потенциальные потребители изделия

Лабораторные подразделения лечебно-профилактических учреждений.

Создана в схеме
структур бактерий
(сальмонеллезных)
авт. ЭКОлаб



Набор реагентов
Для учреждений
здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Сыворотки диагностические сальмонеллезные
адсорбированные О-моновалентные-плюс
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-263-70423726-2017
РУ № Кат. № ****

Комплект №3/2
Состав набора
Сальмонеллезная моновалентная 1 фл. (2,0 мл)
сыворотка О-3,10, жидкая
Серия: 11/16
Дата изг.: 2016.12
Годен до : 2017.12

2°C — 8°C
MD



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с

антителной структуры бакт
(сальмонеллез)



И Н С Т Р У К Ц И Я
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ


Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки...

антителной структуры бактерий
 сыворотки сальмонеллезной

О-6/2 Сальмонеллезная моновалентная сыворотка О-6/2, жидкая С.10/10



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сы-

... 1: 3,10; 6/2; 6/2,7; 12; 13,22;

Вспомогательная информация
(сальмонеллезная)



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
O-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные O-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* O-моновалентные сыворотки содержат O-агглютинины против соответствующих антигенов: 1; 3,10; 6/2; 6/2,7; 12; 13,22;

антителной структуры бактерий
сальмонеллезных



ИНСТРУКЦИЯ **по применению набора реагентов** **«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные** **О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 1, 3,10, 6/2, 6/2,7, 12, 13,22,

агглютининов
(сальмонеллезных)



ИНСТРУКЦИЯ **по применению набора реагентов** **«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные** **О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____


НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов. 1; 3,10; 6/2; 6/2,7; 12; 13,22; 14,24.

антителной структуры бактерий
(сальмонеллезной)
СОСТАВЛЕНА Я
СХЕМА
ШИ



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки предназначены для выявления антигенов: 1; 3,10; 6/2; 6/2,7; 12; 13,22;



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

В соответствии с серологической классификацией бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки содержат О-агглютинины против соответствующих антигенов: 1, 3,10; 6/2; 6/2,7; 12; 13,22;

антигенной
структуры (сальмонеллезной),
содержащих
схему для



ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации»

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для качественной идентификации бактерий рода *Salmonella* выделенных из биологического материала человека (моча, испражнения, промывные воды желудка, рвотные массы) с помощью реакции агглютинации (РА) на предметном стекле.

Набор реагентов «Сыворотки диагностические сальмонеллезные адсорбированные О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации» предназначен для идентификации таких бактерий с целью назначения правильного лечения больного.

Идентификация бактерий рода *Salmonella* О-моновалентные сыворотки: 1: 3,10; 6/2; 6/2,7; 12; 13,22;

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

14 лист 06

Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

"8" 09 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

20 17 г.



агентов
здоровья и здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

тики диагностические сальмонеллезные адсорбированные
О-моновалентные-плюс для реакции агглютинации

ИКТ №1/2 Кат. № **** ТУ 21.20.23.110-253-70423726-2017
РУ №

ав набора

неплывная моновалентная
тка, набор О-1; О-3,10; О-6/2;
О-12; О-13,22; О-14,24 (жидкая)

по 2,0 мл сыворотки
каждой группы во флаконе;
1 флакон одного наименования


я: 03/16

изг.: 2016.12

н до : 2017.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОЛАБ"

В.Ю. Борисов

" 08 "

20 17 г.



ЗАО "ЭКОЛАБ" Выбор регистрационного номера
Остаточные сальмонеллезные
и О-моновалентные-плюс
эпидемиологический
ТУ 21.20.73.110-253-70423725-2017
ТУ № 1 фл.
и микробиологическая (2,0 мл)
укал
Кат. № 1111

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОЛАБ" Выбор регистрационного номера
О-1
2,0 мл

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 08 " 09.10.2017 г.



реактивов
реактивов
хранения

ЗАО "ЭКОлаб"

аворотки диагностические сальмонеллезные
адсорбированные α -моновалентные-плюс
для реакций агглютинации

ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
РУ №

лект №2/2 Кат. № ****

в набора
монеллезная моновалентная 1 фл. (2,0 мл)

ротка O-1, жидкая

ия: 07/16

изг.: 2016.12

ен до : 2017.12

2°C - 8°C

IVD

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

реактивов
реактивов
хранения

ЗАО "ЭКОлаб"

аворотки диагностические сальмонеллезные
адсорбированные α -моновалентные-плюс
для реакций агглютинации

ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
РУ №

лект №2/2 Кат. № ****

в набора
монеллезная моновалентная 1 фл. (2,0 мл)

ротка O-1, жидкая

ия: 07/16

изг.: 2016.12

ен до : 2017.12

2°C - 8°C

IVD

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
" 08 " 09 2017 г.



реактивов
заведений
охранения

ЗАО "ЭКОлаб"

исоротки диагностические сальмонеллезные
адсорбированные с моновалентные-плюс
для реакций агглютинации
ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
РУ №

пект №2/2 Кат. № ****
в набора
ионеллезная моновалентная 1 фл. (2,0 мл)
хотка О-1, жидкая
я: 07/16
изг.: 2016.12
н до : 2017.12

2°C

IVD

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ОПЕЛЛЕЗНО-МОНОВАЛЕНТНАЯ
ИЗРОТКА (ЖИДКАЯ)
07/16
2016.12
2017.12 2,0 мл

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 08 " 09 2017 г.

ЗАО "ЭКОлаб"
и диагностические саломонеллезные
рбированные О-моновалентные
для реакции агглютинации
№3/1 ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
бора РУ №
лезная моновалентная 1 фла.
а О-3,10, сухая (2,0 мл) 20°C
Кат. №

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"
лезная моновалентная
рота (сухая)
О-3,10
21.17 2,0 мл

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 02 " 09 2017 г.



реактивов
срок годности
хранения

ЗАО "ЭКОлаб"

сыворотки диагностические сальмонеллезные
адсорбированные О-моновалентные-плюс
для реакции агглютинации

ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
РУ №
лект №3/2 Кат. № ****
в набора
монеллезная моновалентная 1 фл. (2,0 мл)
ротка О-3,10, жидкая
ия: 11/16
изг.: 2016.12
ин до : 2017.12

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"

сыворотка (О-3,10)
изг.: 2016.12
ин до : 2017.12 2,0 мл

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

20.12 г.



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб" Набор диагностических сальмонеллезных
адсорбированных O-антигенных
для реакции агглютинации
инфект №4/1 ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
набора РУ №
монельная моновалентная 1 фл. 2-8°C
протек O-6/2, сухая (2,0 мл)
№16 Кат. №
до 2021 г.

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб" Набор диагностических сальмонеллезных
адсорбированных O-антигенных
для реакции агглютинации
инфект №4/1 ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
набора РУ №
монельная моновалентная 1 фл. 2-8°C
протек O-6/2, сухая (2,0 мл)
№16 Кат. №
до 2021 г.

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Handwritten signature

Мишуткина Я.В.

Handwritten signature


Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
" 08 " 2017 г.



ЗАО "ЭКОлаб"
сортки диагностические сальмонеллезные
сорбированные О-моновалентные-плюс
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
ПУ № Кат. № ****
ит №4/2
набора
инвалланная моновалентная 1 фл. (2,0 мл)
утка О-6/2, жидкая
16/16
изг.: 2016.12
до: 2017.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"
инвалланная моновалентная
сорбированная (жидкая)
О-6/2
16/16
изг.: 2016.12
до: 2017.12 2,0 мл

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 02 " 04 2017 г.



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб" Набор реактивов
Диагностические сальмонеллезные
гасорированные О-моновалентные
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-253-70473725-2017
набор реактивов
О-моновалентная 1 шт. 5-8°C
протекта О-8/2,7, сухая (2,0 мл) 2 шт. 1
в 1818 Кат. № 0111
2011 12

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"
О-8/2,7 (сухая)
2011 12 2,0 мл

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов


" 08 "

09

20 17 г.



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО


Начальник ОБТК

Юрина Т.В.


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

" 08 "

В.Ю. Борисов
20/7 г.



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов
" 08 " 09.06.2017 г.



Иммуно-
диагностический
набор
ЗАО "ЭКОлаб"
Иммуно-диагностические сальмонеллезные
сорбированные О-моновалентные-плюс
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
РУ № Кат. № ****
ИТ №8/2
набор
неллезная моновалентная 1 фл. (2,0 мл)
ИКА О-12, жидкая
24/16
ИГ.: 2016.12
ИО: 2017.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.

Иммуно-
диагностический
набор
ЗАО "ЭКОлаб"
Иммуно-диагностические сальмонеллезные
сорбированные О-моновалентные-плюс
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
ИГ.: 2016.12
ИО: 2017.12

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 08 " 09 2017 г.



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб" Биохимический отдел
Сыворотки диагностические сальмонеллезные:
адсорбированные O-микровалентные
для реакции агглютинации
Комплект №711 ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
Состав набора:
Сальмонеллезная моновалентная 1 фл.
сыворотка O-13,22, сухая (2,0 мл) 20 шт.
Дата изг. 2016 12 Кат. № 0000
Срок до 2021 12

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб" Биохимический отдел
Сальмонеллезная микровалентная
сыворотка (сухая) 20 шт.
Дата изг. 2016 12 0-13,22
Срок до 2021 12 2,0 мл 20 шт.

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 02 " 02 2017 г.



ЗАО "ЭКОлаб"
реактивы
для диагностики
серотки диагностические сальмонеллезные
сорбированные O-моновалентные-плюс
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-253.70423725-2017
РТУ №
набор №7/2 Кат. № ****
содержит 1 фла. (2,0 мл)
жидкая O-13,22, жидкая
20/16
изг.: 2016.12
до : 2017.12
IVD

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

ЗАО "ЭКОлаб"
реактивы
для диагностики
серотки диагностические сальмонеллезные
сорбированные O-моновалентные-плюс
для реакции агглютинации
ТУ 21.20.23.110-253.70423725-2017
РТУ №
набор №7/2 Кат. № ****
содержит 1 фла. (2,0 мл)
жидкая O-13,22, жидкая
20/16
изг.: 2016.12
до : 2017.12
IVD

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

Мишуткина Я.В.


СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Юрина Т.В.

“ ОР ” “ ОБ ”

2017T.



железные
адсорбированные Оксисорбентные
для реакции агглютинации
мект №8/1 ТУ 21.20.23.110-253-70423725-2017
набора РУ №
моновалентная 1 фл.
хромка О-14,24, сушен (2,0 мл)
30/18
из 2018 12
из 2021 12
Кат. №

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

МОНГОЛЫН МОНГОЛЫН
СЭРЭГДЭГ (СУУХ)
2016.12.01-14.24
2017.12.01-14.24
2,0 МЛ

Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ЗАО "ЭКОлаб"

В.Ю. Борисов

" 08 "

20 17г.

ЗАО "ЭКОлаб"

1. Диагностические сальмонеллезные
группы O-монвалентные-плюс
для реакции агглютинации
1.20.23.110-253-70423725-2017


Кат. № ****

1 фла. (2,0 мл)
-14,24, жидкая

16
2016.12
2017.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны,
условия хранения, "только для in vitro диагностики" указаны непосредственно
на коробке.



Директор НПО
Иммунологии и Биохимии

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОБТК

Мишуткина Я.В.

Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

16 лист 01
Начальник ОНД ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
" 09 2017 г.