

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия и фотографические изображения упаковок в развернутом виде.

Тест для определения овуляции, в вариантах исполнения

Уполномоченный представитель
на территории РФ

ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
Муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»
Федюнина Мария Александровна

10.11.2023 г.

М.П. (при наличии)



«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения:

CONSUMED тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: CONSUMED тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.




Увеличенные части макетов маркировки

Consumed тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

Применяется для диагностики in vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин. Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (4°C–30°C) до даты истечения срока годности. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!




РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@Pharmline.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Сделано в Чехии. Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



НЕ ПРИКЛАДЫВАТЬ ВНИМАТЕЛЬНО
НА НЕОТКРЫТЫЕ В УПАКОВКЕ
ПЛОСКИЕ СЕРИЗЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Дата изготовления/Mfg date:  04.2021

Годен до:/Use before:  04.2024

Партия №:/LOT:  LHFP2104

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: CONSUMED струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.




ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

CONSUMED струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

Применяется для диагностики *in vitro*. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин

Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (4°C–30°C) до даты истечения срока годности. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: CONSUMED струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм.




фотографическое изображение упаковки в развернутом виде

Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: CONSUMED струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

CONSUMED струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт. Применяется для диагностики in vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин. Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (4°C–30°C) до даты истечения срока годности. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



consumed

ТЕСТ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОВУЛЯЦИИ



1 СТРУЙНЫЙ ТЕСТ

Точность свыше 99%
Не нужно собирать мочу



РУ №


Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@Pharmline.cz. Tel: +42 060 819 60 35. Сделано в Чехии. Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел/факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Увеличенные части макетов маркировки

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@Pharmline.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Сделано в Чехии.
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



Дата изготовления/Mfg date:

Годен до./Use before:

Партия №/LOT:

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения:

Femiplan тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: Femiplan тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.



Увеличенные части макетов маркировки

RU Femiplan тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм
в составе: 1. Тест-полоска – 5 шт.; 2. Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

BY FemiPLAN тест для определения овуляции, тест-полоска, 5 шт. чувствительность: 25 мМЕ/мл

Применяется для диагностики in vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин. Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (от +4° до +30°C) до даты истечения срока годности. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

RU РУ № _____ BY РУ № _____ Арт. _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратиче, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic of China.

RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.


BY Уполномоченная организация в РБ: ООО "КСАНТЕРИНИ", Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел. +375 447723333.



НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ!



МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO




запрет
на повторное
использование




обратитесь
к инструкции
по применению




+4°C
+30°C




хранить вдали от
прямых солнечных
лучей и тепла




не допускать
воздействия
влаги



не стерильно



не использовать,
если целостность
упаковки
повреждена



содержимого
достаточно
для проведения
5 тестов

Дата изготовления:/Mfg date: 

Годен до:/Use before: 

Партия №:/LOT: 

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения:

Femiplan струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.



FEMiPLAN
тест для определения овуляции

FEMiPLAN


тест для определения овуляции

Femiplan струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.


Применяется для диагностики in vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин

Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (4°C–30°C) до даты истечения срока годности. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: Femiplan струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм.



фотографическое изображение упаковки в развернутом виде
 «Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: Femiplan струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

FEMiPLAN

тест для определения овуляции

Femiplan струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

Применяется для диагностики In vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин

Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (4°C–30°C) до даты истечения срока годности. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.



ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



FEMiPLAN

тест для определения овуляции

1 струйный тест

FEMiPLAN

тест для определения овуляции

ТОЧНОСТЬ СВЫШЕ 99%

ВЫСОКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 25 мМЕ/мл

- облегчает планирование беременности
- определяет 2 лучших дня для зачатия



1 струйный тест


ДЛЯ ВАШЕЙ УВЕРЕННОСТИ

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4. Чешская Республика.
 E-mail: info@Pharmline.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Сделано в Чехии.
 Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

тест для определения овуляции
FEMiPLAN

Увеличенные части макетов маркировки



РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика.
 E-mail: info@Pharmline.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Сделано в Чехии.
 Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT:

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения:


Realtest тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.



Realtest тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

Применяется для диагностики in vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин. Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (4°C–30°C) до даты истечения срока годности. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!




Погрузите тест-полоску вертикально в емкость с мочой до отметки, указанной стрелками, на 10 секунд!

Положительный Отрицательный Ошибочный Ошибочный

РУС
Производитель: PharmLine LLC, Dobruška 1257, Чехия.
18 00 Praha 4, Czech Republic / Dobruška 1257, Братислава,
148 00 Praha 4, Чехословакия, E-mail: info@pharmline.cz.
Tel.: +42 005 819 00 35. Салони и Чехия.
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СТЕПАР»,
105064, г. Москва, ул. пер. г. им. Г. И. Косового, д. 15, стр. 04, пом. 3046. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@stepar.ru



0 000000 000000



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: Realtest тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.






РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail: info@Pharmline.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Сделано в Чехии.


Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс +7 495 665 80 58. info@spectumnutrition.ru.




Дата изготовления:
Годен до:
Партия №:

«Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: Realtest струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.





Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: Realtest струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 6,0 мм.



фотографическое изображение упаковки в развернутом виде
Тест для определения овуляции», в варианте исполнения: Realtest струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; окрашенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.


Realtest струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт. Применять для диагностики in vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин. Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (+5...30°C) до даты истечения срока годности. Перед применением внимательно ознакомиться с инструкцией по применению.

Результат в среднем через 5 минут.

Диагностика в домашних условиях.


НАДЕЖНО

Чувствительность 25 мМЕ/мл. Точность более 99%.



Р/У №

Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kladsko, 148 00 Praha 4, Чешская Республика. E-mail: info@pharmline.cz. Tel.: +42 000 819 80 35. Сделано в Чехии. Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105006, г. Москва, вн. тер. с. муниципальный округ Басманный, ул. Никеев Красносельская, д. 35, стр. 04, помещ. 3Н/0. Тел./факс: +7 495 695 80 58, info@spectrum.ru.



струйный тест для определения овуляции

1 тест струйный



Быстро. Просто. Надежно.



струйный тест для определения овуляции

Дата изготовления:
Годен до:
Партия №:


РУ № _____

 **Производитель:** PharmLine s.r.o. Dobronická 1257,
Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic / Доброницка 1257,
Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. E-mail:
info@Pharmline.cz. Tel.: +42 060 819 60 35. Сделано в Чехии.
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ»,
105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.
Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



 **Дата изготовления:**
 **Годен до:**
 **Партия №:**

Фотографическое изображение транспортной упаковки (среднего короба) «Теста для определения овуляции» на примере варианта исполнения: CONSUMED тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.



Фотографическое изображение транспортной упаковки (среднего короба) «Теста для определения овуляции» на примере варианта исполнения: CONSUMED струйный тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Струйный тест – 1 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.



Фотографическое изображение транспортной упаковки (среднего короба) в развернутом виде «Теста для определения овуляции» на примере варианта исполнения: Femiplan тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм, в составе: Тест-полоска – 5 шт.; Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.



FemiPLAN

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОВУЛЯЦИИ

RU Femiplan тест для определения овуляции, чувствительность 25 мМЕ/мл, ширина полоски: 3,0 мм в составе: 1. Тест-полоска – 5 шт.; 2. Сокращенная инструкция по применению для потребителей (инструкция по применению) – 1 шт.

BY FemiPLAN тест для определения овуляции, тест-полоска, 5 шт. чувствительность: 25 мМЕ/мл

Применяется для диагностики in vitro. Тест может использоваться для определения овуляции у женщин. Точность – более 99%. Хранить при комнатной температуре (от +4° до +30°C) до даты истечения срока годности. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!

RU РУ № _____ г. | BY РУ № _____, Арт. _____




Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic of China.

RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. ЗН/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

BY Уполномоченная организация в РБ: ООО "КСАНТЕРИНИ", Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел. +375 447723333.

Партия №:/LOT: **LOT**



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 32 листах

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»

/ Федюнина М.А.

