

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Тест для определения беременности

Уполномоченный представитель ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г.
на территории РФ Муниципальный округ Басманный, ул Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6
8 (495) 665-80-58, info@spectrumnutrition.ru.

Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»
Федюнина Мария Александровна

26.08.2024 г.



(Подпись)

Фотографическое изображение «Тест для определения беременности», на примере варианта исполнения: «LadyCheck тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 2,0». (1 тест-полоска в упаковке)



«Тест для определения беременности» в варианте исполнения LadyCheck тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 2,0



Макет маркировки «Тест для определения беременности», на примере варианта исполнения:
«LadyCheck тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина
полоски, мм: 2,0» (1 тест-полоска в упаковке)

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

LadyCheck

- с первого дня задержки
- в любое время суток

ТОЧНОСТЬ
СВЫШЕ
99%

быстрый ответ «ДА» или «НЕТ»

ЛедиЧек
ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



Производитель: PharmLine s.r.o. Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Добронница 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.
Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic Of China.
RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Никитя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.
BY Уполномоченная организация в РБ: ООО «КСАНТЕРИНИ», Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел./факс: +375 447723333.

RU LadyCheck тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 2,0

РУ № _____ от _____
BY Тест для определения беременности Lady Check, тест-полоска, 1 шт., чувствительность: 20мМЕ/мл. Арт. 0603-001.

РУ № _____ от _____

Способ применения: 1. Сбор и обработка образцов. Соберите образец мочи в чистый и сухой контейнер (Образцы первой мочи, собранной утром, содержат более высокую концентрацию HCG). 2. Проведение теста. Извлеките тест-полоску из индивидуальной упаковки. Погрузите тест-полоску в мочу, при этом стрелка должна быть направлена к контейнеру для сбора мочи. Не погружайте тест в мочу выше максимальной линии MAX. Выньте полоску из стакана минимум через 10 секунд и положите ее на непоглощающую чистую поверхность. Результаты будут готовы через 3 минуты. Утилизируйте тест после использования. 3. Чтение результата.

ПРОЦЕДУРА	ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА
Погрузите тест-полоску вертикально в емкость с мочой до отметки, указанной стрелками, на 10 секунд	Контрольная линия Тест-линия Вы беременны Недействительный Вы не беременны

Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Только для одноразового применения.

Дата изготовления:
Годен до:
№ партии:



«Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
Consumed тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина
полоски, мм: 3,0. (1 тест-полоска в упаковке)





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде

«Тест для определения беременности», в варианте исполнения: Consumed тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0. (1 тест-полоска в упаковке)



Увеличенные части макета маркировки

Consumed тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл; ширина полоски, мм: 3,0.
Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



РУ № _____


Производитель: PharmLine s.r.o. Адрес: Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic (Чешская Республика).
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ



IVD
Только для диагно-
стики ин витро



CE
0123



Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before

Партия №:/LOT:

«Тест для определения беременности», в варианте исполнения: Consumed test для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0.
(2 тест-полоски в упаковке)





Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: Consumed тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0. (2 тест-полоски в упаковке)



Увеличенные части макета маркировки

РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o. Адрес: Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic (Чешская Республика).
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОСКОЛЬКА ОН МОЖЕТ БЫТЬ УБИТО



Дата изготовления:/Mfg date: 

Годен до:/Use before 

Партия №:/LOT: 

Consumed тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл; ширина полоски, мм: 3,0.
Применяется за 4 дня до начала менструации. Точность — более 99,9%. Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



«Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
Consumed струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл,
ширина полоски, мм: 6,0. (1 струйный тест в упаковке)



**CONSUMED СТРУЙНЫЙ ТЕСТ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ,
чувствительность 10 мМЕ/мл,
ширина полоски: 6,0.**

Применяется за 4 дня до начала менструации.
Точность – более 99,9%.

Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C
в запечатанной упаковке вдали от источников тепла,
в недоступном для детей месте. Не замораживать.

Перед применением внимательно ознакомьтесь с
инструкцией по применению.

Используйте утреннюю мочу.

Держите наконечник теста направленным
вниз под струей мочи в течение 5-7 секунд.
Через 3 минуты прочитайте результат.


ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ТЕСТА



НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



«Тест для определения беременности», в варианте исполнения: Consumed струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде
«Тест для определения беременности», в варианте исполнения: Consumed струйный тест
для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0.
(1 струйный тест в упаковке)



Увеличенные части макета маркировки



РУ


Производитель: PharmLine s.r.o. Адрес: Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic (Чешская Республика).
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный,
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

Дата изготовления/Mfg date:

Годен до:/Use before

Партия №/LOT:

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



Фотографическое изображение «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0» (1 тест-полоска в упаковке)





Макет маркировки «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0»
(1 тест-полоска в упаковке)



Увеличенные части макета маркировки

RU РУ № _____ от _____ ВУ РУ № _____ от _____ . Арт. _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн 000», Доброницка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.
 Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic of China
 RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.
 ВУ Уполномоченная организация в РБ: ООО «КСАНТЕРИНИ», Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел. +375 447723333.

 НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ. НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ!

 МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

RU FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0
 ВУ FemiTEST тест для определения беременности, тест-полоска, 1 шт. чувствительность: 10 мМЕ/мл
 Хранить в сухом месте при температуре от +4° до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте.
 Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией на внутренней стороне упаковки.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



Дата изготовления/
Mfg date:



Годен до:/Use before:




Партия №/LOT:



Фотографическое изображение «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0» (2 тест-полоски в упаковке)





Макет маркировки «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0» (2 тест-полоски в упаковке)



Увеличенные части макета маркировки

RU РУ № _____ от _____ BY РУ № _____ от _____ . Арт. _____

■ Производитель: PhärmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / «Фармлайн 000», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.
 Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic of China
 RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.
 BY Уполномоченная организация в РБ: ООО "КСАНТЕРИНИ", Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел. +375 447723333.

 НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
 НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
 ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
 ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ


 МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO


RU FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0
 BY FemITEST тест для определения беременности, тест-полоска, 2 шт. чувствительность: 10 мМЕ/мл
 Хранить в сухом месте при температуре от +4° до +30°С в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте.
 Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией на внутренней стороне упаковки.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



8 594202 462466

 0123

 +4°C +30°C

 запрет
на повторное
использование

 не использовать,
если целостность
упаковки
повреждена

 21
PAP



 обратитесь
к инструкции
по применению

 Σ_2
содержимого
достаточно для
проведения 2 тестов

Дата изготовления:/
Mfg date: 

Годен до:/Use before: 

Партия №:/LOT: 

Фотографические изображения «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FemITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0» (1 струйный тест в упаковке)



«Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0»



Макет маркировки «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0» (1 струйный тест в упаковке)



Увеличенные части макета маркировки

RU FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0.

BY FemiTEST тест для определения беременности струйный тест, 1 шт. чувствительность: 10 мМЕ / мл.

Хранить в сухом месте при температуре от +4° до +30°С в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией на внутренней стороне упаковки.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



RU РУ № _____ от _____ ВУ РУ № _____ от _____ . Арт. _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic of China. RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru. ВУ Уполномоченная организация в РБ: ООО «КСАНТЕРИНИ», Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел. +375 447723333.



НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ!



МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Дата изготовления:/Mfg date:

Годен до:/Use before:

Партия №:/LOT:



Фотографическое изображение «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0»
(1 струйный тест в упаковке)



Увеличенные части маркировки

FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0.
Хранить в сухом месте при температуре от +4 °С до +30 °С в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией на внутренней стороне упаковки.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



РУ






Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Место производства: _____
Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ!



МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO



Фотографическое изображение «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0»
(2 струйных теста в упаковке)



Макет маркировки «Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
 «FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10
 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0»
 (2 струйных теста в упаковке)



Увеличенные части маркировки

FEMITEST струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0.
Хранить в сухом месте при температуре от +4 °С до +30 °С в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией на внутренней стороне упаковки.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



РУ


Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн 000», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035. Место производства:
Уполномоченная организация в РФ: 000 «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ!



МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO



Фотографическое изображение «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0» (1 тест-полоска в упаковке)



Макет маркировки «Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
 «FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл,
 ширина полоски, мм: 3,0» (1 тест-полоска в упаковке)



Увеличенные части маркировки

RU PY № _____ от _____ BY PY № _____ от _____ Арт. _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel.: +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.
 Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic of China
 RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.
 BY Уполномоченная организация в РБ: ООО «КСАНТЕРИНИ», Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел. +375 447723333.

 НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОПОЩАЮЩИМ ВРАГУ

 МЕДИЦИНСКОЕ КОДЛИЩЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

RU FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0
 BY FemITEST тест для определения беременности, тест-полоска, 1 шт. чувствительность: 20 мМЕ/мл
 Хранить в сухом месте при температуре от +4° до +30°С в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте.
 Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией на внутренней стороне упаковки.
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!


 8 594202 462435

 0123

 +4°C +30°C

 запрет
на повторное
использование

 не использовать,
если целостность
упаковки
повреждена

 21
RAP



 обратитесь
к инструкции
по применению

 1
содержимого
достаточно для
проведения 1 тестов

Дата изготовления:/
Mfg date: 

Годен до:/Use before: 

Партия №:/LOT: 

Фотографическое изображение «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: «FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0» (2 тест-полоски в упаковке)



Увеличенные части маркировки

RU РУ № _____ от _____ ВУ ВУ № _____ от _____ Арт. _____

Производитель: PharmLine s.r.o., Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic. Tel. +420608196035 / «Фармлайн ООО», Доброничка 1257, Кунратице, 148 00 Прага 4, Чешская Республика. Тел.: +420608196035.

Место производства: Weihai Kangzhou Biotechnology Engineering Co., Ltd., Room 401, Building B Innovation Entrepreneurship Base, High District 264205 Weihai City, Shandong Province, People's Republic of China

RU Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

ВУ Уполномоченная организация в РБ: ООО «КСАНТЕРИНИ», Республика Беларусь, 220015, г. Минск, ул. Я. Мавра, 41, офис 410. E-mail: aq@ksanterini.by, тел. +375 447723333.



НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ
НАХОДЯЩИЙСЯ В УПАКОВКЕ
ПАКЕТ С ВЕЩЕСТВОМ,
ПОГЛОЩАЮЩИМ ВЛАГУ!



МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO


RU FEMITEST тест для определения беременности, чувствительность 20 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0

ВУ FemiTEST тест для определения беременности, тест-полоска, 2 шт. чувствительность: 20 мМЕ/мл

Хранить в сухом месте при температуре от +4° до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте.

Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией на внутренней стороне упаковки.

НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА ГОДНОСТИ!



Дата изготовления:/
Mfg date:



Годен до:/Use before:



Партия №:/LOT:



«Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
РеалТест тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина
полоски, мм: 3,0. (1 тест-полоска в упаковке)



Realtest тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл; ширина полоски, мм: 3,0.
Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не использовать после истечения срока годности.

БЫСТРО

Результат через 3 минуты.

ПРОСТО

Применяется за 4 дня до начала менструации.

НАДЕЖНО

Чувствительность 10 мМЕ/мл. Точность более 99,9%.



РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o.

Адрес: Dobronická 1257, Kunratice,

148 00 Praha 4, Czech Republic

(Чешская Республика).

Уполномоченная организация

в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066,

г. Москва, вн. тер. г. муниципальный

округ Басманный, ул. Нижняя

Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ.

3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.

info@spectrumnutrition.ru.



погрузите тест-полоску вертикально в емкость с мочой до отметки, указанной стрелками минимум на 10 секунд	Вы беременны	Вы не беременны	ошибочный	ошибочный

Дата изготовления: _____
Год выпуска: _____
Партия №: _____

ТЕСТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ

тест для определения беременности



Трумп. Упомяну. Трагедия.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННОСТИ С НЕБООЗНАЧЕННЫМИ

и т.д. для определения достоверности


1 Тест-полоска



тест для определения беременности




НАДЕЖНО
Чувствительность 10 мМЕ/мл. Точность более 99,9%.




PY №


Производитель: PharmLine s.r.o.
Адрес: Dobronická 1 257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic
(Чешская Республика).
Уполномоченная организация
в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Бесовский, ул. Нахимова
Красносельская д. 35, стр. 64, помещ.
3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.
info@spectrumnutrition.ru



Дата изготовления:
Годен до:
Партия №:



погрузите тест-полоску
вертикально в емкость с мочой
до отметки, указанной стрелками
минимум на 10 секунд



**Вы
беременны**




**Вы
не беременны**



ошибочный




ошибочный



РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o.
Адрес: Dobronická 1257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic
(Чешская Республика).

**Уполномоченная организация
в РФ:** ООО «СПЕКТРУМ», 105066,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Басманный, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ.
3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.
info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления:

Годен до:

Партия №:

**«Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
РеалТест тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина
полоски, мм: 3,0. (2 тест-полоски в упаковке)**



Realtest тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл; ширина полоски, мм: 3,0.
Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не использовать после истечения срока годности.

БЫСТРО

Результат через 3 минуты.

ПРОСТО

Применяется за 4 дня до начала менструации.

НАДЕЖНО

Чувствительность 10 мМЕ/мл. Точность более 99,9%.



РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o.
Адрес: Dobronická 1257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic
(Чешская Республика).

Уполномоченная организация
в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Басманный, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ.
3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.
info@spectrumnutrition.ru.



погрузите тест-полоску вертикально в емкость с мочой до отметки, указанной стрелками на 10 сек	Вы беременны	Вы не беременны	ошибочный	ошибочный


Дата изготовления:
Серия №:
Партия №:

Тест для определения беременности

Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде
 «Тест для определения беременности», в варианте исполнения: РеалТест тест для
 определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 3,0. (2
 тест-полоски в упаковке)

Дата изготовления:
 Годен до:
 Партия №:

Тест для определения беременности



2 ТЕСТ-ПОЛОСКИ



Быстро. Просто. Надежно.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ С ПЕРВОГО ДНЯ ЗАДЕРЖКИ

Тест для определения беременности



Дата изготовления:
 Годен до:
 Партия №:

Тест для определения беременности



Realtest тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл; ширина полоски, мм: 3,0. Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. Не использовать после истечения срока годности.

БЫСТРО
 Результат через 3 минуты.

ПРОСТО
 Применяется за 4 дня до начала менструации.

НАДЕЖНО
 Чувствительность 10 мМЕ/мл. Точность более 99,9%.

				
погрузите тест-полоску вертикально в емкость с мочой до отметки, указанной стрелками на 10 сек	вы беременны	вы не беременны	ошибочный	ошибочный

НЕ ПРИНИМАТЬ ВНУТРЬ

НАХОДЯЩИХСЯ В УПАКОВКЕ
ТАБЛЕТ С НЕИЗВЕСТНЫМ
ПОТОЖНОСТИМ ВЕЩЬЮ

РУ №

Производитель: PharmLine s.r.o.
 Адрес: Dobronická 1257, Kurnatice,
 148 00 Praha 4, Czech Republic
 (Чешская Республика).


Уполномоченная организация в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 314/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.

CE
RoHS
REACH
ISO 9001



0 000000 000000

Увеличенные части макета маркировки




РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o.

Адрес: Dobronická 1257, Kunratice,
148 00 Praha 4, Czech Republic
(Чешская Республика).

Уполномоченная организация

в РФ: ООО «СПЕКТРУМ», 105066,
г. Москва, вн. тер. г. муниципальный
округ Басманный, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ.
3Н/6. Тел./факс: +7 495 665 80 58.
info@spectrumnutrition.ru.



 **Дата изготовления:**

 **Годен до:**

 **Партия №:**

«Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
РеалТест струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл,
ширина полоски, мм: 6,0 (1 струйный тест в упаковке)



Realtest струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски: 6,0.
 Хранить в сухом месте при температуре от +4 до +30°C в запечатанной упаковке вдали от источников тепла, в недоступном для детей месте. Не замораживать. Перед применением внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению.
 Не использовать после истечения срока годности.

БЫСТРО

Результат через 3 минуты.

ПРОСТО

Применяется за 4 дня до начала менструации.

НАДЕЖНО

Чувствительность 10 мМЕ/мл. Точность более 99,9%.



РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o. Адрес: Dobronická 1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic (Чешская Республика).

Уполномоченная организация в РФ:


ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.

Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.




Тест для определения беременности


**«Тест для определения беременности», в варианте исполнения:
РеалТест струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл,
ширина полоски, мм: 6,0**



Фотографическое изображение упаковки в развернутом виде

«Тест для определения беременности», в варианте исполнения: РеалТест струйный тест для определения беременности, чувствительность 10 мМЕ/мл, ширина полоски, мм: 6,0 (1 струйный тест в упаковке)






РУ № _____

Производитель: PharmLine s.r.o. Адрес: Dobronická
1257, Kunratice, 148 00 Praha 4, Czech Republic
(Чешская Республика).

Уполномоченная организация в РФ:

ООО «СПЕКТРУМ», 105066, г. Москва, вн. тер. г.
муниципальный округ Басманный, ул. Нижняя
Красносельская, д. 35, стр. 64, помещ. 3Н/6.

Тел./факс: +7 495 665 80 58. info@spectrumnutrition.ru.



Дата изготовления:

Годен до:

Партия №:



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 2-х листах
Генеральный директор ООО «СПЕКТРУМ»
Бедюнина М.А.