

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»



Комплект этикеток
«О-группа Сальмонелла РПГА»
Комплект Общий

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп А (1,2,12), В (1,4,12), С1 (6,7), С2 (6,8), D (1,8,12), Е (3,10) в реакции пассивной гемагглютинации

О-группа Сальмонелла РПГА (комплект общий)

Состав набора	
ТЭ (АО)	1 фл. (5,0 мл)
ТЭ (ВО)	1 фл. (5,0 мл)
ТЭ (С10)	1 фл. (5,0 мл)
ТЭ (С20)	1 фл. (5,0 мл)
ТЭ (D0)	1 фл. (5,0 мл)
ТЭ (Е0)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (50,0 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	8 шт
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА
(комплект общий)

ТУ 21.20.23.266-70423725-2019

РУ

Серия ** Каталогный № 42.11
Контрольный № ***

Дата изготовления: ***

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** КЭ 5,0 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** РРО 50 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** ТЭ (АО) 5,0 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** ТЭ (ВО) 5,0 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** ТЭ (С10) 5,0 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** ТЭ (С20) 5,0 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** ТЭ (D0) 5,0 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. ** ТЭ (Е0) 5,0 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. *** К- 0,25 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА

с. *** К+ 0,25 мл

Гожен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб»

ЗАО «ЭКОлаб»

↑↑

хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
2019 г.

Комплект этикеток
«О-группа Сальмонелла РПГА»
Комплект А

Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл
группы А (1,2,12) в реакции пассивной геммагглютинации

О-группа Сальмонелла РПГА (комплект А)

Набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контрольные

Состав набора

ТЭ (АО)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.



ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА
(комплект А)

ТУ 21.20.23-266-70423725-2019
РУ

Серия ** Каталожный № 42.05
Контрольный № ***

Дата изготовления: ***

Годен до: ****



42.05

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
ТЭ (АО)
5,0 мл
с ***
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
КЭ
5,0 мл
с **
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
РРО
10 мл
с **
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
К+
0,25 мл
с ***
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
К-
0,25 мл
с ***
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
↑↑
хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК



Захаров М.В.

Юрина Т.В.



Комплект этикеток
«О-группа Сальмонелла РПГА»
Комплект В

Набор реагентов

Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов для определения антигенов к индивидуальным О-антигенам сальмонелл
групп В (1,4,12) в реакции пассивной геммагглютинации

ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА (комплект В)

Состав набора	Набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контрольные
ТЭ (ВО)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) ёмкости	3 шт.



ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА
(комплект В)

ТУ 21.20.23-266-70423725-2019

РУ

Каталожный № 42.06

Серия ** Контрольный № ***

Дата изготовления: ***

Годеи до: ***



42.06



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
2019 г.




Комплект этикеток
«О-группа Сальмонелла РПГА»
Комплект С1

набор реагентов
для учреждений здравоохранения
набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл
групп С1 (6,7) в реакции пассивной геммагглютинации

ЗАО "ЭКОлаб"

О-группа Сальмонелла РПГА (комплект С1)

Состав набора	набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контрольные
ТЗ (С10)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)
Планшет для микротитрования	1 шт.
Принадлежности	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.



ЗАО "ЭКОлаб"

О-группа Сальмонелла РПГА
(комплект С1)

ТУ 21.20.23.266-70423725-2019

РУ

Каталожный № 42.07

Серия

**

Контрольный №

Дата изготовления:***

Годен до: ***



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"



хранить только
вертикально

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов
2019 г.


Комплект этикеток
«О-группа Сальмонелла РПГА»
Комплект С2

набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»
Набор реагентов для определения антигенов к индивидуальным О-антигенам сальмонелл
группы А (1,2,12) в реакции пассивной геммагглютинации
О-группа Сальмонелла РПГА (комплект С2)
набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контрольные

Состав набора

ТЭ (С20)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+, инaktivированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инaktivированный	1 фл. (0,25 мл)
Пластины для микротитрования	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.



ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА
(комплект С2)

ТУ 21.20.23.266-70423725-2019

РУ

Каталожный № 42.08

Серия **

Контрольный № ***

Дата изготовления: ***

Голен до: ***



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК

Захаров М.В.

Юрина Т.В.





Комплект этикеток
«О-группа Сальмонелла РПГА»
Комплект D

набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»
набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам Сальмонелл
группы А (1,2,12) в реакции пассивной геммагглютинации

О-группа Сальмонелла РПГА (комплект D)

набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контрольные

Состав набора

ТЭ (DO)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+, инaktivированный	1 фл. (0,25 мл)
К-, инaktivированный	1 фл. (0,25 мл)
Пленшеты для микротитрования	1 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.



ЗАО «ЭКОлаб»

О-группа Сальмонелла РПГА
(комплект D)

ТУ 21.20.23-266-70423725-2019

РУ


Каталожный № 42.09

Серия **

Контрольный № ***

Дата изготовления: ***

Годен до: ***



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ

Согласовано

Начальник ОБТК



Захаров М.В.

Юрина Т.В.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор
ЗАО «ЭКОлаб»
В.Ю. Борисов
2019 г.

Комплект этикеток
«О-группа Сальмонелла РПГА»
Комплект Е

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения
ЗАО «ЭКОлаб»
набор реагентов для определения антигенов к индивидуальным О-антигенам сальмонелл
группы А (1,2,12) в реакции пассивной геммагглютинации
О-группа Сальмонелла РПГА (комплект Е)
Набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контрольные

Состав набора

ТЭ (ЕО)	1 фл. (5,0 мл)	
КЭ	1 фл. (5,0 мл)	
РРО	1 фл. (10,0 мл)	
К+, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)	
К-, инактивированный	1 фл. (0,25 мл)	
Плакшеты для микротитрования	1 шт.	
Принадлежности:		
Вспомогательные пластиковые (ПВХ) емкости	3 шт.	

ЗАО «ЭКОлаб»
**О-группа Сальмонелла РПГА
(комплект Е)**
ТУ 21.20.23-266-70423725-2019
РУ

Каталожный № 42.10
Серия ** Контрольный № ***

Дата изготовления: ***
Годен до: ***



ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
ТЭ (ЕО)
5,0 мл
с. **
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
КЭ
5,0 мл
с. **
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
РРО
10 мл
с. **
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
К+
0,25 мл
с. **
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
О-группа Сальмонелла РПГА
К-
0,25 мл
с. **
Годен до: ***

ЗАО «ЭКОлаб» ЗАО «ЭКОлаб»
 **хранить только вертикально**

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения,
"только для in vitro диагностики" указаны непосредственно на коробке.

Начальник ЛБИ
Согласовано
Начальник ОБТК

ЗАО «ЭКОлаб»
ФЕДЕРАЦИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЗАО «ЭКОлаб»

Захаров М.В.
Юрина Т.В.

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист _____
Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"
Борисов В.Ю.

"11" _____ 20 20





Фотографические изображения общего вида

Набора реагентов «Набор реагентов для определения антител к индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп А (1,2,12), В (1,4,12), С1 (6,7), С2 (6,8), D (1,9,12), Е (3,10) в реакции пассивной гемагглютинации» «О-группа Сальмонелла РПГА».

Комплект Общий

Серия 01 от 2019.02.





ЭКОЛАБ

ЭКОЛАБ

Инструкция по применению набора реагентов
для определения антител к
О-группе Сальмонеллы РТГА
в реакции пассивной агглютинации

О-группа Сальмонеллы РТГА (комплект общин)

Содержимое набора:

1. Набор реагентов	1 шт.
2. Набор реагентов	1 шт.
3. Набор реагентов	1 шт.
4. Набор реагентов	1 шт.
5. Набор реагентов	1 шт.
6. Набор реагентов	1 шт.
7. Набор реагентов	1 шт.
8. Набор реагентов	1 шт.
9. Набор реагентов	1 шт.
10. Набор реагентов	1 шт.
11. Набор реагентов	1 шт.
12. Набор реагентов	1 шт.
13. Набор реагентов	1 шт.
14. Набор реагентов	1 шт.
15. Набор реагентов	1 шт.
16. Набор реагентов	1 шт.
17. Набор реагентов	1 шт.
18. Набор реагентов	1 шт.
19. Набор реагентов	1 шт.
20. Набор реагентов	1 шт.


Срок годности: 12 месяцев


Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С

Производитель: ООО «ЭКОЛАБ»


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
для определения антител к
О-группе Сальмонеллы РТГА
в реакции пассивной агглютинации


Регистрационное удостоверение № 1711








Комплект В Серия 05 от 2019.02.















ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Набор реагентов для определения антител к
индивидуальным О-антигенам сальмонелл групп
А (1,2,12), В (1,4,12), С1 (6,7), С2 (6,8), Д (1,9,12), Е (3,10)
в реакции пассивной гемагглютинации»
«О-группа Сальмонелла РПГА»

Регистрационное удостоверение № РЗН

ЗАО "ЭКОлаб"



набор реагентов
для учреждений здравоохранения
ЗАО "ЭКОлаб"
Набор реагентов для определения антител к индивидуальным O-антигенам сальмонелл
группы А (1,2,12) в реакции пассивной гемагглютинации
О-группа Сальмонелла РПГА (комплект D)
набор рассчитан на проведение 12 анализов, включая контроль

Состав набора


ТЭ (DO)	1 фл. (5,0 мл)
КЭ	1 фл. (5,0 мл)
РРО	1 фл. (10,0 мл)
К+, инaktivированный	1 фл. (20,25 мл)
К-, инaktivированный	1 фл. (20,25 мл)
Пластины для микротитрования	1 шт.
Противопенинатор	
Вспомогательные пластиковые (ТВЛ) емкости	3 шт.


ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов
«Набор реагентов для определения антител к
индивидуальным O-антигенам сальмонелл групп
А (1,2,12), В (1,4,12), С1 (6,7), С2 (6,8), D (1,9,12), Е (3,10)
в реакции пассивной гемагглютинации»
«О-группа Сальмонелла РПГА»


Регистрационное удостоверение № РЗН



ЗАО "ЭКОлаб"







Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

В.Ю. Борисов



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью.

лист

Ген. Директор ЗАО "ЭКОлаб"

Барисов В.Ю.

"11" 20

г.