

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г

Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО «ЭКОлаб»

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*
ИФА-антиУреаплазма
Комплект №1

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*
ИФА-антиУреаплазма IgA/IgG

Расчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные,
при одновременном выявлении IgA и IgG и на исследование 96 образцов
включая контрольные, при раздельном выявлении IgA и IgG

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет
K+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат-IgG	1 фл. (12 мл)
Конъюгат-IgA	1 фл. (12 мл)
PPO	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.
Принадлежности:	
Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального
применения

ЗАО «ЭКОлаб»

ИФА-антиУреаплазма IgA/IgG

ТУ 9398-113-70423725-2022

ПУ №ФСР 2011/10176 от 10.05.2018










Комплект №	1	Каталожный №	13.02
Серия	01	Контрольный №	12

Дата изготовления: 2022.01.12

Годен до: 2023.07.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



реактентов учреждений здравоохранения ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*

ИФА-антиУреаплазма Комплект №1

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*

ИФА-антиУреаплазма IgA/IgG

Расчитан на исследование 48 образцов, включая контрольные, при одновременном выявлении IgA и IgG и на исследование 96 образцов, включая контрольные, при раздельном выявлении IgA и IgG

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет
K ⁺ _{AG} , инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K ⁻ , инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат-IgG	1 фл. (12 мл)
Конъюгат-IgA	1 фл. (12 мл)
PPO	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)

Одноразовые наконечники для автоматических пипеток

16 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г

Для профессионального применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма IgA/IgG


ТУ 9398-113-70423725-2022

РУ №ФСР 2011/10176 от 10.05.2018








Комплект №	1	Каталожный №	13.02
Серия	04	Контрольный №	15

Дата изготовления: 2022.01.13

Годен до: 2023.07.13



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*

ИФА-антиУреаплазма

Комплект №2

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса А к *Ureaplasma urealyticum*

ИФА-антиУреаплазма IgA

Расчитан на исследование 66 образцов, включая контрольные

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г

Состав набора

Иммунсорбент
K+, инактивированный
K-, инактивированный
Конъюгат-IgA
PPO
ФСБ-Т(x25)
РИ
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

1 планшет
1 фл. (1,5 мл)
1 фл. (2,5 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (40 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (12,5 мл)

16 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Клейкая пленка для планшетов 4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального
применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма IgA

ТУ 9398-113-70423725-2022


РУ №ФСР 2011/10176 от 10.05.2018

Комплект № 2 Каталожный № 13.03









Серия 02 Контрольный № 13

Дата изготовления: 2022.01.12

Годен до: 2023.07.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*

**ИФА-антиУреаплазма
Комплект №2**

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса А к *Ureaplasma urealyticum*

ИФА-антиУреаплазма IgA

Расчитан на исследование 96 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет
K+, инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
K-, инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Конъюгат-IgA	1 фл. (12 мл)
PPO	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые наконечники для автоматических пипеток	16 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости	4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	4 шт.



NBvAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

« 13 » 01 2022 г



Для профессионального
применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма IgA

ТУ 9398-113-70423725-2022

РУ №ФСР 2011/10176 от 10.05.2018

Комплект № 2 Каталожный № 13.03







Серия 05 Контрольный № 16

Дата изготовления: 2022.01.13

Годен до: 2023.07.13



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



реактивов
учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов А и G к Ureaplasma urealyticum

ИФА-антиУреаплазма
Комплект №3

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к Ureaplasma urealyticum

ИФА-антиУреаплазма-IgG

Расчитан на исследование 96 образцов, включая контрольные

Состав набора

Иммуносорбент
K₊, инактивированный
K₋, инактивированный
Конъюгат-IgG
PPO
ФСБ-Т(x25)
РИ
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

1 планшет
1 фл. (1,5 мл)
1 фл. (2,5 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (40 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (12,5 мл)

16 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Клейкая пленка для планшетов 4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

Т.Ю.Гашенко

2022 г

Для профессионального
применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

ТУ 9398-113-70423725-2022


ПУ №ФСР 2011/10176 от 10.05.2018

Комплект № 3 Каталогный № 13.04

Серия 03 Контрольный № 14

Дата изготовления: 2022.01.12

Годен до: 2023.07.12



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

Иммуносорбент

с. 03

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

PPO

с. 03

12 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

с. 03

40 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 03

12 мл

Годен до: 2023.07




ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 03

12,5 мл

Годен до: 2023.07



Набор реагентов
для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*

ИФА-антиУреаплазма

Комплект №3

Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов класса G к *Ureaplasma urealyticum*

ИФА-антиУреаплазма-IgG

Расчитан на исследование 96 образцов, включая контрольные

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ЗАО "ЭКОлаб"

Т.Ю.Гашенко

« 13 »

2022 г

Состав набора

Иммуносорбент
K+, инактивированный
K-, инактивированный
Конъюгат-IgG
PPO
ФСБ-Т(x25)
РИ
Стоп-реагент
Одноразовые наконечники для
автоматических пипеток

1 планшет
1 фл. (1,5 мл)
1 фл. (2,5 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (40 мл)
1 фл. (12 мл)
1 фл. (12,5 мл)

16 шт.



Принадлежности:

Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Клейкая пленка для планшетов 4 шт.



HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

Для профессионального
применения

ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

ТУ 9398-113-70423725-2022

РУ №ФСР 2011/10176 от 10.05.2018

Комплект № 3 Каталогный № 13.04

Серия 06 Контрольный № 17

Дата изготовления: 2022.01.13

Годен до: 2023.07.13



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

Иммуносорбент

с. 06

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ФСБ-Т(x25)

с. 06

40 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

PPO

с. 06

12 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

РИ

с. 06

12 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

K+

с. 06

1,5 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

Конъюгат-IgG

с. 06

12 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

Стоп-реагент

с. 06

12,5 мл

Годен до: 2023.07



ЗАО "ЭКОлаб" ЗАО "ЭКОлаб"

ИФА-антиУреаплазма-IgG

K-

с. 06

2,5 мл

Годен до: 2023.07




Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
2022 г.





Фотографические изображения общего вида
набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*» "ИФА-антиУреаплазма"
с принадлежностями, необходимыми для применения
медицинского изделия по назначению.

Комплект № 1 Серия 01 от 2022.01.12



сентября 04 от 2022.01.13





Набор реагентов
Для учреждений здравоохранения

ЗАО "ЭКОлаб"

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*
ИФА-антиУреаплазма
Комплект №2

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*
ИФА-антиУреаплазма IgA

Состав набора

Иммуносорбент	1 планшет
К ₁ , инактивированный	1 фл. (1,5 мл)
К ₂ , инактивированный	1 фл. (2,5 мл)
Компьютер-ИФА	1 фл. (12 мл)
РРО	1 фл. (12 мл)
ФСБ-Т(x25)	1 фл. (40 мл)
РИ	1 фл. (12 мл)
Стоп-реагент	1 фл. (12,5 мл)
Одноразовые пипетки для автоматического пипетирования	18 шт.

Принадлежности:
Вспомогательные пластиковые ёмкости 4 шт.
Ковышка лунная для планшетов 4 шт.

ИФА-анализ в 344-12 и ИС-анализ




ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов

Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*
"ИФА-антиУреаплазма"

Регистрационное удостоверение ИФЦР 2011/10176 от 10.05.2018 г.

05 от 2022.01.13




ЗАО "ЭКОлаб"

ИНСТРУКЦИЯ
по применению набора реагентов


Тест-система иммуноферментная для выявления иммуноглобулинов классов А и G к *Ureaplasma urealyticum*

"ИФА-антиУреаплазма"

Лицензионное удостоверение №ФСР 2011/10176 от 10.05.2018 г.



ия 06 от 2022.01.13



Генеральный директор ЗАО «ЭКОлаб»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Т.Ю. Гашенко



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

6 лист 06
Ген. директор ЗАО "ЭКОлаб"
Гашенко Т.Ю.
"ЭКОлаб" 2022 г.

