



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 25 июля 2024 года № РЗН 2024/23193

На медицинское изделие

**Консоли медицинские универсальные КМУ ЭМО
по ТУ 32.50.50-004-23159878-2021**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Электромедоборудование"
(ООО "Завод "ЭМО"), Россия,
198095, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1, литер О**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "Завод "Электромедоборудование"
(ООО "Завод "ЭМО"), Россия,
198095, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1, литер О**

Место производства медицинского изделия

**ООО "Завод "ЭМО", Россия, 198095, Санкт-Петербург, Химический пер., д. 1,
литер О**

Номер регистрационного досье № РД-61858/22891 от 26.03.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.50.190**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 3 листах

приказом Росздравнадзора от 25 июля 2024 года № 4230
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0076231

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23193

Лист 1

На медицинское изделие

Консоли медицинские универсальные КМУ ЭМО по ТУ 32.50.50-004-23159878-2021, варианты исполнения:

1. Консоль медицинская универсальная КМУ-01 ЭМО (реанимационная однорядная) по ТУ 32.50.50-004-23159878-2021, в составе:
- 1.1. Корпус консоли - 1 шт.
 - 1.2. Электрическая розетка 220 В, IEC 83:1975 - не более 12 шт. (при необходимости).
 - 1.3. Гнездо заземления, EN 60601-1 - не более 12 шт. (при необходимости).
 - 1.4. Автоматические предохранители, 220 В, АС - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 1.5. Клавиша вызова медсестры 12 В - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.6. Лампа верхнего освещения, светодиодная (20 Вт) - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.7. Выключатель освещения 220 В - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.8. Слаботочная розетка LAN (RJ-45) - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 1.9. Комплект газовый клапан+штекер - не более 6 шт.
 - 1.10. Рельс консоли - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.11. Полка - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 1.12. Полка для монитора с выдвижным ящиком - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 1.13. Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 1.14. Держатель для шлангов - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 1.15. Капельница - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 1.16. Этажерка - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 1.17. Трубка медная - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.18. USB розетка (не менее USB 2.0) - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 1.19. Комплект крепежа - 1 шт.
 - 1.20. Манометр (до 1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.21. Вакуумметр (до 0,1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.22. Вентиль для аварийного отключения газовой магистрали - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 1.23. Схема принципиальная электрическая - 1 шт. (при необходимости).
 - 1.24. Паспорт - 1 шт.
 - 1.25. Инструкция по монтажу - 1 шт.
2. Консоль медицинская универсальная КМУ-02 ЭМО (реанимационная двухрядная) по ТУ 32.50.50-004-23159878-2021, в составе:
- 2.1. Корпус консоли - 1 шт.
 - 2.2. Электрическая розетка 220 В, IEC 83:1975 - не более 16 шт. (при необходимости).
 - 2.3. Гнездо заземления, EN 60601-1 - не более 16 шт. (при необходимости).
 - 2.4. Автоматические предохранители, 220 В, АС - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 2.5. Клавиша вызова медсестры 12 В - 1 шт. (при необходимости).
 - 2.6. Лампа верхнего освещения, светодиодная (20 Вт) - 1 шт. (при необходимости).
 - 2.7. Выключатель освещения 220 В - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0143426

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23193

Лист 2

- 2.8. Слаботочная розетка LAN (RJ-45) - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.9. Комплект газовый клапан+штекер - не более 12 шт.
- 2.10. Рельс консоли - 1 шт. (при необходимости).
- 2.11. Полка - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.12. Полка для монитора с выдвижным ящиком - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.13. Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.14. Держатель для шлангов - не более 3 шт. (при необходимости).
- 2.15. Капельница - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.16. Этажерка - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.17. Трубка медная - 1 шт. (при необходимости).
- 2.18. USB розетка (не менее USB 2.0) - не более 4 шт. (при необходимости).
- 2.19. Комплект крепежа - 1 шт.
- 2.20. Манометр (до 1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
- 2.21. Вакуумметр (до - 0,1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
- 2.22. Вентиль для аварийного отключения газовой магистрали - не более 2 шт. (при необходимости).
- 2.23. Схема принципиальная электрическая - 1 шт.
- 2.24. Паспорт - 1 шт.
- 2.25. Инструкция по монтажу - 1 шт.
- 3. Консоль медицинская универсальная КМУ-03 ЭМО (прикроватная световая) по ТУ 32.50.50-004-23159878-2021, в составе:
 - 3.1. Корпус консоли - 1 шт.
 - 3.2. Электрическая розетка 220 В, IEC 83:1975 - не более 12 шт.
 - 3.3. Гнездо заземления EN 60601-1 - не более 12 шт.
 - 3.4. Автоматические предохранители 220 В, АС - не более 4 шт.
 - 3.5. Клавиша вызова медсестры 12 В - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.6. Лампа верхнего освещения, светодиодная (20 Вт) - 1 шт.
 - 3.7. Выключатель освещения 220 В - 1 шт.
 - 3.8. Слаботочная розетка LAN (RJ-45) - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 3.9. Комплект газовый клапан+штекер - не более 6 шт. (при необходимости).
 - 3.10. Рельс консоли - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.11. Полка - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.12. Полка для монитора с выдвижным ящиком - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.13. Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.14. Держатель для шлангов - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 3.15. Капельница - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.16. Этажерка - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 3.17. Трубка медная - 1 шт. (при необходимости).
 - 3.18. USB розетка (не менее USB 2.0) - не более 4 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0143424

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23193

Лист 3

- 3.19. Комплект крепежа - 1 шт.
- 3.20. Манометр (до 1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
- 3.21. Вакуумметр (до - 0,1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
- 3.22. Вентиль для аварийного отключения газовой магистрали - не более 2 шт. (при необходимости).
- 3.23. Схема принципиальная электрическая - 1 шт.
- 3.24. Паспорт - 1 шт.
- 3.25. Инструкция по монтажу - 1 шт.
- 4. Консоль медицинская универсальная КМУ-04 ЭМО (встраиваемая) по ТУ 32.50.50-004-23159878-2021, в составе:
 - 4.1. Корпус консоли - 1 шт.
 - 4.2. Электрическая розетка 220 В, IEC 83:1975 - не более 12 шт. (при необходимости).
 - 4.3. Гнездо заземления EN 60601-1 - не более 12 шт. (при необходимости).
 - 4.4. Автоматические предохранители 220 В, АС - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 4.5. Клавиша вызова медсестры 12 В - 1 шт. (при необходимости).
 - 4.6. Лампа верхнего освещения, светодиодная (20 Вт) - 1 шт. (при необходимости).
 - 4.7. Выключатель освещения 220 В - 1 шт. (при необходимости).
 - 4.8. Слаботочная розетка LAN (RJ-45) - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 4.9. Комплект газовый клапан+штекер - не более 6 шт.
 - 4.10. Рельс консоли - 1 шт. (при необходимости).
 - 4.11. Полка - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.12. Полка для монитора с выдвижным ящиком - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.13. Навесная тумба с двумя выдвижными ящиками - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.14. Держатель для шлангов - не более 3 шт. (при необходимости).
 - 4.15. Капельница - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.16. Этажерка - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.17. Трубка медная - 1 шт. (при необходимости).
 - 4.18. USB розетка (не менее USB 2.0) - не более 4 шт. (при необходимости).
 - 4.19. Комплект крепежа - 1 шт.
 - 4.20. Манометр (до 1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
 - 4.21. Вакуумметр (до - 0,1 МПа) - 1 шт. (при необходимости).
 - 4.22. Вентиль для аварийного отключения газовой магистрали - не более 2 шт. (при необходимости).
 - 4.23. Схема принципиальная электрическая - 1 шт.
 - 4.24. Паспорт - 1 шт.
 - 4.25. Инструкция по монтажу - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0143425