


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

Радюшкин И.В.
«20» «03» 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА »
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022**

производитель:
Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия
(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

[illegible]

 ООО ЦИПМИ **INFO@CIRMI.RU** **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О1
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 61
РУ № _____

Серия В1- 10617/61
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О1
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА в 1,0 мл 0,9 % раствора
длина волны 540 нм, диапазон, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: О1; О2; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О11; О18abc; О20; О22; О25; О26; О28; О32; О33; О44; О55; О75; О85; О86; О111; О112abc; О114; О119; О124; О125abc; О126; О127; О128; О142; О143; О144; О157; О164.

Факторные сыворотки: О18b; О18c; О112c; О112b; О125b; О125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О2
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 62
РУ № _____

Серия В1- 10617/62
Дата изготовления _____

Наименование пока
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О2
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА не б
Показатель оптической
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА при в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl волны 540 нм, ед. о диапазоне, не менее
Микробиологическая чист



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.


Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скользящем питательном слое в течение 18-20

Результаты

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О4
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Дата изготовления _____

[illegible]

«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная
сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном слое в течение 18-20



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О5
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 64
РУ № _____

Серия В1- 10617/64
Дата изготовления _____

Наименован
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О5
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой –
Показатель оптич
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой –
в 1,0 мл 0,9 % р-
волны 540 нм,
диапазоне, не мене
Микробиологическ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: О1; О2; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О11; О18abc; О20; О22; О25; О26; О28; О32; О33; О44; О55; О75; О85; О86; О111; О112abc; О114; О119; О124; О125abc; О126; О127; О128; О142; О143; О144; О157; О164.

Факторные сыворотки: О18b; О18c; О112c; О112b; О125b; О125c.


Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном слое в течение 18-20

Результаты контроля


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О6
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Дата изготовления



Наименование п
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиоз сухая-РА О6
2.Технические характ
Растворимость
Сыворотки эшер групповой сухой – РА
Показатель оптическ
Сыворотки эшер групповой сухой – РА в 1,0 мл 0,9 % р-ра 1 волны 540 нм, ед. диапазоне, не менее
Микробиологическая ч



Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная
сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре и температуре 18-20°

результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О7
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 66
РУ № _____

Серия В1- 10617/66

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О7
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, ед
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: О1; О2; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О11; О18abc; О20; О22; О25; О26; О28; О32; О33; О44; О55; О75; О85; О86; О111; О112abc; О114; О119; О124; О125abc; О126; О127; О128; О142; О143; О144; О157; О164.

Факторные сыворотки: О18b; О18c; О112c; О112b; О125b; О125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном среде и температуре 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О8
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 67
РУ № _____

Серия В1- 10617/67
Дата изготовления _____

Наименование по
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О8
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА О8
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА О8 в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl в диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по O-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.


1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.
Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирке на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О9
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 68
РУ № _____

Серия В1- 10617/68
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О9
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптический
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, ед
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:


Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скользящем питательном слое в течение 18-20

Результаты
контроля






ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O20
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 71
РУ № _____

Серия В1- 10617/71
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O20
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, ед.
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.


1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.
Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на селективном питательном среде в течение 18-20

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O22
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 72
РУ № _____

Серия В1- 10617/72
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O22
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА O22
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА O22
в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl
длины волны 540 нм, ед. измерения
диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 часов.

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O25
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 73
РУ № _____

Серия В1- 10617/73
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O25
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – F
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – F в 1,0 мл 0,9 % р-ра водны 540 нм, диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре и температуре 18-20 °С.

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O26
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 74
РУ № _____

Серия В1- 10617/74
Дата изготовления _____

Наименование п
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O26
2.Технические характ
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА 1
Показатель оптический
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА 1
в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl
длины волны 540 нм, ед. измерения
диапазоне, не менее
Микробиологическая ч



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

результаты контроля

БИО  **ОПД**

Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli в
реакции
агглютинации
«Сыворотка
шириксизная
О-групповая и
факторная сухая-
РА» O28

ТУ 21.23.23-016-86299156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl

 1 ампула

Ампулы по 1 мл
в картонной коробке
по 10 шт. в упаковке
с инструкцией
по применению
и паспортом качества

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O28
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Дата изготовления _____

[illegible]

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная
сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.


1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая — РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11;
O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75;
O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc;
O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном зерне и тельце 18-20



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О32
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – PA - 76
РУ № _____

Серия В1- 10617/76

Дата изготовления _____

Наименование по
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О32
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl
длины волны 540 нм, ед.
диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 часов.

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О33
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 77
РУ № _____

Серия В1- 10617/77

Дата изготовления _____

Наименование по
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О33
2. Технические характе
Растворимость
Сыворотки эшерихи групповой сухой – РА не
Показатель оптического
Сыворотки эшерихи групповой сухой – РА п
в 1,0 мл 0,9 % р-ра Na
волны 540 нм, ед.
диапазоне, не менее



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: О1; О2; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О11; О18abc; О20; О22; О25; О26; О28; О32; О33; О44; О55; О75; О85; О86; О111; О112abc; О114; О119; О124; О125abc; О126; О127; О128; О142; О143; О144; О157; О164.

Факторные сыворотки: О18b; О18c; О112c; О112b; О125b; О125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скользящем питательном слое в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О44
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 78
РУ № _____

Серия В1- 10617/78
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О44
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl в диапазоне 540 нм, ед. измерения, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.


1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: О1; О2; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О11; О18abc; О20; О22; О25; О26; О28; О32; О33; О44; О55; О75; О85; О86; О111; О112abc; О114; О119; О124; О125abc; О126; О127; О128; О142; О143; О144; О157; О164.
Факторные сыворотки: О18b; О18c; О112c; О112b; О125b; О125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 часов.

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O55
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 79
РУ № _____

Серия В1- 10617/79
Дата изготовления _____

Наименование по
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O55
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА не
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА не
в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl
волны 540 нм, ед.
диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О75
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 80
РУ № _____

Серия В1- 10617/80

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О75
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, ед
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О85
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 81
РУ № _____

Серия В1- 10617/81
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О85
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптический
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, ед
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О86
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 82
РУ № _____

Серия В1- 10617/82
Дата изготовления _____

Наименование по
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О86
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА О86
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА О86 в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl волны 540 нм, ед. диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20 часов.

Результаты контроля

БИОХИМ

Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli в
реакции
агглютинации
«Сыворотка
шершенизная
O-групповая и
факторная сухая»
РАх О111

TV 21.20.23-01-06799/18-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl

 1 ампула


Вскрыть под углом 45°
После вскрытия использовать немедленно
Гарантийный срок хранения 1 год со дня выпуска

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O111
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Серия В1- 10617/83
Дата изготовления

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая – РА О111
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА в 1,0 мл 0,9 % р-ра натрия хлорида при длине волны 540 нм, единицы измерения в диапазоне, не менее
Микробиологические характеристики

результаты
контроля



Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.


1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11;
O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75;
O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc;
O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203


Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O112abc
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 84
РУ № _____

Серия В1- 10617/84

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O112abc
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – 1
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой –
в 1,0 мл 0,9 % р-та
волны 540 нм,
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O114
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 85
РУ № _____

Серия В1- 10617/85
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O114
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, ед.
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O119
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 86
РУ № _____

Серия В1- 10617/86
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O119
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра волны 540 нм, ед. в диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О124
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 87
РУ № _____

Серия В1- 10617/87
Дата изготовления _____

Наименование по
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА О124
2. Технические характе
Растворимость
Сыворотки эшерихи групповой сухой – РА не
Показатель оптическо
Сыворотки эшерихи групповой сухой – РА в 1,0 мл 0,9 % р-ра N волны 540 нм, ед. диапазоне, не менее
Микробиологическая чи



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: О1; О2; О4; О5; О6; О7; О8; О9; О11; О18abc; О20; О22; О25; О26; О28; О32; О33; О44; О55; О75; О85; О86; О111; О112abc; О114; О119; О124; О125abc; О126; О127; О128; О142; О143; О144; О157; О164.

Факторные сыворотки: О18b; О18c; О112c; О112b; О125b; О125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре, содержащем 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O125abc
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 88
РУ № _____

Серия В1- 10617/88
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O125abc
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – Р
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – Р
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм,
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном среде в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O126
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 89
РУ № _____

Серия В1- 10617/89
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O126
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – 1
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – в 1,0 мл 0,9 % р-ра волны 540 нм, диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.


Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА О127
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Дата изготовления _____



Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиоз сухая – РА О127
2. Технические харак
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптический Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА в 1,0 мл 0,9 % р-ра волны 540 нм, ед диапазона, не менее
Микробиологическая



Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая — РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11;
O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75;
O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc;
O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.



Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирке на скошенном питательном среде в течение 18-20

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O128
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Серия В1- 10617/91
Дата изготовления



Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (O) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая — РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11;
O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75;
O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc;
O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b;
O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном слое в течение 18-20

результаты
контроля




ОО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O142
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 92
РУ № _____

Серия В1- 10617/92
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O142
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – 1
Показатель оптич.
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – 1
в 1,0 мл 0,9 % р-на
волны 540 нм,
диапазоне, не менее
Микробиологический



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O143
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 93
РУ № _____

Серия В1- 10617/93
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O143
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – Р
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – Р
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм,
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном среде и эритроцитном агглютинине 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O144
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 94
РУ № _____

Серия В1- 10617/94
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O144
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА
Показатель оптического
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, ед.
диапазоне, не менее
Микробиологическая



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O157
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 95
РУ № _____

Серия В1- 10617/95
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O157
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной О-групповой сухой – РА
в 1,0 мл 0,9 % р-ра
волны 540 нм, диапазон, не менее



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая-РА O164
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 96
РУ № _____

Серия В1- 10617/96
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O164
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА в 1,0 мл 0,9 % р-ра NaCl, волны 540 нм, ед. опт. в диапазоне, не менее
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной групповой сухой – РА



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном слое в течение 18-20 часов.

результаты
контроля

БИОПОД

Реагент для
серологической
идентификации
Escherichia coli в
реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная
О-групповая и
факторная сухая-
РА» O18b

ТУ 21.28.25-010-94298156-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl

 1 ампула

Масштаб: 1:1000
Срок годности: 12 мес.
Условия хранения: в темноте при +2...+8°C

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная факторная сухая-РА O18b
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

PY №

Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихийная сухая – PA O18b
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихийной сухой – PA не более 10 мг/мл
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихийной сухой – PA при рН 7,0 ± 0,2, 0,9 % р-ра NaCl при 25 °С, в д. е. оп. пл., в д. е. оп. пл.
Микробиологические свойства
Сыворотки эшерихийной сухой – PA

БИО ОПТО

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11;
O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75;
O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc;
O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b;
O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирке на скошенном питательном агаре в течение 18-20

[illegible]



ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru


Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная факторная сухая-РА O18c
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 98
РУ № _____

Серия В1- 10617/98
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O18c
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной РА не более, мин
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной сухой – РА при разведении 0,9 % р-ра NaCl при 540 нм, ед. опт. пл., в диаметре 1 см
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном слое в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная факторная сухая-РА O112b
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 99
РУ № _____

Серия В1- 10617/99
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная факторная сухая-РА O112b
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки факторной сухой
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной факторной сухой – РА при 0,9 % р-ра NaCl
нм, ед. опт. пл., в
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной факторной сухой



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.


Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном слое в течение 18-20

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bihold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная факторная сухая-РА O112c
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 100
РУ № _____

Серия В1- 10617/100
Дата изготовления _____

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O112c
2. Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной сухой – РА не бо
Показатель опти
Сыворотки эшерихиозной сухой – РА при 0,9 % р-ра NaCl нм, ед. опт. пл., в
Микробиологичес
Сыворотки эшерихиозной



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.


Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Результаты контроля

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная факторная сухая-РА O125b
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Дата изготовления _____



Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.1. Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации *E. coli* по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам *E. coli*, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:


Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11;
O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75;
O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc;
O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b;
O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном агаре в течение 18-20

Наименование
1. Внешний вид
Сыворотка эшерихи сухая – PA O125b
2. Технические харак
Растворимость
Сыворотки эшерихи сухой – PA не более,
Показатель оптиче
Сыворотки эшерихи сухой – PA при раз 0,9 % p-pa NaCl при нм, ед. опт. пл., в диа
Микробиологическая
Сыворотки эшерихи

Результаты контроля




ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Паспорт качества
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА»
Сыворотка эшерихиозная факторная сухая-РА O125c
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

Каталожный номер кат. № E. coli – РА - 102
РУ № _____

Серия В1- 10617/102
Дата изготовления _____

Наименование
1.Внешний вид
Сыворотка эшерихиозная сухая-РА O125c
2.Технические характеристики
Растворимость
Сыворотки эшерихиозной сухой – РА не более, мг
Показатель оптической плотности
Сыворотки эшерихиозной сухой – РА при разведении 0,9 % р-ра NaCl при длине волны 540 нм, ед. опт. пл., в диаметре 1 см
Микробиологическая чистота
Сыворотки эшерихиозной



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022

1.НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая-РА» предназначен для серологической идентификации E. coli по О-антигенам в реакции агглютинации (РА) на стекле.

1.2. Реагент содержит специфические агглютинины к соматическим (О) антигенам E. coli, которые при взаимодействии с соответствующими микроорганизмами вызывают их агглютинацию.

Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА предназначена для выявления следующих антигенов:

Групповые сыворотки: O1; O2; O4; O5; O6; O7; O8; O9; O11; O18abc; O20; O22; O25; O26; O28; O32; O33; O44; O55; O75; O85; O86; O111; O112abc; O114; O119; O124; O125abc; O126; O127; O128; O142; O143; O144; O157; O164.

Факторные сыворотки: O18b; O18c; O112c; O112b; O125b; O125c.

Исследуется культура, выделенная при бактериологических исследованиях из биологических жидкостей и выращенная в пробирках на скошенном питательном слое в течение 18-20

результаты контроля

Прошито, пронумеровано
(43 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»

 И.В. Радюшкин



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



**ПРОЕКТ МАКЕТА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА »
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации
« Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная
сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О1**

Кат. № E.coli – РА – 61
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О1 (кат. № E. coli – РА - 61) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная
О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-
96299156-2022
О2**

Кат. № E.coli – РА – 62
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О2 (кат. № E. coli – РА - 62) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O4

Кат. № E.coli – РА – 63
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O4 (кат. № E. coli – РА - 63) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O5

Кат. № E.coli – РА – 64
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O5 (кат. № E. coli – РА - 64) 1,0
мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О6

Кат. № E.coli – РА – 65

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О6 (кат. № E. coli – РА - 65) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О7

Кат. № E.coli – РА – 66

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О7 (кат. № E. coli – РА - 66) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О8

Кат. № E.coli – РА – 67

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О8 (кат. № E. coli – РА - 67) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О9

Кат. № E.coli – РА – 68

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О9 (кат. № E. coli – РА - 68) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O11

Кат. № E.coli – РА – 69

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O11 (кат. № E. coli – РА - 69) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O118abc

Кат. № E.coli – РА – 70

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O118abc (кат. № E. coli – РА - 70) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O20

Кат. № E.coli – РА – 71

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O20 (кат. № E. coli – РА - 71) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O22

Кат. № E.coli – РА – 72

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O22 (кат. № E. coli – РА - 72) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O25

Кат. № E.coli – РА – 73

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O25 (кат. № E. coli – РА - 73) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O26

Кат. № E.coli – РА – 74

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O26 (кат. № E. coli – РА - 74) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O28

Кат. № E.coli – РА – 75

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O28 (кат. № E. coli – РА - 75) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O32

Кат. № E.coli – РА – 76

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O32 (кат. № E. coli – РА - 76) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О33

Кат. № E.coli – РА – 77

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О33 (кат. № E. coli – РА - 77) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
О44

Кат. № E.coli – РА – 78

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА О44 (кат. № E. coli – РА - 78) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O55

Кат. № E.coli – РА – 79

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O55 (кат. № E. coli – РА - 79) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O75

Кат. № E.coli – РА – 80

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O75 (кат. № E. coli – РА - 80) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O85

Кат. № E.coli – РА – 81

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O85 (кат. № E. coli – РА - 81) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O86

Кат. № E.coli – РА – 82

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O86 (кат. № E. coli – РА - 82) 1,0
мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O111

Кат. № E.coli – РА – 83

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____


Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O111 (кат. № E. coli – РА - 83)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O112abc

Кат. № E.coli – РА – 84

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____


Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O112abc (кат. № E. coli – РА -

84) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O114

Кат. № E.coli – РА – 85

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O114 (кат. № E. coli – РА - 85)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O119

Кат. № E.coli – РА – 86

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O119 (кат. № E. coli – РА - 86)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O124

Кат. № E.coli – РА – 87
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O124 (кат. № E. coli – РА - 87)
1,0 мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации Escherichia coli в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O125abc

Кат. № E.coli – РА – 88
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____
Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O125abc (кат. № E. coli – РА - 88)
1,0 мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.
 
Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O126

Кат. № E.coli – РА – 89

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____


Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O126 (кат. № E. coli – РА - 89)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O127

Кат. № E.coli – РА – 90

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O127 (кат. № E. coli – РА - 90)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O128

Кат. № E.coli – РА – 91
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____

Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O128 (кат. № E. coli – РА - 91)
1,0 мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O142

Кат. № E.coli – РА – 92
серия № _____
дата изготовления _____
условия хранения и транспортирования _____
срок годности _____

Состав:
Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O142 (кат. № E. coli – РА - 92)
1,0 мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl
Для профессионального использования
РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O143

Кат. № E.coli – РА – 93

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O143 (кат. № E. coli – РА - 93)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O144

Кат. № E.coli – РА – 94

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O144 (кат. № E. coli – РА - 94)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O157

Кат. № E.coli – РА – 95

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O157 (кат. № E. coli – РА - 95)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O164

Кат. № E.coli – РА – 96

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная О-групповая сухая – РА O164 (кат. № E. coli – РА - 96)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O18b

Кат. № E.coli – РА – 97

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная факторная сухая – РА O18b (кат. № E. coli – РА - 97) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации « Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O18c

Кат. № E.coli – РА – 98

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная факторная сухая – РА O18c (кат. № E. coli – РА - 98) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O112b

Кат. № E.coli – РА – 99

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная факторная сухая – РА O112b (кат. № E. coli – РА - 99) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O112c

Кат. № E.coli – РА – 100

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____


срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная факторная сухая – РА O112c (кат. № E. coli – РА - 100) 1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O125b

Кат. № E.coli – РА – 101

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная факторная сухая – РА O125b (кат. № E. coli – РА - 101)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

ТУ 21.20.23-008-96299156-2022

РУ _____

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli* в реакции агглютинации «Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая – РА» по ТУ 21.20.23-008-96299156-2022
O125c

Кат. № E.coli – РА – 102

серия № _____

дата изготовления _____

условия хранения и транспортирования _____

срок годности _____

Состав:

Сыворотка эшерихиозная факторная сухая – РА O125c (кат. № E. coli – РА - 102)

1,0 мл - 1 ампула.

Инструкция по применению.

Паспорт качества.



Развести в 1,0 мл раствора 0,9% NaCl

Для профессионального использования

РУ _____

Прошито, пронумеровано
(22 лист (ов)),
скреплено печатью



Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»


Радюшкин И.В.

« 20 » 03 2024 г.

**РАЗВЕРТКА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Реагент для серологической идентификации *Escherichia coli*
в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА »
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022**


производитель:


Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия


(ООО «БиоХолд»)


Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

































































Для профессионального использования

Реагент для
серовологической
идентификации
Escherichia coli в
реакции
агглютинации
«Сыворотка
эшерихиозная
О-групповая и
факторная сухая-
РА» О18с
ТУ 21.20.23-19-9829319-2022

Развести в 1,0 мл
раствора 0,9% NaCl



1 ампула

Кат. № E. coli – PA - 98

Серия В1-11023/98

Дата изготовления: 19.10.2023

Срок годности: 09.2028

Условия хранения и транспортирования: +2° до +8° С


ООО «БиоКорп»
111394, Г. МОСКВА,
ВНТЕРМУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОБЪЕКТ «НОВОИГРЕВО», УЛ.
ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 10
Телефон: 8 (495) 290-55-52;
e-mail: info@bio-corp.ru


Адрес производства:
ООО «ИП» (дочерняя
компания)
141074, Московская область,
г. Королев, ул. Полюстровая,
д. 4, к. 203


Состав:


Сыворотка эшерихиозная
факторная сухая-РА
О18с (кат. № E. coli-PA-98)
1,0 мл - 1 ампула.
Инструкция по применению.
Паспорт качества.


РУ №





















































Прошито, пронумеровано
(43 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор ООО
«БиоХолд»



И.В. Радюшкин

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»



**ПРОЕКТ МАКЕТА ЭТИКЕТКИ ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА »
по ТУ 21.20.23-010-96299156-2022**

производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «БиоХолд», Россия

(ООО «БиоХолд»)

Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ
ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2, СТР.1

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022

О1

Кат. № E.coli – РА -61


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022

О2

Кат. № E.coli – РА -62

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О4

Кат. № E.coli – РА -63

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О5

Кат. № E.coli – РА -64


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиеВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022

06


Кат. № E.coli – РА -65
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиеВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022

07


Кат. № E.coli – РА -66
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О8

Кат. № E.coli – РА -67
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О8

Кат. № E.coli – РА -68
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВит»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О11

Кат. № E.coli – РА -69

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВит»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О18abc

Кат. № E.coli – РА -70

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О20

Кат. № E.coli – РА -71
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БюХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@bichold.ru

Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022

022

Кат. № E.coli – РА -72

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БюХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@bichold.ru

Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022

025

Кат. № E.coli – РА -73


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
026

Кат. № E.coli – РА -74

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
026

Кат. № E.coli – РА -75

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
032

Кат. № E.coli – РА -76

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел.+7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
033

Кат. № E.coli – РА -77

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 290-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О44


Кат. № E.coli – РА -78
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 290-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О55


Кат. № E.coli – РА -79
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@bichold.ru

Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O75

Кат. № E.coli – РА -80

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

е-mail: info@bichold.ru

Адрес производства: ООО «НПТ «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O85

Кат. № E.coli – РА -81

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-98299156-2022
О86

Кат. № E.coli – РА -82
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-98299156-2022
О111

Кат. № E.coli – РА -83
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O112abc

Кат. № E.coli – РА -84


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@bichold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O114

Кат. № E.coli – РА -85


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НГП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О119

Кат. № E.coli – РА -86

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НГП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О124

Кат. № E.coli – РА -87

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O125abc**

Кат. № E.coli – РА -88
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

**Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O126**

Кат. № E.coli – РА -89
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О127

Кат. № E.coli – РА -90

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О128

Кат. № E.coli – РА -91

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О142

Кат. № E.coli – РА -92
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЬЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О143

Кат. № E.coli – РА -93
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О144

Кат. № E.coli – РА -94
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел.+7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О157

Кат. № E.coli – РА -95
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О164

Кат. № E.coli – РА -96
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ.ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
е-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О16b

Кат. № E.coli – РА -97
серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С
Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O18c

Кат. № E.coli – РА -98

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O112b

Кат. № E.coli – РА -99

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О112с

Кат. № E.coli – РА -100


серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1

тел. +7 (495) 280-35-52

e-mail: info@biohold.ru

Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
О125b

Кат. № E.coli – РА -101

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

ООО «БиоХолд»
111394, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НОВОГИРЕЕВО, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 61/2,
СТР.1
тел. +7 (495) 280-35-52
e-mail: info@biohold.ru
Адрес производства: ООО «НПП «ДиаВита»,
141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, д.4, к. 203

Реагент для серологической идентификации
Escherichia coli в реакции агглютинации
«Сыворотка эшерихиозная О-групповая и факторная сухая –РА» по ТУ
21.20.23-010-96299156-2022
O125c

Кат. № E.coli – РА -102

серия № _____

срок годности _____ дата изготовления _____

количество комплектов _____

масса нетто 1-го комплекта _____

масса нетто _____ масса брутто _____



Хранить при температуре от +2 °С до +8 °С

Транспортировать при температуре от +2 °С до +8 °С

Прошито, пронумеровано
(23 лист (ов)),
скреплено печатью

Генеральный директор
ООО «БиоХолд»

И.В. Радюшкин

