

Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие

Термометр-соска электронный CS Medica KIDS CS-80

Маркировка медицинского изделия





ТЕРМОМЕТР-СОСКА ЭЛЕКТРОННЫЙ CS Medica KIDS CS-80

0
лет



Для любимых
МАЛЫШЕЙ

В комплекте:



Термометр-соска
электронный



Защитный колпачок
термометра-
соски



Руководство по
эксплуатации
с гарантийным
талоном

ГАРАНТИЯ 1 ГОД



S/N:

Сделано в Китае



ТЕРМОМЕТР-СОСКА ЭЛЕКТРОННЫЙ CS Medica KIDS CS-80

0
лет

ТОЧНОЕ И КОМФОРТНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕЛА МАЛЫША



ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТА
ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕРЕНИЯ



Для любимых
МАЛЫШЕЙ



Время измерения
температуры тела -
не более 5 минут



Автоматическое
отключение



Защитный колпачок для
удобства хранения



Термометр-соска электронный CS Medica KIDS CS-80

предназначен для быстрого и точного измерения
температуры тела детей до 3-х лет оральным
способом (во рту).

Импортером и уполномоченным представителем производителя,
официальным представителем торговой марки CS Medica
на территории Российской Федерации, а также государств-членов
ЕАЭС является фирма ООО «СкЗс Медика»

127006, Москва,
Воротниковский переулок, д. 7, стр. 3, комната 9
Тел/факс: +7 (495) 363-16-52,
+7 (495) 363-16-56

E-mail: csinfo@csmedica.ru



www.csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80



Производитель:

FUYUAN COTRONIC TECHNOLOGY (Shenzhen) LTD.
(ФУЮАНЬ КОТРОНИК ТЕХНОЛОДЖИ (Шэньчжэнь) ПТД
Floor 4 B, Block 7, West of Zhoushi road, Xiaolang street,
Baoan zone, Shen zhen, Guangdong China
(Флоор 4-б, Блок 7, Вест оф Чжолуш роуд, Силян стрит,
Баоань зоун, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай)



Y4-04-2010

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СМЭС МЕДИКА

Исаков А. Б.



Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие

Термометр-соска электронный CS Medica KIDS CS-80

Маркировка медицинского изделия





ТЕРМОМЕТР-СОСКА ЭЛЕКТРОННЫЙ CS Medica KIDS CS-80

0
+m



Для любимых
МАЛЫШЕЙ

В комплекте:



Термометр-соска
электронный



Защитный
колпачок
термометра-
соски



Руководство по
эксплуатации
с гарантийным
талоном

ГАРАНТИЯ 1 ГОД



4 607043 671530

S/N:

Сделано в Китае



ТЕРМОМЕТР-СОСКА ЭЛЕКТРОННЫЙ CS Medica KIDS CS-80

0
+m



ТОЧНОЕ И КОМФОРТНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕЛА МАЛЫША



ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ
ПРИ ПОВЫШЕННОЙ
ТЕМПЕРАТУРЕ



ПАМЯТЬ РЕЗУЛЬТАТА
ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕРЕНИЯ




Для любимых
МАЛЫШЕЙ



Производитель:

FUYUAN COTRONIC TECHNOLOGY (Shenzhen) LTD.
(ФУЮАНЬ КОТРОНИК ТЕКНОЛОДЖИ (Шэньчжэнь) ЛТД.
Floor 4-6, Block 7, West of Zhoushi road, Xixiang street,
Baoan zone, Shen zhen, Guang Dong, China.
(Флор 4-6. Блок 7, Вест оф Чжоуши роуд, Сисян стрит,
Баоань зоун, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай)

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ



EAC



V6-05-2021



Время измерения
температуры тела -
не более 5 минут

Автоматическое
отключение

Защитный колпачок для
удобства хранения

Термометр-соска электронный CS Medica KIDS CS-80

предназначен для быстрого и точного измерения
температуры тела детей до 3-х лет оральным
способом (во рту).

Импортером и уполномоченным представителем производителя,
официальным представителем торговой марки CS Medica
на территории Российской Федерации, а также Евразийского
Экономического союза является фирма ООО «СиЭс Медика»

127006, Москва,
Воротниковский переулок, д. 7, стр. 3, комната 9
Тел./факс: +7 (495) 363-16-52,
+7 (495) 363-16-56

E-mail: csinfo@csmedica.ru

www.csmedica.ru

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

ПРОШНУРОВАНО

3

ЛИСТОВ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР


ООО СИЭС МЕДИКА

Исаков А. Б.

Фотографические изображения медицинского изделия

Термометр-соска электронный CS Medica KIDS CS-80





2. Защитный колпачок термометра-соски



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



ТЕРМОМЕТР-СОСКА ЭЛЕКТРОННЫЙ CS Medica KIDS CS-80



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в середине настоящего руководства по эксплуатации. При покупке требуйте правильного его заполнения: проставления печати продавца и даты продажи.

Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно конкретных значений Вашей температуры тела.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

заряда батареи – показания могут быть неточными.

- Не подвергайте прибор или его детали сильным ударам, например, не роняйте его на пол. Это может стать причиной неисправности или повреждения прибора.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Если температура места хранения прибора отличается от температуры помещения, где выполняется измерение, оставьте прибор в комнате, в которой Вы намереваетесь его использовать, более чем на 30 минут, чтобы прибор нагрелся до комнатной температуры перед измерением.
- Перед каждым использованием осматривайте прибор на предмет наличия повреждений. При обнаружении повреждений и/или следов износа не используйте прибор.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ, ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПРИ КОТОРЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ДОЛЖЕН ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ

Показания к применению

Заболевания и состояния, сопровождающиеся повышением температуры.

Противопоказания

Выраженное нарушение носового дыхания. Индивидуальная непереносимость материала, из которого изготовлена соска (силикон).



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ



**ТЕРМОМЕТР-СОСКА
ЭЛЕКТРОННЫЙ**
CS Medica KIDS CS-80



Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием прибора. Сохраните это руководство для получения необходимых сведений в будущем.

заряда батареи — показания могут быть неточными.

- Не подвергайте прибор или его детали сильным ударам, например, не роняйте его на пол. Это может стать причиной неисправности или повреждения прибора.
- Не подвергайте прибор воздействию прямых солнечных лучей.
- Если температура места хранения прибора отличается от температуры помещения, где выполняется измерение, оставьте прибор в комнате, в которой Вы намереваетесь его использовать, более чем на 30 минут, чтобы прибор нагрелся до комнатной температуры перед измерением.
- Перед каждым использованием осматривайте прибор на предмет наличия повреждений. При обнаружении повреждений и/или следов износа не используйте прибор.

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ,
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПОБОЧНЫЕ
ЭФФЕКТЫ И НЕДОСТАТКИ**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО СИЭС МЕДИКА

Исаков А. Б.

