

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “ТТГ-Ультима” (комплект 1)
 серия 1

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусанов
 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 1 (1)
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 1 (2)
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 1) № 4
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусанов
"15" 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 1) № 5
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" 11.05.2023 М.Д. Хусаинов
2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 1) № 6
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"16" 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«ТТГ-Ультима» (комплект 1) № 7
серия 1

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
18.05.2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 2 (1)
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05/ 2023 г.




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 2 (2)
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“16” 05 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "ТТГ-Ультима" (комплект 1)
 серия 2

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
 "15" 05 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 1 (1)
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«15» 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 1 (2)
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 2
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 4
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“16” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 6
серия 2

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 7
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 2 (1)
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.







Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 2 (2)
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 1) № 3
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru

www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 “ТТГ-Ультима” (комплект 2)
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “15” 05 2023 г.



ТТГ-Ультима
 Набор реагентов
 для иммунохемилюминесцентного
 определения концентрации тиреотропного
 гормона в сыворотке (плазме)
 для автоматических ИХЛА
 серии Ультима

ИНСТРУКЦИЯ


Хранить при температуре 2-8°C Транспортировать при температуре 2-8°C. Допускается транспортирование при температуре до 26°C не более 10 суток			Дата изготовления 2023-05-15 Дата выдачи паспорта 2023-05-15 Срок годности наборов до 2024-05-15		
Состав Карtridge с двумерными штрих-кодами с реагентами, серия 3 Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ, серия 3 Конъюгат, концентрат, серия 3 Раствор для разведения конъюгата (РК), серия 3 Калибровочный образец 1 (K1), серия 3 Калибровочный образец 2 (K2), серия 3 Контрольный образец 1 (KO1), серия 3 Контрольный образец 2 (KO2), серия 3			Внешний вид Пластиковый картридж с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым Коллоидный раствор магнитных частиц коринневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1 фл., 4,5 мл Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл Жидкость розового цвета, 1 пробирка, 1,0 мл Жидкость розового цвета, 1 пробирка, 1,0 мл Жидкость красного цвета, 1 пробирка, 1,0 мл Жидкость светлого-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл Жидкость светлого-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл		
			Результаты контроля Пластиковый картридж с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым флаконом, 1 шт. (соответствует) Коллоидный раствор магнитных частиц коринневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1 фл., 4,5 мл (соответствует) Жидкость синего цвета 1 фл., 10,5 мл (соответствует) Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл (соответствует) Жидкость розового цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует) Жидкость розового цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует) Жидкость светлого-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл (соответствует) Жидкость светлого-желтого цвета, пробирка, 2,0 мл (соответствует)		

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 2) № 1 (1)
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
«15» 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 1 (2)
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»  М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 2
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 2) № 3
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
"15" 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 4
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
17.05.2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 5
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 6
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 7
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
15.05.2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 1
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 2 (1)
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“13” 05 2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 2 (2)
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“15” 05 2023 г.



ВЕКТОР
БЕСТ

ТТГ-Ультима
Калибровочные образцы (K1 и K2)



LOT 3

⌚ 2024-05

IVD



ТТГ-Ультима
Контрольные образцы (KO1 и KO2)



LOT 3


⌚ 2024-05

IVD



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 3
серия 3

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
15 05 2023 г.



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 "ТТГ-Ультима" (комплект 2)
 серия 4

Генеральный директор
 АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусайнов
 2023 г.



ВЕКТОР БЕСТ

ТТГ-Ультима

Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима

ИНСТРУКЦИЯ ПО Г

Хранить при температуре 2-8 °С
 Транспортировать при температуре 2-8 °С. Допускается транспортирование при температуре до 26 °С не более 10 суток

Дата изготовления: 2023-05-15
 Дата выдачи паспорта: 2023-05-15
 Срок годности набора до: 2024-05-15

Состав	Внешний вид	Результаты контроля
Картридж с двумерными штрих-кодами с реагентами, серия 4	(пластиковый картридж с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым флаконом, 1 шт)	Пластиковый картридж с тремя установленными флаконами с реагентами и одним пустым флаконом, 1 шт. (соответствует)
Магнитные микрошпательчики с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ, серия 4	Коллоидный раствор магнитных частиц коричневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1 фл., 4,5 мл	Коллоидный раствор магнитных частиц коричневого цвета в жидкости светло-желтого цвета, 1 фл., 4,5 мл (соответствует)
Конъюгат, концентрат, серия 4	Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл	Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл (соответствует)
Раствор для разведения конъюгата (РК), серия 4	Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл	Жидкость синего цвета, 1 фл., 10,5 мл (соответствует)
Калибровочный образец 1 (K1), серия 4	Жидкость розового цвета, 1 пробирка, 1,0 мл	Жидкость розового цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Калибровочный образец 2 (K2), серия 4	Жидкость красного цвета, 1 пробирка, 1,0 мл	Жидкость красного цвета, 1 пробирка, 1,0 мл (соответствует)
Контрольный образец 1 (K01), серия 4	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл (соответствует)
Контрольный образец 2 (K02), серия 4	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл	Жидкость светло-желтого цвета, 1 пробирка, 2,0 мл (соответствует)


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 2) № 1 (1)
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
15 05 2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 2) № 1 (2)
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 2) № 2
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
15 05 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 3
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 4
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 5
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»



М.Д. Хусаинов
15.05.2023 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 6
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
05 2023 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 7
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГУльтима” (комплект 2) № 1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 2 (1)
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"ТТГ-Ультима" (комплект 2) № 2 (2)
серия 4


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест"

М.Д. Хусаинов
2023 г.



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“ТТГ-Ультима” (комплект 2) № 3
серия 4

Генеральный директор
АО «Вектор-Бест» М.Д. Хусаинов
2023 г.





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2023 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима «ТТГ-Ультима»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «ТТГ-Ультима» (комплект 1)

Наименование компонента		Этикетка
Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами	Основная этикетка	
	Дополнительная этикетка	
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ		
Конъюгат, концентрат		
Раствор для разведения конъюгата (РК)		

Наименование компонента	Этикетка
Калибровочный образец 1 (K1)	
Калибровочный образец 2 (K2)	
Контрольный образец 1 (KO1)	
Контрольный образец 2 (KO2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «ТТГ-Ультима» (комплект 1)

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX		набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима																									
ТТГ-Ультима (комплект 1)																												
LOT	XXXX	Состав:	LOT	XXXX																								
<table border="0"> <tr> <td>1. Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами:</td> <td>1 шт.</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ</td> <td>1 фл., 2,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Конъюгат, концентрат</td> <td>1 фл., 5,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>Раствор для разведения конъюгата (РК)</td> <td>1 фл., 5,5 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>2. Калибровочный образец 1 (K1)</td> <td>1 проб., 1,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>3. Калибровочный образец 2 (K2)</td> <td>1 проб., 1,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>4. Контрольный образец 1 (KO1)</td> <td>1 проб., 2,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> <tr> <td>5. Контрольный образец 2 (KO2)</td> <td>1 проб., 2,0 мл</td> <td>XXXX</td> </tr> </table>					1. Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами:	1 шт.	XXXX	Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ	1 фл., 2,5 мл	XXXX	Конъюгат, концентрат	1 фл., 5,5 мл	XXXX	Раствор для разведения конъюгата (РК)	1 фл., 5,5 мл	XXXX	2. Калибровочный образец 1 (K1)	1 проб., 1,0 мл	XXXX	3. Калибровочный образец 2 (K2)	1 проб., 1,0 мл	XXXX	4. Контрольный образец 1 (KO1)	1 проб., 2,0 мл	XXXX	5. Контрольный образец 2 (KO2)	1 проб., 2,0 мл	XXXX
1. Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами:	1 шт.	XXXX																										
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ	1 фл., 2,5 мл	XXXX																										
Конъюгат, концентрат	1 фл., 5,5 мл	XXXX																										
Раствор для разведения конъюгата (РК)	1 фл., 5,5 мл	XXXX																										
2. Калибровочный образец 1 (K1)	1 проб., 1,0 мл	XXXX																										
3. Калибровочный образец 2 (K2)	1 проб., 1,0 мл	XXXX																										
4. Контрольный образец 1 (KO1)	1 проб., 2,0 мл	XXXX																										
5. Контрольный образец 2 (KO2)	1 проб., 2,0 мл	XXXX																										

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 100	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-202-23548172-2023		XXXX-XX-XX		
РУ		XXXX-XX-XX		
ТТГ-Ультима (комплект 1)				
IVD		2°C 8°C	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
www.vector-best.ru				
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				

2.3. Боковые этикетки №№ 2, 3.

ТТГ-Ультима			
Калибровочные образцы (K1 и K2)			
LOT	XXXX	XXXX-XX	IVD

ТТГ-Ультима			
Контрольные образцы (KO1 и KO2)			
LOT	XXXX	XXXX-XX	IVD

2.4. Боковая этикетка № 4.

	АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211	
тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67	
E-mail: vbmarket@vector-best.ru	
www.vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки № 4 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»

М.Ю. Рукавишников

«05» 2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

А.В. Масяго А.В. Масяго

"05" мая 2023 г.



«УТВЕРЖДАЮ»




Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов
2023 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима «ТТГ-Ультима»

1. Образцы этикеток на компоненты набора «ТТГ-Ультима» (комплект 2)

Наименование компонента		Этикетка
Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами	Основная этикетка	
	Дополнительная этикетка	
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ		
Конъюгат, концентрат		
Раствор для разведения конъюгата (РК)		

Наименование компонента	Этикетка
Калибровочный образец 1 (K1)	
Калибровочный образец 2 (K2)	
Контрольный образец 1 (KO1)	
Контрольный образец 2 (KO2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «ТТГ-Ультима» (комплект 2)

2.1. Верхняя этикетка.

REF	X-XXXX		набор реагентов для иммунохемилюминесцентного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови для автоматических ИХЛА-анализаторов серии Ультима	
ТТГ-Ультима (комплект 2)				
LOT	XXXX	Состав:	LOT	XXXX
1. Картридж с двухмерными штрих-кодами с реагентами: 1 шт.				
Магнитные микрочастицы с иммобилизованными моноклональными антителами к ТТГ				
Конъюгат, концентрат				
Раствор для разведения конъюгата (РК)				
2. Калибровочный образец 1 (K1)				
3. Калибровочный образец 2 (K2)				
4. Контрольный образец 1 (KO1)				
5. Контрольный образец 2 (KO2)				

2.2. Боковая этикетка № 1.

REF	X-XXXX	Σ 200	LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-202-23548172-2023 РУ				
XXXX-XX-XX XXXX-XX-XX				
ТТГ-Ультима (комплект 2)				
IVD		2°C/8°C		
www.vector-best.ru				
Антитела к ВИЧ-1,2, вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют				

2.3. Боковые этикетки №№ 2, 3.

ТТГ-Ультима				
Калибровочные образцы (K1 и K2)				
LOT	XXXX	XXXX-XX	2°C/8°C	IVD

ТТГ-Ультима				
Контрольные образцы (KO1 и KO2)				
LOT	XXXX	XXXX-XX	2°C/8°C	IVD

2.4. Боковая этикетка № 4.

	АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211 тел/факс: +7 383 252-51-64, +7 383 252-51-67 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www.vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки № 4 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом.

«СОГЛАСОВАНО»
Директор НИИСД
АО «Вектор-Бест»


М.Ю. Рукавишников

«05» 2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.

Директор по техническим и качеству
АО «Вектор-Фест»

 А.В. Масяго

«05» мая 202 3 г.