



ФОТОГРАФИИ ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



- 1 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (50 x 70) мм
- 2 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (80 x 100) мм
- 3 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (100 x 120) мм
- 4 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (100 x 140) мм
- 5 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (120 x 170) мм
- 6 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (140 x 180) мм
- 7 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (170 x 220) мм
- 8 Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный, размер (180 x 260) мм



Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – круглый



Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - полумаска Бергонье, размер 1  
Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - полумаска Бергонье, размер 2



Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – воротниковый, размер 1

Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – воротниковый, размер 2

ООО ЦРМИ [info@cirmi.ru](mailto:info@cirmi.ru) [www.goszdravnadzor.ru](http://www.goszdravnadzor.ru) для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – воротниковый, размер 3



Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – заушный, размер 1

Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – заушный, размер 2

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 6 лист(ов)

Руководитель организации





Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных  
электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по  
ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный,  
размер (100 x 140) мм  
ТУ 26.60.13-007-50034180-2023

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_

Количество - 20 шт/уп.

ПАРТИЯ № 1002 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2023.12.14

Хранение электродов у изготовителя и потребителя должно  
осуществляться в соответствии с условиями хранения 1 по  
ГОСТ 15150, при температуре от +5°C. до +40°C

Срок хранения - 36 месяцев


Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления

Использованный электрод утилизируется как отходы класса Б  
в соответствии с Сан-Пин 2.1.3684-21.

Неиспользованный электрод утилизируется как бытовые отходы  
класса А в соответствии с СанПин 2.1.3684-21

Производитель: ООО "ИНИСС-мед" 195196, Санкт-Петербург,  
ул. Таллинская дом 7 лит. "О" пом. 1-Н, офис 452

Тел/факс: (812) 313-76-68 иниссмед.рф mail@iniss.ru



#### Макет маркировки потребительской упаковки

Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических  
процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный,  
размер (100 x 140) мм



### Макет маркировки потребительской упаковки

Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – заушный, размер 1

Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных  
электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по  
ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - полумаска Бергонье,  
размер 1

ТУ 26.60.13-007-50034180-2023

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_

Количество - 20 шт/уп.

ПАРТИЯ № 977 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2023.12.05

Хранение электродов у изготовителя и потребителя должно  
осуществляться в соответствии с условиями хранения 1 по  
ГОСТ 15150, при температуре от +5°C. до +40°C

Срок хранения - 36 месяцев


Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления

Использованный электрод утилизируется как отходы класса Б  
в соответствии с Сан-Пин 2.1.3684-21.

Неиспользованный электрод утилизируется как бытовые отходы  
класса А в соответствии с СанПин 2.1.3684-21


Производитель: ООО "ИНИСС-мед" 195196, Санкт-Петербург,  
ул. Таллинская дом 7 лит. "О" пом. 1-Н, офис 452

Тел/факс: (812) 313-76-68 иниссмед.рф mail@iniss.ru



#### Макет маркировки потребительской упаковки

Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических  
процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - полумаска  
Бергонье, размер 1



Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных  
 электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по  
 ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - воротниковый,  
 размер 3  
 ТУ 26.60.13-007-50034180-2023  
 Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_  
 Количество - 20 шт/уп.  
 ПАРТИЯ № 1002 ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2023.12.14  
 Хранение электродов у изготовителя и потребителя должно  
 осуществляться в соответствии с условиями хранения 1 по  
 ГОСТ 15150, при температуре от +5°C. до +40°C  
 Срок хранения - 36 месяцев  
 Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления  
 Использованный электрод утилизируется как отходы класса Б  
 в соответствии с Сан-Пин 2.1.3684-21.  
 Неиспользованный электрод утилизируется как бытовые отходы  
 класса А в соответствии с СанПин 2.1.3684-21  
 Производитель: ООО «ИНИСС-мед» 195196, Санкт-Петербург,  
 ул. Таллинская дом 7 лит. "О" пом. 1-Н, офис 452  
 Тел/факс: (812) 313-76-68 иниссмед.рф mail@iniss.ru

### Макет маркировки потребительской упаковки

Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных электротерапевтических  
 процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ 26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении – воротниковый,  
 размер 3

Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью 5 лист(ов)

Руководитель организации



Электрод поверхностный, одноразовый для низкочастотных  
электротерапевтических процедур - «ИНИСС-МЕД» по ТУ  
26.60.13-007-50034180-2023 в исполнении - прямоугольный,  
размер (100 x 140) мм

По ТУ 26.60.13-007-50034180-2023

Регистрационное удостоверение № \_\_\_\_\_

Количество - 200 шт/кор.

ПАРТИЯ № 1002

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 2023.12.14

Хранение электродов у изготовителя и потребителя должно  
осуществляться в соответствии с условиями хранения 1 по ГОСТ  
15150, при температуре от +5°C. до +40°C

Условия транспортирования электродов в части воздействия  
климатических факторов должны соответствовать условиям  
хранения 5 по ГОСТ 15150.

Срок хранения - 36 месяцев

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев со дня изготовления

Использованный электрод утилизируется как отходы класса Б  
в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Неиспользованный электрод утилизируется как бытовые отходы  
класса А в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21

Производитель: ООО "ИНИСС-мед" 195196, Санкт-Петербург

ул. Таллинская дом 7 лит. "О" пом. 1-Н, офис 452

Тел/факс: (812) 313-76-68    иниссмед.рф    mail@iniss.ru



Макет маркировки транспортной упаковки

