



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Тривес»

Ольшангер В. Т.

» февраля 2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
**«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для
нижних конечностей по ТУ 14.31.10-004-33094849-2023»**

Гольфы компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.210, ТК.310, ТК.410, ТК.610, ТК.910
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Гольфы компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.211, ТК.311, ТК.411, ТК.611, ТК.911
класс компрессии 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Гольфы компрессионные мужские с закрытым носком
артикулы: ТК.211М, ТК.311М, ТК.411М, ТК.611М, ТК.911М
класс компрессии 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.




Чулки компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.230, ТК.330, ТК.430, ТК.630, ТК.930,
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Чулки компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.630А, ТК.930А,
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Чулки компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.231, ТК.331, ТК.431, ТК.631, ТК.931
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.




Чулки компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.631А, ТК.931А
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, левый
артикулы: ТК.240, ТК.340, ТК.440, ТК.640, ТК.940

Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, правый
артикулы: ТК.250, ТК.350, ТК.450, ТК.650, ТК.950

класс компрессии 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Чулки компрессионные противоэмболические с открытым носком
артикулы: ТК.230Е, ТК.330Е, ТК.430Е, ТК.630Е, ТК.930Е
класс компрессии: 1, 2, размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.



Чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком

артикулы: ТК.233Е, ТК.333Е, ТК.433Е, ТК.633Е, ТК.933Е
класс компрессии: 1, 2, размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.



Колготки компрессионные с открытым носком
артикулы: ТК.260, ТК.360, ТК.460, ТК.660, ТК.960
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Колготки компрессионные с закрытым носком
артикулы: ТК.261, ТК.361, ТК.461, ТК.661, ТК.961
класс компрессии: 1, 2, размеры: I, II, III, IV, V, VI, VII.



Принадлежности.
Вспомогательный носочек



Индивидуальная упаковка (Лицевая сторона).

чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый.



Индивидуальная упаковка (Оборотная сторона).

Линейки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый

Правила подбора размера изделий

Цветовой код на этикетке	бежевый	желтый	зеленый	красный	синий	серый
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
cG (см)	43 - 57	49 - 63	53 - 67	58 - 73	64 - 82	72 - 93
cD (см)	27 - 33	30 - 36	33 - 40	36 - 43	40 - 47	43 - 52
cC (см)	28 - 34	31 - 37	34 - 41	37 - 44	41 - 48	44 - 53
cB (см)	18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 35

IG длина (от пола до мерки cD): нормальная: 71 - 82 см

cG — окружность бедра, на 5 см ниже промежности
cD — окружность голени ниже подколенной складки на ширину двух пальцев
cC — окружность голени в самой широкой части
cB — окружность самой узкой части голени над лодыжками

1 Размер изделия подбирается по индивидуальным анатомическим меркам конечности

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации и хранения.
 Сохранение компрессионных свойств противоэмболических изделий в течение 10 циклов (использование — стирка) в пределах срока годности.
 Гарантийный срок службы — 30 дней с даты продажи в пределах срока годности.
 Гарантийный срок годности — 60 месяцев с даты изготовления.
 Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением с изделием.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Использованные изделия, в том числе изделия неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 21.3684-21.

Производитель/Уполномоченная организация

по принятию претензий:
 ООО «Тривест», Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
 ул. Новгородская, д. 23, литер А, помещение 99-Н
 Тел.: +7 (812) 329-72-92, e-mail: info@trives.com
 www.trives.com

Адрес места производства:

(Т) 000 «Тривест», Россия, 192102, г.
 Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д. 5, лит. С,
 корпус 28-а, 18Н-42, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,
 55.
 (V) Varmed Medical San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Çiftelavurlar Cadde, No:28, Tekirdere Mahallesi,
 Bayrampaşa / İstanbul 34035, Türkiye, Турция

«Тривест» медицинская компрессионная и противоэмболическая
 для нижних конечностей по ТУ 14.3130-004-33094849-2023
 Регистрационное удостоверение № от ММ.ПТТТ
 Муар-код
 Знак соответствия (при необходимости)



артикул ТК.233Е

Чулки компрессионные
 противоэмболические с закрытым носком
 Класс компрессии 1 (18 мм рт.ст.)

Размер XS Цвет белый

Длина изделия

cB 18-20 cC 28-34 cD 41-57 IG 71-82

Состав: 70% полиамид, 20% эластан

ТК.233Е.191

Дата изготовления

(символ сертификата)

001995-0014

ММ.ПТТТ

пки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый.

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Индивидуальная упаковка (Лицевая сторона).
Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком,
артикул ТК.240, класс компрессии 2, размер V, цвет бежевый



Маркировка индивидуальной упаковки.
Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком,
артикул ТК.240, класс компрессии 2, размер V, цвет бежевый



МЕДИЦИНСКИЙ
КОМПРЕССИОННЫЙ
ТРИКОТАЖ

Особенности:

- Градуированная убывающая прогрессия от поднимки до бодрости.
 Специальные технологии воды для оптимального водного и температурного баланса.
 Усиленное плетение в области плеч для повышенной эргономичности.
 Мягкая вставка эластичных швов на спине на вылизанной диссонансности.
 Мягкое износостойкое высокопрочное плетение.

Показания к применению:

CCL I (1 place connectivity: 18-21 nm DT CT)

- [illegible]

Механизм действия (Функции):

- [illegible]


Противопоказания

Абсолютные противопоказания:

- тяжелые формы хронической солитарной эпилепсии артерий шара из-за атеросклероза;
- тяжелые формы дилатационной полинейропатии и ангиодилатации;
- декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность;
- токсические и не- «лекарственный» тип интоксикации;
- септический сепсис;
- анорексия психогенная.

Правила подбора размера изделия

	I	II	III	IV	V	VI	VII
Экстерьер							
cB [св]	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	30 - 32
eC [см]	20 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 42	37 - 45	39 - 47	41 - 49
dD [см]	27 - 33	29 - 36	32 - 39	32 - 42	34 - 44	38 - 46	40 - 45
eG [см]	43 - 67	46 - 62	49 - 67	50 - 72	54 - 76	60 - 79	64 - 82
ID	длина (от роста до мениу. сги.):						нормальный: 38 - 43 см.
IC	длине (от начала до вершины СД):						нормальный: 71 - 82 см.



Размер изделия подбирается по индивидуальным анатомическим меркам конечности.

Гарантии изготовителя:
 Аппаратный гарантийный срок составляет 3 года со дня изготовления изделия при соблюдении условий эксплуатации и хранения.
 Гарантийный срок службы — 6 месяцев с даты продажи в розничную торговлю.
 Срок окончания срока службы — 6 месяцев с даты продажи в розничную торговлю.

Гарантийный срок годности - 60 месяцев с даты изготовления.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные нештатным обращением с изделием.

Место производства:

(T) DOR Etrangeres, Pirene 16702, Cascais-Parançyr yn
 Cascais, d.5. Jan. C. n. 26. nom. 181- 47, 48, 49, 50, 51, 52,
 53, 54, 55.
 (V) Varmed Media, San. ve Tic. Ltd. Şti. Ofisavuzlar Caddeşi
 No.28, Teraz der Mahalle, Bayrampaşa/İstanbul, 34035, Türkiye
 İYUNUS.

Промоодитор/Уполномоченная организация

по принятому протензий:

ООО «Триггер», Россия, 19124, г. Санкт-Петербург,
ул. Всеволодовская д. 23, литер А, помещение 99-Н

Tel.: +7 (012) 329-72-97, e-mail: info@tiv3-spb.ru

Порядок осуществления утилизации и уничтожения
Испытательные изделия в том числе ИИД, не соответствующие по параметрам заданию по проектированию, а также изделия, не прошедшие по окончании срока годности или до их окончания работ котловым комиссией и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.6.824-21.

и" буюгаж мөлчүшүсүз компромиссиз и противоположны

для хранения документов по ТУ 14.51.10 от 3.3.09.4849 2023»

Регистрационный № 37 311.1111
Куло-мол

Знач соответствия (при необходимости)

Маркировка индивидуальной упаковки. Дополнительный индивидуальный стикер.

Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком,
артикул ТК.240, класс компрессии 2, размер V, цвет бежевый

Чуллок компрессионный на одну ногу
с открытым носком, левый



Класс компрессии 2 (22-32 мм рт.ст.)
Состав: 57% полиамид, 43% эластан

арт. **ТК.240**

открытый носок

Размер **V**

сВ 26-28
сС 37-45
сG 56-76

Цвет **бежевый**

Дата изготовления
(номер серии)

ММ.ГГГГ

ТК.240.215

штрих-код



Trives

ООО «Тривес»
Адрес: 191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.23, лит. А,
пом.99-Н

«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для
нижних конечностей по ТУ 14.31.10-004-33094849-2023»

Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, левый, артикул ____

Класс компрессии ____

Размер ____

Цвет ____


Идентификационный код изделия ____

Дата изготовления (номер серии) ММ.ГГГГ ____

Количество изделий ____ шт.



Маркировка транспортной упаковки



ООО «Тривес»

Адрес: 191124, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д.23, лит. А,
пом.99-Н

«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для
нижних конечностей по ТУ14.31.10-004-33094849-2023»

Чуллок компрессионный на одну ногу с открытым носком, левый, артикул ____

Класс компрессии ____

Размер ____

Цвет ____

Идентификационный код изделия ____

Дата изготовления (номер серии) ММ.ГГГГ

Количество изделий ____ шт.



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

23 *двадцать три*) листов

Директор ООО "Тривес"

/ В.Т. Ольшангер



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Тривес»

Ольшангер В.Т.
«05» февраля 2024 г.



Проекты маркировок медицинского изделия

«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для нижних конечностей по ТУ 14.31.10-004-33094849-2023»

120
121
122
123
124

- ☒ Градуированная убывающая компрессия от лодыжек до бедра.
- ☒ Специальные технологии вязки для оптимального водного и температурного баланса.
- ☒ Усиленное плетение в области пятки для повышенной износостойчивости.
- ☒ Мягкие плоские эластичные швы на стопе не вызывают дискомфорта.
- ☒ Нетовое непрозрачное высокоточное переплетение.
- ☒ Высокоэластичный материал позволяет подобрать трикотаж пациентам с разными параметрами.

ССЛ I (1 класс компрессии: 18-21 мм от ст.) **ССЛ II** (2 класс компрессии: 22-32 мм от ст.)

- наследственная предрасположенность к варикозной болезни; начальная форма хронической венозной недостаточности, которая при отсутствии адекватных признаков варикозного расширения вен проявляется отеки и тяжесть в ногах к вечеру (след от резинки носков);
- синдром «гиджакс ног»: тяжесть, боль, судороги, мушкетное ощущение, мурашки и чешотки в ногах к вечеру; ретикулярная варикоз в виде вырванного сосудистого рисунка на коже ног;
- тазовые патологии (сосудистые заболевания) на коже ног;
- пролиферация сосудов у беременных.

- хроническая венозная недостаточность (ХВН) с расширением подкожных венных стволов;
- наличие невоспаленных уплотнений и варикозных узлов на венах;
- сильное чувство «ноги» по сравнению с утром;
- мышечные судороги, особенно в положении лежа;
- сетка, занимающая площадь более 1/3 площади голы;
- острый тромбофлебит;
- посттромботическая болезнь, в том числе у беременных;
- стеноз и/или полная закупорка ХВН на фоне беременности и в послеродовом периоде;
- подготовка к оперативному вмешательству на венах нижних конечностей;
- острые и хронические склеротизации и узлы вен;
- профилактика тромбоза глубоких вен в группах риска.

• государственное распределение компьютеров; • массовое сдавание мышц и межмышечных сплетений коммуникативных вен; • уменьшение избыточной емкости кровеносных сосудов, что приводит к замедленному улучшению работы мышечно-венозной помпы; • уменьшение диаметра вен способствует восстановлению функциональной способности клапанного аппарата;	• улучшение всасывания венозной жидкости в вены; • увеличение скорости лимфодренажа; • улучшение микроциркуляции; • увеличение эластичности капилляров; • увеличение фибринолитической активности крови за счет выработки плазминогена.
---	---

Абсолютные противопоказания:

- артериальная гипертензия;
- тяжелые формы диабетической полинейропатии и ангиопатии;
- декомпенсированная сердечно-легочная недостаточность;
- трофические язвы невенوزной этиологии;
- септический флебит;
- венозная гангрена.

- гнойничковые поражения кожи;
- ревматоидный артрит;
- индивидуальная непереносимость материала;
- нарушение чувствительности;
- выраженное деформации суставов стопы.

Размер	I	II	III	IV	V	VI	VII
CB (см)	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	30 - 32
CC (см)	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 45	39 - 47	41 - 49
CD (см)	27 - 33	29 - 36	32 - 39	32 - 42	36 - 44	38 - 46	40 - 48
CA (см)	43 - 57	46 - 62	49 - 67	52 - 72	55 - 76	60 - 79	64 - 82
ID длина (от пола до мерки CD):	нормальная: 38 - 43 см						
IQ длина (от пола до мерки CA):	нормальная: 71 - 82 см						



Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок службы - 6 месяцев с даты продажи в пределах срока годности.
Сохранение компрессионных свойств в течение 6 месяцев в пределах срока годности.
Гарантийный срок годности - 60 месяцев с даты изготовления.
Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением с изделием.

(V) Varimed Medical San. ve Tic. Ltd. Şti., Çiftelavuzlar Caddesi,
No:28, Terazidere Mahallesi, Bayrampaşa/ İstanbul, 34035, Türkiye,
Türkiye.

по принятию претензий:
ООО «Тривес», Россия, 191124, г. Санкт-Петербург,
ул. Новгородская, д. 23, литер А, помещение 99-Н
Тел.: +7 (812) 329-72-97, e-mail: info@trives-spb.ru
www.trives.com

Использованные изделия, в том числе изделия неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

Регистрационное удостоверение № от ММ.ГТТТ
Куар-код
Знак соответствия (при необходимости)



ОТКРЫТЫЙ НОСОК

CB 26-28

ПТРИХ-КОЛ

Чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком, артикул ТК.233Е, размер XS, класс компрессии 1, цвет белый

Правила подбора размера изделий

Цветовой код на пятке	бежевый	желтый	зеленый	красный	синий	серый
Размер	XS	S	M	L	XL	XXL
cG (см)	43 - 57	49 - 63	53 - 67	58 - 73	64 - 82	72 - 93
cD (см)	27 - 33	30 - 36	33 - 40	36 - 43	40 - 47	43 - 52
cC (см)	28 - 34	31 - 37	34 - 41	37 - 44	41 - 48	44 - 53
cB (см)	18 - 20	20 - 23	23 - 26	26 - 29	29 - 32	32 - 35
IG длина (с) пояса до носка (сб):	нормальная: 71 - 82 см					

cB — окружность бедра, на 5 см ниже промежности
cD — окружность голени ниже подколенной складки на уровне двух пальцев
cC — окружность голени в самой широкой части
cB — окружность самой узкой части голени над лодыжками

1 Размер изделия подбирается по индивидуальным анатомическим меркам конечности

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации и хранения.

Сохранение компрессионных свойств противоэмболических изделий в течение 10 циклов (использование - стирка) в пределах срока годности.

Гарантийный срок службы - 30 дней с даты продажи в пределах срока годности.

Гарантийный срок годности - 60 месяцев с даты изготовления.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильным обращением с изделием.

Порядок осуществления утилизации и уничтожения:

Использованные изделия, в том числе изделия неиспользованные по прямому назначению по причине окончания срока годности или других причин относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.


Производитель/Уполномоченная организация по принятию претензий:
 ООО «Тривес», Россия, 191224, г. Санкт-Петербург, ул. Новгородская, д. 23, литер А, помещение 99-Н
 Тел.: +7 (812) 329-72-97, e-mail: info@trives-spb.ru
 www.trives.com

Адрес места производства:
 (Т) ООО «Тривес», Россия, 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Самойловой, д.5, Лит. С, корпус 26, пом. 18Н-47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
 (V) Varimed Medical San. ve Tic. Ltd. Şti., Çiftahuyur Caddesi, No:28, Teraziye Mahallesi, Bayrampaşa/ İstanbul, 34635, Türkiye, Турция

«Трикотаж медицинский компрессионный и противоэмболический для нижних конечностей по ТУ 14.31.10-004-33094849-2023»
 Регистрационное удостоверение № от ММ ПТТТ
 Код
 Знак соответствия (при необходимости)

ар. ТК.233Е
 Чулки компрессионные противоэмболические с закрытым носком
 Класс компрессии 1 (18 мм рт.ст.)
 Размер XS Цвет белый
 Закрытый носок с опарением под пятку
 cB 18-20 cC 28-34 cD 43-57 IG 71-82
 Состав: 78% полиамид, 22% эластан

ТК.233Е.191
 Дата изготовления (номер серии) ММ ПТТТ



Trives

Градированная компрессия

Высокая износостойкость

Доказанный медицинский эффект

ЧУЛКИ КОМПРЕССИОННЫЕ ПРОТИВОЭМБОЛИЧЕСКИЕ

Примечание: Информация по подбору размера и разделы: «Особенности», «Механизм действия (Функции)», «Показания к применению», «Противопоказания», «Дополнительный стикер» меняются в зависимости от варианта исполнения медицинского изделия.

Прошито, пронумеровано

и скреплено печатью

3 (три) листов

Директор ООО "Тривес"

/ В.Т. Ольшангер

