



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года № РЗН 2024/23168

На медицинское изделие

**Инструмент электрический для обработки костной ткани
по ТУ 32.50.13-002-56958011-2023**

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРЗИС" (ООО "ТЕРЗИС"),
Россия, 420091, Республика Татарстан, г. о. город Казань район, г. Казань,
ул. Беломорская, д. 260, эт. 2, каб. 9**

Производитель

**Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРЗИС" (ООО "ТЕРЗИС"),
Россия, 420091, Республика Татарстан, г. о. город Казань район, г. Казань,
ул. Беломорская, д. 260, эт. 2, каб. 9**

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-62962/35418 от 23.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.13.139**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 59 листах

приказом Росздравнадзора от 19 июля 2024 года № 4162
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0067799

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 1

На медицинское изделие

**Инструмент электрический для обработки костной ткани
по ТУ 32.50.13-002-56958011-2023, в вариантах исполнения:**

1. Рукоятка многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок AS-121, в составе:
 - 1.1. Рукоятка многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок AS-121 - 1 шт.
 - 1.2. Насадка для проведения спиц 0,8-2,0 SM1-6001-1 - 1 шт.
 - 1.3. Насадка для проведения спиц 1,5-3,2 SM1-6001-2 - 1 шт.
 - 1.4. Насадка для сверления с патроном Jacobs SM1-1001-U - 1 шт.
 - 1.5. Насадка быстросъемная для сверления под соединение Stryker SM1-1001-SK - 1 шт.
 - 1.6. Насадка быстросъемная для сверления под соединение AO SM1-1001-AO - 1 шт.
 - 1.7. Насадка для римирования с патроном Jacobs SM1-3011-U - 1 шт.
 - 1.8. Насадка быстросъемная для римирования под соединение Stryker SM1-3011-SK - 1 шт.
 - 1.9. Насадка быстросъемная для римирования под соединение AO SM1-3011-AO - 1 шт.
 - 1.10. Насадка быстросъемная для римирования под соединение Johnson SM1-3011-QS - 1 шт.
 - 1.11. Насадка быстросъемная для римирования под соединение Hudson SM1-3011-HDS - 1 шт.
 - 1.12. Насадка быстросъемная для римирования под соединение Aesculap SM1-3011-SP - 1 шт.
 - 1.13. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 2 шт.
 - 1.14. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Hudson PDN3031-HDS - 1 шт.
 - 1.15. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения AO PDN3021-AO - 1 шт.
 - 1.16. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Aesculap PDN3021-SP - 1 шт.
 - 1.17. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Johnson PDN3041-QS - 1 шт.
 - 1.18. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
 - 1.19. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144639

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 2

диаметр 54,0 мм; диаметр 55,0 мм; диаметр 56,0 мм; диаметр 57,0 мм; диаметр 58,0 мм; диаметр 60,0 мм; диаметр 61,0 мм; диаметр 62,0 мм; диаметр 63,0 мм; диаметр 64,0 мм; диаметр 65,0 мм; диаметр 66,0 мм; диаметр 70,0 мм; диаметр 72,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

1.20. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

1.21. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс АО PJFR001-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

1.22. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

1.23. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО PJFR003-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

1.24. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

1.25. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО CFR001: диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

1.26. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144640

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 3

1.27. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

1.28. Сверло быстрого соединения АО TDB001-АО: общая длина 60,00 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 45,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 85,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 155,00 мм, диаметр 2,1 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 80,00 мм, диаметр 2,4 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,00 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 210,00 мм, диаметр 3,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 150,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 220,00 мм, диаметр 4,1 мм; общая длина 230,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 300,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 360,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144641

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 4

225,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

1.29. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

1.30. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

1.31. Фреза-перфоратор CDP001: диаметр 5,0 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 12,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

1.32. Стерилизационный контейнер: KS-02 (длина 440,0 мм, ширина 285,0 мм, высота 205,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

1.33. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS004: длина 79,8 мм, ширина 69,8 мм, высота 30,0 мм - 2 шт.

1.34. Чехол для аккумулятора SBC001 - 2 шт.

1.35. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый EM1-D101 - 2 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0144642

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 5

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-001 - 1 шт.
2. Стернотом аккумуляторный AS-728, в составе:
- 2.1. Стернотом аккумуляторный AS-728 - 1 шт.
- 2.2. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).
- 2.3. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).
- 2.4. Защитник реципрокной пилы для работы с грудиной SPRS001: длина 90,0 мм, ширина 20,3 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 2.5. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS004: длина 79,8 мм, ширина 69,8 мм, высота 30,0 мм - 2 шт.
- 2.6. Чехол для аккумулятора SBC001 - 2 шт.
- 2.7. Стерилизационный контейнер KS-02: длина 440,0 мм, ширина 285,0 мм, высота 205,0 мм - 1 шт.
- 2.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Принадлежности:
- Аккумулятор литиевый EM1-D101 - 2 шт.
- Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0144643

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 7

ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 45,0 мм, ширина 32,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-LF (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-DS (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

3.3. Стерилизационный контейнер KS-02: длина 440,0 мм, ширина 285,0 мм, высота 205,0 мм - 1 шт.

3.4. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS004: длина 79,8 мм, ширина 69,8 мм, высота 30,0 мм - 2 шт.

3.5. Чехол для аккумулятора SBC001 - 2 шт.

3.6. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый EM1-D101 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-001 - 1 шт.

4. Пила реципрокная аккумуляторная AS-727, в составе:

4.1. Пила реципрокная аккумуляторная AS-727 - 1 шт.

4.2. Лезвие пилы реципрокной двустороннее RSB001: общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 13,4

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144645

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 8

мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

4.3. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

4.4. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

4.5. Лезвие пилы реципрокной для однополюсного протеза коленного сустава: TSB001 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB002 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB003 (общая длина 121,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 8,5 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

4.6. Стерилизационный контейнер KS-02: длина 440,0 мм, ширина 285,0 мм, высота 205,0 мм - 1 шт.

4.7. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS004: длина 79,8 мм, ширина 69,8 мм, высота 30,0 мм - 2 шт.

4.8. Чехол для аккумулятора SBC001 - 2 шт.

4.9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0144646

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 9

- Аккумулятор литиевый EM1-D101 - 2 шт.
- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-001 - 1 шт.
- 5. Рукоятка малая многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок AM-121, в составе:
 - 5.1. Рукоятка малая многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок AM-121 - 1 шт.
 - 5.2. Насадка для сверления с патроном Jacobs NM3-1001-U - 1 шт.
 - 5.3. Насадка быстросъемная для сверления под соединение АО NM3-1021-АО - 1 шт.
 - 5.4. Насадка пила осцилляторная малая NM3-S011 - 1 шт.
 - 5.5. Насадка для проведения спиц 0,8-2,5 NM3-6001 - 1 шт.
 - 5.6. Лезвие пилы осцилляторной малое OSB002-U: длина 22,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,3 мм; длина 22,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 22,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,3 мм; длина 22,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 22,0 мм, ширина 15,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 25,0 мм, ширина 5,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 25,0 мм, ширина 9,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 29,5 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 31,0 мм, ширина 9,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 35,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 35,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 36,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 38,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 39,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 5,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 15,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 0,8 мм; длина 43,0 мм, ширина 23,0 мм, толщина 0,8 мм; длина 50,0 мм, ширина 14,0 мм, толщина 0,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).
 - 5.7. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144647

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 10

180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

5.8. Сверло быстрого соединения АО TDB001-АО: общая длина 60,00 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 45,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 85,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 155,00 мм, диаметр 2,1 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 80,00 мм, диаметр 2,4 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,00 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 210,00 мм, диаметр 3,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 150,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 220,00 мм, диаметр 4,1 мм; общая длина 230,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 300,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 360,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

5.9. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

5.10. Ключ кулачковый key004: длина 45,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 11,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

5.11. Стерилизационный контейнер: KS-07 (длина 310,0 мм, ширина 286,0 мм, высота

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144648

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 11

80,0 мм), KS-08 (длина 270,0 мм, ширина 170,0 мм, высота 130,0 мм - 1 шт.

5.12. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS005: длина 85,5 мм, ширина 53,0 мм, высота 15,0 мм - 2 шт.

5.13. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый 2S1P-US18650VTC6 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-003 - 1 шт.

6. Пила малая осцилляторная аккумуляторная AM-529, в составе:

6.1. Пила малая осцилляторная аккумуляторная AM-529 - 1 шт.

6.2. Лезвие пилы осцилляторной малое OSB002-U: длина 22,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,3 мм; длина 22,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 22,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,3 мм; длина 22,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 22,0 мм, ширина 15,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 25,0 мм, ширина 5,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 25,0 мм, ширина 9,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 29,5 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 31,0 мм, ширина 9,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 35,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 35,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 36,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 38,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 39,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 5,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 15,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 0,8 мм; длина 43,0 мм, ширина 23,0 мм, толщина 0,8 мм; длина 50,0 мм, ширина 14,0 мм, толщина 0,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

6.3. Стерилизационный контейнер: KS-07 (длина 310,0 мм, ширина 286,0 мм, высота 80,0 мм), KS-08 (длина 270,0 мм, ширина 170,0 мм, высота 130,0 мм) - 1 шт.

6.4. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS005: длина 85,5 мм, ширина 53,0 мм, высота 15,0 мм - 2 шт.

6.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый 2S1P-US18650VTC6 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-003 - 1 шт.

7. Дрель малая канюлированная аккумуляторная BM-323, в составе:

7.1. Дрель малая канюлированная аккумуляторная BM-323 - 1 шт.

7.2. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144649

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 12

1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

7.3. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

7.4. Ключ кулачковый key004: длина 45,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 11,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

7.5. Стерилизационный контейнер: KS-07 (длина 310,0 мм, ширина 286,0 мм, высота 80,0 мм), KS-08 (длина 270,0 мм, ширина 170,0 мм, высота 130,0 мм) - 1 шт.

7.6. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS005: длина 85,5 мм, ширина 53,0 мм, высота 15,0 мм - 2 шт.

7.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый 2S1P-US18650VTC6 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-003 - 1 шт.

8. Рукоятка многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок BS-121, в составе:

8.1. Рукоятка многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок BS-121 - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144650

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 13

- 8.2. Насадка для проведения спиц 0,8-2,0 NM5-6001-1 - 1 шт.
8.3. Насадка для проведения спиц 1,5-3,2 NM5-6001-2 - 1 шт.
8.4. Насадка для сверления с патроном Jacobs NM5-1001-U - 1 шт.
8.5. Насадка быстросъемная для сверления под соединение АО NM5-1001-АО - 1 шт.
8.6. Насадка быстросъемная для римирования под соединение Stryker NM5-3011-QS - 1 шт.
8.7. Насадка канюлированная дрель универсальная NM5-2001-U - 1 шт.
8.8. Насадка канюлированная дрель под соединение Stryker NM5-2001-SK - 1 шт.
8.9. Насадка канюлированная дрель под соединение АО NM5-2001-АО - 1 шт.
8.10. Насадка пила осцилляторная NM5-S011 - 1 шт.
8.11. Насадка стернотом NM5-S032 - 1 шт.
8.12. Насадка перфоратор NM5-4011 - 1 шт.
8.13. Насадка краниотом NM5-S091 - 1 шт.
8.14. Насадка пила реципрокная NM5-S031 - 1 шт.
8.15. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 2 шт.
8.16. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения АО PDN3021-АО - 1 шт.
8.17. Защитник реципрокной пилы для работы с грудиной SPRS001: длина 90,0 мм, ширина 20,3 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
8.18. Защитник твердомозговой оболочки для краниотома PDM001: длина 12 мм; длина 15 мм; длина 18 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
8.19. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).
8.20. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
8.21. Гибкий пример костномозгового канала интерфейс АО PJFR001-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144651

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 14

- от 1 до 100 шт. (при необходимости).

8.22. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

8.23. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО PJFR003-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

8.24. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

8.25. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО CFR001: диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.26. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.27. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144652

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 15

общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.28. Сверло быстрого соединения АО TDB001-АО: общая длина 60,00 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 45,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 85,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 155,00 мм, диаметр 2,1 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 80,00 мм, диаметр 2,4 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,00 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 210,00 мм, диаметр 3,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 150,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 220,00 мм, диаметр 4,1 мм; общая длина 230,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 300,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 360,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.29. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144653

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 16

части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.30. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.31. Лезвие пилы осцилляторной: OSB001-U (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 25,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 50,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 46,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 45,0 мм, ширина 32,0 мм, толщина 1,2 мм; общая

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144654

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 17

длина 30,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 28,0 мм, ширина 58,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 25,0 мм, ширина 6,6 мм, толщина 0,5 мм), OSB001-SK (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 45,0 мм, ширина 32,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-LF (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-DS (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.32. Лезвие пилы рецiproкной двустороннее RSB001: общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 13,4

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144655

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 18

мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.33. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.34. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.35. Лезвие пилы реципрокной для однополюсного протеза коленного сустава: TSB001 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB002 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB003 (общая длина 121,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 8,5 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.36. Фреза-перфоратор CDP001: диаметр 5,0 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 12,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.37. Бор для краниотома CDB001: диаметр 1,5 мм; диаметр 1,7 мм; диаметр 1,8 мм; диаметр 2,4 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

8.38. Ключ шестигранный НК001: общая длина 106,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

8.39. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от 1

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144656

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 19

до 100 шт. (при необходимости).

8.40. Стерилизационный контейнер: KS-03 (длина 400,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 90,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

8.41. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

8.42. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

9. Ример аккумуляторный BS-224, в составе:

9.1. Ример аккумуляторный BS-224 - 1 шт.

9.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.

9.3. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

9.4. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

9.5. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс АО PJFR001-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

9.6. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144657

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 20

(при необходимости).

9.7. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО PJFR003-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

9.8. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

9.9. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО CFR001: диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

9.10. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

9.11. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144658

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 21

9.12. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

9.13. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

9.14. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

9.15. Стерилизационный контейнер: KS-04 (длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

9.16. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

9.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

10. Дрель аккумуляторная BS-322, в составе:

10.1. Дрель аккумуляторная BS-322 - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0144659

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 22

10.2. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

10.3. Сверло быстрого соединения АО TDB001-АО: общая длина 60,00 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 45,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 85,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 155,00 мм, диаметр 2,1 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 80,00 мм, диаметр 2,4 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,00 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 210,00 мм, диаметр 3,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 150,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 220,00 мм, диаметр 4,1 мм; общая длина 230,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 300,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 360,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144660

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 23

225,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

10.4. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

10.5. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

10.6. Стерилизационный контейнер KS-04: длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм - 1 шт.

10.7. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

10.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

11. Дрель аккумуляторная BS-222, в составе:

11.1. Дрель аккумуляторная BS-222 - 1 шт.

11.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.

11.3. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144661

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 24

180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

11.4. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

11.5. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

11.6. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

11.7. Стерилизационный контейнер KS-04: длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм - 1 шт.

11.8. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

11.9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0144662

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 25

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.
- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.
- 12. Дрель-перфоратор краниотомная аккумуляторная BS-225, в составе:
 - 12.1. Дрель-перфоратор краниотомная аккумуляторная BS-225 - 1 шт.
 - 12.2. Фреза-перфоратор CDP001: диаметр 5,0 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 12,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).
 - 12.3. Стерилизационный контейнер KS-04: длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм - 1 шт.
 - 12.4. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.
 - 12.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.
- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.
- 13. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-323, в составе:
 - 13.1. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-323 - 1 шт.
 - 13.2. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
 - 13.3. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144663

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 26

13.4. Сверло быстрого соединения АО TDB001-АО: общая длина 60,00 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 45,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 85,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 155,00 мм, диаметр 2,1 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 80,00 мм, диаметр 2,4 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,00 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 210,00 мм, диаметр 3,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 150,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 220,00 мм, диаметр 4,1 мм; общая длина 230,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 300,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 360,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

13.5. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

13.6. Стерилизационный контейнер KS-04: длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм - 1 шт.

13.7. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.


13.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.В. Пархоменко

0144664

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 27

14. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-223ls, в составе:

14.1. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-223ls - 1 шт.

14.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.

14.3. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

14.4. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144665

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 28

14.5. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

14.6. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

14.7. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

14.8. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

14.9. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

14.10. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

14.11. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144666

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 29

1 до 100 шт. (при необходимости).

14.12. Стерилизационный контейнер: KS-04 (длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

14.13. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

14.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

15. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-223, в составе:

15.1. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-223 - 1 шт.

15.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.

15.3. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

15.4. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144667

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 30

50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

15.5. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

15.6. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

15.7. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

15.8. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144668

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 31

15.9. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

15.10. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

15.11. Ключ кулачковый key002: длина 52,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 12,7 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

15.12. Стерилизационный контейнер: KS-04 (длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

15.13. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

15.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

16. Пила осцилляторная аккумуляторная BS-529, в составе:

16.1. Пила осцилляторная аккумуляторная BS-529 - 1 шт.

16.2. Лезвие пилы осцилляторной: OSB001-U (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 25,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144669

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 33

мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

16.3. Стерилизационный контейнер KS-04: длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм - 1 шт.

16.4. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

16.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

17. Пила реципрокная аккумуляторная BS-727, в составе:

17.1. Пила реципрокная аккумуляторная BS-727 - 1 шт.

17.2. Лезвие пилы реципрокной двустороннее RSB001: общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

17.3. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144671

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 34

режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

17.4. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

17.5. Лезвие пилы реципрокной для однополюсного протеза коленного сустава: TSB001 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB002 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB003 (общая длина 121,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 8,5 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

17.6. Стерилизационный контейнер KS-04: длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм - 1 шт.

17.7. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

17.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

18. Стернотом аккумуляторный BS-728, в составе:

18.1. Стернотом аккумуляторный BS-728 - 1 шт.

18.2. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144672

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 35

режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

18.3. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

18.4. Защитник реципрокной пилы для работы с грудиной SPRS001: длина 90,0 мм, ширина 20,3 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

18.5. Стерилизационный контейнер KS-04: длина 300,0 мм, ширина 260,0 мм, высота 100,0 мм - 1 шт.

18.6. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS003: длина 84,0 мм, ширина 61,0 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

18.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор литиевый NM5-D102 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-002 - 1 шт.

19. Рукоятка многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок BS-111, в составе:

19.1. Рукоятка многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок BS-111 - 1 шт.

19.2. Насадка для проведения спиц 0,8-2,0 NM1-6001-1 - 1 шт.

19.3. Насадка для проведения спиц 1,5-3,2 NM1-6001-2 - 1 шт.

19.4. Насадка для сверления с патроном Jacobs NM1-1001-U - 1 шт.

19.5. Насадка быстросъемная для сверления под соединение АО NM1-1001-АО - 1 шт.

19.6. Насадка быстросъемная для римирования под соединение Stryker NM1-3011-SK - 1 шт.

19.7. Насадка быстросъемная для римирования под соединение АО NM1-3011-АО - 1 шт.

19.8. Насадка канюлированная дрель универсальная NM1-2001-U - 1 шт.

19.9. Насадка канюлированная дрель под соединение Stryker NM1-2001-SK - 1 шт.

19.10. Насадка канюлированная дрель под соединение АО NM1-2001-АО - 1 шт.

19.11. Насадка пила осцилляторная NM1-S011 - 1 шт.

19.12. Насадка краниотом NM1-S091 - 1 шт.

19.13. Насадка перфоратор NM1-4011 - 1 шт.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144673

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 36

- 19.14. Насадка стернотом NM1-S032 - 1 шт.
- 19.15. Насадка пила реципрокная NM1-S031 - 1 шт.
- 19.16. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 2 шт.
- 19.17. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения АО PDN3021-АО - 2 шт.
- 19.18. Защитник твердомозговой оболочки для краниотома PDM001: длина 12 мм; длина 15 мм; длина 18 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 19.19. Защитник реципрокной пилы для работы с грудиной SPRS001: длина 90,0 мм, ширина 20,3 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 19.20. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).
- 19.21. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 19.22. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс АО PJFR001-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 19.23. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 19.24. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО PJFR003-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 19.25. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144674

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 37

19.26. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО CFR001: диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.27. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.28. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.29. Сверло быстрого соединения АО TDB001-АО: общая длина 60,00 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 45,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 85,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 2,0 мм;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144675

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 38

общая длина 145,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 155,00 мм, диаметр 2,1 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 80,00 мм, диаметр 2,4 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,00 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 210,00 мм, диаметр 3,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 150,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 220,00 мм, диаметр 4,1 мм; общая длина 230,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 300,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 360,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.30. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.31. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144676

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 39

общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.32. Лезвие пилы осцилляторной: OSB001-U (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 25,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 50,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 46,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 45,0 мм, ширина 32,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 30,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 28,0 мм, ширина 58,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 25,0 мм, ширина 6,6 мм, толщина 0,5 мм), OSB001-SK (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 0,8

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144677

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 40

мм; общая длина 70,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 45,0 мм, ширина 32,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-LF (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-DS (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.33. Лезвие пилы реципрокной двустороннее RSB001: общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.34. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144678

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 41

режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.35. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.36. Лезвие пилы реципрокной для однополюсного протеза коленного сустава: TSB001 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB002 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB003 (общая длина 121,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 8,5 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.37. Фреза-перфоратор CDP001: диаметр 5,0 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 12,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.38. Бор для краниотома CDB001: диаметр 1,5 мм; диаметр 1,7 мм; диаметр 1,8 мм; диаметр 2,4 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

19.39. Ключ шестигранный НК001: общая длина 106,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

19.40. Ключ кулачковый: key001 (длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм), key003 (длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм) - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

19.41. Стерилизационный контейнер: KS-05 (длина 250,0 мм, ширина 312,0 мм, высота 98,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

19.42. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

19.43. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

20. Ример аккумуляторный BS-214, в составе:

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144679

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 42

- 20.1. Ример аккумуляторный BS-214 - 1 шт.
- 20.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.
- 20.3. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).
- 20.4. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 20.5. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс АО PJFR001-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 20.6. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 20.7. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО PJFR003-АО: диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 20.8. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).
- 20.9. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс АО CFR001: диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144680

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 43

20.10. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

20.11. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

20.12. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144681

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 44

общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

20.13. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

20.14. Ключ кулачковый key003: длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

20.15. Стерилизационный контейнер: KS-06 (длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

20.16. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

20.17. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

21. Дрель аккумуляторная BS-312, в составе:

21.1. Дрель аккумуляторная BS-312 - 1 шт.

21.2. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144682

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 45

общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

21.3. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

21.4. Ключ кулачковый key001: длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

21.5. Стерилизационный контейнер KS-06: длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм - 1 шт.

21.6. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

21.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

22. Дрель аккумуляторная BS-212, в составе:

22.1. Дрель аккумуляторная BS-212 - 1 шт.

22.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.

22.3. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144683

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 46

мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

22.4. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

22.5. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

22.6. Ключ кулачковый key001: длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

22.7. Стерилизационный контейнер KS-06: длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144684

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 47

73,0 мм - 1 шт.

22.8. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

22.9. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

23. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-313, в составе:

23.1. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-313 - 1 шт.

23.2. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

23.3. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

23.4. Ключ кулачковый key003: длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм - от 1

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144685

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 48

до 100 шт. (при необходимости).

23.5. Стерилизационный контейнер KS-06: длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм - 1 шт.

23.6. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

23.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

24. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-213ls, в составе:

24.1. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-213ls - 1 шт.

24.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.

24.3. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

24.4. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144686

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 49

3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

24.5. Сверло каниюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

24.6. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

24.7. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

24.8. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

24.9. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK:

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144687

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 50

диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

24.10. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

24.11. Ключ кулачковый key001: длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

24.12. Стерилизационный контейнер: KS-06 (длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

24.13. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

24.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

25. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-213, в составе:

25.1. Дрель канюлированная аккумуляторная BS-213 - 1 шт.

25.2. Быстросъемный патрон Jacobs для соединения Stryker PDN3011-SK - 1 шт.

25.3. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144688

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 51

мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

25.4. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

25.5. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

25.6. Фреза полусферическая для обработки вертлужной впадины PJAM002: диаметр 30, 0 мм; диаметр 33, 0 мм; диаметр 36, 0 мм; диаметр 38, 0 мм; диаметр 39, 0 мм; диаметр 40, 0 мм; диаметр 41, 0 мм; диаметр 42, 0 мм; диаметр 43, 0 мм; диаметр 44, 0 мм; диаметр 45, 0 мм; диаметр 46, 0 мм; диаметр 47, 0 мм; диаметр 48, 0 мм; диаметр 49, 0 мм; диаметр 50, 0 мм; диаметр 51, 0 мм; диаметр 52, 0 мм; диаметр 53, 0 мм; диаметр 54, 0 мм; диаметр 55, 0 мм; диаметр 56, 0 мм; диаметр 57, 0 мм; диаметр 58, 0 мм; диаметр 60, 0 мм; диаметр 61, 0 мм; диаметр 62, 0 мм; диаметр 63, 0 мм; диаметр 64, 0 мм; диаметр 65, 0 мм; диаметр 66, 0 мм; диаметр 70, 0 мм; диаметр 72, 0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144689

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 52

25.7. Прямой шток для обработки вертлужной впадины PJAM001: длина 318,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

25.8. Гибкий ример костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR002-SK: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

25.9. Вал гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker PJFR004-SK: диаметр 7,0 мм; диаметр 8,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

25.10. Фреза гибкого римера костномозгового канала интерфейс Stryker CFR002: диаметр 6,0 мм; диаметр 6,5 мм; диаметр 7,0 мм; диаметр 7,2 мм; диаметр 7,5 мм; диаметр 8,0 мм; диаметр 8,5 мм; диаметр 9,0 мм; диаметр 9,5 мм; диаметр 10,0 мм; диаметр 10,5 мм; диаметр 11,0 мм; диаметр 11,5 мм; диаметр 12,0 мм; диаметр 12,5 мм; диаметр 13,0 мм; диаметр 13,5 мм; диаметр 14,0 мм; диаметр 14,5 мм; диаметр 15,0 мм; диаметр 15,5 мм; диаметр 16,0 мм; диаметр 16,5 мм; диаметр 17,0 мм; диаметр 18,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

25.11. Ключ кулачковый key003: длина 47,0 мм, ширина 67,0 мм, диаметр 13,6 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

25.12. Стерилизационный контейнер: KS-06 (длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм), KS-12 (длина 485,0 мм, ширина 265,0 мм, высота 60,0 мм), KS-13 (длина 270,0 мм, ширина 480,0 мм, высота 75,0 мм) - 1 шт.

25.13. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

25.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

26. Пила осцилляторная аккумуляторная BS-519, в составе:

26.1. Пила осцилляторная аккумуляторная BS-519 - 1 шт.

26.2. Лезвие пилы осцилляторной: OSB001-U (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144690

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 53

мм, толщина 1,2 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 25,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 50,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 46,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 45,0 мм, ширина 32,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 30,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 28,0 мм, ширина 58,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 25,0 мм, ширина 6,6 мм, толщина 0,5 мм), OSB001-SK (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 45,0 мм, ширина 32,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-LF (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144707

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 54

длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 19,0 мм, толщина 1,2 мм), OSB001-DS (общая длина 110,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 100,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 22,0 мм, толщина 1,27 мм; общая длина 90,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 65,0 мм, ширина 27,0 мм, толщина 0,8 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

26.3. Стерилизационный контейнер KS-06: длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм - 1 шт.

26.4. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

26.5. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

27. Пила реципрокная аккумуляторная BS-717, в составе:

27.1. Пила реципрокная аккумуляторная BS-717 - 1 шт.

27.2. Лезвие пилы реципрокной двустороннее RSB001: общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 92,0 мм, ширина 13,4 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

27.3. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.В. Пархоменко

0144708

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 55

режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

27.4. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

27.5. Лезвие пилы реципрокной для однополюсного протеза коленного сустава: TSB001 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB002 (общая длина 110,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 6,8 мм), TSB003 (общая длина 121,0 мм, длина режущей части 14,0 мм, толщина режущей части 8,5 мм) - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

27.6. Стерилизационный контейнер KS-06: длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм - 1 шт.

27.7. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

27.8. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

28. Стернотом аккумуляторный BS-718, в составе:

28.1. Стернотом аккумуляторный BS-718 - 1 шт.

28.2. Лезвие пилы реципрокной одностороннее RSB002: общая длина 49,0 мм, длина режущей части 25,9 мм, ширина 5,7 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 26,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 49,0 мм, длина режущей части 27,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,5 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 81,0 мм, длина

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144709

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 56

режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 73,5 мм, длина режущей части 50,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 81,0 мм, длина режущей части 60,5 мм, ширина 9,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 83,5 мм, длина режущей части 66,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 93,5 мм, длина режущей части 70,0 мм, ширина 8,5 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 100,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 13,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 106,0 мм, длина режущей части 77,5 мм, ширина 11,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 113,5 мм, длина режущей части 90,0 мм, ширина 11,5 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

28.3. Лезвие пилы реципрокной стернотомное RSB003: общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,8 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 6,0 мм, толщина 1,0 мм; общая длина 60,0 мм, ширина 7,0 мм, толщина 1,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

28.4. Защитник реципрокной пилы для работы с грудиной SPRS001: длина 90,0 мм, ширина 20,3 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

28.5. Стерилизационный контейнер KS-06: длина 300,0 мм, ширина 246,0 мм, высота 73,0 мм - 1 шт.

28.6. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

28.7. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:

- Аккумулятор никель-металл-гидридный RPE1141 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

29. Рукоятка малая многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок BM-111, в составе:

29.1. Рукоятка малая многофункциональная аккумуляторная с комплектом насадок BM-111 - 1 шт.

29.2. Насадка для сверления с патроном Jacobs NM3-1001-U - 1 шт.

29.3. Насадка быстросъемная для сверления под соединение АО NM3-1021-АО - 1 шт.

29.4. Насадка пила осцилляторная малая NM3-S011 - 1 шт.

29.5. Насадка для проведения спиц 0,8-2,5 NM3-6001 - 1 шт.

29.6. Лезвие пилы осцилляторной малое OSB002-U: длина 22,0 мм, ширина 8,0 мм,

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144710

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 57

толщина 0,3 мм; длина 22,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 22,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,3 мм; длина 22,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 22,0 мм, ширина 15,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 25,0 мм, ширина 5,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 25,0 мм, ширина 9,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 29,5 мм, ширина 7,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 31,0 мм, ширина 9,5 мм, толщина 0,5 мм; длина 35,0 мм, ширина 8,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 35,0 мм, ширина 10,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 36,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 38,0 мм, ширина 12,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 39,0 мм, ширина 13,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 5,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 15,0 мм, толщина 0,5 мм; длина 40,0 мм, ширина 24,0 мм, толщина 0,8 мм; длина 43,0 мм, ширина 23,0 мм, толщина 0,8 мм; длина 50,0 мм, ширина 14,0 мм, толщина 0,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

29.7. Сверло стандартное TDB001: общая длина 70,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 0,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,2 мм; общая длина 70,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 1,9 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 110,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 130,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 115,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 170,0 мм, диаметр 4,3 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 300,0 мм, диаметр 4,8 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

29.8. Сверло быстрого соединения АО TDB001-АО: общая длина 60,00 мм, диаметр 1,1 мм; общая длина 45,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 85,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,5 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 1,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 125,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 155,00 мм, диаметр 2,1 мм;

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144711

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 58

общая длина 100,00 мм, диаметр 2,2 мм; общая длина 80,00 мм, диаметр 2,4 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 120,00 мм, диаметр 2,7 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 2,8 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 110,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 210,00 мм, диаметр 3,8 мм; общая длина 100,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 150,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,0 мм; общая длина 220,00 мм, диаметр 4,1 мм; общая длина 230,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 300,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 360,00 мм, диаметр 4,2 мм; общая длина 145,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 180,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 225,00 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 115,00 мм, диаметр 5,5 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

29.9. Сверло на гибком валу FDB001: общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 2,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 45,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 60,0 мм, диаметр 3,3 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 195,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 40,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 200,0 мм, длина рабочей части 50,0 мм, диаметр 4,0 мм - от 1 до 1000 шт. (при необходимости).

29.10. Сверло канюлированное HDB001: общая длина 110,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 1,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 2,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,0 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,2 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 3,5 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 175,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 200,0 мм, диаметр 4,5 мм; общая длина 210,0 мм, диаметр 4,7 мм; общая длина 150,0 мм, диаметр 4,8 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,0 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,5 мм; общая длина 250,0 мм, диаметр 5,8 мм - от 1 до

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.В. Пархоменко

0144712

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 19 июля 2024 года

№ РЗН 2024/23168

Лист 59

1000 шт. (при необходимости).

29.11. Ключ кулачковый key004: длина 45,0 мм, ширина 85,0 мм, диаметр 11,0 мм - от 1 до 100 шт. (при необходимости).

29.12. Стерилизационный контейнер KS-07: длина 310,0 мм, ширина 286,0 мм, высота 80,0 мм - 1 шт.

29.13. Переходник для аккумулятора стерилизуемый CBS001: длина 49,2 мм, ширина 34,8 мм, высота 40,0 мм - 2 шт.

29.14. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Принадлежности:


- Аккумулятор никель-металл-гидридный мини RPE1722 - 2 шт.

- Зарядное устройство с адаптером для питания CL-004 - 1 шт.

Место производства:

1. АО "Татхимфармпрепараты", Россия, 420091, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260.

2. Wuhu Ruijin Medical Instrument & Device Co., Ltd., No.33, Wanchun Road, Economic and Technological Development Zone, 241000 Wuhu City, Anhui Province, People's Republic of China.



Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.В. Пархоменко

0144713