

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Программное обеспечение
Интеллектуальная дифференциально-аналитическая
медицинская система оказания помощи медперсоналу
в постановке диагноза на основе постоянного мониторинга состояния пациента
"ТачМед Про" (TouchMed Pro) по ТУ 58.29.32-002-11354155-2022**



Вход

Логин

Пароль

[Забыли пароль?](#)

[Войти](#)

[Еще не зарегистрированы?](#)

Сервер, версия 2.8.470 (Май 2023)

Фото интерфейса 1. Экран ввода логина и пароля медицинского работника



Компания

Название



НИИМТ

Сотрудник

Петров



Петров Иван Иванович



Мужчина 44

Вид исследования

Название



Назад



+ Аудиометрия

+ Электроэнцефалография

+ Клинический анализ мочи

+ Антропометрия

+ Динамометрия

+ Измерение Внутриглазного давления

+ Электрокардиография

+ Спирометрия

1 2 3 4

Фото интерфейса 2. Экран Список доступных исследований



Новый

НИИМТ



Бон



с

по



Главная

Исследования

Пациенты

Пациент

Бондарев Владимир Владимирович

А.К. И.Б.

Пациент

Исследования

Тревоги

Документы

Планировщик

Создать

Отмена

Мониторинг АД и ЧСС

Пациент

Бондарев Владимир Вла:

Дата/год

2 40 г.

Пол

мужчина

Терминал

Введите номер устройства

Этапы

Измерение давления

Добавить этап

Измерение давления

Удалить

Создать

Отмена

Фото интерфейса 3. Экран Назначенного исследования «Мониторинг АД и ЧСС»




Новый НИИМТ

ФИО

по

по



Медицина 44
Петров Иван Иванович

А.К.И.Б.

Медицина 45
Бондарев Владимир Владимирович

А.К.И.Б.

Пациент

Исследования

Тревоги

Документы

Планировщик



Дата иссл-я с

Дата иссл-я по

Аудиометрия, Эл

TM-TEST-07, TM-I



1 2



02.06.2023 13:26 Мониторинг АД и ЧСС
020623-132644



24.05.2023 12:52 Оценка сердечно сосудистого риска
240523-125211



24.05.2023 12:51 Биохимический анализатор
240523-125143



24.05.2023 12:51 Оценка сердечно сосудистого риска
240523-125112



24.05.2023 12:50 Пульсоксиметрия
240523-124717



24.05.2023 12:49 Мониторинг АД и ЧСС
240523-124724

Фото интерфейса 4. Экран списка пройденных исследований по пациенту




Фото интерфейса 5. Стартовый экран терминала


8 (800) 511-24-90
support@nobilis-tm.ru
ver. 1.4.870

20230602_121628.jpg

Фото интерфейса 6. Отображение версии терминальной части ПО



Определение уровня алкоголя



Попытка № 2

Возьмите алкотестер и дуньте в него ...

8 1800 571-74-90
www.touchmed.ru

Имя терминала Терминал № 2
Номер терминала TM-TEST-02
Сделайте тест

Данные исследования


Имя	Бондарев Владимир Владимирович
Вид осмотра	Мониторинг АД и ЧСС
Компания	НИИМТ
Подразделение	НИИМТ
Должность	Тест
Дата рождения	20.07.1982 (40 лет)
Дата осмотра	24.05.2023
Время осмотра	12:49
Номер терминала	TM-TEST-07

Систолическое	118
Диастолическое	85
	(Высокое нормальное)
Пульс	64
	(Нормокардия)

Фото интерфейса 8. Экран с результатами исследования «Мониторинг АД и ЧСС» для медицинского работника



Сохранить Отмена Загрузить XML



Номер

Фамилия

Имя

Отчество

Дата/год рожд.



Пол Не выбран

Участок

Подразделение

Телефоны



Основной

Введите номер телефона

Адрес



Основной

Введите адрес

Эл. почта



Рабочий


Введите адрес эл-й почты

Дополнительно

ID

Сохранить Отмена

Фото интерфейса 9. Экран по внесению данных нового пациента







Фото окна инсталляции 11. Маркировка ПО



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

13 (отсекающих) листов
цифрами прописью

Должность генеральный директор

Подпись С.С. Гусев

«Подпись» 20__ г. М.П.

