



АО «БиоХимМак Диагностика»

ISO 9001

bcmd.ru
info@bcmd.ru

119311, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки,
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 663-94-69

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «БиоХимМак Диагностика»



Пичугина Л.В.

«02» мая 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный Sharay 1600 для диагностики in vitro

1*



Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный Sharay 1600 для диагностики in vitro в составе:







Certificate No.: HNMPA20212221534



Pollution Level: Grade 2

Overvoltage Category: Classify II.

Mfg License: Hunan CFDA Production Permit No.20210106

Product Name: Fully Automated CLIA Analyzer

Product Serial number: 1162412005

Model: Sharay 1600

Mfg Date: 2023-02-19

Voltage Input: 100V-240V, 50Hz/60Hz

Service Life: 8 years

Input Power: 1500VA

Note: See The Instructions For More Details

Manufacturer: C-Luminary Biotechnology Co.,Ltd

Mfg Address: 2nd Floor, Building 2, Medical Device Industrial Park, High-tech Industrial Development Zone, Jinshi, Hunan Province, P.R.China



Программное обеспечение анализатора на CD носителе – 1 шт.



АО "БиоХимМак Диагностика"


ISO 9001

bcmd.ru
info@bcmd.ru

119311, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки,
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 663-94-69



Предохранитель (10А, 250В) - 2 шт.






Штатив для образцов - 7 шт.




Пробирка для образцов малого объема CI004 -100 шт.






Адаптер флаконов с реагентами для аллергодиагностики - 6 шт.



Ключ-держатель картриджа для открывания крышек - 1 шт.





АО "БиоХимМак Диагностика"

ISO 9001

bcmd.ru
info@bcmd.ru

119311, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки,
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 663-94-69

Ручной сканер 2D штрих-кода – 1 шт.





АО "БиоХимМак Диагностика"

bcmd.ru
info@bcmd.ru

119311, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки,
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 663-94-69

Кабель питания – 1 шт.





Емкость для буфера промывочного Wash Buffer I, 10 литров – 2 шт.






АО "БиоХимМак Диагностика"

ISO 9001

bcmd.ru
info@bcmd.ru

119311, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки,
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 663-94-69

Емкость для отходов 15 литров – 1 шт.






Магистраль для подключения емкости буфера промывочного Wash Buffer I, в составе:

Крышка емкости – 1 шт.

Трубка для подачи буфера – 1 шт.

Датчик уровня жидкости – 1 шт.





Магистраль для подключения емкости для отходов в составе:


-Крышка емкости – 1 шт.

Пластиковая втулка крышки емкости – 1 шт.

Трубка для отходов с коннектором, 6 мм – 1 шт.

Трубка для отходов с коннектором, 12 мм – 1 шт.

Датчик уровня жидкости – 1 шт.




- инструмент для прочистки игл – 1 шт.







- игла промывочная – 3 шт.



- шприц для промывки трубок – 1 шт.



Емкость для отработанных кювет – 5 шт.



Адаптер для установки контрольных материалов – 6 шт.




АО "БиоХимМак Диагностика"


ISO 9001

bcmd.ru
info@bcmd.ru

119311, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки,
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 663-94-69




Бутылка на 500 мл для теплопроводящей жидкости – 1 шт.





- трубка для перистальтического насоса 3 мм – 3 шт.



- трубка для перистальтического насоса 4,5 мм – 1 шт.





АО "БиоХимМак Диагностика"

ISO 9001

bcmd.ru
info@bcmd.ru


119311, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки,
пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3
тел./факс: 8 (495) 663-94-69

- шарнир поворотный – 1 шт.






- площадка для монитора и клавиатуры – 1 шт.




- Охлаждающая жидкость, флакон 500 мл – 1 шт.






Щипцы - 1 шт.




24. Игла анализатора, дозирующая, для образцов, с детектором объема жидкости – 1 шт.





Стартовый комплект кювет реакционных для анализаторов серии Sharay (2000 штук в упаковке) – 1 уп.





Макет русскоязычного стикера для медицинского изделия

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный Sharay 1600 для диагностики in vitro

Только для профессионального применения!

Для диагностики in vitro!



Производитель: *C-Luminary Biotechnology Co., Ltd.*
(Ц-Люминери Биотехнолоджи Ко., Лтд.)

2nd Floor, Building 2, Medical Device Industrial Park, High-tech Industrial Development Zone, Jinshi, Hunan Province, P.R.China (2-й этаж, корпус 2, Индустриальный парк медицинского оборудования, Зона промышленного развития высоких технологий, Цзиньши, провинция Хунань, Китайская Народная Республика)

Тел. + 86 028 8798 7800, E-mail: service@c-luminary.com

Уполномоченный представитель в РФ: *Акционерное общество «БиоХимМак Диагностика», 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Ломоносовский, д. 25, к. 2, помещ. 60/3*

тел.: +7 (495) 647-27-40;

E-mail: info@biochemmack.ru

Веб-сайт: www.biochemmack.ru

Регистрационное удостоверение № от

Символы, применяемые при маркировке медицинского изделия, указаны на оригинальной упаковке. Наименование изделия на настоящем стикере считается приоритетным на территории Российской Федерации

Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
Генеральный директор
АО «БиоХимМак Диагностика»
Пичугина Л.В.

