

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «КИФА»



Е.В. Варлыгин

« 09 » августа 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Набор контрольных материалов для определения скрытой крови для анализаторов кала
автоматических серии KU»

Рисунок. Набор контрольных материалов для определения скрытой крови для анализаторов кала автоматических серии KU (общий вид в упаковке)






Рисунок. Набор контрольных материалов для определения скрытой крови для анализаторов кала автоматических серии KU (фото маркировки для поставок в Российскую Федерацию)

Набор контрольных материалов для определения скрытой крови для анализаторов кала автоматических серии KU:

1. Материал контрольный для определения скрытой крови в кале Level III-II, в составе:
 - 1.1. Материал контрольный, отрицательный — 10 флаконов;
 - 1.2. Материал контрольный, низкий уровень — 10 флаконов;
 - 1.3. Материал контрольный, высокий уровень — 10 флаконов;
 - 1.4. Инструкция по применению — 1 шт.


Производитель
 Адрес: 1/f, 2/f, Building 2, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China
 Место производства медицинского изделия
 Zhuhai Keyu Biological Engineering Co., Ltd.
 1/f, 2/f, 5/f, 6/f, Building 4, No.605, Yuge Road, Sanzao Town, Jinwan District, Zhuhai City, P.R.China
 Уполномоченный представитель производителя в РФ
 ООО «КИФА»;
 Адрес: 109316, г. Москва, в.тер.г. Муниципальный Округ Текстильщики, пр-кт Волгоградский, д. 43 к. 3
 Телефон: +7 (495) 925-56-00

Для профессионального применения
 Регистрационное удостоверение №__от__

Код партии **LOT**, дата изготовления , срок годности , данные об Уполномоченном представителе в Европейском сообществе  **КС** **НП** указаны на оригинальной маркировке.

IVD     

Рисунок. Набор контрольных материалов для определения скрытой крови для анализаторов кала автоматических серии KU




и скреплено печатью

5/12/23 лист(-ов),

Генеральный директор ООО «КИФА»




Е.В.Варлыгин