



ООО «ЕЛС-МЕД»
141983, Московская область, город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13. ИНН 5010056178/КПП 501001001 БИК 044525225

тел. 8 (499) 288 72 08
info@els-med.ru
els-med.ru



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО "ЕЛС-МЕД"

Е.В. Хрипко

«06» июля 2024 г.

**Фотографические изображения
общего вида вместе с принадлежностями,
макетов маркировки и упаковки медицинского изделия**

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic C, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

для варианта исполнения ЕЛС-Wisonic L

производства ООО «ЕЛС-МЕД», Россия

Данный документ содержит фотографические изображения общего вида вместе с принадлежностями, макетов маркировки и упаковки медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021» для варианта исполнения ЕЛС-Wisonic L, производства ООО «ЕЛС-МЕД», Россия.

Внешний вид одноименных составных частей и принадлежностей различных вариантов исполнения изделия – идентичен.

Модуль постоянно-волнового доплера (CW модуль), указанный в составе ЕЛС-Wisonic L в пункте 6, при необходимости для заказчика встраивается при производстве на внутреннюю плату Основного блока и активируется путём ввода программного лицензионного ключа, поэтому он не является отдельным устройством, видимым пользователю снаружи медицинского изделия, следовательно, его фотографии не могут быть предоставлены в данном документе.

Все необходимые заказчику пакеты Программного обеспечения, указанные в составе ЕЛС-Wisonic L в пунктах 8 и 9, загружаются при производстве в постоянную память Основного блока, поэтому эти пакеты Программного обеспечения не поставляются отдельно на физическом носителе и не скачиваются с сервера по ссылке, следовательно, их фотографии не могут быть предоставлены в данном документе.

Комплектация медицинского изделия:

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021:

1. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021, в составе:

1. Основной блок ЕЛС-Wisonic L - 1 шт.

2. Эксплуатационная документация:

2.1. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.

2.2. Данные об акустической мощности - не более 5 шт.

2.3. Паспорт - не более 5 шт.

3. Кабель питания - не более 5 шт.

4. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:

4.1. Датчик ультразвуковой конвексный С6-1В-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

4.2. Датчик ультразвуковой конвексный С8-3-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

4.3. Датчик ультразвуковой линейный L15-4WB-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

4.4. Датчик ультразвуковой линейный L15-4NB-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

4.5. Датчик ультразвуковой линейный L22-10-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

4.6. Датчик ультразвуковой линейный L15-6-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

7. Датчик ультразвуковой линейный LH15-6-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

→ 8. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

4.9. Датчик ультразвуковой внутрисполостной EV11-3-Н - не более 5 шт. (при необходимости).

4.10. Датчик ультразвуковой чреспищеводный P7-3T-Н - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:

- Датчик ультразвуковой чреспищеводный P7-3T-Н - 1 шт.

- Кейс для транспортировки - 1 шт.

5. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:

5.1. Насадка биопсийная металлическая, JSM-295 - не более 10 шт. (при необходимости).

5.2. Насадка биопсийная металлическая, JEM-028 - не более 10 шт. (при необходимости).

5.3. Насадка биопсийная металлическая, JSM-041 - не более 10 шт. (при необходимости).

5.4. Насадка биопсийная металлическая, JSM-296 - не более 10 шт. (при необходимости).

5.5. Насадка биопсийная металлическая, JSM-297 - не более 10 шт. (при необходимости).

6. Модуль постоянно-волнового доплера (CW модуль) (при необходимости).

7. Модуль ЭКГ (встроенный) – 1 шт. (при необходимости), в составе

- модуль ЭКГ – 1 шт.

- кабель ЭКГ на 3 отведения – 1 шт. (при необходимости)

- кабель ЭКГ на 5 отведений – 1 шт. (при необходимости)

8. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:

8.1. Для общих исследований Application_General (при необходимости)

- 8.2. Для анестезиологии Application_Anesthesia (при необходимости)
- 8.3. Для лечения боли Application_PM (при необходимости)
9. Программное обеспечение:
 - 9.1 Basic- ключ доступа к ультразвуковой системе.
 - 9.2. Для исследований параметров кровотока одновременно в трех контрольных объемах Holo PW (при необходимости)
 - 9.3. Для анатомического M-режима AMM (при необходимости)
 - 9.4. Для режима тканевого доплера TDI (при необходимости)
 - 9.5. Для полуавтоматической оценки толщины комплекса интима-медиа IMT (при необходимости)
 - 9.6. Для улучшения визуализации биопсийной иглы wiNeedle (при необходимости)
 - 9.7. Для магнитной навигации иглы wiGuide (при необходимости)
 - 9.8. Для встроенного ультразвукового атласа wiLearn (при необходимости)
 - 9.9. Для распознавания анатомических структур wiNerve (при необходимости)
 - 9.10. Для записи обучающих/демонстрационных видеороликов wiShow (при необходимости)
 - 9.11. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM DICOM_Basic (при необходимости)
 - 9.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера DICOM_Worklist (при необходимости)
 - 9.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования DICOM_MPPS (при необходимости)
 4. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM DICOM_QR (при необходимости)
 - 9.15. Структурированный отчет для кардиологии в формате DICOM DICOM_Cardiac_SR (при необходимости)
 - 9.16. Структурированный отчет для акушерства в формате DICOM DICOM_OB_SR (при необходимости)
 - 9.17. Структурированный отчет для ангиологии в формате DICOM DICOM_Vascular SR (при необходимости)
10. VGA Кабель – 1 шт. (при необходимости)
11. Порт HDMI – 1 шт. (при необходимости)
12. Кабель HDMI – 1 шт. (при необходимости)
13. USB-кабель - 1 шт. (при необходимости)
14. LAN-кабель - 1 шт. (при необходимости)

Принадлежности:

1. Аккумуляторная батарея – 4 шт. (при необходимости).
2. Устройство для игл намагничивающее MAG02 – 1 шт. (при необходимости).
3. Ножной переключатель, 2 клавиши – 1 шт. (при необходимости).
Подогреватель геля – 1 шт. (при необходимости).
4. Сканер штрих кодов – 1 шт. (при необходимости).
6. Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости)
7. Тройник с шарнирно-сочлененной рамой – 1 шт. (при необходимости)
8. Черно-белый видеопринтер – 1 шт. (при необходимости)
9. Лазерный маркер – 1 шт. (при необходимости)

II. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021, в составе:

1. Основной блок - 1 шт.
2. Адаптер питания AC-DC - не более 5 шт.
3. Кабель питания адаптера AC-DC - не более 5 шт.
4. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
 - 4.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.2. Датчик ультразвуковой микроконвексный C8-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.3. Датчик ультразвуковой конвексный C7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.4. Датчик ультразвуковой линейный L15-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.5. Датчик ультразвуковой линейный L12-5 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.6. Датчик ультразвуковой линейный L10-5 - не более 5 шт. (при необходимости).

- 4.7. Датчик ультразвуковой линейный L20-10 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.8. Датчик ультразвуковой линейный LH15-6 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.9. Датчик ультразвуковой фазированный P4-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.10. Датчик ультразвуковой фазированный P7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.11. Датчик ультразвуковой объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.12. Датчик ультразвуковой внутрисполостной EV10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.13. Датчик ультразвуковой фазированный SP4-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
 - 5.1. JSM-020 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.2. JEM-028 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.3. JSM-032 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.4. JSM-041 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.5. JSM-050 - не более 10 шт. (при необходимости).
6. Модули:
 - 6.1 Модуль CW (при необходимости) – 1 шт.
 - 6.2 Модуль драйвера 4G (при необходимости) – 1 шт.
 - 6.3 Модуль 3D/4D (при необходимости) – 1 шт.
 - 6.4 Аккумулятор встроенный – не более 2 шт.
 - 6.5. Модуль ЭКГ - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 6.5.1. Модуль ЭКГ - 1 шт.
 - 6.5.2. Кабель ЭКГ на 3 отведения – 1 шт. (при необходимости)
 - 6.5.3. Кабель ЭКГ на 5 отведений – 1 шт. (при необходимости)
7. Программное обеспечение:
 - 7.1 Basic - ключ доступа к ультразвуковой системе
 - 7.2. Для исследований параметров кровотока одновременно в трех контрольных объемах Holo PW (при необходимости)
 - 7.3. Для анатомического M-режима AMM (при необходимости)
 - 7.4. Для режима тканевого доплера TDI (при необходимости)
 - 7.5. Для полуавтоматической оценки толщины комплекса интима-медиа IMT (при необходимости)
 - 7.6. Для улучшения визуализации биопсийной иглы wiNeedle (при необходимости)
 - 7.7. Для встроенного ультразвукового атласа wiLearn (при необходимости)
 - 7.8. Для распознавания анатомических структур wiNerve (при необходимости)
 - 7.9. Для записи обучающих/демонстрационных видеороликов wiShow (при необходимости)
 - 7.10. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM DICOM_Basic (при необходимости)
 - 7.11. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера DICOM_Worklist (при необходимости)
 - 7.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования DICOM_MPPS (при необходимости)
 - 7.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM DICOM_QR (при необходимости)
 - 7.14. Структурированный отчет для кардиологии в формате DICOM DICOM_Cardiac_SR (при необходимости)
 - 7.15. Структурированный отчет для акушерства в формате DICOM DICOM_OB_SR (при необходимости)
 - 7.16. Структурированный отчет для ангиологии в формате DICOM DICOM_Vascular SR (при необходимости)
8. Эксплуатационная документация:
 - 8.1. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
 - 8.2. Данные об акустической мощности - не более 5 шт.
 - 8.3. Паспорт - не более 5 шт.

Принадлежности:


1. Кейс для транспортировки - 1 шт. (при необходимости).
2. Мобильная тележка – 1 шт. (при необходимости).
3. Черно-белый видеопринтер – 1 шт. (при необходимости).
4. Разветвитель для ультразвуковых датчиков - 1 шт. (при необходимости).

Фотографические изображения медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic С, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021»:

I. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021, в составе:

Общий вид медицинского изделия в варианте исполнения ЕЛС-Wisonic L:






Макет маркировки на боковой панели Упаковки (короба) всего медицинского изделия в варианте исполнения ЕЛС-Wisonic L:

 Изготовитель	ООО «ЕЛС-МЕД» Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица Программистов, дом 4, помещение № 13 Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: https://els-med.ru	
Наименование оборудования	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021	
Электропитание	~ 100-240 В, 50/60 Гц, 300 ВА	
РУ №	XXXXXXXXXXXXXXXX	
 Серийный номер	XXXXXXXXXXXX	 
 Дата изготовления	XX.20XX г.	
Государственный контракт	№ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX от «XX» XXXXX 20XX г.	
Заказчик (название)	XX	
Поставщик (название компании)	XX	
Получатель	XX	
Пункт назначения	XX	
Грузоотправитель	XX	
Ящик / контейнер	№ XX , всего ящиков / контейнеров XX	
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	XXXX x XXXX x XXXX	
Вес брутто, кг	XXX	
Вес нетто, кг	XXX	

1. Основной блок ЕЛС-Wisonic L.



Маркировка на задней панели Основного блока ЕЛС-Wisonic L:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

~ 100-240В, 50/60 Гц, 300 В А



РУ № _____



WA88-1B00138



11.2021 г.

2. Эксплуатационная документация:
2.1. Руководство по эксплуатации:



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "ЕЛС-МЕД"

Е.В. Хрипко
«15» июля 2021 г.

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





ООО «ЕЛС-МЕД»
141983, Московская область, город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13. ИНН 5010056178/КПП 501001001 БИК 044525225

тел. 8 (499) 288 72 08
info@els-med.ru
els-med.ru



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЕЛС-МЕД»

Е.В. Хрипко
«15» июля 2021 г.

**Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

ДАННЫЕ ОБ АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЕЛС-МЕД»

Е.В. Хрипко
«15» июля 2021 г.

**Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

ПАСПОРТ



3. Кабель питания – в упаковке с маркировкой:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультрауконой визуализации универсальная серия ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Кабель питания

РУ № _____



C12524-1.0




11.2021 г.

4. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:


4.1. Датчик ультразвуковой конвексный С6-1В-Н (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового конвексного С6-1В-Н (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового конвексного Сб-1В-Н с маркировкой:



ООО «Е.С. МЕЛ»
141901, область
Московская,
г. Истринский, ул. Промышленная, д. 13
Тел.: 8 (499) 338 72 03

Система ультразвуковой пультации ультразвуковой
серии Е.С. Мел. Внутренний диаметр: 100 мм, L =
применяется код по ТУ 56.401.2.004.333.46.013.2021

Датчик ультразвуковой конвексный Сб-1В-Н

Р/С № _____

SSM 5114080157

№ 11.2021 г.

ООО «ЕЛС-МЕД»

141983, область

Московская,

город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08



Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой конвексный С6-1В-Н


РУ № _____

SN

5131600157




11.2021 г.




4.2. Датчик ультразвуковой конвексный С8-3-Н (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового конвексного С8-3-Н (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):





ООО «ЕЛС-МЕД»

141983, область

Московская

город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08




Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой конвексный С8-3-Н


РУ №

SN

471521110006




11.2021 г.




4.3. Датчик ультразвуковой линейный L15-4WB-H (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L15-4WB-H (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного L15-4WB-H с маркировкой:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный L15-4WB-II


РУ № _____

SN

US01III1A0012




10.2021 г.




Маркировка на упаковке Датчика ультразвукового линейного L15-4WB-II:

4.4. Датчик ультразвуковой линейный L15-4NB-II (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L15-4NB-H (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):





ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ELC-Wisonic, вариант исполнения ELC-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный L15-4NB-H

РУ № _____




S146000107



11.2021 г.




4.5. Датчик ультразвуковой линейный L22-10-H (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L22-10-Н (внизу) и на разъёме этого датчика (вверху):





ООО «Е.С. МЕД»
141981, область
Московская,
г. Истринский, ул. Мухоморова, № 13
Дом 1, 3-й этаж
Тел.: 8 (499) 258 72 05

Система ультразвуковой линейной измерительной аппаратуры
серии Е.С. «Мед»
оригинальный знак Е.С. 25.60 12.004.03.146.03.2021

Датчик ультразвуковой линейный L22-10-Н

РЗ №

3N

УСЛАВЫ

10.2014

ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область

Московская,

город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный L22-10-Н

РУ № _____

SN

US01K1A0002



10.2021 г.




Маркировка на упаковке Датчика ультразвукового линейного L22-10-Н:


4.6. Датчик ультразвуковой линейный L15-6-H (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L15-6-H (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного L15-6-Н с маркировкой:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный L15-6-Н

РУ № _____



5128300116



11.2021 г.




Маркировка на упаковке Датчика ультразвукового линейного L15-6-Н:


4.7. Датчик ультразвуковой линейный LH15-6-H (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного LH15-6-H (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного LH15-6-Н с маркировкой:



ООО «ЕЛС-МЕД»

141983, область

Московская,

город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08


Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный LH15-6-H

РУ № _____

SN

WA88-21CP0073



11.2021 г.



Маркировка на упаковке Датчика ультразвукового линейного LH15-6-H:


4.8. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1-Н (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового секторного фазированного SP5-1-H (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового секторного фазированного SP5-1-Н с маркировкой:



ООО «ЕЛС-МЕЛ»
141981, область
Московская,
г. Истринский, ул. Пролетарская, д. 13
д. 4, помещение № 13
Тел. 8 (499) 268 72 68

Система ультразвуковой акустической маркировки
серии ЕЛС-Мини, паркет из поликарбоната ЕЛС-Мини L-с
архитектурный по ТУ 26.08.12.004-3044392-2021

Датчик ультразвуковой секторный фазированный
SP5-1-Н

Р/У № 15011111111111111111 10.2021 г.

ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой секторный фазированный
SP5-1-Н

РУ № _____




US01M1A000



10.2021 г.




4.9. Датчик ультразвуковой внутривидовой EV11-3-H (при необходимости) – в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового внутриполостного EV11-3-Н (справа вверху) и на разъёме этого датчика (слева):



Упаковка Датчика ультразвукового внутримолостного EV11-3-Н с маркировкой:



ООО «ЕЛС-МЕД»

141983, область

Московская,

город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой внутриполостной

EV11-3-Н

РУ № _____




US01R1A000



10.2021 г.




- 4.10. Датчик ультразвуковой чреспищеводный Р7-ЗТ-Н (при необходимости), в составе:
- Датчик ультразвуковой чреспищеводный Р7-ЗТ-Н – в упаковке (в кейсе для транспортировки):



[illegible]

Маркировка на разъёме Датчика ультразвукового чреспищеводного Р7-ЗТ-Н (слева) и вид дистального конца этого датчика (справа):



ООО «ЕЛС-МЕД»

141983, область

Московская.

город Дубна, улица Программистов,


дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой чреспищеводный Р7-3Т-Н

РУ № _____



US01L220000




02.2022 г.



5. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:

5.1. Насадка биопсийная металлическая, JSM-295 (при необходимости):

Виды и маркировка Насадки биопсийной металлической JSM-295:





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>


Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

**Насадка биопсийная металлическая
JSM-295**

РУ № _____


SN

A46B2C03



11.2021 г.

5.2. Насадка биопсийная металлическая, JEM-028 (при необходимости):
Виды и маркировка Насадки биопсийной металлической JEM-028:





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная металлическая
JEM-028**

РУ № _____


SN

A9VB3809



03.2022 г.

5.3. Насадка биопсийная металлическая, JSM-041 (при необходимости):
Виды и маркировка Насадки биопсийной металлической JSM-041:





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>


**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная металлическая
JSM-041**

РУ № _____

SN

2KVB5002



01.2022 г.



ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная металлическая
JSM-296**

РУ № _____


SN

A4GB3001



11.2021 г.

5.5. Насадка биопсийная металлическая, JSM-297 (при необходимости):
Виды и маркировка Насадки биопсийной металлической JSM-297:





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная металлическая
JSM-297**

РУ № _____

SN

A42B3H04



11.2021 г.

7. Модуль ЭКГ (встроенный) (при необходимости), в составе:

- модуль ЭКГ: вид разъёма «модуля ЭКГ» на Основном блоке ЕЛС-Wisonic L (под маркировкой «ECG»):



- кабель ЭКГ на 3 отведения (при необходимости):



Упаковка «кабеля ЭКГ на 3 отведения» с маркировкой:




- кабель ЭКГ на 5 отведений (при необходимости):


Общий вид «кабеля ЭКГ на 5 отведений» с маркировкой на его упаковке:



10. VGA Кабель (при необходимости):
Внешний вид VGA Кабеля:



Упаковка VGA Кабеля с маркировкой на ней:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08


Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

VGA Кабель

РУ № _____

SN


C12454-1.0



11.2021 г.

Маркировка на упаковке VGA Кабеля:


11. Порт HDMI (при необходимости):
Внешний вид Порта HDMI и маркировки на нём:



Упаковка Порты HDMI с маркировкой на ней:




12. Кабель HDMI (при необходимости):
Внешний вид Кабеля HDMI:




Упаковка Кабеля HDMI с маркировкой на ней:



Маркировка на упаковке Кабеля HDMI:




13. USB-кабель (при необходимости):
Внешний вид USB-кабеля:



Упаковка USB-кабеля с маркировкой на ней:



USB-кабель



2725



01.2022 г.



ООО «ЕЛС-МЕД»
Россия

14. LAN-кабель (при необходимости):
Внешний вид LAN-кабеля:



Упаковка LAN-кабеля с маркировкой на ней:



Принадлежности:

1. Аккумуляторная батарея – 4 шт. (при необходимости):

Внешний вид Аккумуляторных батарей с маркировкой на них (4 шт.):



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения
ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

Литий-ионный аккумулятор Емкость: 12250 мА·ч — — — 14,8 В

Аккумуляторная батарея

РУ № _____


SN




LI14II13A

11.2021 г.

2. Устройство для игл намагничивающее MAG02 (при необходимости):
Внешний вид Устройства для игл намагничивающего MAG02:



Упаковка Устройства для игл намагничивающего MAG02 с маркировкой на ней:



3. Ножной переключатель, 2 клавиши (при необходимости).

Вид Ножного переключателя сверху (слева – кабель USB, справа – 2 клавиши):



Вид Ножного переключателя снизу с маркировкой:





Пожной переключатель, 2 клавиши

--- 5 В, 100 мА

IPX8

SN

50016000000



04.2022 г.



ООО «ЕЛС-МЕД»
Россия

FOOT SWITCH

HRF-M52-U

USB 3.0

SWITCH.APPROVAL

IP Degree IP68



CONT:24K GOLD-F

22B.XLX

KACOM

한국자동제어
KOREA AUTO CONTROLS CO., LTD.



경고

인명이나 재산상에 영향이 큰 기기에 사용 할
경우 반드시 2중 안전장치를 설치한 후 사용해
주십시오. (예:원자력제어, 의료기기, 연소장치,
공작기계, 운송기기 등)




ООО «ЕЛС-МЕД»				141983, область Московская, город Дубна, улица Программистов, дом 4, помещение № 13 Тел.: 8 (499) 288 72 08
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС- Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021				
5 В, 100 мА		IPX8		
Ножной переключатель, 2 клавиши				
РУ № _____		500160000000		
		04.2022 г.		

ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ
26.60.12-004-39346393-2021**



5 В, 100 мА

IPX8



Ножной переключатель, 2 клавиши

РУ № _____

SN


500160000000




04.2022 г.

4. Подогреватель геля (при необходимости):


Вид Подогревателя геля с маркировкой на его нижней панели и вид упаковки с маркировкой на ней (снизу):



Маркировка Подогревателя геля на его нижней панели:



5. Сканер штрих кодов (при необходимости):
Внешний вид Сканера штрих кодов с маркировкой:



Маркировка на головной части Сканера штрих кодов:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ
26.60.12-004-39346393-2021

--- 5 В, 450 мА

Сканер штрих кодов

РУ № _____

SN


5001700000002



02.2022 г.

6. Полка для принтера (при необходимости):

Внешний вид Полки для принтера с маркировкой на её нижней стороне:




Система ультразвуковой визуализации
универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант
исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Полка для принтера

SN

237878



11.2021 г.




ООО «ЕЛС-МЕД»
Россия

7. Тройник с шарнирно-сочлененной рамой (при необходимости):



Маркировка на упаковке Тройника с шарнирно-сочлененной рамой:



Тройник с шарнирно-сочлененной рамой

SN

500WNS143001



01.2022 г.

ООО «ЕЛС-МЕД»
Россия

8. Черно-белый видеопринтер (при необходимости):



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08




~100-240 В, 50/60 Гц, 1 J A

Черно-белый видеопринтер

ГУ № _____

SN

7133481



04.2022

Упаковка Черно-белого видеопринтера (с маркировкой сбоку):



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

~100-240 В, 50/60 Гц, 1,3 А




Черно-белый видеопринер

РУ № _____

SN

7133481




04.2022 г.


9. Лазерный маркер (при необходимости):
Внешний вид Лазерного маркера с маркировкой на нём:



Маркировка на Лазерном маркере с боков (слева и справа) и вид со стороны излучателя (внизу):



Упаковка Лазерного маркера с маркировкой на ней:



ООО «ЕЛС-МЕД» 141983, область Московская, город Дубна, улица Программистов, № 13 дом 4, помещение № 13 Тел.: 8 (499) 288 72 08	
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС- Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принятием жесткости по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021	
Длина волны 650 нм Макс. мощность излучения 5 мВт	
Лазерный маркер	
ТУ № _____	SN
	LGM66
	01.2022 г.

Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 107
(ста сими) _____ листах

Генеральный директор
ООО «ЕЛС-МЕД»
Е.В. Хрипко





ООО «ЕЛС-МЕД»
141983, Московская область, город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13. ИНН 5010056178/КПП 501001001 БИК 044525225

тел. 8 (499) 288 72 08
info@els-med.ru
els-med.ru

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "ЕЛС-МЕД"



Е.В. Хрипко

«06» июня 2024 г.

**Фотографические изображения
общего вида вместе с принадлежностями,
макетов маркировки и упаковки медицинского изделия**

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic C, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

для варианта исполнения ЕЛС-Wisonic C

производства ООО «ЕЛС-МЕД», Россия

Данный документ содержит фотографические изображения общего вида вместе с принадлежностями, макетов маркировки и упаковки медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021» для варианта исполнения ЕЛС-Wisonic C, производства ООО «ЕЛС-МЕД», Россия.

Внешний вид одноименных составных частей и принадлежностей различных вариантов исполнения изделия – идентичен.

Модуль CW, Модуль драйвера 4G, Модуль 3D/4D, указанные в составе ЕЛС-Wisonic C в пункте 6, при необходимости для заказчика встраиваются при производстве на внутреннюю плату Основного блока и активируются путём ввода программного лицензионного ключа, поэтому они не являются отдельными устройствами, видимыми пользователю снаружи медицинского изделия, следовательно, их фотографии не могут быть предоставлены в данном документе.

Все необходимые заказчику пакеты Программного обеспечения, указанные в составе ЕЛС-Wisonic C в пункте 7, загружаются при производстве в постоянную память Основного блока, поэтому эти пакеты Программного обеспечения не поставляются отдельно на физическом носителе и не скачиваются с сервера по ссылке, следовательно, их фотографии не могут быть предоставлены в данном документе.

Комплектация медицинского изделия:

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021:

I. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic L, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021, в составе:

1. Основной блок ЕЛС-Wisonic L - 1 шт.
2. Эксплуатационная документация:
 - 2.1. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
 - 2.2. Данные об акустической мощности - не более 5 шт.
 - 2.3. Паспорт - не более 5 шт.
3. Кабель питания - не более 5 шт.
4. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
 - 4.1. Датчик ультразвуковой конвексный С6-1В-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.2. Датчик ультразвуковой конвексный С8-3-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.3. Датчик ультразвуковой линейный L15-4WB-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.4. Датчик ультразвуковой линейный L15-4NB-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.5. Датчик ультразвуковой линейный L22-10-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.6. Датчик ультразвуковой линейный L15-6-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.7. Датчик ультразвуковой линейный LH15-6-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.8. Датчик ультразвуковой секторный фазированный SP5-1-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.9. Датчик ультразвуковой внутрисполостной EV11-3-Н - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.10. Датчик ультразвуковой чреспищеводный P7-3T-Н - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
 - Датчик ультразвуковой чреспищеводный P7-3T-Н - 1 шт.
 - Кейс для транспортировки - 1 шт.
5. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
 - 5.1. Насадка биопсийная металлическая, JSM-295 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.2. Насадка биопсийная металлическая, JEM-028 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.3. Насадка биопсийная металлическая, JSM-041 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.4. Насадка биопсийная металлическая, JSM-296 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.5. Насадка биопсийная металлическая, JSM-297 - не более 10 шт. (при необходимости).
6. Модуль постоянно-волнового доплера (CW модуль) (при необходимости).
7. Модуль ЭКГ (встроенный) – 1 шт. (при необходимости), в составе
 - модуль ЭКГ – 1 шт.
 - кабель ЭКГ на 3 отведения – 1 шт. (при необходимости)
 - кабель ЭКГ на 5 отведений – 1 шт. (при необходимости)
8. Программное обеспечение, включающее предустановленные параметры, пакет измерений и вычислений:
 - 8.1. Для общих исследований Application_General (при необходимости)

- 8.2. Для анестезиологии Application_Anesthesia (при необходимости)
- 8.3. Для лечения боли Application_PM (при необходимости)
9. Программное обеспечение:
 - 9.1 Basic- ключ доступа к ультразвуковой системе.
 - 9.2. Для исследований параметров кровотока одновременно в трех контрольных объемах Holo PW (при необходимости)
 - 9.3. Для анатомического M-режима AMM (при необходимости)
 - 9.4. Для режима тканевого доплера TDI (при необходимости)
 - 9.5. Для полуавтоматической оценки толщины комплекса интима-медиа IMT (при необходимости)
 - 9.6. Для улучшения визуализации биопсийной иглы wiNeedle (при необходимости)
 - 9.7. Для магнитной навигации иглы wiGuide (при необходимости)
 - 9.8. Для встроенного ультразвукового атласа wiLearn (при необходимости)
 - 9.9. Для распознавания анатомических структур wiNerve (при необходимости)
 - 9.10. Для записи обучающих/демонстрационных видеороликов wiShow (при необходимости)
 - 9.11. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM DICOM_Basic (при необходимости)
 - 9.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера DICOM_Worklist (при необходимости)
 - 9.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования DICOM_MPPS (при необходимости)
 14. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM DICOM_QR (при необходимости)
 - 9.15. Структурированный отчет для кардиологии в формате DICOM DICOM_Cardiac_SR (при необходимости)
 - 9.16. Структурированный отчет для акушерства в формате DICOM DICOM_OB_SR (при необходимости)
 - 9.17. Структурированный отчет для ангиологии в формате DICOM DICOM_Vascular SR (при необходимости)
10. VGA Кабель – 1 шт. (при необходимости)
11. Порт HDMI – 1 шт. (при необходимости)
12. Кабель HDMI– 1 шт. (при необходимости)
13. USB-кабель - 1 шт. (при необходимости)
14. LAN-кабель - 1 шт. (при необходимости)

Принадлежности:

1. Аккумуляторная батарея – 4 шт. (при необходимости).
2. Устройство для игл намагничивающее MAG02 – 1 шт. (при необходимости).
3. Ножной переключатель, 2 клавиши – 1 шт. (при необходимости).
Подогреватель геля – 1 шт. (при необходимости).
4. Сканер штрих кодов – 1 шт. (при необходимости).
6. Полка для принтера - 1 шт. (при необходимости)
7. Тройник с шарнирно-сочлененной рамой – 1 шт. (при необходимости)
8. Черно-белый видеопринтер – 1 шт. (при необходимости)
9. Лазерный маркер – 1 шт. (при необходимости)

II. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021, в составе:

1. Основной блок - 1 шт.
2. Адаптер питания AC-DC - не более 5 шт.
3. Кабель питания адаптера AC-DC - не более 5 шт.
4. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:
 - 4.1. Датчик ультразвуковой конвексный C5-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.2. Датчик ультразвуковой микроконвексный C8-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.3. Датчик ультразвуковой конвексный C7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.4. Датчик ультразвуковой линейный L15-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.5. Датчик ультразвуковой линейный L12-5 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 4.6. Датчик ультразвуковой линейный L10-5 - не более 5 шт. (при необходимости).

- 4.7. Датчик ультразвуковой линейный L20-10 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.8. Датчик ультразвуковой линейный LH15-6 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.9. Датчик ультразвуковой фазированный P4-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.10. Датчик ультразвуковой фазированный P7-3 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.11. Датчик ультразвуковой объемный D7-2 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.12. Датчик ультразвуковой внутриволостной EV10-4 - не более 5 шт. (при необходимости).
- 4.13. Датчик ультразвуковой фазированный SP4-1 - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:
 - 5.1. JSM-020 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.2. JEM-028 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.3. JSM-032 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.4. JSM-041 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.5. JSM-050 - не более 10 шт. (при необходимости).
6. Модули:
 - 6.1 Модуль CW (при необходимости) – 1 шт.
 - 6.2 Модуль драйвера 4G (при необходимости) – 1 шт.
 - 6.3 Модуль 3D/4D (при необходимости) – 1 шт.
 - 6.4 Аккумулятор встроенный – не более 2 шт.
 - 6.5. Модуль ЭКГ - 1 шт. (при необходимости), в составе:
 - 6.5.1. Модуль ЭКГ - 1 шт.
 - 6.5.2. Кабель ЭКГ на 3 отведения – 1 шт. (при необходимости)
 - 6.5.3. Кабель ЭКГ на 5 отведений – 1 шт. (при необходимости)
7. Программное обеспечение:
 - 7.1. Basic - ключ доступа к ультразвуковой системе
 - 7.2. Для исследований параметров кровотока одновременно в трех контрольных объемах Holo PW (при необходимости)
 - 7.3. Для анатомического M-режима AMM (при необходимости)
 - 7.4. Для режима тканевого доплера TDI (при необходимости)
 - 7.5. Для полуавтоматической оценки толщины комплекса интима-медиа IMT (при необходимости)
 - 7.6. Для улучшения визуализации биопсийной иглы wiNeedle (при необходимости)
 - 7.7. Для встроенного ультразвукового атласа wiLearn (при необходимости)
 - 7.8. Для распознавания анатомических структур wiNerve (при необходимости)
 - 7.9. Для записи обучающих/демонстрационных видеороликов wiShow (при необходимости)
 - 7.10. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Базовый набор опций DICOM DICOM_Basic (при необходимости)
 - 7.11. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка списка задач с DICOM-сервера DICOM_Worklist (при необходимости)
 - 7.12. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Загрузка на сервер DICOM дополнительной информации об условиях проведения обследования DICOM_MPPS (при необходимости)
 - 7.13. Для интеграции в больничную сеть DICOM: Запрос и получение данных пациента и изображений с сервера DICOM DICOM_QR (при необходимости)
 - 7.14. Структурированный отчет для кардиологии в формате DICOM DICOM_Cardiac_SR (при необходимости)
 - 7.15. Структурированный отчет для акушерства в формате DICOM DICOM_OB_SR (при необходимости)
 - 7.16. Структурированный отчет для ангиологии в формате DICOM DICOM_Vascular SR (при необходимости)
8. Эксплуатационная документация:
 - 8.1. Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.
 - 8.2. Данные об акустической мощности - не более 5 шт.
 - 8.3. Паспорт - не более 5 шт.

Принадлежности:

1. Кейс для транспортировки - 1 шт. (при необходимости).
2. Мобильная тележка – 1 шт. (при необходимости).
3. Черно-белый видеопринтер – 1 шт. (при необходимости).
4. Разветвитель для ультразвуковых датчиков - 1 шт. (при необходимости).

Фотографические изображения медицинского изделия «Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, в вариантах исполнения ЕЛС-Wisonic L, ЕЛС-Wisonic С, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021»:

II. Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic С, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021, в составе:

Общий вид медицинского изделия в варианте исполнения ЕЛС-Wisonic С:



Упаковка медицинского изделия в варианте исполнения ЕЛС-Wisonic C:

1) Основной блок, Адаптер питания AC-DC, Кабель питания адаптера AC-DC, Разветвитель для ультразвуковых датчиков – упаковываются в Кейс для транспортировки – см. ниже пункт «Принадлежности» / «1. Кейс для транспортировки».

Далее Кейс для транспортировки упаковывается в Упаковку (короб) Кейса для транспортировки (см. далее в том же пункте).

2) Тележка мобильная – упаковывается в Упаковку (короб) Мобильной тележки – см. ниже пункт «Принадлежности» / «2. Мобильная тележка» / Упаковка (короб) Мобильной тележки.

1. Основной блок:

Вид Основного блока ЕЛС-Wisonic С в раскрытом виде:



Разъемы и порты с их маркировкой на боковых сторонах Основного блока ЕЛС-Wisonic С (левая сторона – на левой фотографии, правая сторона – на правой фотографии):



Задняя панель Основного блока ЕЛС-Wisonic С с маркировкой на ней:




ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic,
вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-
39346393-2021



19 В, 6,3 А (max)



РУ № _____

SN

C000001-2023



04.2022 г.

2. Адаптер питания AC-DC:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Вход.: ~ 100-240 В, 50/60 Гц, 2,0А



Выход: $\equiv$ 19 В, 6,3 А (max)

IP22

Адаптер питания AC-DC

РУ № _____

SN

C000001-2023



04.2022 г.

Упаковка Адаптера питания AC-DC с маркировкой:

ООО «ЕЛС-МЕД»
Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13
Тел.: +7 (499) 288 72 08 Сайт: <http://els-med.ru>
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Адаптер питания AC-DC
Вход: ~ 100-240 В, 50/60 Гц, 2,0 А
Выход: --- 19 В, 6,3 А (max)
IP22

Р/У № SN C0000001-2023 04.2022 г.

ООО «ЕЛС-МЕД» 141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант
исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Вход: ~ 100-240 В, 50/60 Гц, 2,0 А
Выход: --- 19 В, 6,3 А (max) IP22

Адаптер питания AC-DC

Р/У № SN C0000001-2023 04.2022 г.



ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13
Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

Адаптер питания AC-DC

**Вход.: ~ 100-240 В, 50/60 Гц, 2,0 А
Выход: --- 19 В, 6,3 А (max)**

IP22

РУ № _____

SN

C000001-2023



04.2022 г.

3. Кабель питания адаптера AC-DC:



Упаковка Кабеля питания адаптера AC-DC с его маркировкой на упаковке:





ООО «ЕЛС-МЕД»


Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Кабель питания адаптера AC-DC

РУ № _____




04.2022 г.

4. Датчики ультразвуковые, варианты исполнения:

4.1. Датчик ультразвуковой конвексный С5-1 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового конвексного С5-1 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):






ООО «ЕЛІС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛІС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛІС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021



Датчик ультразвуковой конвексный С5-1

РУ № _____

SN

US00F2301675



03.2022 г.


4.2. Датчик ультразвуковой микроконвексный С8-3 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового микроконвексного С8-3 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового микроконвексного С8-3 с маркировкой:





ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-393.16393-2021

Датчик ультразвуковой микроконвексный С8-3  

пу № _____

SN

US00A1800636




03.2022 г.


4.3. Датчик ультразвуковой конвексный С7-2 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового конвексного С7-2 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового конвексного С7-2 с маркировкой:






ООО «ЕЛІС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛІС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛІС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-393.16393-2021



Датчик ультразвуковой конвексный С7-2

ПУ № _____

SN

US00D1800001




08.2022 г.

4.4. Датчик ультразвуковой линейный L15-4 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L15-4 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного L15-4 с маркировкой:





ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область

Московская,


город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный L15-4



РУ № _____

SN

US00R3301771




04.2022 г.


4.5. Датчик ультразвуковой линейный L12-5 (при необходимости) - в упаковке:





Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L12-5 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного L12-5 с маркировкой:




	ООО «ЕЛС-МЕД»		141983, область Московская, город Дубна, улица Программистов, дом 4, помещение № 13 Тел.: 8 (499) 288 72 08
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС- Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021			
Датчик ультразвуковой линейный L12-5 			
РУ № _____			
	SN	US00M1800001	
			08.2021 г.


4.6. Датчик ультразвуковой линейный L10-5 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L10-5 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного L10-5 с маркировкой:






ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный L10-5



РУ № _____

SN

105922010632




04.2022 г.

4.7. Датчик ультразвуковой линейный L20-10 (при необходимости) - в упаковке:




Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного L20-10 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного L20-10 с маркировкой:




	ООО «ЕЛС-МЕД»		141983, область Московская, город Дубна, улица Програ́мистов, дом 4, помещение № 13 Тел.: 8 (499) 288 72 08
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС- Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021			
Датчик ультразвуковой линейный L20-10 			
PV № _____	SN	US00J1C000004	
		12.2021 г.	


4.8. Датчик ультразвуковой линейный LH15-6 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового линейного LH15-6 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового линейного LH15-6 с маркировкой:





ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область

Московская,


город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой линейный LH15-6



РУ № _____

SN

US00P1800001




04.2022 г.


4.9. Датчик ультразвуковой фазированный Р4-1 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового фазированного Р4-1 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):






	141983, область Московская, город Дубна, улица Программистов, дом 4, помещение № 13 Тел.: 8 (499) 288 72 08
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ELIS- Wisonic, вариант исполнения ELIS-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021	
Датчик ультразвуковой фазированный Р4-1	
РУ № _____	SN 
	US00V1800010
	 08.2021 г.


4.10. Датчик ультразвуковой фазированный Р7-3 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового фазированного Р7-3 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового фазированного Р7-3 с маркировкой:



 **ООО «ЕЛС-МЕД»**
 141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой фазированный Р7-3 

РУ № _____

SN

US00T1800102




03.2022 г.

4.11. Датчик ультразвуковой объемный D7-2 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового объемного D7-2 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового объемного D7-2 с маркировкой:






ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой объемный D7-2



РУ № _____

SN

US00G1800069




08.2021 г.

4.12. Датчик ультразвуковой внутриволостной EV10-4 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового внутриполостного EV10-4 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область
Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальной серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-393-46393-2021



Датчик ультразвуковой внутриполостной EV10-4

РУ № _____

SN

U/S00W/23000015




03.2022 г.


4.13. Датчик ультразвуковой фазированный SP4-1 (при необходимости) - в упаковке:



Маркировка на дистальном конце Датчика ультразвукового фазированного SP4-1 (вверху) и на разъёме этого датчика (внизу):



Упаковка Датчика ультразвукового фазированного SP4-1 с маркировкой:





ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область

Московская,

город Дубна, улица Программистов,

дом 4, помещение № 13

Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-
Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по
ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Датчик ультразвуковой фазированный SP4-1



РУ № _____

SN

US00S2301269




03.2022 г.

5. Насадки биопсийные с направляющими для игл, варианты исполнения:


5.1. Насадка биопсийная с направляющей для игл JSM-020 (при необходимости):

Виды и маркировка Насадки биопсийной с направляющей для игл JSM-020:



	ООО «ЕЛС-МЕД» Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица Программистов, дом 4, помещение № 13 Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: https://els-med.ru
Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic , вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021	
Насадка биопсийная с направляющими для игл JSM-020	
РУ №	SN A79B5302 12.2021 г.

5.2. Насадка биопсийная с направляющей для игл JEM-028 (при необходимости):
Виды и маркировка Насадки биопсийной с направляющей для игл JEM-028:





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>


**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная с направляющей для игл
JEM-028**

РУ № _____

SN

A9VB3809



03.2022 г.

**5.3. Насадка биопсийная с направляющей для игл JSM-032 (при необходимости):
Виды и маркировка Насадки биопсийной с направляющей для игл JSM-032:**





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>


**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная с направляющей для игл
JSM-032**

РУ № _____

SN

B07B5209



03.2022 г.

5.4. Насадка биопсийная с направляющей для игл JSM-041 (при необходимости):
Виды и маркировка Насадки биопсийной с направляющей для игл JSM-041:





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная с направляющей для игл
JSM-041**

РУ № _____

SN

2KVB5002



01.2022 г.

5.5. Насадка биопсийная с направляющей для игл JSM-050 (при необходимости):
Виды и маркировка Насадки биопсийной с направляющей для игл JSM-050:





ООО «ЕЛС-МЕД»

Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица
Программистов, дом 4, помещение № 13

Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: <https://els-med.ru>

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

**Насадка биопсийная с направляющей для игл
JSM-050**

РУ № _____

SN

BAQB5105



01.2022 г.

ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ELC-Wisonic, вариант исполнения ELC
Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021

Литий-ионный аккумулятор Емкость: 5800 мА·ч $\approx$ 14,4 В

Аккумулятор встроенный

РУ № _____



SN

202201030090



04.2022 г.


Маркировка Аккумулятора встроенного:



6.5. Модуль ЭКГ (при необходимости), в составе:

6.5.1. Модуль ЭКГ – в упаковке с маркировкой:






6.5.2. Кабель ЭКГ на 3 отведения (при необходимости) – в упаковке с маркировкой:



Маркировка Кабеля ЭКГ на 3 отведения:



6.5.3. Кабель ЭКГ на 5 отведений (при необходимости) – в упаковке с маркировкой:

ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Програмнистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-3934.393-2021

Кабель ЭКГ на 5 отведений

РУ № _____


SN

50550707A020G



04.2022 г.

Маркировка Кабеля ЭКГ на 5 отведений:





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ЕЛС-МЕД»

Е.В. Хрипко
«15» июля 2021 г.

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "ЕЛС-МЕД"

Е.В. Хрипко
«15» июля 2021 г.

**Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

ДАННЫЕ ОБ АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ





«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "ЕЛС-МЕД"

Е.В. Хрипко
«15» июля 2021 г.

**Система ультразвуковой визуализации универсальная
серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C,
с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

ПАСПОРТ



Принадлежности:

1. Кейс для транспортировки (при необходимости):



Кейс для транспортировки в открытом виде с маркировкой внутри:





ООО «ЕЛС-МЕД»

141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

Кейс для транспортировки

РУ № _____



SN

K000001-2022




04.2022 г.

Вид сверху Упаковки (короба) Кейса для транспортировки (с маркировкой):



Маркировка на боковой панели Упаковки (короба) Кейса для транспортировки:



 Изготовитель	ООО «ЕЛС-МЕД» Россия, 141983, область Московская, город Дубна, улица Программистов, дом 4, помещение № 13 Тел.: +7 (499) 288 72 08. Сайт: https://els-med.ru	
Наименование оборудования	Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021	
Электропитание	=== 19 В, 6.3 А (max)	
РУ №	XXXXXXXXXXXXXXXX	
 Серийный номер	XXXXXXXXXXXXX	 
 Дата изготовления	XX.20XX г.	
Государственный контракт	№ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX от «XX» XXXXX 20XX г.	
Заказчик (название)	XX	
Поставщик (название компании)	XX	
Получатель	XX	
Пункт назначения	XX	
Грузоотправитель	XX	
Ящик / контейнер	№ XX , всего ящиков / контейнеров XX	
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	XXXX x XXXX x XXXX	
Вес брутто, кг	XXX	
Вес нетто, кг	XXX	

2. Мобильная тележка (при необходимости):
Вид Мобильной тележки спереди:



Вид Мобильной тележки сзади с маркировкой:



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

Система ультразвуковой визуализации универсальная серии ЕЛС-Wisonic,
вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-
39346393-2021


Мобильная тележка



РУ № _____


SN

ШМ000001-2022



04.2022 г.

Упаковка (короб) Мобильной тележки и маркировка на её боковой панели:





ООО «ЕЛС-МЕД»

141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

**Система ультразвуковой визуализации универсальная серии
ЕЛС-Wisonic, вариант исполнения ЕЛС-Wisonic C, с
принадлежностями по ТУ 26.60.12-004-39346393-2021**

Мобильная тележка

РУ № _____


SN

ШМ000001-2022



04.2022 г.

3. Черно-белый видеопринтер (при необходимости):



При возникновении технических проблем и при необходимости получения технических консультаций обращайтесь в авторизованный сервисный центр по телефону:

+7 (800) 77-00-445

(бесплатно для звонка на территории РФ)

Во избежание преждевременного выхода принтера из строя, используйте оригинальную термобумагу SONY. При смене типа бумаги переключите тип бумаги в меню принтера (см. стр. 13 Инструкции пользователя).

UPP-110 (1) 304548738025387
UPP-110 (1) 304548738025387

HYBRID GRAPHIC PRINTER UP-K808MD

ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08



~100-240 В, 50/60 Гц, 1 J A

Черно-белый видеопринтер

РУ № _____

SN

7133481



04.2022

Упаковка Черно-белого видеопринтера (с маркировкой сбоку):



ООО «ЕЛС-МЕД»



141983, область Московская,
город Дубна, улица Программистов,
дом 4, помещение № 13
Тел.: 8 (499) 288 72 08

~100-240 В, 50/60 Гц, 1,3 А



Черно-белый видеопринер

РУ № _____

SN

7133481



04.2022 г.

4. Разветвитель для ультразвуковых датчиков (при необходимости).


Общий вид Разветвителя для ультразвуковых датчиков:

слева – Разветвитель на 3 порта для датчиков ультразвуковых,


справа – Штекер для подсоединения к порту датчика ультразвукового на основном блоке:



Штекер Разветвителя для ультразвуковых датчиков с маркировкой на нём:



Крепление (2 фотографии сверху) и метизы (4 фотографии снизу) для крепежа Разветвителя на 3 порта для датчиков ультразвуковых:



Пронумеровано, прошито
и скреплено печатью на 108
(ста восьми) _____ листах
Генеральный директор

ООО «ЕЛС-МЕД»
Е.В. Хрипко

