

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»

« 06 » 09 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024



<Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий WBC> - Реагент лизирующий WBC в упаковке

«Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-00 85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий WBC» - макет маркировки Реагента лизирующий WBC



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:



Хранить при температуре
+4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия
солнечного света.



Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для
использования после заморозки.

Срок годности реагентов после
вскрытия упаковки 180 дней.



РЕАГЕНТ ЛИЗИРУЮЩИЙ WBC

Реагент лизирующий для анализатора
автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и подсоедините к анализатору в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России, www.kdsreagents.ru
Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностика Солюшнз»
Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новоорловская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



XXXXXX



XX.XX.XXXX

1 л



XXXXXX



XX.XX.XXXX

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению.



Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению.



MicroCC-25 Plus
WBC Lytic

REF	502-212-RFID
LOT	KDS2305010
EXP	2023-05-04

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий WBC> - с нанесенной RFID-меткой



«Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий HGB» - Реагент лизирующий HGB в упаковке с нанесенной RFID-меткой

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-00: 85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий HGB - макет маркировки Реагент лизирующий HGB



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:



Хранить при температуре
+4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия
солнечного света.



Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для
использования после заморозки.

Срок годности реагентов после
вскрытия упаковки 180 дней.



РЕАГЕНТ ЛИЗИРУЮЩИЙ HGB

Реагент лизирующий для анализатора
автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и подсоедините к анализатору в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России, www.kdsreagents.ru

Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»

Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новоорловская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



XXXXXX



XX.XX.XXXX

500 мл



XXXXXX



XX.XX.XXXX



Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению.





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

+4°C — +35°C

Хранить при температуре +4 — +35 °С в сухом месте.

Не допускать воздействия солнечного света.

Срок годности 24 месяца.

Не использовать реагент по истечении срока годности, указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для использования после заморозки.

Срок годности реагента после вскрытия упаковки 180 дней.



**РЕАГЕНТ
ЛИЗИРУЮЩИЙ WBC**

Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024

1. Сотрудники, использующий реагент, должны обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Содержите контейнер с реагентом и подсоедините к анализатору в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России, импортёры/производители:
Импортер: ООО «Клиника Диагности Солюшн»
Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новомосковская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



REF 504-212R



06.10.2023

1 л



LOT 2302032-02



06.10.2025

9 шт x 1 л Вес брутто 9,9 кг

Регистрационное удостоверение
№ ХХХ ХХХХХХ

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкцию по применению.



<Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий WBC> - маркировка групповой упаковки.



<Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий WBC> - групповая упаковка.

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
принадлежит к производству и
реализации изделий медицинского
назначения, соответствующим
стандартам ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:

См. инструкции по применению.



**РЕАГЕНТ
ЛИЗИРУЮЩИЙ HGB**



Реагент лизирующий для анализатора
автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Соедините колпачок с контейнера реагента и подороженника анализатора в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.

См. инструкцию по применению.

Сделано в России, www.kit-reagents.ru
Изготовитель: ООО «Кит-реант Диалог»
Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва,
ул. Новороссийская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



REF 504-213R

22.09.2023 500 мл

LOT 2302011-02

22.09.2025 500 мл x 12 шт Вес брутто 7.3 кг



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

+4°C +35°C



Хранить при температуре
+4...+35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия
солнечного света.

Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для
использования после заморозки.

Срок годности реагента после
открытия упаковки 180 дней.



<Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий HGB> - маркировка групповой упаковки.



<Реагент лизирующий для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-005-85747522-2024. Вариант исполнения: Реагент лизирующий HGB> - маркировка групповой упаковки.

Сброшюровано и прошито 10 листов
« 6 » 09 2024 г.

Генеральный директор
ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»

Е.А. Ефремова

