

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»

Е.К. Ефремова

2024 г.


« 06 »

« 06 »

Co. Ltd.

Фотографические изображения медицинского изделия

Разбавитель изотонический (Дилуент) для анализатора
автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024



<Разбавитель изотонический (Диллюент) для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024> - упаковка

«Разбавитель изотонический (Дилуэнт) для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024» - макет маркировки



Только для
ИН-ВИТРО
диагностики!

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
См. инструкцию по применению.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:



Хранить при температуре
+4 - +35 °C в сухом месте.

Не допускать воздействия
солнечного света.



Срок годности 24 месяца.

Не используйте реагент по
истечении срока годности,
указанного на этикетке.

Реагент не пригоден для
использования после заморозки.

Срок годности реагентов после
вскрытия упаковки 180 дней.



РАЗБАВИТЕЛЬ ИЗОТОНИЧЕСКИЙ (ДИЛЮЭНТ)

Разбавитель изотонический (Дилуэнт)
для анализатора автоматического гематоло-
гического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024

1. Сотрудник, использующий реагент, должен обладать профессиональными навыками лабораторной работы.
2. Снимите колпачок с контейнера реагента и подсоедините к анализатору в соответствии с руководством по эксплуатации анализатора.



Способ подготовки компонента к использованию:
См. инструкцию по применению.



Сделано в России, www.kdsreagents.ru

Изготовитель: ООО «Клиникал Диагностика Солюшнз»

Адрес изготовителя: 119633, Россия, г. Москва, ул. Новосорловская, д. 3А, эт. 1, пом. 2



XXXXXX



XX.XX.XXXX

20 л



XXXXXX




XX.XX.XXXX

Регистрационное удостоверение
№ XXX XXXXXX

Система менеджмента качества
применительно к производству и
реализации изделий медицинского
назначения соответствует
стандарту ГОСТ ISO 13485.

УТИЛИЗАЦИЯ:


См. инструкцию по применению.



<Разбавитель изотонический (Дилуент) для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024> - бледдер для Разбавителя изотонического (Дилуента)



<Разбавитель изотонический (Дилуент) для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024> - бледдер в упаковке.



«Разбавитель изотонический (Дилуент) для анализатора автоматического гематологического
по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024» - упаковка (вид сверху)



<Разбавитель изотонический (Диллюент) для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024> - упаковка с RFID-меткой



<Разбавитель изотонический (Дилуент) для анализатора автоматического гематологического по ТУ 20.59.52-004-85747522-2024> - маркировка упаковки

Сброшюровано и прошито 4 листов
« 6 » 09 2024 г.
Генеральный директор
ООО «Клиникал Диагностик Солюшнз»

Е.А. Ефремова

