



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2024 года № РЗН 2024/24011

На медицинское изделие

Увлажнитель с интегрированным генератором потока Hi-800

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

**"Шэньчжень Лайфотроник Текнолоджи Ко., ЛТД.", КНР,
Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd, Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing
Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong
Province, 518055, P.R.China**

Производитель

**"Шэньчжень Лайфотроник Текнолоджи Ко., ЛТД.", КНР,
Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd, Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing
Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong
Province, 518055, P.R.China**

Место производства медицинского изделия

**Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd, Unit A, 4th Floor, Building 15, Yijing
Estate, No.1008 Songbai Road, Nanshan District, Shenzhen City, Guangdong
Province, 518055, P.R.China**

Номер регистрационного досье № РД-63775/48174 от 30.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.21.129**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 21 ноября 2024 года № 6594
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0080286

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 21 ноября 2024 года № РЗН 2024/24011

Лист 1

На медицинское изделие

Увлажнитель с интегрированным генератором потока Hi-800, в составе:

1. Генератор потока Hi-800 - 1 шт.
2. Шнур питания WS-006 - 1 шт.
3. Фильтр воздушный 50x22 мм - до 100 шт.
4. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
5. Подогреваемый дыхательный контур с камерой увлажнителя Hi-OT1 (при необходимости) - до 100 шт.
6. Канюля назальная Hi-NAI-S, размер S (при необходимости) - до 100 шт.
7. Канюля назальная Hi-NAI-M, размер M (при необходимости) - до 100 шт.
8. Канюля назальная Hi-NAI-L, размер L (при необходимости) - до 100 шт.
9. Удлинитель кислородных вводов DIN - 1 шт.
10. Набор для дезинфекции (при необходимости) - 1 шт.
11. Тележка-стойка (при необходимости) - 1 шт.

Handwritten signature

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0151742