



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 августа 2024 года № РЗН 2018/7282

На медицинское изделие

Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Ассомедика"

(ООО "Ассомедика"), Республика Беларусь,

222210, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский
индустриальный парк "Великий камень", ул. Сапфировая, д. 22

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью "Ассомедика"

(ООО "Ассомедика"), Республика Беларусь,

222210, Минская обл., Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский
индустриальный парк "Великий камень", ул. Сапфировая, д. 22

Место производства медицинского изделия

ООО "Ассомедика", 222210, Республика Беларусь, Минская обл.,

Смолевичский р-н, Китайско-Белорусский индустриальный парк

"Великий камень", ул. Сапфировая, д. 22

Номер регистрационного досье № РД-63655/48544 от 19.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2a**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности **32.50.21.123**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 07 августа 2024 года № 4460
допущено к обращению на территории Российской Федерации

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0076545

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 августа 2024 года № РЗН 2018/7282

Лист 1

На медицинское изделие

Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения,
варианты исполнения:

1. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, без тепловлагообмена.
2. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, без тепловлагообмена, с портом luer-lock.
3. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом.
4. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения электростатический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock.
5. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22F, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом.
6. Фильтр дыхательный бактериально-вирусный однократного применения механический с размерами выходов 22М/15F-15М/22, 22М/15F-22F или 8М/15М-15F, с тепловлагообменом, с портом luer-lock.

Принадлежности:

1. Соединитель угловой.
2. Соединитель угловой гибкий.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0143353