ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2024 года № ФСР 2012/13655

На медицинское изделие
Осветитель эндоскопический «ЭНДОМЕДИУМ+» в вариантах исполнения: ОЭ-1К, ОЭ-1С, ОЭ-2К, ОЭ-2С по ТУ 26.60.12-005-47086606-2020

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Эндомедиум+" (ООО "Эндомедиум+"), Россия, 420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36, оф. 401

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Эндомедиум+" (ООО "Эндомедиум+"), Россия, 420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36, оф. 401

Место производства медицинского изделия
ООО "Эндомедиум+", Россия, 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 79а

Номер регистрационного досье **№ РД-63927/49757 от 12.08.2024**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **2а**

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности **26.60.12.119**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 23 августа 2024 года № 4856
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0076575

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 23 августа 2024 года № ФСР 2012/13655

На медицинское изделие
Осветитель эндоскопический «ЭНДОМЕДИУМ+» в вариантах исполнения: ОЭ-1К, ОЭ-1С, ОЭ-2К, ОЭ-2С по ТУ 26.60.12-005-47086606-2020:
I. Осветитель эндоскопический "ЭНДОМЕДИУМ+", в вариантах исполнения:
1. ОЭ-1К, в составе:
- блок управления;
- шнур питания 220 В, длина не менее 0,7 м;
- руководство по эксплуатации.
2. ОЭ-1С, в составе:
- блок управления;
- шнур питания 220 В, длина не менее 0,7 м;
- руководство по эксплуатации.
3. ОЭ-2К, в составе:
- блок управления;
- шнур питания 220 В, длина не менее 0,7 м;
- руководство по эксплуатации.
4. ОЭ-2С, в составе:
- блок управления;
- шнур питания 220 В, длина не менее 0,7 м;
- руководство по эксплуатации.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения **Д.Ю. Павлюков**

0146151

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU